



Įmonės kodas: 166725580, PVM mokėtojo kodas: LT667255811
Buveinės adresas: Gamyklos g. 48, LT-89104, Mažeikiai, Lietuva
AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X, A.S.: LT07 7044 0600 0001 7238

Regėjimo funkcijų analizatorius (mezo testui bei regėjimo aštrumui nustatyti)
(nr. 2901) mažos vertės neskelbiamos apklausos kvietimo Priedas Nr. 1.

VšĮ Karoliniškių poliklinikai

**REGĖJIMO FUNKCIJŲ ANALIZATORIUS (MEZO TESTUI BEI REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI)
(NR. 2901)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA**

2023-11-08 Nr. 231108-01
Mažeikiai

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Kavita“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Tiekėjo įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai /</i>	166725580
Tiekėjo PVM kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių PVM kodai /</i>	LT667255811
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas	LT077044060000017238 AB SEB, B.K 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
<i>/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)</i>	
Subteikėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubteikėjo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kvazisubteikėjo ¹ , trečiojo asmens ² , kurių pajėgumais remiamasi, adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. Pagal konkurso sąlygų 3.4 punktą)	

Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo³	
---	--

1. Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

2. Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

3. Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą Konkurso sąlygų 3.11. p.), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

1.2. konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, patikslinimuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Prekės kaina (mato vieneto kaina), Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (4x5)	21% PVM (įrašyti) suma, Eur *	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (6+7)
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8
1.	Regėjamų funkcijų analizatorius (Vistec AG, Vokietija, katalogo Nr. Optovist II)	vnt.	1	9779,00	9779,00	2053,59	11832,59
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM:							9779,00
PVM suma, EUR:							2053,59
Pasiūlymo kaina, EUR su PVM:							11832,59

***Pastaba.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) žodžiais: vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt du Eur ir 59 ct.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2053,59 Eur.

**REGĖJIMO FUNKCIJŲ ANALIZATORIUS (MEZO TESTUI BEI REGĖJIMO AŠTRUMUI NUSTATYTI)
(NR. 2901)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukletą / brošiūros / aprašo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*)		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	dokumento lapo numeris
1.	Prietaiso paskirtis	Prietaisas skirtas atlikti šiems tyrimams: 1. regėjimo aštrumo įvertinimui; 2. regėjimo lauko įvertinimui; 3. regėjimui prieblandoje įvertinti; 4. jautrumui ryškiai šviesai įvertinti; 5. kontrastiniam jautrumui įvertinti; 6. spalviniam jutimui įvertinti; 7. binokuliniam matymui įvertinti.	Prietaisas skirtas atlikti šiems tyrimams: 1. regėjimo aštrumo įvertinimui; 2. regėjimo lauko įvertinimui; 3. regėjimui prieblandoje įvertinti; 4. jautrumui ryškiai šviesai įvertinti; 5. kontrastiniam jautrumui įvertinti; 6. spalviniam jutimui įvertinti; 7. binokuliniam matymui įvertinti.	Žr. Bukletas	8, 22
2.	Prietaiso konstrukcinis išpildymas	Kompaktiškas, pastatomas ant stalo, optinis-elektrinis prietaisas, kuriam netaikomi tyrimo atstumo toliui apribojimai ar reikalavimai (galima tirti ir mažose	Kompaktiškas, pastatomas ant stalo, optinis-elektrinis prietaisas, kuriam netaikomi tyrimo atstumo toliui apribojimai ar reikalavimai (galima tirti ir mažose	Žr. Bukletas	2, 28

		patalpose) ir nebūtinai standartizuoto apšvietimo/tamsus kabinetas; valdomas kompiuterio pagalba.	patalpose) ir nebūtinai standartizuoto apšvietimo/tamsus kabinetas; valdomas kompiuterio pagalba.		
3.	Regėjimo įvertinimas ir korekciniai akiniai.	Būtina galimybė tikrinti regėjimo funkcijas be korekcijos ir su korekciniais akiniais.	Galima tikrinti regėjimo funkcijas be korekcijos ir su korekciniais akiniais.	Žr. Bukletas	12, 30
4.	Atskirų akių ištyrimo galimybės.	Būtina galimybė tikrinti atskirai dešinę, kairę akį, arba abi akis kartu.	Galima tikrinti atskirai dešinę, kairę akį, arba abi akis kartu.	Žr. Bukletas	15
5.	Regėjimo testų pateikimas (demonstravimas) pacientui.	Regėjimo testai generuojami kompiuterinės programos ir rodomi integruotame aukštos rezoliucijos displejuje.	Regėjimo testai generuojami kompiuterinės programos ir rodomi integruotame aukštos rezoliucijos displejuje.	Žr. Bukletas	8
6.	Galimybė sukurti individualias tyrimo sekas.	Būtina.	Galimybė sukurti individualias tyrimo sekas.	Žr. Bukletas	8
7.	Regėjimo aštrumo tyrimui naudojamų optotipų pasirinkimas.	Būtina	Regėjimo aštrumo tyrimui naudojamų optotipų pasirinkimas.	Žr. Bukletas	8
8.	Būtinai regėjimo aštrumo tyrimo įvertinimo žingsniai.	1,6; 1,25; 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,63; 0,5; 0,4; 0,32; 0,25; 0,1	1,6; 1,25; 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,63; 0,5; 0,4; 0,32; 0,25; 0,1	Žr. Bukletas	8
9.	Regėjimo lauko tyrimas	Ne mažiau 28 taškuose (orientacinis akiplotis).	40 taškuose (orientacinis akiplotis).	Žr. Bukletas	6
10.	Regėjimo prieblandoje tyrimas	Su ir be akinimo.	Su ir be akinimo.	Žr. Bukletas	7
11.	Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (be akinimo)	0,032 cd/m ² +/-0,003 cd/m ² .	0,032 cd/m ² .	Žr. Bukletas	34
12.	Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo	0,100 cd/m ² +/-0,010 cd/m ² .	0,100 cd/m ² .	Žr. Bukletas	34

	aplinkos apšvietimas (su akinimu)				
13.	Jautrumo ryškiai šviesai (akinimo) tyrimas	Fotopiniame apšvietime.	Fotopiniame apšvietime.	Žr. Bukletas	22
14.	Kontrastinio jautrumo tyrimas	Fotopiniame apšvietime.	Fotopiniame apšvietime.	Žr. Bukletas	8
15.	Kontrastinio jautrumo tyrimo ribos	Ne mažiau kaip nuo 2,5% iki 100%.	Nuo 2,5% iki 100%.	Žr. Bukletas	8
16.	Spalvinio jutimo tyrimas	Prietaise t.b. integruotas „Ishihara“ arba jam lygiavertis tyrimas.	Prietaise integruotas „Ishihara“ tyrimas.	Žr. Bukletas	8
17.	Binokulinio matymo tyrimas	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 400” iki 40”.	Nuo 400” iki 40”.	Žr. Bukletas	8
18.	Prietaiso ergonomika	Prietaisas turi būti su integruotu elektriniu aukščio reguliavimu ne mažiau 15 cm ribose.	Prietaisas su integruotu elektriniu aukščio reguliavimu 26 cm ribose.	Žr. Bukletas	3
19.	Galimybė tirti su progresiniais akiniais	Tyrimo žiūros kampas turi būti tolygiai reguliuojamas nuo horizontalios krypties (tolumui) iki ne mažiau 35° žemyn (artumui).	Tyrimo žiūros kampas tolygiai reguliuojamas nuo horizontalios krypties (tolumui) iki 38° žemyn (artumui).	Žr. Bukletas	30
20.	Programinė įranga	Prietaiso valdymui kompiuteriu, su integruotais standartiniais tyrimo testais; pacientų duomenų ir tyrimo rezultatų išsaugojimui.	Prietaiso valdymui kompiuteriu, su integruotais standartiniais tyrimo testais; pacientų duomenų ir tyrimo rezultatų išsaugojimui.	Žr. Bukletas	8
21.	Galimybė perduoti tyrimo duomenis išorinėms duomenų apdorojimo programoms	XML, PDF formatais.	XML, PDF formatais.	Žr. Bukletas	14, 22
22.	Tyrimo rezultatų atspausdinimas	Kompiuterio spausdintuvu ir automatiškai generuojant PDF failą.	Kompiuterio spausdintuvu ir automatiškai generuojant PDF failą.	Žr. Bukletas	22

23.	Prietaiso jungtys su išorinėmis sistemomis	USB, Wi-Fi, Bluetooth.	USB, Wi-Fi, Bluetooth.	Žr. Bukletas	9
24.	Komplekte su kompiuteriu	Nešiojamas, arba stacionarus su monitoriumi, klaviatūra ir pele, pilnai užtikrinantys prietaiso veikimą.	Nešiojamas su pele, pilnai užtikrinantys prietaiso veikimą.	Žr. Bukletas	42, 45
25.	Komplekte su spausdintuvu	Nespalvotas, rašalinis arba lazerinis.	Nespalvotas, lazerinis.	Žr. Bukletas	43, 44
26.	Komplekte su staliuku	Elektrinis, reguliuojamo auščio staliukas su keturiais ratukais ir stabdžiais, tinkamas prietaisui ir kompiuteriui pastatyti.	Elektrinis, reguliuojamo auščio staliukas su keturiais ratukais ir stabdžiais, tinkamas prietaisui ir kompiuteriui pastatyti.	Žr. Bukletas	41
27.	Maitinimas	Iš ~220V/50Hz elektros tinklo.	Iš 220V/50Hz elektros tinklo.	Žr. Bukletas	27
28.	Turi turėti CE ženklą ir sertifikatą	Būtina pateikti	Pateikiama Atitikties deklaracija	Žr. Atitikties deklaracija	1-2
29.	Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba	Būtina pateikti	Pateikiama Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba	Žr. Naudojimo instrukcija_EN ir Naudojimo instrukcija_LT	1-26 1-22
30.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.		

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Atitikties deklaracija	2
2.	Bukletas	45
3.	Naudojimo instrukcija_EN Konfidencialu	26
4.	Naudojimo instrukcija_LT Konfidencialu	22
5.	Vadovo įgaliojimas	1

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Naudojimo instrukcija_EN_Konfidencialu	26	Komercinė (gamybinė) paslaptis.
2.	Naudojimo instrukcija_LT_Konfidencialu	22	Komercinė (gamybinė) paslaptis.

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina.***

Informacija, nurodyta VPI 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

Pardavimų vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)*

Jurgita Kontenienė
(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*