

BONAMEDA

UAB Bonameda

(Vietos veiklos adresas - Breslaujos g. 3b, LT-44403, Kaunas. Tel.: +370 37 280710, faks.: +370 37 280700, el. paštas info@bonameda.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 140927183, PVM mokėtojo kodas LT409271811)

VšĮ Jonišio ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL JĖGOS INSTRUMENTO PIRKIMO

2023-10-12 Nr. 231012-01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| | |
|--|---|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Bonameda |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Registracijos adresas: Draugystės g. 17-1, 51229 Kaunas Buveinės adresas: Breslaujos g. 3B, 44403 Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 140927183, PVM kodas 140927183 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800 A/s: LT05 7180 9000 3146 7726 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Rita Tiukšienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Sandra Steponavičienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų specialistas Augustas Butkevičius Mob.: +370 652 90941 |
| Telefono numeris | +370 37 280710 |
| Fakso numeris | +370 37 280700 |
| El. pašto adresas | info@bonameda.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2

lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
|----------|--|
| - | - |

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt ir Kiekis | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
|--------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | Jėgos instrumentas | Arthrex Power tool AR-400, ARTHREX (JAV) (visi komplektuojami priedai išvardinti techninėje specifikacijoje žr. 2 priedas) | 1 kompl. | 9070,00 | 10 974,70 |

4

lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Pasiūlymas ir techninė specifikacija | 6 | Pasiūlymas ir techninė specifikacija.pdf |
| 2. | EBVPD | 14 | EBVPD.pdf |
| 3. | Tiekėjo deklaracija | 1 | Tiekėjo deklaracija.pdf |
| 4. | 2023-10-12_JoniškL_patvirtinimas | 1 | 2023-10-12_JoniškL_patvirtinimas.pdf |
| 5. | Sertifikatas | 2 | Sertifikatas.pdf |
| 6. | Katalogai | 1 failas.zip | 1 failas.zip |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rita Tiukšienė
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | <i>Parametro reikšmė</i> | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją |
|----------|--|---|
| 1. | Jėgos instrumento sistemos paskirtis - smulkiųjų kaulų chirurginėms operacijoms: kaulų pjovimui, gręžimui, Kiršnerio vielos įvedimui atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras. | (gamintojas, modelis) Jėgos instrumento sistemos paskirtis - smulkiųjų kaulų chirurginėms operacijoms: kaulų pjovimui, gręžimui, Kiršnerio vielos įvedimui atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras. Arthrex power tool AR-400, ARTHREX (JAV) |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija: 1. Gręžimo-pjovimo rankena – 1 vnt. 2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt. 3. Įkraunama baterija – 2 vnt. 4. Gręžimo antgalis – 1 vnt. 5. Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. 6. Baterijų įkrovimo blokas – 1 vnt. 7. Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. Osciliuojančio pjūklo geležtės (tinkamos 2.2 punkte siūlomam osciliuojančio pjovimo antgaliui) – 10 vnt. | Jėgos instrumento komplektacija: 1. Gręžimo-pjovimo rankena – 1 vnt. Ref.: AR-400 Katalogas „AR-400“ 12 psl. 2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt. Ref.: AR-400SAG Katalogas „AR-400“ 14 psl. 3. Įkraunama baterija – 2 vnt. Ref.:AR-400UB Katalogas „AR-400“ 12 psl. 4. Gręžimo antgalis – 1 vnt. Ref: AR-400DJH50 Katalogas „AR-400“ 14 psl. 5. Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. Ref.:AR-400PD Katalogas „AR-400“ 16 psl. 6. Baterijų įkrovimo blokas – 1 vnt. Ref.:AR-400UBC Katalogas „AR-400“ 12 psl. 7. Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. Ref.:AR-400AC-1 Katalogas „AR-400“ 13 psl. Osciliuojančio pjūklo geležtės (tinkamos 2.2 punkte siūlomam osciliuojančio pjovimo antgaliui) – 10 vnt. Ref: AR-300-040S AR-300-041S AR-300-042S AR-300-043S AR-300-044S AR-300-406S AR-300-450S Katalogas „AR-400“ |

| | | |
|------|---|--|
| | | 20 psl. |
| 3. | Gręžimo-pjovimo rankena: galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą | Gręžimo-pjovimo rankena: galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą Ref: AR-400 Katalogas „AR-400“ 12 psl. |
| 3.1. | Maitinimo šaltinis: įkraunama baterija | Maitinimo šaltinis: įkraunama baterija Ref. AR-400UB AR-400UBH-1 AR-400ATK-1 Katalogas „AR-400“ 12 psl. |
| 3.2. | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 0-1250 aps./min gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose kaip 0-1330 aps./min gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą Ref: AR-400DJH50 Katalogas „AR-400“ 14 psl. |
| 3.3. | Svoris (su baterija) ne daugiau kaip 1000 g; | Svoris (su baterija) 630 g; Katalogas „IFU“ 13 psl. |
| 3.4. | Galingumas ne mažiau kaip 80 W | Galingumas 240 W Arthrex katalogas |
| 3.5. | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui Katalogas „IFU“ 28, 34 psl. |
| 3.6. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo Katalogas „IFU“ 9 psl. |
| 3.7. | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus mygtukus | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus mygtukus Katalogas „IFU“ 9 psl. |
| 3.8. | Sriegimo/vibravimo režimas: 1. Aktyvuojamas spaudžiant atskirus mygtukus; 2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį | Sriegimo/vibravimo režimas: 1. Aktyvuojamas spaudžiant atskirus mygtukus; 2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį Katalogas „IFU“ 9 psl. |
| 4. | Gręžimo antgalis: 1. Jacobs (arba lygiaverčio) tipo; 2. Autoklavuojamas; 3. Tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 5 mm; | Gręžimo antgalis: 1. Jacobs tipo; Katalogas „IFU“ 44 psl. 2. Autoklavuojamas; Katalogas „IFU“ |

| | | |
|------|--|--|
| | 4. Maksimalus sukimo momentas ne mažiau kaip 1,5 Nm | 28, 34 psl. 2. Tinkamas gražtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 5,0 mm; Ref. AR-400DJH50 Katalogas „IFU“ 28, 44 psl. 3. Maksimalus sukimo momentas 3,2 Nm Katalogas „IFU“ 14 psl. |
| 5. | Osciliuojančio pjovimo antgalis: 1. Pjovimo greičio valdymas bepakopis, reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 0-15500 ciklų/min. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio įjungimo; 3. Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas; 4. Svoris ne daugiau kaip 200 g; 5. Galimybė keisti pjovimo galvutės padėtį fiksuojant padėtį kas 45° apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. | Osciliuojančio pjovimo antgalis: 1. Pjovimo greičio valdymas bepakopis, reguliuojamas ribose 0-23 000 ciklų/min. Ref: AR-400SAG Katalogas „AR-400“ 14 psl. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio įjungimo; Katalogas „IFU“ 9 psl. 3. Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas; Katalogas „IFU“ 28, 34 psl. 4. Svoris 160 g; Arthrex katalogas 5. Galimybė keisti pjovimo galvutės padėtį fiksuojant padėtį kas 45° apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. Katalogas „IFU“ 28, 24 psl. |
| 6. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti: 1. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm 2. Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas; 3. Svoris ne daugiau kaip 200 g | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti: 1. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm Ref.:AR-400PD Katalogas „AR-400“ 16 psl. 2. Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas; Katalogas „IFU“ 28, 34 psl. 3. Svoris 130 g Arthrex katalogas |
| 7. | Maitinimo šaltinis: Li-Ion baterija su integruotu elektroniniu variklio valdymu | Maitinimo šaltinis Li-Ion baterija su integruotu elektroniniu variklio valdymu Katalogas „AR-400“ 12 psl. Ref: AK-400UB |
| 7.1. | Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh; | Energijos kiekis 21,6 Wh; Arthrex katalogas |
| 7.2. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Įkraunama baterija nesterilizuojama Katalogas „IFU“ 28 psl. |
| 7.3. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių; | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių; Katalogas „IFU“ 11 psl. Katalogas „AR-400“ 12 psl. Ref: AK-400UB |

| | | |
|------|---|---|
| | | AR-400ATK-1 |
| 7.4. | Baterijų pakeitimas nesudėtingas, nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | Baterijų pakeitimas nesudėtingas, nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. Katalogas „IFU“ 11 psl. |
| 7.5 | Maitinimo šaltinis turi būti suderinamas su lignoninėje esančia baterijų pakrovimo stotele „Arthrex AR-400UBC“ arba atskira maitinimo šaltinio pakrovimo stotelė turi būti suteikiama panaudai. | Maitinimo šaltinis suderinamas su lignoninėje esančia Arthrex baterijų pakrovimų stotele. Ref.:AR-400UBC Katalogas „AR-400“ 13 psl. |
| 8. | Sterilizavimo krepšelis pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti | Sterilizavimo krepšelis pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti Ref.:AR-400AC-1 Katalogas „AR-400“ 13 psl. |
| 9. | Žymėjimas CE Ženklu būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | Žymėjimas CE Ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato kopija) |

Aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimas | Tiekėjo patvirtinimas |
|----------|--|--|---|
| 1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečių trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>tiekėjo patvirtinimas</i>). |