

SUSITARIMAS Nr. S1- 67123
**DĖL 2022 M. GRUODŽIO 28 D. DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ,
SERUMŲ IR ANALIZATORIŲ NUOMOS AR PANAUDOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES
NR. S1-405/22 NENURODYTŲ PREKIŲ PIRKIMO**

2023 m. spalio 26 d., Vilnius

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės Aušros Bilotienės Motiejūnienės ir UAB Mediq Lietuva (toliau - Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Marcinkonio, kartu vadinamos „Šalimis“, vadovaujantis 2022 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. S1-405/22 9.4. ir 9.6. papunkčiu, susitaria dėl Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų prekių pirkimo, tačiau susijusių su pirkimo objektu neviršijant 10 % (procentų) Sutarties sumos.

Šalys susitaria dėl sekančių nuostatų:

1. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui perduoti panaudos būdu „QuikRead go“ analizatorių, kuris yra skirtas atlikimui CRB tyrimams paciento medicininės priežiūros vietoje ir Tiekėjas įsipareigoja tiekti reagentus pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant Sutarties 9.6 papunktyje numatytos 10 % Sutarties vertės. (Susitarimo Priedas Nr. 1)
2. Šalys susitarė, kad bendra pirkimo suma **7728,00 Eur su PVM (7360,00 Eur be PVM)**.
3. Šalys susitaria, kad susitarimas galioja pagal pagrindinės sutarties galiojimo trukmę. Pratęsus sutartį, kartu pratęsiamas ir šis susitarimas.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime lieka nepakeistos ir taikomos tokia apimtimi, kiek neprieštarauja šiuo Susitarimu padarytiems pakeitimams.

Šalių parašai ir rekvizitai.:

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
Įmonės kodas 302692454
PVM kodas LT100006560213
A/s LT86 7044 0600 0799 0186
AB SEB bankas, banko k. 70440
Tel.: +370 5 234 4487, faks.: +370 5234 6966

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

A.V.


TIEKĖJAS

UAB Mediq Lietuva
Kolektyvo g. 15-20, LT-08314
Įmonės kodas 302513086
PVM kodas LT100005456916
A/s LT87 7300 0101 5958 2502
AB Swedbank bankas, banko k. 73000
Tel.: +370 5 268 8445

Generalinis direktorius

Giedrius Marcinkonis

A.V.



ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

CRB TYRIMŲ ANALIZATORIUS „QUIKREAD GO” (1 VNT.) PANAUDA

Į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius) pristatomi 1 vnt.

Eil.N r.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
	Analizatorius – 1 vnt.	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas	Quikread go , gamintojas: Aidian OY, Suomija, neatlygintina panauda.	/ 8015_20EN_QuikRead_go_Fam ily Brochure
1.	Analizatorius, paskirtis	Kompaktiškas, ant stalo pastatomas prietaisas, skirtas CRB tyrimams paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POCT - point of care testing)	Kompaktiškas, ant stalo pastatomas prietaisas, skirtas CRB tyrimams paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POCT - point of care testing)	/ 8015_20EN_QuikRead_go_Fam ily Brochure web. 2psl.
2.	Mėginys	Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio ir veninio kraujo, serumo ir plazmos.	Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio ir veninio kraujo, serumo ir plazmos.	/ 146363- 5_QR_go_wtCRP_GBDEFRIT_ web 3psl.
3.	Tyrimui atlikti pakankamas mėginio tūris	≤ 20 µl	≤ 20 µl	/ 146363- 5_QR_go_wtCRP_GBDEFRIT_ web 3psl.
4.	Paprasta tyrimo procedūra	Nereikalingas mėginio paruošimas ar papildomi operatoriaus veiksmų tyrimo procedūros atlikimo metu (po mėginio įdėjimo).	Nereikalingas mėginio paruošimas ar papildomi operatoriaus veiksmų tyrimo procedūros atlikimo metu (po mėginio įdėjimo).	/ 146363- 5_QR_go_wtCRP_GBDEFRIT_ web 1 ir 3psl.
5.	Matavimo metodas	Fotometrinis, imunoturbidimetris arba turbidimetris.	Matavimo metodas: imunoturbidimetris.	/ 146363- 5_QR_go_wtCRP_GBDEFRIT_ web 2psl.
6.	CRB matavimo ribos bendrame kraujyje, CV	Matavimo ribos (kraujas) ne siauresnės negu 5 - 200 mg/l; bendras CV ≤ 10%	CRB matavimo ribos: matavimo ribos (kraujas) 0,5 - 200 mg/l; CRB matavimo ribos: matavimo ribos (kraujas) 5 - 200 mg/l; bendras CV ≤ 6,9%	/ 146363- 5_QR_go_wtCRP_GBDEFRIT_ web 4psl. / QuikRead go reag. 135174 135171 metodika EN GE orig.
7.	Eliminuojama Het įtaka bendro kraujo mėginiams	Prietaisas automatiškai kompensuoja hematokritą.	Prietaisas automatiškai kompensuoja hematokritą.	/ 146363- 5_QR_go_wtCRP_GBDEFRIT_ web 2psl.

8.	Tyrimo trukmė	≤ 2 min.	Tyrimo trukmė: 2 min.	web 2psl. / QuikRead-go-Technical-Specifications EN. 1psl.
9.	Kokybės kontrolė	Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių kontrolines medžiagas. Kokybės kontrolei nepatekus į leidžiamas ribas – darbas neleidžiamas. Suvedamos kokybės kontrolės reikšmės.	Dviejų skirtingų reikšmių kontrolinės medžiagos. Kokybės kontrolei nepatekus į leidžiamas ribas – darbas neleidžiamas. Suvedamos kokybės kontrolės reikšmės.	/ 146363-5_QR_go_wrCRP_GBDEFRIT_web 3psl. / QR_go_CRP_Controls_IFU_LT+EN / 9015-03EN-QuikRead-go-QC-checking
10.	Techninė priežiūra ir aptarnavimas	Tiekėjas įsipareigoja atlikti reikalingą techninę priežiūrą ir remonto darbus vadovaujantis gamintojo prietaiso instrukcijomis ir rekomendacijomis visą sutarties galiojimo laiką nemokamai.	Tiekėjas įsipareigoja atlikti reikalingą techninę priežiūrą ir remonto darbus vadovaujantis gamintojo prietaiso instrukcijomis ir rekomendacijomis visą sutarties galiojimo laiką nemokamai.	/ Aidian įgaliojimas LoA 2023 MediqlT_EN

- Įranga turi būti ne senesnė kaip 1 metai, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti įrangą ir paruošti darbu bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga. Specialistas turi pateikti dokumentą (pažymėjimą/sertifikatą), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje.
- Tyrimo priemonės reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą

1. Reagentai bei papildomos priemonės CRB (C-reaktyvus baltymo) analizatoriui QuikRead go

Eil. Nr.	Tyrimai / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaičius kontrolės)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
1.1.	CRB reagentai, rinkinys 5-200mg/l	4250	4000	500 tyr.	8	750,00	6 000,00	6 300,00	Aidian, 135174
1.2.	CRB reagentai, rinkinys 0,5-200mg/l		250	50 tyr.	5	120,00	600,00	630,00	Aidian, 146521
1.3.	Kokybės kontrolė 1		20	1ml	20	19,00	380,00	399,00	Aidian, 153764

[illegible]

Šalių parašai ir rekvizitai.:

PIRKĒJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Antakalnis g. 57, LT-10207 Vilnius

Imonės kodas 302692454

PVM kodas LT100006560213

A/s LT86 7044 0600 0799 0186

AB SEB bankas, banko k. 70440

Tel.: +370 5 234 4487, faks.: +370 5234 6966

Direktore

Auŗra Bilotienė Motiejūnienė

A.V.



TIEKĒJAS

UAB Mediq Lietuva

Kolektyvo g. 15-20, LT-08314

Imonės kodas 302513086

PVM kodas LT100005456916

A/s LT87 7300 0101 5958 2502

AB Swedbank bankas, banko k. 73000

Tel.: +370 5 268 8445

Generalinis direktorius

Giedrius Marcinkonis

