

Uždaroji akcinė bendrovė „DRE DESIGN & CONSULTING“, įmonės adresas : Parko 41, Zeigiai, Klaipėdos rajono sav. LT-92380,
Įmonės kodas : 302777591 PVM mokesčio kodas: LT100007329412

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI

KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

**PASIŪLYMAS
DĖL ARTROSKOPIJAI NAUDOJAMŲ IMPLANTŲ PIRKIMO 4,5,6 DALYSE**

20 Sausio 2016 Nr. 01/16
Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „DRE DESIGN & CONSULTING“,
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Parko 41, Zeigiai, Klaipėdos rajono sav. LT-92380
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Romas Daugnora
Telefono numeris	+37069938792
Fakso numeris	
El. pašto adresas	dr@dre-design.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
Mes siūlome šias prekes:

Artroskopijai naudojamų implantų techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Numatomas pirkti preliminarus kiekis vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Vieneto kaina EUR su PVM	Kaina EUR su PVM
4	Įkalami lateralinei eilei peties sąnario inkariniai implantai	60	162.00	170.10	10206.00
	4.1. Sterilioje pakuočioje				
	4.2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai ir PEEK CF (70% PEEK - Optima + 30% Anglies pluoštas).				
	4.3. Įkalamas. Su kilpa distalinėje dalyje, siūlams praveisti.				
	4.4. Išmatavimai: išorinis diametras 3,5 mm ir 4,5 mm±0,05 mm,				
	4.5. Komplekte turi būti siūlo pravedėjas. (Suture passer).				
5	Raiščių fiksavimo sistema - Endosaga	Viso: IV dalies kaina, Lt su PVM			
	5.1. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai	70	139.95	146.94	10285.80

5.2. Išmatavimai : Standartinė ir Didžioji endosagos sistema trijų kiaurymių išsidėsčiusių išilgai korpuso, bei vienos (Standartinė Didžioji) skersinių kiaurymių, pailgos formos, ilgis 14 mm±0,5 mm, skersmuo 4,0 mm su 1,2 mm išilgine nuožula bei 45° skersine nuožula sagos pozicionavimui. Mini sistema keturių kiaurymių, pailgos ovalo formos, plotis 4,0 ±0,05 mm					
5.3. Endosagos sistema su iš anksto paruošta kilpa be mazgo ir dviem skirtingų spalvų įvertais siūlais implanto pravedimui ir pozicionavimui. Kilpa privalo išlaikyti ne mažesnę nei 1490 N apkrovą.					
5.4. Endosagos sistema su kilpa, pagaminta iš UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno 10-60 mm ilgio (žingsniais kas 5,0 mm), ne mažiau kaip po 11 ilgių Didžiajai bei Standartinei ir Mažajai sistemoms.					
5.5. Turi užtikrinti stabilią fiksaciją 4,5-10,0 mm kiaurymėje be jokių papildomų jungčių/implantų .					
5.6. Didžiajai ir Standartinei sistemoms nereikalaujanti laiptinės (skirtingų skersmenų) kiaurymės paruošimo, tinkantis revizijoms.					
Viso: V dalies kaina, EUR su PVM					
6	Sraigatai PKR sausgyslių transplantato blaundinei fiksacijai (pirminei auto ir aloplastikai)	100	149,95	157,44	15744,00
6.1. Sterilioje pakuotėje					

6.2. Straigtai kaniuluoti minimaliai 1,5 mm diametro	
6.3. Cheminė sudėtis – polimeras PEEK CF:(70% PEEK-Optima +30% Anglies pluoštas)	
6.4. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge,	
6.5. Straigtų storiai: nuo 7 iki 12 mm – šešių skersmenų	
6.6. Straigtų ilgiai: nuo 20 mm iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) turi būti galimybė pasirinkti	
6.7. Straigtai pralaidūs rentgeno spinduliams	
6.8. Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui	
	Viso: VI dalies kaina, EUR su PVM 15744.00

Suma žodžiu: Viso:(36235,80 Eur.) *Trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki Eurai 80ct.*

Tame tarpe PVM- 1724,30 EUR (Vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt keturi Eurai ir 30 centų)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

14

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas, Techninė specifikacija 1 priedas	5 puslapiai
2	Kvalifikaciniai dokumentai (1 monės įstatai, pažymos iš Registrų centro bei Informatikos ir Ryšių departamento)	5 puslapiai
3	Gamintojo įgaliojimai, CE sertifikatas su vertimais	6 puslapiai
4	Prekių katalogo puslapių kopijos su vertimais	12 puslapių

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____ nereikalaujama _____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkinę dokumentuose.

Direktorius

Romas Daugnora

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

