

Gera diena,

Siunčiame trūkstamus dokumentus. Mūsų siūlomos priemonės tuberkuliocidinis poveikis testuotas pagal EN 14348 standartą, bet pagal lygiavertį.

Dėl 11 pirkimo dalies: standartas EN16777 taikomas **tik purškiamoms priemonėms** (BS EN 16777 – Quantitative Non-porous Surface test **without Mechanical action** for the Evaluation of Virucidal activity of Chemical Disinfectants used in Medical Area). Jei priemonė naudojama valomuoju būdu, ji testuojama pagal standartą EN16615. Mūsų siūloma priemonė naudojama ne purškiamai, o valomajai- šluostomajai dezinfekcijai.