



UAB "Barameda"

įm. kodas 303304004, PVM kodas LT100008567211, Perkūnkiemio g. 5, LT-12129, Vilnius, Lietuva
tel. +370 684 80614, el. paštas: info@barameda.com, www.barameda.com LT60 7044 0600 0795 8838, SEB bankas, kodas 70440

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

DĖL INTRAOKULINIŲ LĖŠIUKŲ IR PRIEDŲ JŲ IMPLANTAVIMUI PIRKIMO

2023-09-22 Nr. BM23R-134

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Barameda" įm. kodas 303304004, PVM kodas LT100008567211, Perkūnkiemio g. 5 (6a), LT- 12129, Vilnius, Lietuva tel. +370 684 80614, el. paštas: info@barameda.com, www.barameda.com LT60 7044 0600 0795 8838, SEB bankas, kodas 70440 Direktorė Jekaterina Baratiniskienė
Tiekėjo adresas	
Įmonės kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	ESPD	13
2	Katalogas KONFIDENCIALU	7
3	Sertifikatai KONFIDENCIALU	44
4	Barameda įstatai	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Katalogai KONFIDENCIALU	2
2	Sertifikatai KONFIDENCIALU	3

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Jekaterina Baratinskienė

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn.	Matovnt.	Siūlomos prekės gamintojas, kodas, parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas	Matovnt. kaina EUR be PVM	Viso kiekio suma EUR be PVM	PVM dydis %	Viso kiekio suma EUR su PVM
Bendri reikalavimai: - Intraokuliniai lęšiukai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. - Siūlomos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas. - Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. - Ne priklausomai nuo intraokulinių lęšiukų dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšiukų 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. Reikalingas IOL kiekis, nurodant dydžius, užsakomas pagal poreikį. - Visi (visų dioptrijų) vienai konkurso daliai siūlomi IOL turi būti vienodi ir to paties gamintojo. Visų dydžių kapsulės, tempimo žiedai turi būti to paties gamintojo. - Ligoninei pareikalavus Tiekėjai per 3 darbo dienas privalės pateikti pavyzdžius: 1 daliai turės pateikti dažniausiai naudojamų dydžių (20-21-22 D) 3 vnt., 2 daliai 1 vnt. (21 D) užpakalinės kameros sulankstomų lęšių pavyzdžius, 3 daliai 1 vnt. (19 D) priekinės kameros IOL pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negražinami. - Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). - Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. - Intraokulinių lęšiukų pristatymas į gydymo įstaigas užtikrinamas per 10 darbo dienų nuo užsakymo. Intraokulinių lęšiukų, kapsulės, tempimo žiedų ir implantavimo kasečių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo.										
1.	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai	1. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas 2. Ilgis: gali būti nuo 12,5 mm iki 13,0 mm 3. Optinės dalies diametras: gali būti nuo 5,5mm iki 6,0mm 4. Optinės dalies kraštas: status 5. Optinės dalies išgaubtumas: asferinis 6. Optinės dalies forma: plusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšiukų optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos. 7. Refrakcijos indeksas: intervalas tarp 1,46 ir 1,56 8. Laužiamoji galia: nuo -5 iki +34 dioptrijų, 0,5 dioptrijos žingsniu. 9. Atraminė elementų forma: „J“ arba „C“ 10. Konstrukcija: monolitiniai.	Iki 1000 vnt.	Vnt.	1. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas 2. Ilgis: 13,0 mm ir/arba 12,5 mm 3. Optinės dalies diametras: 6,0 mm 4. Optinės dalies kraštas: status 5. Optinės dalies išgaubtumas: asferinis 6. Optinės dalies forma: plusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšiukų optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos. 7. Refrakcijos indeksas: intervalas tarp 1,493 8. Laužiamoji galia: nuo -6 iki +36 dioptrijų, 0,5 dioptrijos žingsniu. 9. Atraminė elementų forma: „C“ 10. Konstrukcija: monolitiniai.	ACE, Freedom, FPL602/FPL603	22,50	22500,00	5	23625,00
3	Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai 2. Ilgis: gali būti nuo 12,5 iki 13,5 mm 3. Optinės dalies diametras: gali būti nuo 5,5 mm iki 6,0 mm 4. Laužiamoji galia: nuo +5 iki +25 dioptrijų 5. Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais.	Iki 100 vnt.	Vnt.	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas ir jo dariniai 2. Ilgis: 12,5 ir/arba 13,0 mm 3. Optinės dalies diametras: 6,0 mm 4. Laužiamoji galia: nuo +5 iki +30 dioptrijų 5. Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais.	ACE, Freedom, PMS603/ PMS602	9,00	900,00	5	945,00
6.	Vienkartiniai	Propilenas, sterilūs, mėlynos spalvos, 5 vnt. dėžutėje	Iki	Pa	Propilenas, sterilūs, 5 vnt. dėžutėje	Iris retractors,	15,20	2280,00	5	2394,00

	rainelės retraktoriai (kabliukai)		150 pak.	k.		Sidapharm, 88000				
--	---	--	-------------	----	--	------------------	--	--	--	--