

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas LT344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

VšĮ Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILAUS ŠVIESTUVO SMULKIOMS OPERACIJOMS PIRKIMO

2023-11-30 Nr. 553095

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skirgesa“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	234449420, LT344494219
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Laura Lesevičienė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Skirmantas Akelis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Skirmantas Akelis
Telefono numeris	8 37 478242
Fakso numeris	8 37 458161
El. pašto adresas	info@skirgesa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-	-

**Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 4 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“ (dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu): žr. „1.1. Pasiūlymas kainos“.xls.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Mobilus šviestuvo smulkioms operacijoms techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Vieno modulio mobilus operacinis šviestuvas, skirtas smulkioms operacijoms	Vieno modulio mobilus operacinis šviestuvas, skirtas smulkioms operacijoms
2.	Konstrukcija	1. Mobilus stovas; 2. Šviestuvo laikiklis sujungtas su stovu per judrų šarnyrą; 3. Šviestuvo galva sujungta su laikikliu per judrų šarnyrą ir su šviestuvo krypties reguliavimo rankena.	1. Mobilus stovas; 2. Šviestuvo laikiklis sujungtas su stovu per judrų šarnyrą; 3. Šviestuvo galva sujungta su laikikliu per judrų šarnyrą ir su šviestuvo krypties reguliavimo rankena.
3.	Reikalavimai konstrukcijai	1. Mobilus stovas su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 su stabdžiais; 2. Stovo aukštis ≥ 1500 mm; 3. Šviestuvo laikiklio ilgis ≥ 700 mm; 4. Šviestuvo laikiklio pakėlimo-nusileidimo kampas (nuo horizontalios padėties) ne siauresnėse ribose kaip nuo -60° iki $+30^\circ$.	1. Mobilus stovas su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais; 2. Stovo aukštis 1545 mm; 3. Šviestuvo laikiklio ilgis 815 mm; 4. Šviestuvo laikiklio pakėlimo-nusileidimo kampas (nuo horizontalios padėties) ribose nuo -62° iki $+34^\circ$.
4.	Apšvietimo technologija	Reflektorinė, šešėlį mažinanti apšvietimo technologija	Reflektorinė, šešėlį mažinanti apšvietimo technologija
5.	Šviesos šaltinis	1. ≥ 18 vnt. LED diodų, sumontuotų modulio kupole; 2. LED gyvavimo trukmė $\geq 60\,000$ val.	1. 18 vnt. LED diodų, sumontuotų modulio kupole; 2. LED gyvavimo trukmė 60 000 val.
6.	Šviesą skleidžiančio paviršiaus plotas	$\geq 620\text{ cm}^2$	622 cm^2
7.	Maksimali apšvieta (matuojant 1m atstumu)	$\geq 100\,000\text{ lx}$	$100\,000\text{ lx}$
8.	Šviesos intensyvumo reguliavimo intervalas	$\geq 25 - 100\%$	$25 - 100\%$
9.	Šviesos lauko diametras d10 (matuojant 1m atstumu)	$\geq 170\text{ mm}$	170 mm
10.	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra	$4500\text{ K} \pm 500\text{ K}$	4500 K
11.	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)	≥ 95	96
12.	Apšvietimo stulpo gylis (L1+L2)	1. Ties 20% $\geq 1550\text{ mm}$; 2. Ties 60% $\geq 920\text{ mm}$.	1. Ties 20% - 1610 mm ; 2. Ties 60% - 1560 mm .
13.	Darbinio atstumo diapazonas	$\geq 150 - 1650\text{ mm}$	$150 - 1680\text{ mm}$

14.	Paviršių padengimas ir valymas	1. Paviršiai padengti antibakterine danga be kenksmingų sidabro jonų, kuri sumažina mikrobus kiekį $\geq 99,99\%$. 2. Lengvai valoma vientisa ir uždara šviestuvo konstrukcija; 3. Šviestuvo stiklas atsparus įbrėžimams.	1. Paviršiai padengti antibakterine danga be kenksmingų sidabro jonų, kuri sumažina mikrobus kiekį $99,99\%$. 2. Lengvai valoma vientisa ir uždara šviestuvo konstrukcija; 3. Šviestuvo stiklas atsparus įbrėžimams.
15.	Komplektacija	Mobilus šviestuvas komplektuojamas su steriliomis daugkartinėmis rankenomis (2 vnt.)	Mobilus šviestuvas komplektuojamas su steriliomis daugkartinėmis rankenomis (2 vnt.)
16.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	24 mėnesiai
17.	Prekės pristatymas ir surinkimas/sumontavimas	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į surinkimo/sumontavimo vietą, surinkimas/sumontavimas, po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į surinkimo/sumontavimo vietą, surinkimas/sumontavimas, po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymas	4	Pasiūlymas
1.1.	Pasiūlymas_kainos	1	Pasiūlymas_kainos
2.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą
3.	Katalogas	3	Katalogas
4.	KONFIDENCIALU_Katalogas	5	KONFIDENCIALU_Katalogas
5.	Techninė specifikacija	2	Techninė specifikacija
6.	Patvirtinimas	1	Patvirtinimas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki **2024-02-24 d.**

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti): konfidenciali informacija pateikta žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf“, 1-5 psl.

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Laura Lesevičienė
(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LAURA LESEVIČIENĖ
Data: 2023-11-30 09:09:00
Paskirtis: Pirkimo nr. 698057
Vieta: Energetikų g. 8, LT-52461,
Kaunas
Kontaktinė informacija: Viešųjų
pirkimų specialistė