

**Šlapimo indų ir basonų plovimo, dezinfekavimo mašinos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametrai (specifikacija)</b>	<b>Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės</b>	<b>Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės</b>
1.	Paskirtis	Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų ir šlapimo indų (su visu turiniu) išplovimui bei terminei dezinfekacijai, pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).	Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų ir šlapimo indų (su visu turiniu) išplovimui bei terminei dezinfekacijai, pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno. <b>(REVO Technical DS, 2 psl.)</b>
2.	Mašinos konstrukcija	1. Pastatoma; 2. Vienpusis modelis; 3. Pakraunama iš priekio.	1. Pastatoma; <b>(REVO Technical DS, 1 psl.)</b> 2. Vienpusis modelis; <b>(REVO Technical DS, 1 psl.)</b> 3. Pakraunama iš priekio. <b>(REVO Technical DS, 1 psl.)</b>
3.	Mašinos išoriniai matmenys	1. Plotis 400-600 mm; 2. Gylis 450-700 mm; 3. Aukštis ≤ 1800 mm.	1. Plotis 450 mm; 2. Gylis 500; 3. Aukštis 1500 mm. <b>(REVO Technical DS, 1 psl.)</b>
4.	Plovimo kamera	Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).	Plovimo kamera pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno. <b>(REVO Technical DS, 2 psl.)</b>
5.	Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama (pasirinktinai pagal poreikį):	1. Ne mažiau kaip vienas plastikinis basonas su rankena (nesimetriško plastikinio basono matmenys: aukštis 10 cm, ilgis 55 cm, plotis per plačiausią vietą 29,5 cm) ir vienas šlapimo indas („antelė“) (nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm) <b>(būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</b> 2. Ne mažiau kaip du šlapimo indai („antelės“) (vieno nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm) <b>(būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</b> 3. Ne mažiau kaip vienas metalinis basonas (nesimetriško metalinio basono matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 37 cm, plotis per plačiausią vietą 31 cm) <b>(būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);</b> 4. Ne mažiau kaip vienas WC kibirėlis (simetriško kibirėlio aukštis 16 cm, skersmuo 31 cm) <b>(būtinas atitinkamas tiekėjo</b>	Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama (pasirinktinai pagal poreikį): 1. Vienas plastikinis basonas su rankena (nesimetriško plastikinio basono matmenys: aukštis 10 cm, ilgis 55 cm, plotis per plačiausią vietą 29,5 cm) ir vienas šlapimo indas („antelė“) (nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm); <b>(Confirmation letter)</b> 2. Du šlapimo indai („antelės“) (vieno nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm); <b>(Confirmation letter)</b> 3. Vienas metalinis basonas (nesimetriško metalinio basono matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 37 cm, plotis per plačiausią vietą 31 cm); <b>(Confirmation letter)</b> 4. Vienas WC kibirėlis (simetriško kibirėlio aukštis 16 cm, skersmuo 31 cm). <b>(Confirmation letter)</b>

		<i>ir/arba gamintojo patvirtinimas).</i>	
6.	Dėklai skirtingų dydžių basonams	Kartu su plovimo – dezinfekavimo mašina pateikiami dėklai, skirti skirtingų dydžių basonams, šlapimo indams (nurodytiems techninės specifikacijos 5.1-5.4 punktuose) plauti, lengvai keičiami darbo vietoje pagal poreikį ( <b>būtiną atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas</b> ).	Kartu su plovimo – dezinfekavimo mašina pateikiami dėklai, skirti skirtingų dydžių basonams, šlapimo indams (nurodytiems techninės specifikacijos 5.1-5.4 punktuose) plauti, lengvai keičiami darbo vietoje pagal poreikį. ( <b>Confirmation letter</b> )
7.	Garų tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus	Būtiną garų tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus.	Garų tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus. ( <b>Confirmation letter</b> )
8.	Pilna mašinos vamzdžio dezinfekcija	Būtiną pilna mašinos vamzdžio dezinfekcija po kiekvieno plovimo – dezinfekavimo ciklo.	Yra pilnos mašinos vamzdžio dezinfekcijos po kiekvieno plovimo – dezinfekavimo ciklo funkcija. ( <b>Confirmation letter</b> )
9.	Automatinis basonų ištuštinimas užsidarius mašinos durims arba galimybė dėti basonus į plovimo – dezinfekavimo mašiną jų prieš tai neištuštinant	Būtiną automatinis basonų ištuštinimas užsidarius mašinos durims arba galimybė dėti basonus į plovimo – dezinfekavimo mašiną, jų prieš tai neištuštinant.	Yra automatinis basonų ištuštinimas užsidarius mašinos durims. ( <b>REVO Operation and Maintenance, 13 psl.</b> )
10.	Purkštukai kameroje	Ne mažiau kaip 4 stacionarūs ir ne mažiau kaip 1 besisukantis antgalis.	Viso 17 purkštukų kameroje: 1 didelio sukimosi skersmens purkštukas; 9 stacionarūs purkštukai; 7 mažo sukimosi skersmens purkštukai. ( <b>REVO Technical DS, 2 psl.</b> )
11.	Mašinos valdymas	Mikroprocesorinis arba lygiavertis	Mašinos valdymas yra mikroprocesorinis. ( <b>REVO Technical DS, 2 psl.</b> )
12.	Ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei	Būtiną ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei.	Yra lietimui jautrus ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei. ( <b>REVO Technical DS, 3 psl.</b> )
13.	Plovimo programos	1. Ne mažiau kaip 3 gamintojo instaliuotos programos; 2. Programos paleidimas atliekamas vieno mygtuko paspaudimu.	1. 3 gamintojo instaliuotos programos; ( <b>REVO Technical DS, 3 psl.</b> ) ( <b>REVO_REVO PRO Catalog, 3 psl.</b> ) 2. Programos paleidimas atliekamas vieno mygtuko paspaudimu. ( <b>REVO_REVO PRO Catalog, 3 psl.</b> )
14.	Tirpalo (cheminių medžiagų), naudojamo plovimo – dezinfekavimo mašinos eksploatavimo metu, tankio nustatymas	Galimybė vartotojui nustatyti naudojamo tirpalo (nepriklausomai nuo tirpalo gamintojo) tankį plovimo – dezinfekavimo mašinoje ( <b>būtiną atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas</b> ).	Yra galimybė vartotojui nustatyti naudojamo tirpalo (nepriklausomai nuo tirpalo gamintojo) tankį plovimo – dezinfekavimo mašinoje. ( <b>Confirmation letter</b> )
15.	Mašinoje įmonuota spintelė	Būtiną mašinoje po plovimo kamera įmonuota spintelė cheminėms plovimo priemonėms laikyti.	Mašinoje po plovimo kamera yra įmonuota spintelė cheminėms plovimo priemonėms laikyti. ( <b>REVO Operation and Maintenance, 21 psl.</b> )
16.	Elektros maitinimas	Iš 230V/50Hz elektros tinklo	Elektros maitinimas iš 230V, ~ 50 Hz elektros tinklo. ( <b>REVO Technical DS, 4 psl.</b> )

17.	Plovimo dezinfekavimo mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiavėčio) reikalavimus	Plovimo dezinfekavimo mašina turi atitikti LST EN ISO 15883 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus.	Plovimo dezinfekavimo mašina atitinka MDD 93/42/EEC ISO 15883-1, 15883-3 standartų reikalavimus. <b>(REVO_REVO PRO Catalog, 3 psl.)</b>
18.	Triukšmo lygis	≤ 70 dB (A)	Triukšmo lygis 54 dB (A) <b>(REVO Operation and Maintenance, 4 psl.)</b>
19.	Vandens minkštinimo sistema	Komplekte pateikiamas šalto vandens minkštinimo įrenginys, parinktas pagal mašinos našumą (jei šalto vandens minkštinimo sistema yra numatyta gamintojo).	Komplekte pateikiamas šalto vandens minkštinimo įrenginys, parinktas pagal mašinos našumą. <b>(REVO Technical DS, 3 psl.)</b>
20.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	Mašina turi CE ženklą. <b>(Confirmation letter)</b> Kartu su pasiūlymu yra pateikiamas žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopija.
21.	Įrangos garantinis laikotarpis	≥ 36 mėn.	Įrangos garantinis laikotarpis 36 mėn. <b>(Confirmation letter)</b>
22.	Plovimo dezinfekavimo mašinos pristatymas į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas ir pajungimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Plovimo dezinfekavimo mašinos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo ir pajungimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Plovimo dezinfekavimo mašinos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo ir pajungimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. <b>(UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas)</b>
23.	Kartu su plovimo dezinfekavimo mašina pristatoma dokumentacija	1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Kartu su plovimo dezinfekavimo mašina pristatoma dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. <b>(UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas)</b>
24.	Ekspluatacinės medžiagos instaliuotos plovimo dezinfekavimo mašinos išbandymui	Kartu su įranga pateikiamas startinis komplektas cheminių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese.	Kartu su įranga bus pateikiamas startinis komplektas cheminių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese. <b>(UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas)</b>

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys