



UAB „Abbott Medical Lithuania“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius, tel. +370 685 38830,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300121108, PVM mokėtojo kodas LT100001896710)

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTROFIZIOLOGIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

_____ 2023 m. gruodžio mėn. 1 d. _____ Nr. 3 _____
(Data)
_____ Vilnius _____
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Abbott Medical Lithuania“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eglė Burkovskienė
Telefono numeris	+370 686 01962, +370 685 38830
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	egle.burkovskiene@abbott.com
Tiekėjo (įmonės) kodas	300121108

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
- 2) atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

4. Mes siūlome šias elektrofiziologijos priemones (pateikiame užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą Techninė specifikacija) ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Direktorius įgaliojimas Eglei Burkovskienei	1
2	EBVPD	16
3	Gamintojo įgaliojimas	4
4	Mika Mustonen teistumo pažyma_2023.10.27_vertimas į lietuvių k.	4
5	Marzena Dembek teistumo pažyma_2023.10.12_vertimas į lietuvių k.	4
6	Bradley Jay Slater teistumo pažyma_2023.07.05_vertimas į lietuvių k.	3
7	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį	1
8	Kompetetengų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma	2
9	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija	14

10	Pasiūlymo forma	3
11	Techninė specifikacija	8
12	Katalogas	13
13	Sertifikatai	34
14	Atitikimas žaliajo pirkimo reikalavimams, dokumentai dėl aplinkos išteklių tausojimas	18

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Verslo pagalbos specialistė /
Įgaliotas asmuo

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Eglė Burkovskienė

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai/ komplektacija	Orientacinis kiekis 12 mėn. vnt.	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	1.Firminis prekės pavadinimas, 2.Gamintojas, 3.Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PV M proc . dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Elektrokardiostimuliatoriaus elektrodai	- įvairaus ilgio (mažiausias intervalas 45–85 cm) - aktyvios fiksacijos išsukama spirale - skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai - išskiriantys gliukokortikoidus - sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus	150	- įvairaus ilgio 46cm, 52cm, 58cm, 65cm ir 100cm - aktyvios fiksacijos išsukama spirale - skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai - išskiriantys gliukokortikoidus - sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus	Tendril STS 2088TC St.Jude Medical (JAV) Katalogo psl. 9-10	210.00	31500.00	5	33075.00
Bendra 2 pirkimo dalies suma žodžiais: trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 0 ct be PVM, trisdešimt trys tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai 0 ct su PVM									
3.	Biventrikulinio EKS implantavimo komplektai	- Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. - DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu . - DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu. - Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). - Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“). - Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm³. - Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. - Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. - Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. - Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis,	20	- Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. - DS amplitudė 0,25–7,5 V, keičiant po 0.5 V žingsniu. - DP amplitudė 0,25–7,5 V, keičiant po 0.5 V žingsniu. - Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). - Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“). - Masė 27 g, tūris 15 cm³. - Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. - Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos	Quadra Allure MP PM3562 su elektrodais Optisense Optim 1999, TendrilSTS 2088TC, Quartet 1458Q/1456Q/1457Q /1458QL, viela CPS COURIER DS2G001-DS2G004 ir introdiuseriu CPS DIRECT SL II DS2C001-DS2C015 su CPS UNIVERSAL SLITTER DS2A003 peiliuku arba introdiuseriu CPS DIRECT PL II 410211/410218, 410212/410219, 410213/410220 St.Jude Medical (JAV) Katalogo psl. 3-13	1570.00	31400.00	5	32970.00

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai/ komplektacija	Orientacinis kiekis 12 mėn. vnt.	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	1.Firminis prekės pavadinimas, 2.Gamintojas, 3.Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PV M proc . dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos). • Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. • Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14min., epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. • Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. • Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža. • Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). • Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai. • Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose. • KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų. • Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. • Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis,		registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. • Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. • Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos). • Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. • Saugomų elektrogramų trukmė 14min., epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. • Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. • Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža. • Prietaiso darbo trukmė 8 metai (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija,					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai/ komplektacija	Orientacinis kiekis 12 mėn. vnt.	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	1.Firminis prekės pavadinimas, 2.Gamintojas, 3.Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PV M proc . dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. • Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. • Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais. • Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija. • Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). <u>Komplekte turi būti:</u> 1. Įvairaus pasirenkamo ilgio (52–65) cm aktyvios fiksacijos skilvelinis elektrodas, išskiriantis gliukokortikoidus, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai. 2. Įvairaus ilgio pasirenkamas (45–55) cm aktyvios fiksacijos, tiesus prieširdinis elektrodas, išskiriantis gliukokortikoidus, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai. 3. Įvairaus pasirenkamo ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas – ≤5F diametro, atstumai tarp kontaktų ≥ 10mm, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai tarp S ir L formų. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduiseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai įjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai;		automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). • Prekės gamintojo garantija 6 metai. • Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose. • KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų. • Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. • Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. • Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. • Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai/ komplektacija	Orientacinis kiekis 12 mėn. vnt.	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	1.Firminis prekės pavadinimas, 2.Gamintojas, 3.Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PV M proc . dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) viela, tinkama introduuserio įvedimui 160–200 cm ilgio; c) 2 plonos vielos KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokonstrastiniu galu.		- Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija. - Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). <u>Komplekte turi būti:</u> 1. Įvairaus pasirenkamo ilgio (52, 58, 65) cm aktyvios fiksacijos skilvelinis elektrodas, išskiriantis gliukokortikoidus, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai. 2. Įvairaus ilgio pasirenkamas (46, 52) cm aktyvios fiksacijos, tiesus prieširdinis elektrodas, išskiriantis gliukokortikoidus, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai. 3. Įvairaus pasirenkamo ilgio (75,86 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas – 5F diametro, atstumai tarp kontaktų 20-30-40-47-60mm, sertifikuotas atlikti					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai/ komplektacija	Orientacinis kiekis 12 mėn. vnt.	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	1.Firminis prekės pavadinimas, 2.Gamintojas, 3.Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PV M proc . dydi s	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai tarp S ir L formų. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; b) viela, tinkama introduserio įvedimui 195cm ilgio; c) 2 plonos vielos KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokonstrastiniu galu.					
	Bendra pirkimo 3 dalies suma žodžiais: trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai eurų 0 ct be PVM, trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 0 ct su PVM								

PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

1. Užsakytos prekės turi būti pristatomos per 7 darbo dienas.
2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija su visų siūlomų implantuojamų prietaisų eskizais – iliustracijomis.
3. Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).

PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

Taikomos 1 ir 3 pirkimo dalims.

1. Pirkėjui pateikus paraišką Prekėms, nurodant, kad už Prekes bus atsiskaitoma po realizacijos, Pardavėjas, Sutartyje numatytais terminais (per 7 darbo dienas), įsipareigoja atgabenti Pirkėjui atitinkamą Prekių kiekį, Pirkėjas be apribojimų galės naudoti šias Prekes atsižvelgdamas į savo poreikius.
2. Pardavėjas, atgabėjęs Prekes pagal 1 punkte numatytas sąlygas, iš karto nuosavybės teisių Pirkėjui į Prekes neperduoda. Prekių pristatymas įforminamas važtaraščiu ar priėmimo perdavimo aktu. Pardavėjas garantuoja Prekių pasibaigus galiojimo terminui pakeitimą ir/ar išgabenimą.

3. Pirkėjo apskaitoje šios Prekės, gautos Sutarties 1 punkte nurodytomis sąlygomis, nėra laikomos jo turtu ir užfiksuojamos nebalansinėje sąskaitoje. Pirkėjas, realizavęs šias Prekes, per kiekvieno mėnesio pirmas 3 darbo dienas, pateikia ataskaitą Pardavėjui, nurodydamas prekių kiekį ir sumą, pagal kurią Pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas šią sąskaitą faktūrą apmoka per 30 kalendorinių dienų..
4. Siekiant nustatyti kokią Prekių dalį, gautų Sutarties 1 punkte numatytomis sąlygomis, panaudojo Pirkėjas, kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną, dalyvaujant Šalių įgaliotiems atstovams, šios Prekės inventorizuojamas surašant Inventorizacijos aktą. Inventorizacijos aktas surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Nutraukus sutartį Pirkėjas Prekes, gautas Sutarties 1 punkte numatytomis sąlygomis, ir už kurias nėra atsiskaityta Sutartyje numatytomis sąlygomis, privalo grąžinti Pardavėjui.
6. Prekės pristatomos pagal Pirkėjo užsakymą, nurodant užsakomų prietaisų kiekį ir tipus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir laikomos ligoninėje kaip Pardavėjo nuosavybė (konsignacinis sandėlys).
7. Implantavus pacientams reikalingus prietaisus, Pirkėjas už juos apmoka pirkimo – pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis, pagal realų prietaisų suvartojimą.

Ligoninėje turi būti mažiausiai trys normaliai funkcionuojantys programikliai, perduoti ligoninei pagal panaudos sutartį neatlygintinai, tinkantys programuoti siūlomus implantuojamus prietaisus. Jei ligoninė tiek programiklių neturi, trūkstamas jų kiekis turi būti pateiktas kartu su pirmąja prekių siunta. Pardavėjas turi užtikrinti nemokamą programiklių techninę priežiūrą bei remontą ir nemokamai aprūpinti specialiu registraciniu popieriumi, skirtu programiklių spausdintuvams (pagal Pirkėjo poreikius).