

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)**NR. S-6.19E-36/2024****INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS (NR. 7662)**

2024 m. sausio 30 d.

Vilnius

AmberCell Solutions, UAB (toliau - Pardavėjas), atstovaujama įgalioto asmens administratorės,
, veikiančios pagal 2023 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą,

ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos valdymui Violetos Kanapeckienės, veikiančios pagal 2019 m. lapkričio 18 d.
įsakymą Nr. V-288,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu –
„Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto
viešojo pirkimo „**Intervencinės radiologijos priemonės (Nr. 7662)**“ (pirkimo Nr. 692177) sąlygomis
ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui parduoti ir pristatyti Sutarties priede
nurodytas prekes (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui
užsakymą, priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytus įkainius.
Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo nurodyta patalpa. Įrangą
panaudai (jei taikoma pagal pirkimo sąlygų reikalavimus) Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui
pagal atskirą panaudos sutartį vadovaujantis viešojo pirkimo sąlygų reikalavimais.

1.2. Sutarties galiojimo metu numatomas įsigyti maksimalus kiekvienos prekės kiekis yra
nurodytas Sutarties priede. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti konkretaus prekių kiekio.

1.3. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.4. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede
nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios Sutarties vertės,
nurodytos Sutarties 4.1 punkte. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesniais nei užsakymo dieną
Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių
įkainiais arba, jei tokie neskelbiami, Pardavėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais
įkainiais. Visais atvejais pagal Sutartį galima nupirkti prekių (nurodytų Sutarties priede ir nenurodytų)
neviršijant maksimalios Sutarties vertės.

1.5. Šalys vykdydamos Sutartį įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

1.5.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir
spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudoti perdirbtą
popierių, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.
gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos
perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus (4.4.4.1.
p.);

1.5.2. Pirkėjas – užsakyti prekes, o Pardavėjas – pristatyti užsakytas prekes – ne dažniau, kaip
2 (du) kartus per mėnesį. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis (piko valandos
pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 10:00 val., nuo 12:00 iki 14:00 val., nuo 16:00 iki 18:00
val.).

1.6. Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Pardavėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

1.7. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytų prekių (t.y. Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje), Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nedidinant Sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad šios prekės atitiks keliamus reikalavimus, t. y. prekės turi būti lygiavertės keičiamoms ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytos už tą pačią kainą:

1.7.1. Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie poreikį keisti prekes, pateikdamas tą poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą/patvirtinimą, kad prekės nebegaminamos) bei prekių techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujos prekės atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių parametrų reikšmes;

1.7.2. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

1.8. Pardavėjas įsipareigoja neatlygintinai konsultuoti Pirkėją su prekių, perkamų pagal šią Sutartį, panaudojimu susijusiais klausimais, Pirkėjo pareikalavimu pateikti visus dokumentus, reikalingus tinkamam prekių naudojimui.

[1.9 punktą taikomas tik konsignacinėms prekėms, nurodytoms Sutarties priede Nr. 1]

1.9. Prekės, nurodytos Sutarties priede Nr. 1 pagal Pirkėjo išreikštą poreikį, turi būti laikomos Pirkėjo patalpose konsignacijos pagrindais, t. y. šiose pirkimo dalyse nurodytos prekės nuosavybės teise priklausančios Pardavėjui turi būti fiziškai laikomos pas Pirkėją. Konkretų konsignacijos pagrindais Pirkėjo patalpose privalomą laikyti prekių kiekį Pirkėjas praneša teikdamas užsakymus Sutarties 2 skyriuje nustatyta tvarka.

2. PREKIŲ UŽSAKymo, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus raštu (elektroniniu paštu). Kiekviename užsakyme nurodomas užsakomų prekių kiekis ir Pirkėjo priskirtas prekės kodas. Prekių pristatymo vieta – Šiltnamių g. 29, LT-04130, Vilnius, Pirkėjo atsakingo asmens nurodyta patalpa.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo lėšomis ir transportu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatytos.

2.4. Prekių pagal Sutartį tiekimo terminas: 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau nei Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už maksimalią Sutarties vertę.

[2.5 – 2.8 punktai taikomi tik konsignacinėms prekėms]

2.5. Konsignacines prekes Pardavėjas turi aiškiai pažymėti, kad matytųsi, jog prekės priklauso Pardavėjui.

2.6. Pirkėjas neatsako už netyčinį konsignacinių prekių pažeidimą, tinkamumo naudoti praradimą ar prekių vertės sumažėjimą. Pardavėjas turi teisę konsignacines prekes apdrausti savo sąskaita.

2.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar ją nutraukus Sutartyje numatytais pagrindais, Pardavėjas įsipareigoja pas Pirkėją likusias nesunaudotas konsignacines prekes pasiimti savo sąskaita.

2.8. Pirkėjas turi leisti Pardavėjui patikrinti/ suskaičiuoti konsignacines prekes.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

3.2. Subtiekęjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

3.2.1. kai subtiekęjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.2.2. kai subtiekęjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekęjui atsisakius vykdyti Sutartį) negali dalyvauti Sutarties vykdyme.

3.3. Pardavėjas negali keisti Sutarties 3.1 punkte nurodyto (-ų) subtiekęjo (-ų) Sutarties laikotarpiu be raštiško Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subtiekęją (-us), turi raštu informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjui sutikus su subtiekęjo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekęjus, kurie nebuvo nurodyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją. Pirkėjui sutikus su naujo subtiekęjo (-ų) pasitelkimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl naujo subtiekęjo (ų) pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. **Maksimali sutarties vertė yra 1 450 134,00 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių šimtas trisdešimt keturi Eur 00 ct), iš kurios PVM sudaro 69 054,00 Eur.** Jeigu Sutartis sudaroma dėl dviejų ir daugiau pirkimo dalių, atskirų pirkimo dalių maksimalios Sutarties vertės nurodomos Sutarties priede.

4.2. Į Sutarties priede nurodytą įkainį/ kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant:

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su prekių pristatymu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo / sumontavimo, paruošimo darbui išlaidas;

4.2.5. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.2.6. Pirkėjo konsultacijų, susijusių su prekės naudojimu išlaidas;

4.2.7. visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymu.

4.3. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių kainą keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.3.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama prekių kainą;

4.3.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

4.3.3. prekių kainos pasikeitimą Šalys įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja prekių kainą įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.3.4. Šalis, inicijuojanti prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekės kainą, egzistavimą.

4.4. Sutartyje nurodytas įkainis (-iai) gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiama vartotojų kainų indekso „0612 Kiti medicinos gaminiai“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 12 procentų nuo Sutarties įsigaliojimo, jeigu įkainis (-iai) jau buvo perskaičiuoti.

4.4.1. Sutarties įkainis (-iai) perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų prekių vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

4.4.2. Laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojamas Sutarties įkainis (-iai). Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis, arba Sutarimo dėl įkainio (-ių) perskaičiavimo įsigaliojimo mėnuo. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių.

4.4.3. Šalys, esant 4.4. punkte numatytoms sąlygoms, sudaro papildomą Susitarimą dėl įkainio (-ių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainį (-ius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties įkainio (-ių) sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

4.4.4. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainio (-ių) perskaičiavimo, perskaičiuotas įkainis (-iai) taikomi prekėms, kurios yra užsakomos po Susitarimo dėl įkainio (-ių) perskaičiavimo dėl įkainio (-ių) lygio pokyčio įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis (-iai) netaikomi prekėms, kurios buvo užsakytos iki Sutarties įkainio (-ių) perskaičiavimo, tačiau Pirkėjo buvo nepriimtos ir grąžintos Pardavėjui dėl trūkumų, ir/arba faktiškai iki Sutarties įkainio (-ių) perskaičiavimo užsakytomis prekėms.

4.4.5. Pirmoji Sutarties įkainio (-ių) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Antroji, nepriklausomai nuo to, ar įkainis (-iai) pirmosios peržiūros metu buvo perskaičiuoti ar ne, ne anksčiau kaip po 12 mėnesių skaičiuojant nuo rašytinio prašymo dėl pirmosios Sutarties įkainio (-ių) peržiūros pateikimo dienos.

4.4.6. Jeigu prekes vėluojama pristatyti dėl priežasčių, dėl kurių Pardavėjas neįgyja teisės į prekių pristatymo terminų pratęsimą, uždelstų pristatyti prekių įkainis (-iai) neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo.

4.4.7. Perskaičiuotas Sutarties įkainis (-iai) įforminami Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu Susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

4.5. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris.

4.6. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

[4.8. punktas taikomas tik konsignacinėms prekėms, nurodytoms Sutarties priede Nr. 1]

4.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas kas mėnesį pateikia sąskaitą-faktūrą už Pirkėjo sunaudotas konsignacines prekes, gavęs Pirkėjo ataskaitą, kurioje nurodytos sunaudotos konsignacinės prekės ir jų kiekis. Pirkėjas ataskaitą apie konsignacinių prekių panaudojimą pateikia Pardavėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prekių sunaudojimo dienos.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Pardavėjo pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Tuo atveju, jeigu prekės turi trūkumų, Pardavėjas privalo trūkumus pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos. Prekių trūkumas suprantamas, kaip Pirkėjui pristatytų prekių kiekio, asortimento ar kokybės neatitikimas Pirkėjo užsakytomis prekėms.

5.5. Jeigu Pardavėjas per Sutarties 5.4 punkte nurodytą terminą nepašalina prekių trūkumų, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami elektroniniu paštu Sutartyje Šalių nurodytais el. pašto adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pateikiami naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.4 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos su PVM dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti tinkamas Prekes Sutartyje numatytais terminais, įsipareigoja Pirkėjui pareikalavus mokėti Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio bauda (netaikoma tais atvejais, kuomet skaičiuojami delspinigiai pagal Sutarties 7.2.p.). Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi ir/ar panaudos sutartimi (*jei taikoma*) prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant sumontavimą, surinkimą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.1.4. jei nustatoma, kad Paslaugų teikėjas, jo subtiekejai (-as) ar subjektai (-as), kurių (-io) pajėgumais remiasi (jei tokių yra) Sutarties vykdymo metu tenkina bent vieną iš draudžiamųjų sąlygų, numatytų Reglamento (ES) 2022/576 5k straipsnyje ir / ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

9.3. Šalys susitaria, kad Pardavėjui uždelsus sudaryti įrangos panaudos sutartį (*jei taikoma*), tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Pirkėjas įgyja teisę nutraukti šią Sutartį pagal Sutarties 9.1.1. punktą.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas (el.p. @rvul.lt, tel. 8 (5) 236 2060). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už prekių pagal Sutartį užsakymą yra Intervencinės radiologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja (el.p. @rvul.lt, tel. 8 (5) 236 2050). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė (el. p. tel. 8 (5) 2658195).

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.5.1. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, papildomų prekių įsigijimo pagal Sutarties 1.4 punktą, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.5.2. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas pagal kiekvieną pirkimo dalį pristatytoms prekėms.

13.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pardavėjo pasiūlymas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina”.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

AmberCell Solutions, UAB
 Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda
 Įmonės kodas: 302591590
 PVM kodas: LT100006146717
 Tel.: +370 640 52910
 El. p. info@ambercell.eu
 Bankas: AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 Sąskaita: LT90 7044 0600 0768 4079

Administratorė

 (parašas)

PIRKĖJAS

**VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė
 ligoninė**
 Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
 Juridinio asmens kodas 124243848
 PVM mokėtojo kodas LT242438412
 Tel.: (8 5) 216 9069
 El. p. rvul@rvul.lt
 Bankas AB „SEB bankas“
 A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
 Violeta Kanapeckienė

 (parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2023-11-20

Pirkimo pavadinimas: Vienkartinės intervencinės radiologijos priemonės (Nr. 7662)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	AmberCell Solutions, UAB
Tiekėjo kodas:	302591590
Tiekėjo adresas:	Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	370 640 52910
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	info@ambercell.eu

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.

1.2. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad prekė turi būti sterili, tiekėjas turi pristatyti sterilios prekės pavyzdį. Kiti reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui nustatyti pirkimo sąlygų 8 skyriuje. Tuo atveju, jeigu įvertinus prekės pavyzdį bus nustatyta, kad pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms, arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.3. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą.

1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių atitikimą 2 punkte nustatytiems techniniams reikalavimams patvirtinanti originali gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, bukletai ir pan.).

1.5. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Visos pasiūlyme nurodytos kainos ir/arba įkainiai turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai:

PD Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Numatomas maksimalus kiekis 36 mėn.	Mato vnt. įkainis EUR, be PVM	Maksimalaus kiekio kaina EUR, be PVM	PVM proc.	Maksimalaus kiekio kaina EUR su PVM	Siūlomos prekės parametrai. Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės	Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.
NEURO PRIEMONĖS:									
8	Intermediate kateteriai	Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; Distalinis galiukas pintas su galimybe jį formuoti; Kateterio dydžiai: 5 Fr; 6 Fr; Distaliai matmenys – OD 0,068" (1,7 mm) ir 0,0815" (2,1mm); Proksimaliniai matmenys – OD 0,068" (1,7mm) ir 0,0825" (2,1mm); Vidinis diametras ID: 0,055" ir 0,070"; Distalinio galiuko forma – tiesi; Distalinio galiuko ilgis – 17±0,5 cm ir 19±0,5 cm; Proksimalaus galo ilgiai turi būti: 96 cm; 98 cm; 108 cm; 106 cm; 112 cm; Darbinis ilgis pasirinktinai: 115 cm; 125 cm; 131cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisiais mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070" ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisiais mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085" ir didesnis.	225	800,00	180 000,00	5%	189 000,00	Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; Distalinis galiukas pintas su galimybe jį formuoti; Kateterio dydžiai: 5 Fr; 6 Fr; Distaliai matmenys – OD 0,068" (1,7 mm) ir 0,0815" (2,1mm); Proksimaliniai matmenys – OD 0,068" (1,7mm) ir 0,0825" (2,1mm); Vidinis diametras ID: 0,055" ir 0,070"; Distalinio galiuko forma – tiesi; Distalinio galiuko ilgis – 17±0,5 cm ir 19±0,5 cm; Proksimalaus galo ilgiai: 96 cm; 98 cm; 108 cm; 106 cm; 112 cm; Darbinis ilgis pasirinktinai: 115 cm; 125 cm; 131cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisiais mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070" ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisiais mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085" ir didesnis.	Sofia. REF: DA5XXXST, DA6XXXST, ISC5XXXST. Microvention / JAV. Katalogas "8.SOFIA 5F katalogas", psl.1, "8.SOFIA 6F katalogas", psl. 1-2, "8.SOFIA EX katalogas", psl.1

								mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085" ir didesnis.	
12	Mikrokateteriai	Vidinis diametras - nuo 0,0165" iki 0,027" (ne mažiau 3 skirtingų dydžių). Mikrokateterio galiuko formos - STR; suformuota: 45; 90; J. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: nuo 2,1Fr/1,3 Fr iki 3,1 Fr/2,6 Fr. Ilgis - paviršiaus hidrofilinės dangos – 100 cm – 115 cm, bendras – 150 cm – 167 cm (ne mažiau 2 skirtingų ilgių). Mikrokateterio segmentų skaičius - 7-8. Konstrukcijos tipas - Hibridinė pynės ir spiralės. Suderinamumas - suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis, tinka įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams. Slėgis – 700 psi. Mikrokateterio galiuko markeriai - 1 arba 2.	375	450,00	168 750,00	5%	177 187,50	1. Vidinis diametras - nuo 0,0165" iki 0,027". 2. Mikrokateterio galiuko formos - STR; suformuota: 45; 90; J. 3. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: nuo 2,1Fr/1,3 Fr iki 3,1 Fr/2,6 Fr 4. Ilgis - paviršiaus hidrofilinės dangos – 100 cm – 115 cm, bendras – 150 cm – 167 cm 5. Mikrokateterio segmentų skaičius - 7-8 6. Konstrukcijos tipas - Hibridinė pynės ir spiralės 7. Suderinamumas - suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis, tinka įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams 8. Slėgis – 700 psi. 9. Mikrokateterio galiuko markeriai - 1 arba 2	Headway. REF: MC172150S, MC172150SX, MC172150XXX, MC172150JX, MC212156S, MC272156S, MC162156S, MC17XXXXX, MCXXXXXXX. Microvention / JAV. Katalogas "12.Headway 17 katalogas", psl.1-6, "12.Headway 21-27-156cm katalogas", psl.1-2, "12.Headway DUO katalogas", psl. 1-4.
17	Neuro viela	1. Vietos struktūra - Hibridinis nitinolio ir plieno dizainas 2. Vietos tipai - Soft, Support. 3. Vietos ilgis - 200 cm±5 cm, su specialia prailginamąja viela 313 cm±5 cm 4. Vietos skersmuo - distalinis 0,012" / proksimalinis 0,014" 5. Vietos proksimalaus galiuko parametrai - rentgenokonstrastinis, ilgis nuo 3 iki 6 cm, formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm±0,5 cm 6. Yra proksimalinio galo prailginimas	375	250,00	93 750,00	5%	98 437,50	1. Vietos struktūra - Hibridinis nitinolio ir plieno dizainas 2. Vietos tipai - Soft, Support. 3. Vietos ilgis - 200 cm±5 cm, su specialia prailginamąja viela 313 cm±5 cm 4. Vietos skersmuo - distalinis 0,012" / proksimalinis 0,014" 5. Vietos proksimalaus galiuko parametrai - rentgenokonstrastinis, ilgis nuo 3 iki 6 cm, formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm±0,5 cm 6. Yra proksimalinio galo prailginimas	Traxcess. REF: GW1420040, GW1420040X, GW14100EX. Microvention / JAV. Katalogas "17.Traxcess katalogas", psl.2-6

21	Paslankus okliuzijos baliono kateteris dviejų spindžių	1. Baliono diametras - nominalus 4.0 mm, diametras gali varijuoti nuo 1,8 mm iki 5,9 mm priklausomai nuo įleidžiamo skysčio baliono viduje 2. Baliono ilgis - 10 mm - 20 mm 3. Baliono antgalio ilgis - 5 mm 4. Baliono sistemos diametras - proksimalinis OD 2.8 F, distalinis OD 2.1 F 5. Baliono vidinis ertmės diametras - 0,0165" 6. Baliono sistemos markerių skaičius - 1 distalinis ir 2 baliono 7. Baliono spindžių skaičius ir savybės - spindžiai 2, nepriklausoma nukreipiančios vielos ertmė, suderinama su 0.014" viela. Suderinamas su dimetilsulfoksido tirpalo (DMSO) medžiaga 8. Baliono kateterio darbinis ilgis - 150 cm ± 5 cm	30	800,00	24 000,00	5%	25 200,00	1. Baliono diametras - nominalus 4.0 mm, diametras gali varijuoti nuo 1,8 mm iki 5,9 mm priklausomai nuo įleidžiamo skysčio baliono viduje 2. Baliono ilgis - 10 mm - 20 mm 3. Baliono antgalio ilgis - 5 mm 4. Baliono sistemos diametras - proksimalinis OD 2.8 F, distalinis OD 2.1 F 5. Baliono vidinis ertmės diametras - 0,0165" 6. Baliono sistemos markerių skaičius - 1 distalinis ir 2 baliono 7. Baliono spindžių skaičius ir savybės - spindžiai 2, nepriklausoma nukreipiančios vielos ertmė, suderinama su 0.014" viela. Suderinamas su dimetilsulfoksido tirpalo (DMSO) medžiaga 8. Baliono kateterio darbinis ilgis - 150 cm	Scepter C / Scepter XC. REF: BC0410C, BC0415C, BC0420C, BC0411XC. Microvention / JAV. Katalogas "21. Scepter katalogas", psl. 2-6, "21. Scepter parametrai katalogas", psl. 2
25	Neuro stentas	1. Struktūra - pagamintas iš 16 atskirų nitinolio vielų su platinos šerdimi, sienelės efektyvus metalo dangos tankis 17% - 28%, abiejuose galuose po 8 lapelius adaptacijai, kurių ilgis iki 0,5 mm. 2. Markeriai - po 4 markerius abiejuose galuose, visos vijos rentgenokonstrastinės 3. Stento diametras - 2,5 - 4,0 mm (žingsnis kas 5 mm), 4. Stento ilgis - darbinis 11 mm - 59 mm, bendras - 12 mm - 60 mm 5. Stento suderinamumas - suderinamas su ID 0,017" dydžio mikrokateriu arba okliuzinio baliono kateteriu 6. Stento ląstelių dydis - 0,6mm -	90	2500,00	225 000,00	5%	236 250,00	1. Struktūra - pagamintas iš 16 atskirų nitinolio vielų su platinos šerdimi, sienelės efektyvus metalo dangos tankis 17% - 28%, abiejuose galuose po 8 lapelius adaptacijai, kurių ilgis iki 0,5 mm. 2. Markeriai - po 4 markerius abiejuose galuose, visos vijos rentgenokonstrastinės 3. Stento diametras - 2,5 - 4,0 mm (žingsnis kas 5 mm), 4. Stento ilgis - darbinis 11 mm - 59 mm, bendras - 12 mm - 60 mm 5. Stento suderinamumas - suderinamas su ID 0,017" dydžio mikrokateriu arba okliuzinio baliono kateteriu 6. Stento ląstelių dydis - 0,6mm -	LVIS neruostentas. REF: LEVXXXX, 172XXX-CASJ, 21XXXXX-CAS, ERXXXXXX. Microvention / JAV. "25.LVIS EVO neruostentas katalogas" psl. 1-2 ir "25.LVIS_LVISJ r neruostentas katalogas" psl. 2-6

[illegible]

37.1	Spiralės su hidrogeliu	1. Struktūra - Hidrogeliu užpildytos platininės spiralės, kuris plečiasi po implantacijos, didindamas spiralės skersmenį 2. Diametras - 1 - 20 mm (ne mažiau 5 skirtingų diametrų) 3. Ilgis - 1 - 50 cm (ne mažiau 5 skirtingų ilgių) 4. Minkštumas - standartinės, minkštos, ekstra minkštos 5. Vietos dydis - 10'' ir 18'' 6. Modifikacijos - Hydroframe, HydroFill, Hydrosoft, Hydrosoft 3D arba lygiavertės 7. Atjungimas - terminiu mechaniniu būdu	75	600,00	45 000,00	5%	47 250,00	1. Struktūra - Hidrogeliu užpildytos platininės spiralės, kuris plečiasi po implantacijos, didindamas spiralės skersmenį 2. Diametras - 1 - 20 mm 3. Ilgis - 1 - 50 cm 4. Minkštumas - standartinės, minkštos, ekstra minkštos 5. Vietos dydis - 10'' ir 18'' 6. Modifikacijos - Hydroframe, HydroFill, Hydrosoft, Hydrosoft 3D 7. Atjungimas - terminiu mechaniniu būdu	Microvention/Hydrogel coils. REF: 18XXXXHFRM-V, 10XXXXHFRM-V, 10XXXXHFIL-V, 10XXXXHFRM-V, 10XXXXH2HS-V, 100XXXXHS-V, 18XXXXHC-R-V, 18XXXXHC-S-V, 10XXXXHCSR-R-V, 10XXXXHCSR-S-V, 10XXXXHS3D-V. Microvention / JAV. Katalogas "37.1 HydroCoils", psl.1-6 ir "37.1 HydroCoils dydziai", psl.1-2
37.2	Spiralių atjungimo mechanizmas	Spiralių atjungimo mechanizmas. Teisingai įdėtos spiralės indikatorius. Baterijos įkrovimo indikatorius. Mygtukas spiralės atjungimui iki 60 atjungimo galimybių su 1 mechanizmu. Spiralės nuo sistemos atjungiamos terminiu mechaniniu būdu (<1 sek).	15	50,00	750,00	5%	787,50	Spiralių atjungimo mechanizmas. Teisingai įdėtos spiralės indikatorius. Baterijos įkrovimo indikatorius. Mygtukas spiralės atjungimui iki 60 atjungimo galimybių su 1 mechanizmu. Spiralės nuo sistemos atjungiamos terminiu mechaniniu būdu (<1 sek).	V-Grip. REF: VG501, VGXXX. Microvention / JAV. Katalogas "37.2. HydroCoils VGRIP", psl.2-6
46	Skysta embolizacinė medžiaga su skysta kontrastine medžiaga	1. Embolinė medžiaga - kopolimeras sujungtas su jodu 2. Embolinė medžiagos parametrai - tankis LV, 25 %; 30 %; 35%, klampumas pagal viskioziškumo atitikmenį - 12cSt, 16 cSt, 36 cSt ir 72 cSt 3. Kiekis pakuotėje - 1 švirkštas su 1 ml skysta emboline medžiaga ir 1 švirkštas su DMSO ir mikrokaterio šakotuvo adapteriai; 4. Galima naudoti iš karto išėjus iš pakuotės be papildomo medžiagos paruošimo	15	650,00	9 750,00	5%	10 237,50	1. Embolinė medžiaga - kopolimeras sujungtas su jodu 2. Embolinė medžiagos parametrai - tankis LV, 25 %; 30 %; 35%, klampumas pagal viskioziškumo atitikmenį - 12cSt, 16 cSt, 36 cSt ir 72 cSt 3. Kiekis pakuotėje - 1 švirkštas su 1 ml skysta emboline medžiaga ir 1 švirkštas su DMSO ir mikrokaterio šakotuvo adapteriai; 4. Galima naudoti iš karto išėjus iš pakuotės be papildomo medžiagos paruošimo	Phil. REF: LEN10XXX, LENXXXXXXX. /Microvention / JAV. Katalogas "46.PHIL katalogas", psl.1-6, "46.PHIL savybes katalogas", psl.1-2

PERIFERIJOS PRIEMONĖS									
68	PTA OTW dilatacinis kateteris	Kateterio sistema OTW – skirta naudoti procedūroms žemiau kelio; Žemo profilio; Dvigubas ir trigubas baliono sulankstymas; Balioninis kateteris padengtas specialia hidrofiline arba lygiaverte danga ne mažiau 400 mm/880 mm (proporcingai baliono ilgiui); Pritaikytas 0.014“ vielai pravedėjai; Naudojamas kateterio ilgis ne mažiau 100 cm ir ne mažiau 148 cm; RBP- ne mažiau 20 atm; Balionėlių ilgis nuo 20 iki 200 mm (turi būti siūlomi ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių, būtinas ilgis - 200 mm) ir įvairių diametrų: nuo 1,50 mm iki 4,0 mm (ne mažiau 6 skirtingų diametrų).	225	190,00	42 750,00	5%	44 887,50	Kateterio sistema OTW – skirta naudoti procedūroms žemiau kelio; Žemo profilio; Dvigubas ir trigubas baliono sulankstymas; Balioninis kateteris padengtas specialia hidrofiline arba lygiaverte danga ne mažiau 400 mm/880 mm (proporcingai baliono ilgiui); Pritaikytas 0.014“ vielai pravedėjai; Naudojamas kateterio ilgis 100 cm ir 148 cm; RBP- 20 atm; Balionėlių ilgis nuo 20 iki 200 mm (5 skirtingų ilgių, būtinas ilgis - 200 mm) ir įvairių diametrų: nuo 1,50 mm iki 4,0 mm (6 skirtingų diametrų).	Tercross, BD-Txxxxxx/ Terumo Europe. Katalogas_poz68 _poz69.pdf
86	Stentgraftai pilvinei aortai:								

86.1	Abdominalinė s aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas	1. Paskirtis - skirtas pilvinės aortos dalies aneurizmų gydymui 2. Kaklelio fiksacijos vietos ilgis ir kampas, tinkamas gydymui - 10 mm jei kaklelio kampas iki 60° ir 15 mm jei kaklelio kampas 60° - 75° 3. Komponentai - sistema susideda iš 1 kūno ir 2 klubinių kojų, 4. Fiksacija - dviguba - suprarenalinė ir infrarenalinė (nedengtas proksimalus tvirtinimo žiedas (karūna) su kabėmis ir kabliukai dengtoje dalyje) 5. Endoprotezo kūno diametras - 20 iki 36 mm 6. Endoprotezo kūno ilgis (pagal trumpąją atšaką) - 80 iki 120 mm 7. Endoprotezo kūno sistemos diametras - 18-19 Fr OD 8. Klubinių kojų diametras - 9 mm iki 24 mm 9. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm 10. Klubinių kojų sistemos diametras - 13F - 14F 11. Repozicionavimas - pilnai repozicionuojamas kūnas procedūros metu abiejomis kryptimis iki karūnos išskleidimo 12. Struktūra - kūno ir klubinių kojų karkasas iš nitinolio ir dakrono, kūno klubinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai papildomai kojos fiksacijai. Kūno ir kojų sistemos suderinamos su 0.035" diametro viela-pravedėju •Reikalinga konsignacija (4 skirtingų dydžių)	23	8 000,00	184 000,00	5%	193 200,00	1. Paskirtis - skirtas pilvinės aortos dalies aneurizmų gydymui 2. Kaklelio fiksacijos vietos ilgis ir kampas, tinkamas gydymui - 10 mm jei kaklelio kampas iki 60° ir 15 mm jei kaklelio kampas 60° - 75° 3. Komponentai - sistema susideda iš 1 kūno ir 2 klubinių kojų, 4. Fiksacija - dviguba - suprarenalinė ir infrarenalinė (nedengtas proksimalus tvirtinimo žiedas (karūna) su kabėmis ir kabliukai dengtoje dalyje) 5. Endoprotezo kūno diametras - 20 iki 36 mm 6. Endoprotezo kūno ilgis (pagal trumpąją atšaką) - 80 iki 120 mm 7. Endoprotezo kūno sistemos diametras - 18-19 Fr OD 8. Klubinių kojų diametras - 9 mm iki 24 mm 9. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm 10. Klubinių kojų sistemos diametras - 13F - 14F 11. Repozicionavimas - pilnai repozicionuojamas kūnas procedūros metu abiejomis kryptimis iki karūnos išskleidimo 12. Struktūra - kūno ir klubinių kojų karkasas iš nitinolio ir dakrono, kūno klubinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai papildomai kojos fiksacijai. Kūno ir kojų sistemos suderinamos su 0.035" diametro viela-pravedėju	TREO. REF: 28-B2-XX-XXXX, 28-A1-XX-XXXX, 28-L2-XX-XXXX, 28-S2-XX-XXXX Terumo Aortic / JAV. Katalogas "170.Treo katalogas", psl. 1-7
------	---	---	----	----------	------------	----	------------	---	---

86.2	AAA stentgrafto distalinis prailgintojas	1. Paskirtis - distalinis (klubinis) prailgintojas 2. Klubinių kojų diametras - 15 mm proksimaliai ir 9 mm iki 24 mm distaliai 3. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm 4. Klubinių kojų įvedimo sistemos diametras - 13F - 14F 5. Struktūra - karkasas iš nitinolio ir dakrono. Klubinių kojų įvedimo sistema suderinama su 0.035" diametro viela-pravedėju •Reikalinga konsignacija (3 skirtingų dydžių)	15	2 350,00	35 250,00	5%	37 012,50	1. Paskirtis - distalinis (klubinis) prailgintojas 2. Klubinių kojų diametras - 15 mm proksimaliai ir 9 mm iki 24 mm distaliai 3. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm 4. Klubinių kojų įvedimo sistemos diametras - 13F - 14F 5. Struktūra - karkasas iš nitinolio ir dakrono. Klubinių kojų įvedimo sistema suderinama su 0.035" diametro viela-pravedėju	TREO Leg extension. REF: 28-L2-XX-XXXXS, 28-S2-XX-XXXXS. Terumo Aortic / JAV. Katalogas "170.Treo katalogas", psl. 1-7
86.3	AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas	1. Paskirtis - stentgrafto kūno proksimalinis prailgintojas 2. Diametras - 20 mm iki 36 mm 3. Ilgis - 40 mm - 70 mm 4. Fiksacija - dviguba - suprarenalinė ir infrarenalinė (nedengtas proksimalus tvirtinimo žiedas (karūna) su kabėmis ir kabliukai dengtoje dalyje) 5. Įvedimo sistemos diametras - 18F - 19F 6. Struktūra - karkasas iš nitinolio ir dakrono. Klubinių kojų įvedimo sistema suderinama su 0.035" diametro viela-pravedėju •Reikalinga konsignacija (2 skirtingų dydžių)	12	2 500,00	30 000,00	5%	31 500,00	1. Paskirtis - stentgrafto kūno proksimalinis prailgintojas 2. Diametras - 20 mm iki 36 mm 3. Ilgis - 40 mm - 70 mm 4. Fiksacija - dviguba - suprarenalinė ir infrarenalinė (nedengtas proksimalus tvirtinimo žiedas (karūna) su kabėmis ir kabliukai dengtoje dalyje) 5. Įvedimo sistemos diametras - 18F - 19F 6. Struktūra - karkasas iš nitinolio ir dakrono. Klubinių kojų įvedimo sistema suderinama su 0.035" diametro viela-pravedėju	TREO Cuff. REF: 28-C2-XX-XXXXS. Terumo Aortic / JAV. Katalogas "170.Treo katalogas", psl. 1-7
87	Sistema periferinei embolizacijai	Pagamintos iš platinos arba lygiavertės medžiagos vielos, kurios vidinis spindis užpildytas hidrogelio polimeru; Embolizacinės spiralės turi užtikrinti ilgalaikę mechaninę okliuziją; Spiralės gali būti repozicionuojamos procedūros metu; Nereikia specialaus spiralių paruošimo prieš procedūrą; Spiralių dydžiai - 0.018"; 0.035"; Kilpelės diametras - 2 mm - 20 mm	450	490,00	220 500,00	5%	231 525,00	Pagamintos iš platinos arba lygiavertės medžiagos vielos, kurios vidinis spindis užpildytas hidrogelio polimeru; Embolizacinės spiralės užtikrina ilgalaikę mechaninę okliuziją; Spiralės repozicionuojamos procedūros metu; Nereikia specialaus spiralių paruošimo prieš procedūrą; Spiralių dydžiai - 0.018"; 0.035"; Kilpelės diametras - 2 mm - 20 mm	Azur CX, 45-7xxxxx / Terumo Europe. Katalogas_poz8 7.pdf

		(0.018"); 4 mm - 20mm (0.035"); Spiralės ilgis – 2 cm - 40 cm (0.018"); 2 cm-9 cm (0.035"); Tinkančios vielos pravedėjos dydis atitinkamai 0.018"; 0.035"; Tinkamo kateterio dydis atitinkamai 2.4Fr; 2.7 Fr; 2.8 Fr;						(0.018"); 4 mm - 20mm (0.035"); Spiralės ilgis – 2 cm - 40 cm (0.018"); 2 cm - 9 cm (0.035"); Tinkančios vielos pravedėjos dydis atitinkamai 0.018"; 0.035"; Tinkamo kateterio dydis atitinkamai 2.4Fr; 2.7 Fr; 2.8 Fr;	
88	Spiralių atjungėjas	Spiralių atjungėjas techniškai suderintas su spiralėmis, galintis atjungti ne mažiau kaip 20 kartų; Su šviesine padėties indikacija (įjungta, išsikrovusi). Turi turėti garsinį ir šviesinį signalą, indikuojančią atjungimo momentą.	20	79,00	1 580,00	5%	1 659,00	Spiralių atjungėjas techniškai suderintas su spiralėmis, galintis atjungti ne mažiau kaip 20 kartų; Su šviesine padėties indikacija (įjungta, išsikrovusi). Turi turėti garsinį ir šviesinį signalą, indikuojančią atjungimo momentą.	Azur detachment controller, 45- 4001/ Terumo Europe. Katalogas_poz88 .pdf

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PARDAVĖJAS

AmberCell Solutions, UAB

Administratore

(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
Violeta Kanapeckienė

(parašas)