

Vertimas

SCW MEDICATH

2024-01-22

PATVIRTINIMO RAŠTAS

Šiuo laišku mes SCW Med cath, oficialiai patvirtiname, kad angiografiniai švirkštai 832630 / 42.16.10011 atitinka šią specifikaciją:

Vienkartiniai švirkštai ir prailginimo linijos suderinami su Imaxeon Salient injekcine sistema 190ml talpos, darbinis slėgis 300psi, sterilioje pakuotėje, rinkinyje greito užpildymo vamzdelis ir vienkartinės prailginimo linijos suderinamos su Imaxeon Salient injekcine sistema, 150cm ilgio, darbinis slėgis 300psi, vidinis diametras 0,060".

SCW MEDICATH LTD

Steve Wang

Vertimas tikras:

[Redacted signature]

2024-01-22 d.

[Redacted signature]