

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

2. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

2.1. atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*);

2.2. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristikos ir reikalaujami parametrai	Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1.	Kapiliarinio kraujo mėgintuvėliai				
1.1.	Mikrovetės su antikoaguliantu KEDTA, 0,25 ml	Vienkartiniai, plastikiniai; Specialus kamštelis su spec. sriegio mechanizmu, kuris eliminuoja aerosolinį efektą (kuris atsiranda atkemšant); Mikrovetė su antikoaguliantu KEDTA, mėginio lygio paėmimo žyma; Paimamas kraujo kiekis 250 (±50) mkl; Mėginys renkamas mikromėgintuvėlio krašteliu; Ant mikromėgintuvėlio pažymėta galiojimo data, LOT numeris, CE, REF numeris, gamintojas	FL Medical, 40000 Micromed 250mkl KEDTA. Vienkartiniai, plastikiniai; Specialus kamštelis su spec. sriegio mechanizmu, kuris eliminuoja aerosolinį efektą (kuris atsiranda atkemšant); Mikrovetė su antikoaguliantu KEDTA, mėginio lygio paėmimo žyma; Paimamas kraujo kiekis 250 mkl;	FLM Vacumed Micromed kapil kr. su KEDTA FLM kataloge, FLM CE_Micromed test tubes for blood collection Foto įrodymai	1psl. 1psl. 1-2psl.

			Mėginys renkamas mikromėgintuvėlio krašteliu; Ant mikromėgintuvėlio pažymėta galiojimo data, LOT numeris, CE, REF numeris, gamintojas; CE sertifikatas.		
1.2.	Mikrovetės kraujo serumui su krešulio aktyvatoriumi, 0,50 ml	Vienkartiniai, plastikiniai; Specialus kamštelis su spec. sriegio mechanizmu, kuris eliminuoja aerosolinį efektą (kuris atsiranda atkėmsant); Mikromėgintuvėlio dugnas turi būti "U" formos, užtikrinantis gerą mėginio sumaišymą po paėmimo su krešulio aktyvatoriumi; Paimamas kraujo kiekis 500 (±50) mkl; Ant mikromėgintuvėlio pažymėta galiojimo data, LOT numeris, kraujo lygio paėmimo žyma min - max.	Sarstedt, 20.1343, Mikrovetė 500 serumui su kreš.aktyv. 500mkl. Vienkartiniai, plastikiniai; Specialus kamštelis su spec. sriegio mechanizmu, kuris eliminuoja aerosolinį efektą (kuris atsiranda atkėmsant); Mikromėgintuvėlio dugnas "U" formos, užtikrinantis gerą mėginio sumaišymą po paėmimo su krešulio aktyvatoriumi; Paimamas kraujo kiekis 500 mkl; Ant mikromėgintuvėlio pažymėta galiojimo data, LOT numeris, kraujo lygio paėmimo žyma min – max; CE sertifikatas.	https://www.sarstedt.com/en/products/diagnostic/capillary-blood/tubes/product/20.1343/ Product_Specification-Microvette 500 Serum, 500 20.1343 Mikrovettes Gamintojo katalogas 1psl.	Interneto nuoroda gamintojo svetainėje 1psl. 1psl.