

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1670526

Data 2022m. gegužės 9d.

Puslapių skaičius 1 (vienas)

MP pavadinimas, tipas, Nr. Infraraudonųjų spindulių termometras BK8005 Nr.20065100907
matavimo ribos, tikslumas matavimo ribos paviršiaus kūno temperatūros (34.0...42.0), leistinoji
paklaida $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$.

MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas Mingeda ir Ko UAB, Krokuvos g. 11 - 65, 09314, Vilnius, Įm.kodas
124122896

Patikros metodo žymuo BPM 8871101-128:2008

Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr. Infraraudonųjų spindulių kalibratorius SBB-1 (KL Nr.300080,
2020.01.08, EDL), infraraudonųjų spindulių kalibratorius BX-500 (KL
Nr.61439, 2020.01.22 AMECal)

Patikros protokolo registracijos Nr., data ML63122 RA003-00363 2022m. gegužės 9d. lipd. Nr.: 294214

Matavimo priemonė patikrinta (laboratorijos pavadinimas) UAB "MILGEDA" laboratorija

Išvada Tinka naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2023m. gegužės 8d.
(data)

A. V.

Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas) Sergejus Polušinas
(vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) Sergej Voicechovskij
(vardas ir pavardė)