

**PASIŪLYMAS
DĖL AUDINIŲ PROCESORIAUS SU RINKINIŲ KAULINIAMS AUDINIAMS PJAUTI
PIRKIMO**

2016-03-21

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>	UAB „Labostera“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	Basanavičiaus al. 5, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Projektų vadovė Asta Vaičeliūnaitė
Telefono numeris	+370 60250533
Fakso numeris	+370 37 731994
El. pašto adresas	info@labostera.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

1. Mes siūlome šias prekes:

Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis vnt	Kaina Eur be PVM	PVM	Kaina Eur su PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Audinių procesorius	1 vnt.	49734.00	10444.14	60178.14
2.	Rinkinys kauliniams audiniams pjauti	1 vnt.	1559.38	327.47	1886.85
Bendra pasiūlymo suma:			51293.38	10 771.61	62 064.99

Suma žodžiu: Šešiasdešimt du tūkstančiai šešiasdešimt keturi eurai 99 ct.

Tame tarpe PVM Dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 61 ct.

Pastabos:

- a) *kaina Eur su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;*
- a) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas gali nepildyti skilčių, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
1. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Audinių įmirkymo procesorius

Histra GT, JOKOH

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomi reikalavimai (pildo tiekėjas)
1	Paskirtis	Audinių įmirkymo procesorius turi būti uždaras.	Audinių įmirkymo procesorius yra uždaras.
2	Taikymas	Privalo būti galimybė fiksuoti audinius formaline, naudoti ksileninę ir beksileninę audinių įliejimo technologiją.	Leidžia fiksuoti audinius formaline, naudoti ksileninę ir beksileninę audinių įliejimo technologiją
3	Suderinamumas su kitais audinių tyrimo metodais	Procesoriumi apdorotiems audiniams gali būti taikomi visi histologiniai ir imunohistologiniai tyrimo metodai.	Procesoriumi apdorotiems audiniams gali būti taikomi visi histologiniai ir imunohistologiniai tyrimo metodai.
4	Našumas	Ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 120 standartinių kasečių Reagentų rotacija ne mažiau kaip po 10 audinių apdorojimo ciklą. Į kamera tiekiamo reagento kiekis – ne daugiau kaip 2,4 l.	100 standartinių kasečių Reagentų rotacija - po 10 audinių apdorojimo ciklą. Į kamera tiekiamo reagento kiekis – 2,4 l.
5	Daugiafunkcinis audinių apdorojimas	Pakankamo audinių įsotinamo reagentais užtikrinimas ultragarsu arba žemos įtampos mikrobangų (iki 60W) technologija Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: - Įprastinio audinių apdorojimo režimas, turintis ne mažiau kaip 50 programų. - Greito audinių apdorojimo režimas, turintis ne mažiau kaip 6 lipidų pašalinimui ir daliniam fiksuotų audinių fiksavimui skirtas programas. - Greito dalinio audinių apdorojimo režimas, turintis ne mažiau kaip 6 programas. - Maksimali vienkartinė kasečių krepšelio įkrova – ne mažiau 100 kasečių. - Galimybė vienu metu (neatliekant jų kiekio papildymo) atlikti ne mažiau kaip 100 kasečių apdorojimą	Pakankamas audinių įsotinimas reagentais užtikrinimas ultragarsu 3 darbo režimai: - Įprastinio audinių apdorojimo režimas, turintis ne mažiau kaip 50 programų. - Greito audinių apdorojimo režimas, turintis ne mažiau kaip 6 lipidų pašalinimui ir daliniam fiksuotų audinių fiksavimui skirtas programas. - Greito dalinio audinių apdorojimo režimas, turintis ne mažiau kaip 6 programas. - Maksimali vienkartinė kasečių krepšelio įkrova – ne mažiau 100 kasečių. Galimybė vienu metu (neatliekant jų kiekio papildymo) atlikti 100 kasečių apdorojimą
6	Greito audinių apdorojimo ir fiksavimo trukmė	Galimybė atlikti greitą audinių apdorojimą nenaudojant specifinių procesų pagreitinančių tam tikro gamintojo reagentų, bei naudojant standartines audinio apdorojimo metodikas	Galimybė atlikti greitą audinių apdorojimą nenaudojant specifinių procesų pagreitinančių tam tikro gamintojo reagentų, bei naudojant standartines audinio apdorojimo metodikas

		Apdorojimas : 1mm audinys - iki 65 min, 3 mm audinys iki 80 min, 5-6 mm audinys – iki 150 min. Fiksavimas : 1mm audinys – iki 15 min, 3mm audinys – iki 25 min, 5.6 mm audinys – iki 50 min. - Maksimali vienkartinė kasečių krepšelio įkrova – ne mažiau 100 kasečių. - Galimybė vienu metu (neatliekant jų kiekio papildymo) atlikti ne mažiau kaip 100 kasečių apdorojimą.	Apdorojimas : 1mm audinys - iki 65 min, 3 mm audinys iki 75 min, 5-6 mm audinys – iki 145 min. Fiksavimas : 1mm audinys – iki 13 min, 3mm audinys – iki 23 min, 5.7 mm audinys – iki 48 min. Maksimali vienkartinė kasečių krepšelio įkrova – ne mažiau 100 kasečių. Galimybė vienu metu (neatliekant jų kiekio papildymo) atlikti ne mažiau kaip 100 kasečių apdorojimą.
7	Parafino talpų skaičius	Ne mažiau nei 3 išimamos talpos.	3 išimamos talpos
8	Mėginio apsaugos funkcija	Esant reagentų, parafino tiekimo sutrikimui, tiekimas užtikrinamas iš kitos analogiško reagento ar parafino talpos.	Esant reagentų, parafino tiekimo sutrikimui, tiekimas užtikrinamas iš kitos analogiško reagento ar parafino talpos.
9	Reagentų, parafino talpų tūris	Ne daugiau nei 3,5 litro. Reagentų tiekimas specialioje gamintojo taroje nėra reikalingas.	3,5 litro. Reagentų tiekimas specialioje gamintojo taroje nėra reikalingas
10	Parafino temperatūros intervalas	Ne siauresnis nei 50°C - 80 °C.	Nuo 50°C iki 80 °C.
11	Parafino ištirpinimo trukmė	Ne daugiau nei 8 val. (kai parafinas granulėmis.)	Iki 8 val. (kai parafinas granulėmis.)
12	Kameros medžiaga	Turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.	Pagaminta iš nerūdijančio plieno
13	Krepšelis kasetėms	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su dangčiu ir rankena. Talpa – ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau nei 120 standartinių kasečių.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su dangčiu ir rankena. Talpa –100 standartinių kasečių.
14	Procesinių reagentų talpų skaičius	Ne mažiau nei 7 reagentų talpos ir 1 panaudotų reagentų surinkimo talpa.	7 reagentų talpos ir 1 panaudotų reagentų surinkimo talpa
15	Praplovimui skirtų reagentų talpų skaičius	Ne mažiau nei 3. Reagentų tiekimas specialioje gamintojo taroje nėra reikalingas.	3. Reagentų tiekimas specialioje gamintojo taroje nėra reikalingas
16	Individualaus reagentų talpų šildymo sistema	Reagentas šildomas iki mėginio apdorojimo cikle reikalingos temperatūros.	Reagentas šildomas iki mėginio apdorojimo cikle reikalingos temperatūros.
17	Reagentų keitimas	- Reagentų talpų rotacija - Galimybė keisti reagentus neišimant reagentų talpų	Reagentų talpų rotacija Galimybė keisti reagentus neišimant reagentų talpų

18	Reagentų agitacija kameroje	Ultragarso pagalba arba kita lygiavertė technologija.	Ultragarso pagalba
19	Kameros užpildymas reagentais	Turi būti ne mažiau nei 1 užpildymo lygio sensorius ir ne mažiau nei 1 perpildymo lygio sensorius.	Turi būti ne mažiau nei 1 užpildymo lygio sensorius ir ne mažiau nei 1 perpildymo lygio sensorius.
20	Reagentų garų filtracija	Kad reagentų garai nepatektų į aplinką, jie turi būti perfiltruojami per prietaiso viduje integruotą anglies ar lygiavertį filtrą.	Reagentų garai nepatenka į aplinką, jie perfiltruojami per prietaiso viduje integruotą anglies filtrą.
21	Reagentų saugojimo spinta	Turi būti užrakinama.	Užrakinama
22	Galimybė dirbti su įvairių gamintojų (ne tik įrenginio gamintojo) reagentais bei kasetėmis	Būtina.	Galimybė dirbti su įvairių gamintojų (ne tik įrenginio gamintojo) reagentais bei kasetėmis
23	Reagentų apskaita	Ne mažiau nei 2 metodai (panaudojimo kartai, dienų skaičius per savaitę). Programa informuoja vartotoją likus ne mažiau kaip 2 reagentų naudojimo ciklams, automatinis prietaiso darbo blokavimas pasiekus numatytą reagentų naudojimo limitą.	2 metodai : panaudojimo kartai, dienų skaičius per savaitę. Programa informuoja vartotoją likus ne mažiau kaip 2 reagentų naudojimo ciklams, automatinis prietaiso darbo blokavimas pasiekus numatytą reagentų naudojimo limitą.
24	Valdymas	Per lietimui jautrų į prietaisą integruotą ekraną.	Per lietimui jautrų į prietaisą integruotą ekraną.
25	Barkodų sistema	Galimybė programoje įrašyti mėginio barkodą.	Galimybė programoje įrašyti mėginio barkodą.
26	Išorinių įrenginių prijungimo jungtys	Barkodų skaitytuvas (RS-232 C), Spausdintuvas (RS-232 C), UPS, PC (RS-232 C).	Barkodų skaitytuvas (RS-232 C), Spausdintuvas (RS-232 C), UPS, PC (RS-232 C).
27	Integruota atsarginė baterija	Palaiko procesoriaus pilną veikimą ne mažiau nei 2 val.	Palaiko procesoriaus pilną veikimą 4 val.
28	Matmenys (Gylis x Plotis x Aukštis)	Ne daugiau nei 660mm x 805mm x 1300mm	656mm x 805mm x 1260mm
29	Maitinimas	240V 50 / 60 Hz	240V 50 / 60 Hz
30	CE atitiktis	Siūlomas produktas turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams, naudojamiems In Vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaraciją.	Produktas atitinka CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams, naudojamiems In Vitro diagnostikai. Pateikiame gamintojo atitikties deklaraciją.
31	Reikalavimai tiekėjo vadybai	Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei	kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei

		reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją	reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją
32	Reikalavimai prietaiso aptarnavimui	Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą. Su pasiūlymu pateikiama sertifikato kopija. Tiekėjas turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 12 valandas po pareikalavimo (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) į įrangos naudojimo vietą atvyktų kvalifikuotas specialistas gedimui nustatyti ir pašalinti arba įvertinti gedimo pašalinimo galimybes.	Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu teikiama UAB Labostera serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą. Su pasiūlymu pateikiama sertifikato kopija. Ne vėliau kaip per 12 valandų po pareikalavimo (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) į įrangos naudojimo vietą atvyks kvalifikuotas specialistas gedimui nustatyti ir pašalinti arba įvertinti gedimo pašalinimo galimybes.
33	Gamintojo dokumentai įrodantys siūlomų prekių atitikimą	Prekių aprašymai, katalogai, bukletai lietuvių arba anglų kalba.	Prekių aprašymai, katalogai, bukletai lietuvių arba anglų kalba.
34	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
35	Prekės išbandymas	Nustačius laimėtoją iki sutarties pasirašymo tiekėjas savo sąskaita pateikia prekę 2 savaitių laikotarpiui-tikslu įvertinti ir išbandyti prietaiso atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.	Nustačius laimėtoją iki sutarties pasirašymo savo sąskaita pateiksime prekę 2 savaitių laikotarpiui-tikslu įvertinti ir išbandyti prietaiso atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Rinkinis kauliniams audiniams pjauti

ZAW BONES, MOPEC

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomi reikalavimai (pildo tiekėjas)
1	Nerūdijančio plieno pagamintas laikiklis	Stovas su dviem prispaudėjais	Stovas su dviem prispaudėjais
2	Rinkinio pjūklo rėmas	Rinkinio pjūklo rėmas, turintis galimybę talpinti dvejus, tarpeliu atskirtus pjūklelius	Rinkinio pjūklo rėmas, turintis galimybę talpinti dvejus, tarpeliu atskirtus pjūklelius
3	Specialių kaulinio audinio pjovimui skirtų pjūklelių komplektas	Komplektą sudaro 2 pjūkleliai	Komplektą sudaro 2 pjūkleliai
4	Atsarginis kaulinio audinio pjovimui skirtų	Komplektą sudaro 2 pjūkleliai	Komplektą sudaro 2 pjūkleliai

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija - konfidencialu	3

2.	Tiekėjo deklaracija – konfidencialu	1
3.	1 prekės katalogas - konfidencialu	11
4.	2 prekės katalogas - konfidencialu	2
5.	Gamintojo Jokoh atitikties deklaracija (en) - konfidencialu	1
6.	Gamintojo Jokoh atitikties deklaracija (lt vertimas) - konfidencialu	1
7.	UAB „Labostera“ ISO sertifikatas - konfidencialu	1
8.	Jokoh co LTD Certificate - konfidencialu	1
9.	Jokoh co LTD Letter of Authorisation - konfidencialu	1
10.	Jokoh sertifikatas (LT vertimas) - konfidencialu	1
11.	Joloh įgaliojimo laiškas (LT vertimas) - konfidencialu	1
12.	Mopec Certificate - konfidencialu	1
13.	Mopec Letter of Authorisation - konfidencialu	1
14.	Mopec Sertifikatas (LT vertimas) - konfidencialu	1
15.	Mopec įgaliojimo laiškas (LT vertimas)-konfidencialu	1
16.	Įgaliojimas pasirašyti konkursą - konfidencialu	1

4. *Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil.Nr.	Subtiekejų pavadinimas	Subtiekejams perduodamas kiekis (%)

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

5. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija - konfidencialu	3
2.	Tiekėjo deklaracija – konfidencialu	1
3.	1 prekės katalogas - konfidencialu	11
4.	2 prekės katalogas - konfidencialu	2
5.	Gamintojo Jokoh atitikties deklaracija (en) - konfidencialu	1
6.	Gamintojo Jokoh atitikties deklaracija (lt vertimas) - konfidencialu	1
7.	UAB „Labostera“ ISO sertifikatas - konfidencialu	1
8.	Jokoh co LTD Certificate - konfidencialu	1
9.	Jokoh co LTD Letter of Authorisation - konfidencialu	1
10.	Jokoh sertifikatas (LT vertimas) - konfidencialu	1
11.	Joloh įgaliojimo laiškas (LT vertimas) - konfidencialu	1
12.	Mopec Certificate konfidencialu	1
13.	Mopec Letter of Authorisation konfidencialu	1
14.	Mopec Sertifikatas (LT vertimas) konfidencialu	1
15.	Mopec įgaliojimo laiškas (LT vertimas) - konfidencialu	1
16.	Įgaliojimas pasirašyti konkursą - konfidencialu	1

* Žr. konkurso sąlygų 29 punktą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas: Projektų vadovė Asta Vaičeliūnaitė



Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Projektų vadovė Asta Vaičeliūnaitė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas
A.V.

