



UAB „Fortevento“

Uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Tel.: 8 5 2059895, Faksas: 8 5 2059899
Juridinių asmenų registras, įmonės kodas 302327313, PVM mokėtojo kodas LT100004630711

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS PIRKTI
MEDICINOS PRIETAISUS IR SLAUGOS PRIEMONES**

2016-01-13 Nr.PSL160113-01

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Fortevento“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Karolis Marcinkevičius, verslo sprendimų pardavimo vadovas
Telefono numeris	8 68580465
Fakso numeris	8 52059899
El. pašto adresas	Karolis.marcinkevicius@fortevento.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - kituose pirkimo dokumentuose.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1.	Registru centro pažyma	2
2.	Raštas dėl Eizo partnerystės ir remonto centro	1
3.	Specialisto sertifikatas	1
4.	Gamintojo brošiūra	2
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Deklaracija apie bankrotą	1

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.*

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

3 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
3.	Radiologo darbo vietos monitorius	1	Vnt.	4 116,00	21	4 980,36	4 116,00	4 980,36

3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki Eur šešiasdešimt keturi centai .

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 941,64 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametų reikšmės		Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris)
		Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	
3 pirkimo dalis	RADIOLOGO DARBO VIETOS MONITORIUS – 1 vnt.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti. Pateikti tikslią nuorodą į gamintojo svetainę.	Eizo RadiForce RX340 http://www.eizo.se/default.aspx?page=11&product=RX340 4. radiforcex340 2psl.

		Monitoriaus įstrižainė	Monitoriaus ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 53 cm (21")	Monitoriaus ekrano įstrižainė 54 cm (21,2") 4. radiforcex340 2psl.
		Ekrano tipas	Skystų kristalų IPS tipo matrica su LED pašvietimu	Skystų kristalų IPS tipo matrica su LED pašvietimu 4. radiforcex340 2psl.
		Vaizdų atvaizdavimas	Spalvotų ir nespalvotų rengenografinių vaizdų atvaizdavimas vienu metu automatiškai nustatant optimalų ryškumą ir pustonų tonus kiekvienam vaizdai atskirai.	Spalvotų ir nespalvotų rengenografinių vaizdų atvaizdavimas vienu metu automatiškai nustatant optimalų ryškumą ir pustonų tonus kiekvienam vaizdai atskirai. 4. radiforcex340 2psl.
		Raiška	Ne mažiau kaip 1536 x 2048	1536 x 2048 4. radiforcex340 2psl.
		Taško dydis	Ne daugiau kaip 0,22mm	0,22mm 4. radiforcex340 2psl.
		Formatas	3:4	3:4 4. radiforcex340 2psl.
		Kalibruoto pagal DICOM standarto reikalavimus monitoriaus skaistis	Ne mažesnis kaip 400 cd/m2	1000 cd/m2 4. radiforcex340 2psl.
		Kontrastas	Ne mažesnis kaip 1400:1	1400:1 4. radiforcex340 2psl.
		Reakcijos laikas	Ne didesnis kaip 40 ms	40 ms 4. radiforcex340 2psl.
		Matymo kampai	Ne mažiau kaip 170°/170°	170°/170° 4. radiforcex340 2psl.
		Atvaizduojamos spalvos	Ne mažiau kaip 10 bit.	10 bit. 4. radiforcex340 2psl.
		Monitoriaus jungtys	Turi būti skaitmeninės DisplayPort ir DVI jungtys (turi būti pridėti DVI ir DisplayPort vaizdo kabeliai)	DisplayPort ir DVI jungtys (pridėti DVI ir DisplayPort vaizdo kabeliai) 4. radiforcex340 2psl.
		Integruotos USB jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt. 4. radiforcex340 2psl.

		Monitoriaus kalibravimas	Turi būti automatinis kalibravimas pagal „DICOM Part 14“ standartą. Integruotas į monitorių kalibravimo sensorius	Automatinis kalibravimas pagal „DICOM Part 14“ standartą. Integruotas į monitorių kalibravimo sensorius 4. radiforcex340 2psl.
		Energijos taupymas	Turi būti sensorius, kuris atpažįsta jog specialistas paliko darbo vietą ir automatiškai perjungė monitorių į energijos taupymo būseną (angl. standby).	Sensorius, kuris atpažįsta jog specialistas paliko darbo vietą ir automatiškai perjungė monitorių į energijos taupymo būseną (angl. standby). 4. radiforcex340 2psl.
		Stovo reguliavimas	Pasvirimo kampo reguliavimas (angl. „tilt“) ne mažiau kaip 30 laipsnių. Aukščio reguliavimas ir „pivot“ funkcija (stovo aukščio reguliavimo turi pilnai pakakti ekraną pasukti 90 laipsnių kampu esant ekranui statmenam stalo paviršiui). Ekranų pasukamumas (angl. swivel) ne mažiau kaip 340 laipsnių.	Pasvirimo kampo reguliavimas (angl. „tilt“) 30 laipsnių. Aukščio reguliavimas ir „pivot“ funkcija (stovo aukščio reguliavimo pilnai pakanka ekraną pasukti 90 laipsnių kampu esant ekranui statmenam stalo paviršiui). Ekranų pasukamumas (angl. swivel) 340 laipsnių. 4. radiforcex340 2psl.
		Surinkimo reikalavimai	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“. 4. radiforcex340 2psl.
		Atitikimas standartams	CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ROHS ir WEEE arba lygiaverčius standartus.	CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ROHS ir WEEE. 4. radiforcex340 2psl.
		Gamintojo suteikiama garantija	Monitoriui turi būti suteikiama garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 3 metai.	Monitoriui suteikiama garantinė priežiūra, kurios laikotarpis 5 metai. 4. radiforcex340 2psl.
		Video sistema (video korta)	Sąsaja ne blogesnė kaip PCIe x16; Ne mažiau 1 GB atminties; Pustonių skalė (grayscale) ne mažiau kaip 10 bit, spalvų 8 bit;	Sąsaja PCIe x16; 1 GB atminties; Pustonių skalė (grayscale) 10 bit, spalvų 8 bit; Dviejų monitorių palaikymas; Pilnai suderinama su siūlomu monitoriumi;

			Dviejų monitorių palaikymas; Pilnai suderinama su siūlomu monitoriumi; Jungtys – 1x DVI ir 1x; Windows 7 ir Windows 8 arba lygiaverčių palaikymas; Nurodyti modelį ir gamintoją.	Jungtys – 1x DVI ir 1xDisplayPort; Windows 7 ir Windows 8 palaikymas; Eizo MED-X3900 http://www.eizoglobal.com/products/radiforce/med_x3900/index.html
--	--	--	---	---

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registru centro pažyma	2
2.	Rastas dėl Eizo partnerystės ir remonto centro	1
3.	Specialisto sertifikatas	1
4.	Gamintojo brošiūra	2
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Deklaracija apie bankrotą	1

Direktorius



Aurelijus Šaltenis

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.