

AUTOMATINIŲ POMPŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____**PIRKIMO NR. 696941**

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „B. Braun Medical“, juridinio asmens kodas 111551739, kurios registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių – **automatinių pompų** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis (toliau – pristatymas) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, kurių techninės charakteristikos, kiekis ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje, ir Sutarties 2 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) savaitių nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo išlaidomis. Prekių instaliavimas, Pirkėjo specialistų apmokymas naudotis Prekėmis turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo prekių pristatymo dienos.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis įstatymuose nustatytų reikalavimų ir geriausios praktikos, pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	6.800,00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct)
PVM	1.428,00 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	8.228,00 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 ct)

Prekių sąrašas ir įkainiai detalizuoti Sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisykles

nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdamas Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo bei „Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo, Pirkėjui gavus sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui t. y. Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo ir perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito įstaigos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kompleksiškumas, funkcionalumas, našumas, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo, palaikymo ir saugos reikalavimus.

4.1.1. Parduotoms prekėms tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip (žr. Sutarties 1 priedą „Techninė specifikacija“) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

4.1.2. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo.

4.1.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės gedimo per 4.1.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka 0,06 % nuo sugedusios Prekės pradinės įsigijimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios („Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo) pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) Užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo atsisakytų pristatyti ar atsisakytų pašalinti trūkumus Prekių bendros vertės.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtą kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1 Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2 Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiečiai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Odeta Muralytė	Joana Čeponienė
Adresas	Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 52374333	+370 37326418
Faksas	+370 52374344	-
El. paštas	office.lt@bbraun.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Lina Glebė, viešųjų pirkimų specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Odeta Muralytė	Joana Čeponienė
Adresas	Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 52374333	+370 37326418
Faksas	+370 52374344	-
El. paštas	office.lt@bbraun.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo –pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. liepos 14 d.) svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja (i) bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“; (ii) siekiant sumažinti CO₂ išmetimą į aplinką, Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiujų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus (pavyzdžiui, užtikrinus Šalių konfidencialumą, jei privaloma, elektroninio susirašinėjimo su Pirkėju kopijų išrašus ar pan.).

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiujų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „B. Braun Medical“

Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 111551739

PVM mokėt. kodas LT115517314

A.s. LT61 7044 0600 0109 7040

Banko kodas 70440

AB SEB bankas

Direktorius

Kęstutis Liauba

Parašas

Data:

A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB Swedbank

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:

A.V.

Automatinių pumpų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis: Automatinė švirkštinė pompa (1 švirkšto) – orientacinis kiekis 3 vnt.

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametru reikšmės
1.	Automatinė švirkštinė pompa (1 švirkšto)		<u>Perfusor Space plus</u> švirkštinė pompa.
1.1.	Naudojamų švirkštų dydžiai	5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml.	2/3ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml.
1.2.	Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų	9 skirtingų gamintojų.
1.3.	Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val.	Nuo 0,01 ml/val. iki 1800 ml/val.
1.4.	Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 1 min iki 96 val.	Nuo 0 min iki 99h:59min:59s
1.5.	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 2\%$	$\pm 2\%$
1.6.	Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją.	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją.
1.7.	Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais:	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
1.8.	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatinio boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.	1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.; Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatinio boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
1.9.	Antiboliuso funkcija	Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo	Boliuso tūris yra automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo.
1.10.	Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:	1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumulatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys.	1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumulatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys.
1.11.	Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būseną)	1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas; 3. Infuzijos laikas beveik pasibaigė; 4. Baterija beveik tuščia;	1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia;
1.12.	Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija	1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Pasiektas švirkšto likutinis tūris; 6. Spaudimas per aukštas;	1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Baigėsi KVO režimo veikimas; 6. Spaudimas per aukštas;

		7. Neteisingai įstatytas švirkštas.	7. Neteisingai įstatytas švirkštas.
1.13.	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos	Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar	nuo 0,1 iki 1,2 bar, 9 nustatymo lygiai
1.14.	Atviros venos spindžio palaikymo režimas	KVO arba lygiavertis	KVO režimas.
1.15.	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būseną (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai;	3 lygių: 1. Normali būseną (vyksta infuzija) – žalia spalva; 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams – oranžinė spalva; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai – raudona spalva;
1.16.	Įrenginio sąsajos	1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 3. Wi-Fi sąsaja.	1. Jungtis personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 3. Wi-Fi sąsaja.
1.17.	Pompos maitinimo galimybės:	1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio).	1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
1.18.	Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau kaip 6 val.	13 val. su išjungtu WiFi ir 11 val su įjungtu WiFi.
1.19.	Pompos ekranas	Ne mažesnis kaip 7 cm įstrižainės ekranas	5,1 colio įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus ekranas
1.20.	Vaistų biblioteka	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) 31-ą skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) 32 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.
1.21.	Pauzės (budėjimo) režimas	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val.
1.22.	Duomenų užrašymo galimybė	Pompa turi duomenų užrašymo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.	Pompa turi duomenų užrašymo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
1.23.	Reiklavimai infuzinei švirkštinei pompai	1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 4. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 5. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;	1. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui ir PKA mygtukui; 3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja; 4. Infuzinės pompos galima tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 5. Galima sujungti iki 3-jų infuzinių pompų tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;
1.24.	Pompos klasifikacija	1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);	1. Atsparus defibriliacijai prietaisas;

		3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės (arba lygiavertė).	2. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės.
1.25.	Pompos svoris	Ne daugiau 2,1 kg	1,9 kg.
1.26.	Komplektacija	1. Pakrovėjas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo.	1. Pakrovimo laidas ref nr. 8717110; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ref nr. 8719165 ir rankena (rankena yra integruota pačioje pompoje).
1.27.	Garantinis terminas	≥ 36 mėn.	36 mėn.
1.28.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	CE sertifikatas pridedamas prie bendrų konkurso dokumentų.
1.29.	Kartu su pompa pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (<i>taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>).	Kartu su pompa bus ateikiama ši dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; instaliavimo instrukcijos; funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; aptarnavimo instrukcijos; gedimų nustatymo instrukcijos; išardymo-surinkimo instrukcijos; atsarginių dalių katalogas; periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; derinimo/kalibravimo instrukcijos (<i>taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>); serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>).
1.30.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
1.31.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

2 pirkimo dalis: Automatinė infuzinė tūrinė pompa – orientacinis kiekis 2 vnt.

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės
1.	Automatinė infuzinė tūrinė pompa		<u>Infusomat Space plus</u> tūrinė pompa.
1.1.	Pompos darbo režimai	1. Nuolatinės infuzijos 2. Transfuzijos	1. Enterinės mitybos 2. Nuolatinės infuzijos 3. Transfuzijos.
1.2.	Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
1.3.	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 5\%$	$\pm 3\%$
1.4.	Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 1 ml iki 3000ml	Nuo 0,01 ml iki 9999 ml.
1.5.	Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją	Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją.
1.6.	Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais:	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)	mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.).
1.7.	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatinio boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.	1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatinio boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
1.8.	Oro burbulų detekcija	Aptinkami imtinai iki 0,01 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai	Aptinkami imtinai 0,01 ml tūrio oro burbuliukai.
1.9.	Priešrovinis slėgio daviklis	Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai	Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai.
1.10.	Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būseną)	1. Infuzija beveik baigta; 2. Baterija beveik tuščia;	1. Infuzija beveik baigta; 2. Baterija beveik tuščia;
1.11.	Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija	1. Tūris suleistas; 2. Baterija tuščia; 3. Spaudimas per aukštas; 4. Okliuzijos priešrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas; 5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 6. Netaisyklingai įdėta infuinė sistema; 7. Atidarytos priekinės durelės;	Infuzinė tūrinė pompa turi automatinę STOP funkciją, kuri kontroliuoja šiuos parametrus: 1. Tūris suleistas; 2. Baterija tuščia; 3. Spaudimas per aukštas; 4. Okliuzijos priešrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas; 5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 6. Netaisyklingai įdėta infuinė sistema; 7. Atidarytos priekinės durelės;
1.12.	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos	Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar	nuo 0,067 iki 1,1 bar ir 9 nustatymo lygiai.
1.13.	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būseną (vyksta infuzija);	3 lygių:

		2. Pespėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai;	1. Normali būseną (vyksta infuzija); 2. Pespėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
1.14.	Įrenginio sąsajos	1. Jungtis (-ys) personalo iškviatimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 3. Wi-Fi sąsaja.	1. Jungtis paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui ir jungtis personalo iškviatimo pultelio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; 3. Wi-Fi sąsaja
1.15.	Pompos maitinimo galimybės:	1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio).	1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio);
1.16.	Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200 ml/val.	4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val. ir įjungtam wi-fi, Katalogas 52 psl.
1.17.	Pompos ekranas	Ne mažesnis kaip 7 cm įstrižainės ekranas	5,1 colio. 1. Normali būseną (vyksta infuzija); 2. Pespėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
1.18.	Galimybė atnaujinti pompos programinę įrangą nuotoliniu būdu (jei reikalinga, papildomai įsigijus specialią, pompos programinės įrangos nuotoliniam atnaujinimui naudojamą programinę įrangą)	Pompa aparatūriškai pritaikyta jos programinės įrangos atnaujinimui nuotoliniu būdu (<i>prašome nurodyti ar šiam tikslui reikalinga papildomai įsigyti specialią, pompos programinės įrangos nuotoliniam atnaujinimui naudojamą programinę įrangą</i>)	Pompa aparatūriškai yra pritaikyta jos programinės įrangos atnaujinimui nuotoliniu būdu. Šiam tikslui reikalinga papildomai įsigyti specialią Online-SUIT programą.
1.19.	Vaistų biblioteka	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.	1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) 31 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) 32 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių.
1.20.	Pauzės (budėjimo) režimas	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.	Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val.
1.21.	Duomenų užraškinimo galimybė	Pompa turi duomenų užraškinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.	Pompa turi duomenų užraškinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
1.22.	Reiklavimai infuzinei tūrinei pompai	1. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 2. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo;	1. Infraraudonųjų spindulių sąsaja; 2. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo;

		3. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;	3. Galimybė sujungti 3 infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena;
1.23.	Pompos svoris	Ne daugiau 2,1 kg.	1,9 kg.
1.24.	Pompos klasifikacija	1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės (arba lygiavertė).	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės.
1.25.	Komplektacija	1. Pakrovėjas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo.	1. Pakrovimo laidas ref nr. 8717110; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ref nr. 8719165 ir rankena (rankena yra integruota pačioje pompoje).
1.26.	Garantinis terminas	≥ 36 mėn.	36 mėn.
1.27.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateiksime CE sertifikato kopiją.
1.28.	Kartu su pompa pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gėdimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).	Kartu su pompa bus pateikta ši dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gėdimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
1.29.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
1.30.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Automatinė švirkštinė pompa (1 švirkšto)	Perfusor Space plus k. 8719030. B.Braun Melsungen AG, Vokietija	vnt.	3	1320,00	3960,00	4791,60
2	Automatinė infuzinė tūrinė pompa	Infusomat Space plus k. 8719050. B.Braun Melsungen AG, Vokietija	vnt.	2	1420,00	2840,00	3436,40
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):							8228,00

Tiekėjas

UAB „B. Braun Medical“

Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 111551739

PVM mokėt. kodas LT115517314

A.s. LT61 7044 0600 0109 7040

Banko kodas 70440

AB SEB bankas

Direktorius

Kęstutis Liauba

Parašas

Data:

A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB Swedbank

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:

A.V.

Kvalifikuotas elektroninis parašas

KĘSTUTIS STAŠAITIS

2024-03-22 13:58:49 GMT+2

Paskirtis: Parašas