

9. Efektyvumo kriterijai ir apribojimai

9.1 Efektyvumo kriterijai

A. Mechaninė/ Optinė nustatymo skyra:	0.2 mm
B. Atkatrojamumas :	CV. <5%(mėginiams ENG>40 mm/h)
C. Automatinė temperatūros kompensacija \ į 18 laipsnių pagal Celsijų (Manley lent.)	Patvirtintos ribos: 15-32 laipsnių pagal Celsijų
D. Lygio riba teisingam rezultatui	Nu 50 iki 60 mm skaičiuojant nuo Monosed mėgintuvėlio apačios
E. 2 matavimo taškai	Pradžiai ir pabaigai
F. Matavimo ribos	1 - 140 mm/h
G. Prelimin. rezultatai	Po apytiksliai 10 minučių

5

9.2 Apribojimai

- A. Stipriai lipemiški ar hemoliziniai mėginiai gali pakeisti nuskaitymo galimybes
- B. Nusėdimo mėginiai (aukštesni kaip) > 140 mm/h bus parodyti kaip šis ženklas.