



UAB „Medita“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, Faks. (8~5) 272 01 01,

El. p. info@medita.lt, www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Joniškio PSPC

**KIEKYBINIO CRB TYRIMO TESTŲ SU ANALIZATORIAUS PANAUDA
PASIŪLYMAS**

2024 m. balandžio 5 d. Nr. 1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Medita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Telefono numeris	(0~5) 272 03 72, +370 699 68120
Fakso numeris	(0~5) 272 01 01
El. pašto adresas	pirkimai@medita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

****** Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil.Nr.	Subtiekėjo pavadinimas
1.	UAB „Interlux“ , Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, įm.kodas 110608112

******Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

4) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)
2	Ketinių protokolai (konfidencialu)

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarūs tyrimų skaičiai per 12 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui)	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam(1) tyrimui atlikti kaina Eur su PVM	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1.	CRB tyrimai	8000 tyrimų	8000	1,79	25 vnt./pak.	42,5	13600,00	14280,00	Boditech, i-Chroma CRB testai, 25vnt./pak.
2.	Kontrolė	5 vnt.	5 pak.	32,55	2x0.5ml	31	155,00	162,75	Boditech, i-Chroma CRB kontrolė, 2x0.5ml
	Iš viso:							14442,75	

Bendra pasiūlymo kaina turi būti suapvalinta pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų, t.y. dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina 14 442,75 (keturiolika tūkstančių keturi šimtai keturisdešimt du eurai 75 ct.) Eur.su PVM

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB ANALIZATORIUI

Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras))
1.	Analizatoriaus apibūdinimas	Sausos chemijos, pusiau automatinis, fluorescencinio skanavimo ar lygiavertis analizatorius.	Sausos chemijos, pusiau automatinis, fluorescencinio metodo. (4-5 psl., 7 psl.)
2.	Ekranas	Liečiamasis spalvotas LCD	LCD liečiamas ekranas (9-10 psl.)
3.	Testai	Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos ar lygiaverte technologija	Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos ar lygiaverte technologija. (9 psl., 235 psl.)
4.	Prietaiso paskirtis	Kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimui.	Kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimui. (235 psl., 243 psl.)
5.	Mėginys tyrimui	Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas	Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas, serumas, plazma. (235 psl., 244 psl.)
6.	Matavimo ribos	CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje ne mažesnės nei nuo 5 iki 200 mg/l	CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje ne mažesnės nei nuo 2,5 iki 300 mg/l (128 psl., 245 psl.)
7.	Prietaiso sudėtinės dalys	1. Analizatorius 2. Brūkšinių kodų skanavimo įrenginys 3. AC adapteris ir maitinimo laidas 4. Vartotojo vadovas lietuvių kalba 5. Pasas	1. Analizatorius 2. Brūkšinių kodų skanavimo įrenginys 3. AC adapteris ir maitinimo laidas 4. Vartotojo vadovas lietuvių kalba 5. Pasas (7-8 psl.)
8.	Analizatoriuje įmontuotas laikmatis, tyrimo trukmės sekimui ar lygiavertė priemonė	Būtina	Taip, atitinka (33 psl., 36 psl.)

9.	Spausdintuvas. (Gali būti įmontuotas į analizatorių)	Būtina	Vidinis terminis spausdintuvas (36 psl., 40 psl., 44 psl.)
10.	Testo rezultatų išsaugojimas	Paciento testai – ne mažiau nei 100 rezultatų Sistemos tikrinimo, kontrolės medžiagų testų rezultatai ne mažiau nei 100 rezultatų	Paciento testai - 1000 rezultatų, kontrolės medžiagų testai - 1000 rezultatų. (132 psl.)
11.	Temperatūros jutiklis	Būtina	Temperatūrinis jutiklis (10 psl., 14 psl.)
12.	Analizatoriaus miego (energijos taupymo) režimas	Pageidautina	Taip, atitinka (28 psl.)
13.	Automatinė analizatoriaus savitakra kaskart įjungiant prietaisą	Būtina	automatinė savitakra kaskart įjungiant aparatą (15 psl., 27-28 psl.)
14.	Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas arba kita ne prastesnė kokybės kontrolės funkcija	Būtina	Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas (46-48 psl.)
15.	Komunikacijos jungtis	USB ne mažiau 2 jungtys, LAN jungtis arba RS232 jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS	USB 2 jungtys, LAN jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS (132 psl.)
16.	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams	Būtina	Taip, atitinka (1-252 psl.)
17.	CE sertifikatas	Būtina. Turi atitikti in vitro diagnostinių medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EB reikalavimus.	CE sertifikatas (253-258 psl.)
18.	Techninis analizatoriaus aptarnavimas	Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas tiekėjo lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2016 m. vasario 17d. Nr. V-271.	Taip, atitinka

19.	Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu.	Taip, atitinka
-----	---------------------------------------	---	----------------

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	Gamintojo dokumentai	272
3	Ketinimų protokolai (konfidencialu)	1

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jurgita Žaliauskienė

(Vardas ir pavardė)