

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2024 m. balandžio 3 d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Arbor Medical Corporation LT“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Daugėlos, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2024 m. sausio 8 d. skelbtą atvirą tarptautinį konkursą konkursą „Medicinos prietaisų pirkimas Vaikų neonatologijos ir FMR centrams (Nr. 6397)“ (CVP IS Nr. 703929) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui medicinos prietaisus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti ją ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.
- 1.2. Pardavėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamas prekes į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą, o pardavėjas pateiktų susiklosčiusias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta **fiksuoti prekių įkainiai, kaina ir perkamų prekių kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.
- 2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 6611,56 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų 56 ct). PVM suma 1388,43 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 43 ct). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 7999,99 Eur** (septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct).
- 2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir šios Sutarties 2.7 p. nustatytais atvejais. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.
- 2.4. Į pradinę sutarties vertę įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.
- 2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.
- 2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.
- 2.7. Sutarties kainų perskaičiavimo tvarka:
- 2.7.1. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama vartotojų kainų indekso (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.7.4 punkte, yra didesnis kaip 5 %. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
- 2.7.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinę sutarties vertę.
- 2.7.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.
4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
- $a_1 = a + (k/100 \times a)$, kur
- a – įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).
- a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)
- k – Pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$k = \frac{[Ind]_{\text{naujausias}}}{[Ind]_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100$, (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (.Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymo pateikimo termino datos mėnuo. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.7.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.7.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.7.7. Pirmosios peržiūros iniciavimas galimas ne anksčiau kaip 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Peržiūrų dažnumas gali būti inicijuojamas ne dažniau nei kas dvylika mėnesių.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos, kainos, įkainiai ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad naujos prekės visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę savo transportu ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.2. Prekių pristatymo vietos: yra Santariškių g. 4, Santariškių g. 7, Vilnius, Vytauto g. 2, Druskininkai.

4.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, jas sumontuoti/ instaliuoti/ įdiegti bei apmokyti personalą dirbti su prekėmis.

4.4. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: _____

4.5. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: _____

4.6. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo – _____

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Prekės atitinka Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

5.3. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, vartotojo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, technine ir/ar serviso dokumentacija.

5.4. Pirkėjas, nustatęs prekių gamybos defektus, prekių neatitikimus sutarties reikalavimams, turi teisę reikalauti Pardavėjo jas pakeisti per Sutarties 5.5 p. nurodytą terminą arba grąžinti.

5.5. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, Pardavėjas privalo per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis

5.6. Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 11.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės (Eur be PVM) baudą.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (Eur be PVM).

7.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 7.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekęjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

7.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekęjo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekęjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęjo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius (įskaiciuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal Sutarties 6.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių tiekimo) terminas 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį išpėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

- 10.1. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.
- 10.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.
- 10.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

11. KITOS SĄLYGOS

- 11.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.
- 11.2. Subtiekejai nepasitelkiami.
- 11.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekėjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).
- 11.4. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 11.5. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 11.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi vienodą juridinę galią, kaip ir fiziniu parašu pasirašyta sutartis.
- 11.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA. Specifikacija, kiekis, kaina, 5 lapai.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Įmonės kodas 301577716
PVM mok. Kodas LT100003878313
A/S Nr. LT317044060007635671
AB „SEB“ b. k. 70440

Direktorius

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius

SPECIFIKACIJA

1 p. d. Lentelė Nr. I

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, prekės parametrai
			reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Transportinis monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi ir maitinamas iš jos	Būtina	Transportinis monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi ir maitinamas iš jos <i>MX100 IFU.pdf, 20, 26 psl.</i>
2.	Monitoriaus ekranas	1. Spalvotas, jautrus lietimui; 2. Įstrižainė $\geq 6''$; 3. Ekranų raiška 640 x 240; 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 ; 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos	1. Spalvotas, jautrus lietimui; <i>MX100 TDS.pdf, 1, 2 psl.</i> 2. Įstrižainė 6.1''; <i>MX100 TDS.pdf, 2 psl.</i> 3. Ekranų raiška 1024 x 480; <i>MX100 TDS.pdf, 2 psl.</i> 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 3; <i>MX100 TDS.pdf, 2, 25 psl.</i> 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos <i>MX100 TDS.pdf, 3 psl.</i>
3.	Monitoriaus maitinimo šaltiniai	1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min. 2. Modulio akumuliatorius turi krauti prijungus jį prie kartu komplektuojamos išorinės tvirtinimo stotelės.	1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus 300 min. <i>MX100 TDS.pdf, 10 psl.</i> 2. Modulio akumuliatorius kraunasi prijungus jį prie kartu komplektuojamos išorinės tvirtinimo stotelės. <i>MX100 TDS.pdf, 10 psl.</i>
4.	Monitoriaus konstrukcija	1. Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio; 2. Korpuso atsparumas skysčiams ir dulkėms – ne blogesnis kaip IPX1 atsparumo klasė	1. Turi atlaikyti kritimą iš 100 cm aukščio; <i>MX100 TDS.pdf, 8 psl.</i> 2. Korpuso atsparumas skysčiams ir dulkėms – IP33 atsparumo klasė <i>MX100 TDS.pdf, 8 psl.</i>
5.	Monitoruojami parametrai:	1. EKG 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (SSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra;	1. EKG <i>MX100 TDS.pdf, 1 psl.</i> 2. Kvėpavimas; <i>MX100 TDS.pdf, 1 psl.</i> 3. Širdies susitraukimų dažnis (SSD); <i>MX100 TDS.pdf, 4 psl.</i> 4. Neinvazinis kraujospūdis; <i>MX100 TDS.pdf, 1 psl.</i> 5. SpO2; <i>MX100 TDS.pdf, 1 psl.</i> 6. Temperatūra; <i>MX100 TDS.pdf, 1 psl.</i>
6.	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:		
6.1	SSD matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 15-300 k/min	15-350 k/min <i>MX100 IFU.pdf, 329 psl.</i>
6.2	ST segmento matavimas	Būtinas	ST segmento matavimas <i>MX100 TDS.pdf, 2 psl.</i>

6.3	Išplėstinis aritmijų monitoravimas	1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Aritmija 5. Ekstrasistolija 6. Skilvelių virpėjimas	1. Asistolija; <i>MX100 IFU.pdf, 143 psl.</i> 2. Tachikardija; <i>MX100 IFU.pdf, 143 psl.</i> 3. Bradikardija; <i>MX100 IFU.pdf, 143 psl.</i> 4. Aritmija <i>MX100 IFU.pdf, 143 psl.</i> 5. Ekstrasistolija <i>MX100 IFU.pdf, 144 psl.</i> 6. Skilvelių virpėjimas <i>MX100 IFU.pdf, 143 psl.</i>
6.4	EKG derivacijos	I, II, III derivacijų kanalai;	I, II, III derivacijų kanalai; <i>MX100 IFU.pdf, 123 psl.</i>
6.5	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 0-150 k/min	0-170 k/min <i>MX100 IFU.pdf, 331 psl.</i>
6.6	Apnėjos aptikimas	Būtinai, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą	Apnėjos aptikimas su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą <i>MX100 IFU.pdf, 331 psl.</i>
6.7	EKG kabelis	Kabelis turi būti tinkamas ligoninėje naudojamiems elektrodams (DORMO ECG AG, Mini neolead). Kabelis, netrumpesnis nei 100 cm.	Kabelis tinkamas ligoninėje naudojamiems „Mini NeoLead“ tipo elektrodams (pvz: DORMO ECG AG, „Mini neolead“). Kabelis, 270 cm <i>MX100 IFU.pdf, 289 psl.</i> ; https://www.neotechproducts.com/product/mini-neolead/ ; Philips Mini NeoLead IEC ;
7.	Reikalavimai SpO ₂ kanalui:		
7.1	SpO ₂ matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 1 - 100%	0 - 100% <i>MX100 IFU.pdf, 332 psl.</i>
7.2	SpO ₂ matavimo paklaida įskaitant daviklį	Ne daugiau $\pm 2\%$ SpO ₂ vaikams ir suaugusiems (diapazone 70% - 100%)	$\pm 2\%$ SpO ₂ vaikams ir suaugusiems (diapazone 70% - 100%) <i>MX100 IFU.pdf, 332 psl.</i>
7.3	Pulso matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 30 - 235 k/min	30 - 300 k/min <i>MX100 IFU.pdf, 332 psl.</i>
7.4	SpO ₂ daviklio prailginimo kabelis	Kabelis turi būti tinkamas 7.5p aprašomiems davikliams. Prailginimo kabelis, netrumpesnis nei 100 cm	Kabelis tinkamas 7.5p aprašomiems davikliams. Prailginimo kabelis, 152.4 cm (5 pėdų) <i>MX100 IFU.pdf, 300 psl.</i> ; Prailginimo kabelis ;
7.5	Suderinamas su ligoninėje naudojamais vienkartiniais „Masimo“ SpO ₂ matavimo davikliais (RD SET inf, Neo, NeoPT)	Būtina	Suderinamas su ligoninėje naudojamais vienkartiniais „Masimo“ SpO ₂ matavimo davikliais (RD SET inf, Neo, NeoPT) <i>MX100 IFU.pdf, 300 psl.</i> ; Prailginimo kabelis ;
8.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:		
8.1	Matavimo metodas	Oscilometrinis arba lygiavertis	Oscilometrinis <i>MX100 IFU.pdf, 195 psl.</i>
8.2	Matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 10 - 250 mm Hg	10 - 270 mm Hg <i>MX100 IFU.pdf, 339 psl.</i>

8.3	Darbo režimai	Rankinis, auto	Rankinis, auto <i>MX100 IFU.pdf, 196 psl.</i>
8.4	Neinvazinio kraujospūdžio matavimo prailginimo žarnelė (2-jų vamzdelių)	1 vnt., ne trumpesni nei 100 cm ilgio. Tinka 8.5p aprašytoms manžetėms	Neinvazinio kraujospūdžio matavimo prailginimo žarnelė. 1 vnt., 300 cm ilgio. Su perėjimu į 2 vamzdelius. Tinka 8.5p aprašytoms manžetėms <i>MX100 IFU.pdf, 295 psl.</i> ; Cuff Adapter ; <i>Neocuff.pdf, 1 psl.</i>
8.5	Turi tikti ligoninėje naudojamoms manžetėms	Neocuff manžetės #1-4	Prailginimo žarnelė su perėjimu į 2 vamzdelius tinka ligoninėje naudojamoms Neocuff tipo manžetėms <i>MX100 IFU.pdf, 295 psl.</i> ; Cuff Adapter ; <i>Neocuff.pdf, 1 psl.</i>
9.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:		
9.1	Temperatūros matavimo diapazonas	Ne siauresnis nei 0 – 45 °C	-1 – 45 °C <i>MX100 IFU.pdf, 342 psl.</i>
9.2	Temperatūros matavimo paklaida	Ne daugiau nei 0,1 °C (diapazone 25 – 45 °C)	0,1 °C <i>MX100 IFU.pdf, 342 psl.</i>
10.	Transportinio monitoriaus svoris	< 2 kg	1.4 kg <i>MX100 TDS.pdf, 8 psl.</i>
11.	Monitorius su maitinimo stotele ir maitinimo laidu turi tilpti inkubatoriaus ertmėje, kuri pavaizduota Pav. 1. Ertmės matmenys atvaizduoti nuotraukoje ir jos aprašyme.	Būtina. Tiekėjas gali pasiūlyti ir lygiavertį montavimo įgyvendinimą ertmėje, pvz. kaip išgaubtą lentyną (vietoje lentynos ant kurios pritvirtinti balionai), kuri suteiktų erdvės maitinimo šaltiniui ar didesniam monitoriui įstatyti ir jį pritvirtinti. Jeigu tiekėjas siūlo kitą montavimo būdą ertmėje, kai įranga netelpa į ją, tai tiekėjas turi ištraukti visus darbus, medžiagas į pasiūlymo kainą. Taip pat, su pasiūlymu turi pridėti ir transportinio monitoriaus įmontavimo į ertmę viziją, kuri gali būti atmesta, jeigu personalui ji yra netinkama. Siūlant didesnį monitorių, ekranas turi būti gerai matomas (inkubatoriaus konstrukciniai elementai negali dengti ekrano daugiau nei 2 cm.	Monitorius su maitinimo stotele ir maitinimo laidu tilps inkubatoriaus ertmėje, kuri pavaizduota Pav. 1. Monitoriaus įstatyto į stotelę gylis: 13.5 cm (Lentynos gylis: 14cm); (Žr. nuotrauką <i>Gylis.jpg</i>) Monitoriaus įstatyto į stotelę aukštis: 11.1 cm (Lentynos aukštis: 14.5 cm); (Žr. nuotrauką <i>Aukštis.jpg</i>) Monitoriaus įstatyto į stotelę plotis: ~25 cm (Lentynos plotis: 49 cm); (Žr. nuotrauką <i>Ilgis.jpg</i>) <i>MX100 TDS.pdf, 8 psl.</i> MX100 Dock ; <i>Gylis.jpg</i> ; <i>Aukštis.jpg</i> ; <i>Ilgis.jpg</i> ;
12.	Monitoriaus indikatoriai	Skirtingų spalvų aliarmų indikatoriaus	Skirtingų spalvų aliarmų indikatoriaus <i>MX100 TDS.pdf, 9 psl.</i>
13.	Prisijungimas prie centrinės	Monitorius turi turėti galimybę jungtis prie	Monitorius turi galimybę jungtis prie centrinės stebėjimo stoties (RJ45 jungtis) ir perduoti į ją

	monitoravimo stoties:	centrinės stebėjimo stoties (RJ45 jungtis arba lygiavertė) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus	visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus <i>RJ45.jpg;</i> <i>MX100 TDS.pdf, 2 psl.;</i> <i>PIC iX.pdf, 1 psl.</i>
14.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.



1. Pav. Inkubatoriaus ertmė monitoriaus montavimui. Gylis (A) – 14 cm, aukštis (B) – 14,5 cm, plotis (C) – 49 cm. Konstrukciniai elementai (D) trikampio formos, statiniai po 3 cm, tarpas tarp pasikartojančių elementų 25 cm. Balionai bus išimti.

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

1. Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai atitiktis įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.

2. Prekių pristatymas darbo dienomis, ne piko valandomis (9:00 – 12:00 ir 13:00 – 15:00).

**Pateikti tai įrodančius dokumentus pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiavertiniai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.*

1 pirkimo dalis. Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius, 2 vnt.

Specialieji reikalavimai:

1. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.

2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.
3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (*pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*). Dokumentas gali būti pateikiamas anglų kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus** (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf formatu*). **Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapi (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

P. d. Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Modelis, gamintojas, kodas gamintojo kataloge	Kiekis, mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be 21 % PVM
1	2	3	4	5	6
1	Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius	Philips Healthcare „IntelliVue MX100“	2 vnt.	3305,78	6611,56
PVM suma Eur					1388,43
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM					7999,99

Pardavėjas

UAB „Arbor Medical Corporation LT“
 Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
 Įmonės kodas 301577716
 PVM mok. Kodas LT100003878313
 A/S Nr. LT317044060007635671
 AB „SEB“ b. k. 70440

Direktorius
 Mindaugas Daugėla

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 a. s. LT717300010002492260
 AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius
 Feliksas Jankevičius