

PANAUDOS SUTARTIS

2024 m. balandžio 9 d. Nr. STP-3-3.25-6/2024

Vilnius

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, juridinio asmens kodas 124244035, kurios registruota buveinė yra adresu Vilnius, Antakalnio g. 59, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Evaldo Navicko (toliau – panaudos GAVĖJAS), ir

UAB „DIAMEDICA“, juridinio asmens kodas 111768155, kurios registruota buveinė yra Vanaginės g. 37A, LT-14261 Vilniaus rajonas, Didžioji Riešė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Križanausko (toliau – panaudos DAVĖJAS),

laimėjusi 2023-12-29 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtą *reagentų ir papildomų priemonių molekuliniam tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu* viešojo atviro pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 704069),

toliau kartu šioje panaudos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi panaudos DAVĖJAS perduoda panaudos GAVĖJUI šios sutarties galiojimo laikotarpiu neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos DAVĖJUI nuosavybės teise priklausančiu turtu – sistema molekuliniam tyrimams atlikti (automatizuota sistema Seegene Starlet su priedais – 1 kompl. ir PGR termocikleriai CFX96 su priedais - 2 kompl., (toliau – įranga), o panaudos GAVĖJAS įsipareigoja naudoti įrangą pagal paskirtį ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Įranga perduodami su tikslu ją naudoti – laboratoriniams tyrimams atlikti.

1.3. Panaudos DAVĖJAS patvirtina, kad įranga jam priklauso nuosavybės teise, ji nėra niekam parduota, išnuomota ar kitaip perleista, neįkeista, jai areštas ar draudimas neuždėtas, teisme dėl jos ginčų nėra.

1.4. Panaudos DAVĖJAS patvirtina, kad įranga yra tinkama naudoti Sutarties 1.2 punkte nurodytam tikslui.

1.5. Šalys susitarė, kad ši Sutartis kartu laikoma įrangos perdavimo – priėmimo aktu. Įrangos laikymo vieta Antakalnio g. 59, Vilnius, 1004 kab.; įrangos (Starlet su priedais – 1 kompl.) įsigijimo rinkos vertė – 75000,00 (Eur) be PVM ir įrangos (PGR termocikleriai CFX96 su priedais) - 2 kompl. įsigijimo rinkos vertė – 48000,00 (Eur) be PVM

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos DAVĖJAS įsipareigoja:

2.1.1. užtikrinti, kad perduodami analizatoriai yra sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje ir kartu su pristatoma įranga privalės pateikti įrangos žymėjimą CE ženklą liudijančių galiojančių dokumentų kopijas;

2.1.2. užtikrinti, kad įrangos programinė įranga yra suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analizių dienos kontrolės ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas;

2.1.3. supažindinti panaudos DAVĖJĄ su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba). Privalės būti pateikta įrangos instrukcija

(vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai;

2.1.4. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos praveisti panaudos GAVĖJO personalui analizatoriaus elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo mokymus, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos supažindinti/apmokyti Panaudos GAVĖJĄ (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą);

2.1.5. užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos;

2.1.6. instaliuoti ir kvalifikuoti (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo integruotos sistemos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.;

2.1.7. užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Panaudos DAVĖJAS privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas;

2.1.8. galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) panaudos GAVĖJO patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti panaudos GAVĖJO patalpose, panaudos DAVĖJAS privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti panaudos DAVĖJO transportu. Sutaistytą ir veikiančią įrangą pristatoma panaudos GAVĖJUI panaudos DAVĖJO sąskaita ir panaudos DAVĖJO transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti panaudos GAVĖJO patalpose (vietoje) negalima, panaudos DAVĖJAS defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti panaudos GAVĖJUI ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka paslaugos DAVĖJAS;

2.1.9. jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Panaudos DAVĖJAS privalės keisti įrangą į naują;

2.1.10. įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu;

2.1.11. pateikti įrangai reikalingą diagnostikos reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) ir kalibratorių kiekį, numatomą 2024 m. balandžio 9 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. SP-3-3.23-119/2024 nurodytam tyrimų kiekiui atlikti;

2.1.12. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti įrangą iš panaudos GAVĖJO pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);

2.1.13. nedelsiant informuoti panaudos GAVĖJĄ apie savo rekvizitų pasikeitimus.

2.2. Panaudos GAVĖJAS įsipareigoja:

2.2.1. naudoti įrangą tik pagal jo tiesioginę paskirtį;

2.2.2. neperduoti įrangos atlygintinai ir/ar neatlygintinai naudotis trečiajam asmeniui;

2.2.3. nedelsiant informuoti panaudos DAVĖJĄ apie bet kokius įrangos apgadinimus, taip pat apie bet kokius įvykius, turinčius įtakos įrangos būklei;

2.2.4. be panaudos DAVĖJO raštiško sutikimo nedaryti jokių įrangos pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti įrangos išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina įrangos išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;

2.2.5. pasibaigus Sutarčiai grąžinti panaudos DAVĖJUI įrangą tokios būklės, kokios ji panaudos GAVĖJUI buvo perduota atsižvelgiant į normalų tokios įrangos susidėvėjimą pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);

2.2.6. nedelsiant informuoti panaudos DAVĖJĄ apie savo rekvizitų pasikeitimus.

3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei panaudos DAVĖJO perduodama įrangas neturės programinės įrangos, užtikrinančios tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainų tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos LIS ir pristatytos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos, panaudos GAVĖJAS įgyja teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs apie tai raštu kitą Šalį prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Nutraukus šią Sutartį, panaudos DAVĖJAS turės sumokėti panaudos GAVĖJUI 3000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų 0 ct) dydžio baudą.

3.3. Jei panaudos DAVĖJAS Sutarties galiojimo metu nevykdo Sutartyje ir jos prieduose numatytų sąlygų ir nustatytų reikalavimų (*nepraveda mokymų, nepateikia instrukcijų ar kt. dokumentų ir pan.*) arba atsisako numatytas sąlygas ir nustatytus reikalavimus vykdyti, panaudos DAVĖJAS, panaudos GAVĖJUI raštiškai pareikalavus, turės sumokėti panaudos GAVĖJUI 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų 0 ct) dydžio baudą.

4. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840), kurios nepriklauso nuo sutarties Šalių valios, Šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir Šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai Šaliai.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d. ir galioja **12 (dvylika) mėnesių** arba kol galioja **2024-04-09 Prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. SP-3-3.23-119/2024**.

5.2. Kiekviena iš Šalių turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį, įspėjusi apie tai raštu kitą Šalį prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

5.3. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Už Sutarties vykdymą iš panaudos GAVĖJO pusės atsakinga skiriama Laboratorijos vedėja Renata Voverienė, tel. (8 5) 234 7356, el. p. renata.voveriene@antakpol.lt.

6.2. Už Sutarties vykdymą iš panaudos DAVĖJO pusės atsakingas skiriamas generalinis direktorius Stasys Križanauskas, tel. +370 699 93258, el. p. stasys@diamedica.lt.

6.3. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

6.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.6. Sutarties priedai:

6.6.1. 1 priedas – „Sistemos molekulinų tyrimų atlikimui techninė specifikacija“, 6 lapai.

6.6.2. 2 priedas – Perdavimo – priėmimo naudoti aktas (forma), 1 lapas.

Panaudos GAVĖJAS:

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Antakalnio 59, 10207 Vilnius
Kodas 124244035
PVM kodas LT242440314
Tel. 8 52344518
a. s. LT53 7044 0600 0031 0223
AB SEB banke, banko kodas 70440
el. p. info@antakpol.lt

Direktorius
Evaldas Navickas

A. V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „DIAMEDICA“
Juridinio asmens kodas 111768155
PVM kodas LT117681515
Vanaginės g. 37A, Didžioji Riešė
LT-14261, Vilniaus raj. sav.
a. s. LT49 2140 0300 0213 1892
AB Luminor bankas, banko kodas 21400
el. p. info@diamedica.lt

Generalinis direktorius
Stasys Križanauskas

A.V.

2024 m. balandžio 9 d.
panaudos sutarties Nr. STP-3-3.25-6/2024
1 priedas

SISTEMOS MOLEKULINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos įrangos techniniai parametrai	Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
1	Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) automatizuotą sistemą (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) molekuliniams tyrimams atlikti su ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriais (taikoma "arba lygiavertis"). Panaudai teikiama įranga turi būti nauja arba naudota, techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2020 m.	Panaudai siūloma automatizuota sistema Seegene Starlet 1 vnt (modelis Seegene Starlet, gamintojas Seegene/Hamilton, pagaminimo data 2021) ir 2 vnt PGR termocikleriai CFX96 (modelis CFX96 Dx, BioRad/Seegene, pagaminimo data 2020-2021)	<i>Atitiktis psl. Nr. 373</i>
2	Sistema turi būti skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikrąsios polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikrąsios PGR metodu. Sistemai tinkantys ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriai.	Sistema, skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikrąsios polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikrąsios PGR metodu. Su sistema bus 5diegti 2 tinkantys PGR termocikleriai CFX96 Dx.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 373, 482</i>
3	Papildoma įranga: 1. integruotas spalvotas jutimasis LCD ekranas arba valdymas atskirame kompiuteryje su monitoriumi; 2. integruotas arba išorinis spausdintuvas; 3. vidinis arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas; 4. nepertraukiamos srovės šaltinis.	Papildoma įranga: 1. CFX96 Dx turi integruotą spalvotą LCD ekraną ir papildomai valdomas atskirame nešiojamame kompiuteryje; Seegene Starlet valdomas atskirame nešiojamame kompiuteryje. 2. Seegene Starlet ir CFX96 turi išorinius spausdintuvus; 3. Seegene Starlet turi vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą ir CFX96 Dx turi išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą; 4. Nepertraukiamos srovės šaltinis instaliuojamas prie Seegene Starlet ir atskirai prie CFX96 Dx	<i>Atitiktis, psl. Nr. 373, 374</i>

4	Automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Aparatė privalo būti integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema. Automatinė gautų rezultatų analizė ir interpretacija.	Su siūloma sistema užtikrinamas automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Aparatė yra integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 370, 374, 380</i>
5	Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu mėginių įdėjimu sistema privalo išskirti nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 mėginių (įskaitant kontroles) ir pilnai atlikti tyrimą (nepriklausomai iš kiek analizių jis susideda).	Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu metu sistema išskiria nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 tiriamųjų mėginių, įskaitant kontroles.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 374, 482</i>
6	Privaloma krešulio, oro burbulų, putų ar kt. aptikimo mėginiuose sistema. Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėseną. Nepakankamo mėginio tūrio aptikimas - privalomas.	Sistemoje yra integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėseną. Sistema tiksliai nustato skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. Sistema aptinka ar pakankamas yra mėginio tūris	<i>Atitiktis, psl. Nr. 409</i>
7	Magnetinių dalelių principu pagrįsto nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys privalo būti išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių.	Magnetinių dalelių principu pagrįsta nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 373, 482</i>
8	Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai (taikoma "arba lygiavertis").	Sistemoje yra integruota UV lempa, skirta pilnai sistemos dekontaminacijai.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 412</i>
9	Molekulinis tyrimo metodas – tikralaikė atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (tikralaikė AT-PGR).	Tikralaikė polimerazės grandininė reakcija (RL-PGR).	<i>Atitiktis, psl. Nr. 57, 58</i>
10	Tiekėjas privalo pasiūlyti 96 šulinėlių reakcijų lėkštelę arba mėgintuvėlių strypelius.	96 šulinėlių reakcijų plokštelė, mėgintuvėlių strypeliai.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 58</i>
11	Privalo būti ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybine detekcija (ne mažiau kaip 5-iose kanaluose).	Yra 6 sužadinimo kanalai, su daugybinės detekcijos galimybe (5-iose kanaluose).	<i>Atitiktis, psl. Nr. 58</i>

12	Privaloma rankiniu ir automatinio būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, būtina analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydimosi kreives, būtina peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Privaloma integruotos programos pagalba atlikti automatinę gautų rezultatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į LIS.	Yra galimybė rankiniu ir automatinio būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydimosi kreives, peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Integruotos programos pagalba galima atlikti automatinę gautų rezultatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į LIS.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 215, 370</i>
13	Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga turi būti ne senesnė nei <i>Windows 10</i> (taikoma "arba lygiavertė").	Su sistemomis instaliuojama 2 vnt. nešiojami kompiuteriai užtikrinantys sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga ne senesnė nei <i>Windows 10</i> .	<i>Atitiktis, psl. Nr. 373</i>
14	Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“).	Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“).	<i>Atitiktis, psl. Nr. 353, 370</i>
15	Būtinai mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas/išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas).	Mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas (Starlet)/išorinis (CFX96Dx) brūkšninių kodų skaitytuvas).	<i>Atitiktis, psl. Nr. 374, 507</i>
16	Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.	Yra nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius gauna atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 371, 374</i>
17	Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba turi būti suderinti, t.y. turi būti užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos į RL-PGR sistemą.	Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba yra suderinti, t.y. užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos Starlet į RL-PGR CFX96 Dx sistemą.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 371</i>
18	Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos.	Operatorius turi galimybę matyti kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 205</i>

19	Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklimą.	Sistema ir reagentai turi CE-IVD ženklimą IVDR analizatoriams	<i>CE-IVD atitikties deklaracija pridedama</i>
20	Sistemą būtina prijungti į LIS dvikryptę jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.	Sistema turi galimybę būti prijungti į LIS dvikryptę jungtimi. Pateikimas pajungimo protokolą.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 497</i>
21	Integruotas ar išorinis brūkšinių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšinių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).	Integruotas ir išorinis brūkšinių kodų skaitytuvai identifikuoja reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšinių kodų informaciją. Atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (kiti tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).	<i>Atitiktis, psl. Nr. 458-463</i>
22	Siūlomos sistemos programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.	Siūlomos sistemos programinė įranga yra suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir geba perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga palaiko ASTM ir HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 497</i>
23	Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.	Galima atspausdinti ir į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 83</i>
24	Bent vienam, įranga atliekamam tyrimui (<i>nurodytam konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje</i>) privalo būti greitas PGR režimas.	Įranga atliekamam tyrimui (SARS-CoV2 iš konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje) užtikrina greitą PGR režimą.	<i>Atitiktis, psl. Nr. 20</i>

25	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus.	Garantija 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą atlieka gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus.	<i>Aptarnavimą atliekančių gamintojo įgaliotų inžinierių sertifikatai pridedami</i>
----	---	---	---

Bendrieji reikalavimai	
1	Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai įrangą, atitinkančią šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (atviro konkurso sąlygų 4 priedas) bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos priemonės (kontrolinės medžiagos, kalibratoriai, valikliai, skiedikliai ir kt.), reikalingą molekuliniais tyrimams atlikti.
2	Tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atstovas. Pateikti patvirtinančius dokumentus.
3	Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4	Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
5	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
6	Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo integruotos sistemos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
7	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.

8	Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju, ar nepatenkant kokybės kontrolėms į nustatytas ribas, privalo aiškintis priežastis ir savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
9	Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į to paties modelio įrangą, kol bus pašalinti pagrindinio analizatoriaus sutrikimai.
10	Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
11	<u>Aplinkosauginiai reikalavimai:</u> 1. Būtinąs automatizuotos sistemos naudojimas visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: automatizuota sistema turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. <i>Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją.</i> Atitiktis, psl. Nr. 1 2. Būtinąs elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo mokymai: Tiekėjas privalo parengti mokymus perkančiosios organizacijos darbuotojams, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). <i>Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, arba prašą apie ketinamus rengti mokymus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.</i> Atitiktis psl. Nr. 1
12	Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.

Panaudos GAVĖJAS:

VšĮ Antakalnio poliklinika
Direktorius
Evaldas Navickas

A. V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „DIAMEDICA“
Generalinis direktorius
Stasys Križanauskas

A.V.

2024 m. balandžio 9 d.
panaudos sutarties Nr. STP-3-
3.25-6/2024
2 priedas

**PERDAVIMO – PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS
(FORMA)**

20__ m. _____ mėn. __ d.
Vilnius

UAB „DIAMEDICA“, atstovaujama _____ perduoda, o Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, atstovaujama _____, priima, vadovaudamiesi 2024 m. balandžio 9 d. panaudos sutarties Nr. STP-3-3.25-6/2024 nuostatomis šiame perdavimo – priėmimo naudoti akte nurodytą sistemą molekuliniams tyrimams atlikti su priedais (toliau – įranga):

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo vertė Eur be PVM
1.				
2.				
3.				

Įrangos būklė perdavimo metu – _____.
Šalys viena kitai pretenzijų neturi.
Šis aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Panaudos GAVĖJAS:
Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

Panaudos DAVĖJAS:
UAB „DIAMEDICA“

A. V.

A.V.