

PAULAS HARTMANNAS AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheimas
1420 pašto dėžutė
89504 Heidenheimas
Vokietija

Telefonas: +49 (0) 7321 36-
0
Faksas: +49 (0) 7321 36-
3636
hartmann.info



Padedą. Rūpinasi.
Apsaugo.

PAUL HARTMANN AG, P.O. Box 1420, 89504 Heidenheimas, Vokietija

Išskirtinai naudoti tik konkursuose
(teikiama tiesiogiai HARTMANN GROUP
arba per klientą)

Jūsų nuoroda.

Susisiekitė su
Laura Petran

Jūsų laiškas

Phoxe
+49 7321 36 2362

Mūsų
nuoroda.

Faksas

oatė
02.05.2023

El. paštas
Laura.Petran@hartmann.info

Patvirtinimas

Gerbiamasis pone arba ponija,

Patvirtiname, kad mūsų "Foliodrape" draperijos PROTECT, PROTECT PLUS, ECO, BTC, BTC extra sustiprintos, MSC ir MSC extra sustiprintos buvo išbandytos pagal standartą EN 13795-1:2019 ir atitinka visus aukščiausio įmanomo kokybės lygio reikalavimus "aukštas eksploatacinių savybių lygis, kritinė gaminio sritis".

Atlikti barjerinių savybių bandymai atitinka standartą EN 13795-1:2019. Šiam aukščiausiam įmanomam kokybės lygiui užtikrinti atliekamas bandymas pagal EN ISO 22610:2006 (Atsparumas mikrobus įsiskverbimui - drėgnas).

EN13795-1:2019 nereikalaujama atlikti bandymų pagal EN ISO 22612:2005 (atsparumas mikrobus įsiskverbimui - sausas) šiam aukščiausiam kokybės lygiui, nes galima daryti prielaidą, kad EN ISO 22610:2006 (atsparumas mikrobus įsiskverbimui - šlapias) reikalavimai viršija EN ISO 22612:2005 reikalavimus.


Kadangi rinkai tiekiamė sterilizuotus gaminius, mikrobinės švaros testas (EN 11737-1) nėra būtinas (žr. standarto EN 13795-1:2019 5.2 skyrių):

"5.2 bandymai atliekami su gatavu gaminiu. Jei gaminį ketinama naudoti po sterilizacijos, bandymai atliekami su gaminiiais po sterilizacijos, išskyrus mikrobinės švaros bandymus". Patvirtiname, kad mūsų pfduktai yra sterilūs pagal standartą EN 556.

Be to, patvirtiname, kad mūsų techninių duomenų lapuose nurodytas bendras svoris (ploto vieneto masė) yra išmatuotas pagal standartą EN ISO 29073-1.

Malonūs linkėjimai

PAULAS HARTMANNAS AG



Aufsichtsratsvorsitzender / Stebėtojų tarybos pirmininkas:
Fritz-Jürgen Heckmann

4org Enk (generalinis direktorius-DPD)

ILN 04D 95D0 00000 0

Vorstand / Valdančioji taryba: (Vorsitzende des
Vorstands/CEO), Francois Georgelin, Stefan Grote, Stefan
Müller

i.A. [

n (CEO-RP-RD-PD-DE)

Miestas Heidenheimas

Amtsgericht Ulm HRB 661090

Registruota buveinė Heidenheimas

UTm apygardos teismo komercinio registro bylos Nr. HRB
661090