

|    | Pavadinimas                                      | Reikalaujama techninio parametro reikšmė                                                                                                                                                                                 | Siūlomo parametro reikšmė, nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį                                                                                                                                                                            | Preliminarus kiekis 36 mėn. |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 15 | Zondas elektrodas laikinai širdies stimuliacijai | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skirti įvedimui per v. subclavia;</li> <li>Galas J-formos;</li> <li>Diametras 5 ir 6F, ilgis ne mažiau 125 cm;</li> <li>Bipolis, atstumas tarp elektrodų 5 arba 10 mm.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skirti įvedimui per v. subclavia;</li> <li>Galas J-formos;</li> <li>Diametras 5 ir 6F, ilgis 127 cm;</li> <li>Bipolis, atstumas tarp elektrodų 10 mm.</li> </ul> <p>Failas "Katalogai", psl. 1.</p> | 150                         |

#### Papildomi reikalavimai stimulatoriams

- Stimulatoriams
  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Ligoninėje būtų du funkcionuojantys programikliai. Tiekėjas turi užtikrinti programiklių techninę priežiūrą bei remontą ir aprūpinti specialiu registraciniu popieriumi, skirtu programiklių spausdintuvams (pagal PIRKĖJO poreikius).
  - Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija su visų siūlomų implantuojamų prietaisų eskizais – iliustracijomis.
  - Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu

#### Reikalavimai visoms prekėms:

Sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis privaloma pateikti:

- CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.