

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2024-02-06 A. Zpalskio IĮ "AZAS" PN704023

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Mato vnt.	Poreikis 2 m.	Reikalavimai priemonei	Vnt. kaina be PVM	PVM dydis proc.	Vnt. kaina su PVM	Viso kaina be PVM	Viso kaina su PVM	Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1	Absorbentas narkozės aparatui	Kg.	170	Pagamintas iš 3-4 mm sferinės formos granulių. Sudėtyje nėra kvarco ir kalio hidroksido, bario hidroksido. Yra spalvos indikatorius. Supakuotas po 1 kg., vakuuminiuose paketuose arba 5 l. kanistruose.						
2	Aligninas	Pak.	200	Supakuota po 5 kg. Pagamintas iš 94 ± 2% balintos celiuliozės. Vandens įgeriamumas ne mažiau 12 ± 2g/g., tankis - 35 ± 5g / m² (vieno sluoksnio), pH – 7 ± 02. Išmatavimai 40 x 60 cm.	3,68	5	3,864	736,00	772,80	TZMO S.A/Aligninas, medicininis, 5kg „Matocell" 40 x 60 cm/2
3	Užtiesalas sanitarinis	Vnt.	1300	Pagaminta iš popieriaus, baltas rulonas, perforuotas kas 60/-68 cm. Išmatavimai 50 cm x 200 m.	7,32	21	8,8572	9516	11514,36	AB Grigeo/Grite standart 200S Spec/42
4	Anesteziloginės kaukės vienkartinės	Vnt.	1000	Bekvapės kaukės be PVC. Neturi pripučiamos pagalvėlės. Patogiam kaukės uždėjimui ir laikymui – nykščio vietoje grublėtas paviršius. Spalvinis kodavimas - pagal dydžius nuspalvinta su paciento veidu kontaktuojantis kaukės paviršius. Vienkartinės. Dydžiai 5, 6. Supakuota po 1 vnt.						
5	Apvalkalai čiūžiniams vienkartiniai	Pak.	1000	Vienkartiniai, pagaminti iš polietileno, dydis ne mažiau kaip 210 x 90 x 20 (±1) cm, mėlyni. N 10	6,44	5	6,762	6440,00	6762,00	Van Oostveen Medical B.V. Romed/MC-100/5
6	Apvalkalai pagalvėms	Vnt.	6000	Vienkartiniai polietileningiai pagalvių užvalkalai. Pagaminti iš reljefinio paviršiaus polietileno, ne plonesnio nei 0,018 mm. Dydis 65 x 70 cm (±5 cm)						
7	Vienkartinės patalynės komplektas	Kompl.	200	Pagamintas iš neaustinės medžiagos, ne mažiau 25 g/m2. Supakuotas vienoje pakuotėje. Spalvos: balta, žalia. Paklodė: 140 x 240 (±5) cm 150 x 210 (±5) cm, antklodės užvalkalas: 140 x 240 (±5) cm 160 x 210 (±5) cm su papildomu užlenkimu ne mažiau 15 cm, kad antklodė nekristų iš užvalkalo, pagalvės užvalkalas: 75 x 65 (±5) cm su papildomu užlenkimu 15 cm, kad pagalvė nekristų iš užvalkalo.	1,37	5	1,4385	274,00	287,70	Zarys/-BT-ZES-25G3 /7
8	Prijuostės vienkartinės	Pak.	200	80 - 82 cm x 1,60 – 1,65 m ilgio polietileno. N100	5,2	6	5,46	1040,00	1092,00	Aobang 80x160cm/8
9	Rankovės vienkartinės	Vnt.	600	Sterilios. Rankas iki alkūnių dengiančios vienkartinės rankovės, su tampriu rankogaliu, atsparios skysčiams ir mechaniniam poveikiui.						
10	Vienkartinės kepuraitės									Aobang/10
10.1.	Vienkartinės kepuraitės „Beretės“ tipo N100	Pak.	300	Vienkartinės, neaustinės medžiagos, su gumyte, „beretės“ tipo. Diametras 55 cm (±1 cm).	1,86	5	1,953	558,00	585,90	Kepuraitė medicininė, gofr./cm/10.1
10.2.	Vienkartinės kepuraitės „Beretės“ tipo N100 didelės	Pak.	300	Vienkartinės, neaustinės medžiagos, su gumyte, „beretės“ tipo. Diametras 60 cm (±1 cm).	3,4	5	3,57	1020,00	1071,00	Kepuraitė medicininė, beretė D60cm/10.2
Viso 10 pirkimo								1578,00	1656,90	
11	Apvalkalas kamerai	Vnt.	2000	18 ± 2 cm x 250 cm±10 cm. Apvalkas sterilus, skaidrus, plastikinis. Originaliai teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti. Vienne gale yra elastinga 0,7 cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą. Darbo metu apsaugo įrangą nuo rasojimo. Yra papildomai 2 vnt. lėpnios juostelės fiksavimui.	0,76	5	0,798	1520,00	1596,00	Zarys/AT-SP-5 16 CM /11
12	Atsiurbėjai iš nosiaryklės suaugusiems	Vnt.	400	Vienkartiniai, su piršto kontrole. Dydis - Fr 12, 14	0,098	5	0,1029	39,20	41,16	Changzhou Yuekang Medical Appliance/12
13	Atsiurbėjai naujagimiams									
13.1.	Atsiurbėjas iš intubacinio vamzdelio, iš nosiaryklės	Vnt.	4000	Dydžiai: Fr 6; 7; 8; 10; Ilgis 29 ± 1 cm. Su piršto kontrole.						
13.2.	Burnos ir nosies atsiurbėjas trumpas, plastikinis	Vnt.	200	Dydžiai: mažas, didelis. Plastikinis tvirtas pagrindas. Minkštas, lankstus, užapvalintas antgalis. Viso atsiurbėjo ilgis 11 - 13 cm. Antgalio ilgis 8 - 10 cm. Su piršto kontrolės anga. Galima atsiurbti viena ranka. Galimas pertraukiamas siurbimas.						

13.3.	Mekonijaus atsiurbėjas	Vnt.	200	Plastikinis, peršviečiamas, su piršto kontrole.							
Viso 13 pirkimo dalies											
14.	Audinių ekstrakiniai maišeliai.			Savaime atsidarantis, su nitinolinės vielos kilpa. Galimas pakartotinis atvėrimas ir uždarymas operacijos metu (turi kilputes abiejuose galuose).Maišelis turi įvedimo kaniulę pritaikytą 10mm trokarui. Maišelis tvirtas, nenulstantis, nematomas, nenralaidus							
14.1.	125x200mm arba 750 ml. - 800 ml.	Vnt.	200								
14.2.	75x150mm. arba 200 ml. - 250 ml.	Vnt.	200								
Viso 14 pirkimo dalies											
15	Basonai	Vnt.	50	Basonas gulinčiam suaugusiam ligoniui, ovalus su rankena, pagamintas iš balto neskaidraus plastiko, daugkartinio naudojimo. Basono dangtis plastikinis, tinkamas siūlomam basonui.	4,47	21	5,4087	223,5	270,44	Kamed Plus/15	
16	Bakri balionas(rinkinys) pogiindyminiam kraujavimui stabdyti	Vnt.	2	Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: balioninis kateteris be latekso 24Fr; 54cm ilgio, 100 % silikonas, 60 ml vienkartinis švirkštas, baliono pripildymui.							
17	Chirurginiai šepetėliai										
17.1.	Sausas chirurginis šepetėlis su priemone nagams	Vnt.	2000	Vienkartinis. Patogi pakuotė, su kempine, su priemone nagams išvalyti, sterilizuotas etileno oksidu. Sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.							
17.2.	Impregnuotas chirurginis šepetėlis su priemone nagams	Vnt.	2000	Vienkartinis. Patogi pakuotė, su kempine, kuri impregnuota 15ml 12% jodo povidono, polietilenglikolio (P.E.G.) ir vandens tirpalu. Su priemone nagams išvalyti, sterilizuotas etileno oksidu, sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.							
Viso 17 pirkimo											
18	Dirbtinė ventilacijos sistema (ranka) suaugusiems	Vnt.	30	Vienkartinė. Rezervinis maišas su rankenėle. Komplekte 3 m deguonies vamzdelis ir skaidri permatoma kaukė. Be PVC N 5. Rezervinio maišo tūris 1500 ml. Paciento jungtis sukasi 360 ° kampu. Papildomas rezervinis maišas. Supakuota į kliniškai švarią permatomą pakuotę. Paruoštas naudojimui.							
19	Dirbtinė ventilacijos sistema (ranka) naujagimiams	Vnt.	50	Vienkartinė. Rezervinis maišas su rankenėle. Komplekte 3 m deguonies vamzdelis ir skaidri permatoma kaukė. Be PVC N 1. Rezervinio maišo tūris 280 ml. Paciento jungtis sukasi 360 ° kampu, su slėgio mažinimo vožtuvu (atsidaro esant 40 cm H 20). Papildomas rezervinis maišas. Supakuota į kliniškai švarią, permatomą pakuotę su rankenėlėmis. Paruoštas naudojimui.							
20	Drenai										
20.1.	Pilvo drenai, Nr.18, Nr. 24	Vnt.	400	Sterilūs, lankstūs skaidraus silikono drenai. Rentgenokontrastiniai. Dreno ilgis 500 -600 mm. Atviras atraumatinis antgalis su 6 šoninėmis skylutėmis. Supakuoti dvigubame steriliame įpakavime.							
20.2.	Operacinio lauko atsiurbėjas, CH.30	Vnt.	600	Sterilus, pagamintas iš PVC. POOL tipo, lenktas. Rankenėlės ilgis 257 mm. Vidinis diametras 6 mm, išorinis – 8 mm. 2,0-3,0 m ilgio.							
20.3.	Drenai aktyviam žaizdų drenažui, CH18 /500/ 150	Vnt.	10	Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš medicininio PVC. Vakuuminis slėgis ne mažiau 80 mm/Hg. Talpa 500 ml. Universalus konektorius distaliniam gale tinka 6-18 CH dydžio drenams. Su spausutuku.							
Viso 20 pirkimo											

21	Elektrodai naujagimių monitoringui(3-jų laidų)	Kompl.	200	Komplektas, spalvoti laidai,vienkartiniai. Pakuotėje 3 vnt. (laideliai 3 skirtingų spalvų), laido ilgis 60 cm, jungties išorinis Ø 4 mm, vidinis Ø 1,5 mm, laido diametras = Ø 25 mm, stiprus lipnumas, galima naudoti iki 3 dienų, pilnai padengtas hidrogeliu, galima naudoti jautriai odai, galimybė perpozicionuoti, mikroporų pagrindas leidžia kvėpuoti odai, pritaiko prie kūno linijų, aukštos kokybės Ag/AgCl sensorius.						
22	Elastinis bintas	Vnt.	20	Dydis -10 cm x 5 m. Neaustinio pluošto odos spalvos bintas su išilgai jaustais elastiniais siūlais. Supakuotas po 1vnt.	4,48	5	4,704	89,6	94,08	Lauma Medical/22
23	Elektrodai EKG naujagimiams	Vnt.	700	Vienkartiniai, MAC-500 elektrokardiografui. (6vnt.vienam) Suklijuoti 3 vnt. Pilnai padengti hidrogeliu. Tinkamas jautriai odai. Diametras= 35 x 22mm; Plonas pagrindas 1.2 mm.						
24	Elektrodai EKG suaugusiems	Vnt.	5000	Suaugusiems 54 mm skersmens.						
25	Gimdymo nuskausminimui priemonės									
25.1.	Epidūriniai rinkiniai G 18	Vnt.	3500	Į komplektą įeina: TUOHY adata; poliamido kateteris rentgenokontrastinis, graduotas su apvalintu, atraumatinio galu ir šoninėmis skylutėmis; kateterio nukreipėjas ir sujungiklis "klik" tipo, be latekso komponentų; epidūrinis filtras; LOR švirkštas 8±1 ml su paraboline gradacija, antibakterinis 0,2mk filtras (būtinas ženklinimas ant filtro, filtro fiksatorius.						
25.2.	Adatos lumbalinei punkcijai naujagimiams G22-25	Vnt.	5	Crawford tipo galiuku; ilgis 30-50mm išorinis diametras 0,53-0,9 mm						
25.3.	Spinalinės adatos su introduseriu G29	Vnt.	50	Quincke tipo, ilgis 88mm išorinis diametras 0,33 mm						
25.4.	Spinalinės adatos be introduserio ilgos 120 ir 156,5 mm ilgio, dydžiai G22 - G27	Vnt.	100	Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.						
25.5.	Spinalinės adatos Quincke tipo be introduserio G18-G22	Vnt.	10	ilgiai nuo 40 iki 88 mm. Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.						
25.6.	Infuzinių sistemų filtras epidūrinei anestezijai	Vnt.	50	0,2 mikrono. Pirminis tūris 0,55ml. Spaudimo pasipriešinimas ne mažiau kaip 7bar. Su Luer-Lock jungtimis.						
25.7.	Spinalinės adatos G 27 (Pencil-Point tipo) ilgis 50 ir 88 mm	Vnt.	1000	Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.						
25.8.	Introduseriai spinalinėms 26-27 dydžio adatoms	Vnt.	1000							
25.9.	Spinalinės adatos Quincke tipo 25-27G 80-90mm	Vnt.	1000	Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.						
25.10.	Epidūriniai kateteriai soft tipo	Vnt.	200							
Viso 25 pirkimo dalies										
26	Hemostatinė kempinė (Analinė)	Vnt.	200	Ne mažiau kaip 80 mm ilgio ir 30 mm diametro, apvali, sterili, absorbuojanti, vandenyje netirpstanti, želatininė. Neutralus pH. Kraujo absorbcija apie 50 kartų nuo savo svorio. Galima naudoti sausą, arba sudrėkintą fiziologiniu skysčiu ar antibiotikais. Lengvai karpoma.						
27	Įdėklai į ausis EROSCAN aparatui			Naujagimiams otoakustinei emisijai atlikti						
27.1.	Plastikiniai zondo vamzdeliai	Vnt.	2000	Vienkartiniai						

27.2.	Antgaliai	Vnt.	1000	Ivairių dydžių, naujagimiams						
Viso 27 pirkimo dalies										
28	Identifikavimo apyrankėlės (naujagimiams)	Dėž.	120	Rožinės, žydros. Po 100 vnt. Dėžutėje. Minkštais kraštais netraumuojantys naujagimio odos. Su kortelę užrašams. Patvari danga, pasižymi dideliu atsparumu drėgmei ir atsparumu muilo, rankinių dezinfekantų ir kitų skysčių, naudojamų ligoninėse, veikloje. N 100.	4,68	5	4,914	561,6	589,68	Zarys International Group/28
29	Infuzinės sistemos			Vienkartinė infuzijos sistema. Be latekso, be DEHP, pagaminta iš PVC (būtinai ženklinimas ant blister pakuotės). Filtras hidrofofinis – nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 15 mk dalelių filtras. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. Spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudoti adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais. Atitikimas ES ISO 8534-4/8. Matrix kodas arba lygiavertis.						
29.1.	Infuzinės sistemos	Vnt.	14000							
29.2.	Transfuzinės sistemos	Vnt.	100	Su filtru, kraujo perpylimui.						
Viso 29 pirkimo dalies										
30	Intraveniniai kateteriai									
30.1.	Intraveninis kamštukas – beadatinės prieigos vožtuvai	Vnt.	1000	Su injekcine „Spilt- septum“ ar lygiavėčio tipo lygia neįleista membrana orientuota pačiame paviršiuje, lengvai dezinfekuojama; Male Luer-lock jungtis.						
30.2.	Intraveninis kateteris G18	Vnt.	11000	Sterilus, nepirogeniški, netoksiški (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Pagaminti iš poliuretano su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildoma injekcinė anga sparnelių geometriniam centre. Kateteris į sparnelius turi						
30.3.	Intraveninis kateteris G 20	Vnt.	2000							
30.4.	Intraveninis kateteris G 22	Vnt.	6000							
30.5.	Intraveninis kateteris G 24	Vnt.	1500							
30.6.	Saugus intraveninis kateteris G16	Vnt.	200	Be latekso, pagamintas iš poliuretano (PUR) su Luer-Lock jungtimi, kateteris į sparnelius įpresuotas; konusinis kateterio galiukas, su injekciniu vožtuvu, su ne mažiau kaip 4 –iomis rentgenokontrastinėmis juostelėmis, spalvinis kodavimas, papildoma anga sparnelių geometriniam centre. Saugumo mechanizmas (metalinė kabutė) automatiškai apgaubia adatkotį, kai adata yra ištraukiama iš kateterio.						

30.7.	Saugus intraveninis kateteris G18-22 su integruotu vožtuvu	Vnt.	100	Be latekso, pagamintas iš poliuretano (PUR) su Luer-Lock jungtimi, kateteris į sparnelius įpresuotas; konusinis kateterio galiukas, su injekciniu vožtuvu, su ne mažiau kaip 4 –iomis rentgenokonstrastinėmis juostelėmis, spalvinis kodavimas, papildoma anga sparnelių geometriniam centre. Saugumo mechanizmas (metalinė kabutė) automatiškai apgaubia adatkotį, kai adata yra ištraukiama iš kateterio.						
30.8.	Intraveninio kateterio kamštukas	Vnt.	6000	Sterilus						
30.9.	Centrinės venos kateteris	Vnt.	30	Dvikanalis CVK rinkinys 16G, vienkartinis, sterilus. Turi būti: V-tipo (su atbulinės kraujotakui srovės vožtuvu) punkcinė adata , ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, 2-jų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukas. Abiejų kanalų spindis 16G.						
Viso 30 pirkimo dalies										
31.	Juostelė Steri-strip žaizdų uždarymo 3x75 mm (po 5 vnt.) arba analogas	Pak.	300	Sterilios, pagaminta iš akytos, neauštinės medžiagos, padengta hipoalergiškais klijais, kūno spalvos, skirta gydyti plėstinės žaizdos ir chirurginius pjūvius.	0,18	5	0,189	54,00	56,70	Iberhospitex/Oper strip 3 x 75 mm N5 /0037800/31
32.	Medicininės klijuotė (pakojamoji)	Rul.	20	Pagrindas-tekstilė. Pagaminta iš medžiagos atsparios karščiui ir cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms. 45-50m x 75-85cm	2,52	5	2,646	50,40	52,92	Kievguma/31
33.	Klizmos Vienkartinės	Vnt.	100	Vienkartiniai rinkiniai klizmoms suaugusiems, liubrikatorius, koncentruotas tirpalas, pirštinės, graduotas maišas 1750 ml , kateteris 110 cm, servetėlės.	0,56	5	0,588	56,00	58,80	Zarys International Group/WLN/28
34.	Konteineriai aštrių daiktų, medicininėms atliekoms			Plastikinis, vienkartinis, skirtas pavojingoms atliekoms kaupti. Konteineryje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso. Anti-defliuksiniai sparnai, kad užkirstų kelią atliekų						Keter/34
34.1.	3 ltr	Vnt.	700		1,06	21	1,2826	742,00	897,82	Dispo 3 L/34.1
34.2.	2 ltr	Vnt.	1100		0,72	21	0,8712	792,00	958,32	Dispo 2 L/34.2
Viso 34 pirkimo dalies									1534,00	1856,14
35.	Endotrahejiniai vamzdeliai naujagimiams									
35.1.	Endotrahejiniai vamzdeliai be balionėlio naujagimiams	Vnt.	100	Endotrahejiniai vamzdeliai be balionėlio. Aukštos kokybės. Pagaminti iš PVC, su rentgenokonstrastine linija. Burna/ nosis intubacija. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. Dydžiai 2,0,-3,5 mm sužymėti kas 0,5 cm.						
35.2.	Stiletas endotrahejiniam vamzdeliui, naujagimiams	Vnt.	10	Autoklavuojamas 134C. S dydis-diametras 2,1 mm, 34 cm ilgio, tinka 2,5-3,5 mm. diametro vamzdeliams. M dydis-diametras 2,9mm, 38 cm ilgio, tinka 4-6,5 mm diametro vamzdeliams.						
Viso 35 pirkimo dalies										
36.	Kvėpavimo sistemų priemonės suaugusiems									
36.1.	Orofaringiniai vamzdeliai	Vnt.	200	Vienkartiniai. Turi CE ženklą. Sudėtyje nėra latekso. Kliniškai švarūs. Skaidrūs. Su praplatinta anga. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Su elastingomis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: 80mm ilgis; 90mm ilgis; 100mm ilgis.						
36.2.	Apsauginis dangtelis	Vnt.	200	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklą. Sudėtyje nėra latekso. Skirtas apsaugoti kvėpavimo sistemą. Konusinė jungtis 22F. Įpakuota po 1 vnt.						

36.3.	Deguoies vamzdelis	Vnt.	200	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Sudėtyje nėra latekso. Ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Vamzdelio galai su kūginės formos elastiniais konektoriais abiejuose galuose. Ilgis 4 metrai.						
36.4.	Liubrikanto paketėliai	Vnt.	600	Paketėlyje yra 5g. Vandenyje tirpus gelinio liubrikanto, skirto oro takams naudojamų priemonių suteptimui. Pakuotėje yra 150 vnt. Po 5 g (pvz.: endotrachėjiniais vamzdeliams).						
36.5.	Pravedėjai intubaciniams vamzdeliams - stiletai	Vnt.	100	Sterilūs. Vienkartiniai. Turi CE ženklimą. Pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo, užlietu plastikui. Lenkimas formuojamas ranka. Tinka standartiniams endotrachėjiniais vamzdeliams. Supakuoti po 1 vnt. Dydis: 14 FR 340mm ilgis, 4,7 mm diametras; 10 FR 340 mm ilgis, 3,3 diametras, 6FR 275 mm ilgis, 2,0 diametras.						
36.6.	CO2 Monitoringo linijos	Vnt.	2000	Vienkartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklimą. Skirtos CO2 monitoringui. Abiem užsakomomis vyriškos formos luer jungtimis. Ilgis 1,8 m. Įpakuota po 1vnt.						
36.7.	Kompaktinė kvėpavimo sistema	Vnt.	200	Vienkartinė, kliniškai švari. Turi CE ženklimą. Sudėtyje nėra latekso. Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Rinkinį sudaro: 2 vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju, alkūninė jungtis su Luer Lock anga fiksuota dangteliu (atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie Luer angos korpuso), papildoma 1.5m. atšaka. 2.0 l. kvėpavimo maišas, apsauginis dangtelis paciento pusėje, papildoma jungtis 22M/22M. Y jungtis be papildomų angų. Su apsauginiu sistemos dangteliu paciento pusėje. Sistemos ilgis 3m (ištempus) ir iki 0.7m suspaudus. Supakuota po 1 komplektą.						
36.8.	Vienkartinė laringinė kaukė	Vnt.	500	Sterili. Vienkartinė. Silikoninė. Distalinės dalies forma yra klasikinė Braino. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vamzdelis, skirtas distaliniai daliai išpūsti yra integruotas į laringinės kaukės vamzdelio sienelę. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: 3 ir 4.						
36.9.	Ambu maišai suaugusiems	Vnt.	100	Vienkartinė kvėpavimo sistema (ambu) suaugusiems - be latekso, kliniškai švari. Maišo tūris 1500ml . Su suaugusiųjų kauke nr.5 ir deguoies vamzdeliu 2m. Rezervinis maišas 1500ml.						
36.10.	Kvėpavimo filtrai	Vnt.	1500	Suaugusiems, su šilumos ir drėgmės regulatoriumi. Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Sudėtyje nėra latekso. Turi CE ženklimą. Luer Loc tipo jungtis CO2 monitoravimui. Monitoringo anga su nenuimamu fiksuotu dangteliu. Turi antibakterinių savybių. Tūris – 60ml, pasipriešinimas ne daugiau 0.8cm. H2O esant 30L/min srautui, drėgmės grąžinimas ne mažiau 30.6mg H2O/l, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200 ml. Efektyvumas filtruojant >99.99% (pateikti nepriklausomos testavimo laboratorijos protokolus). Testuoti 24val. Supakuoti po 1vnt.						
36.11.	Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete	Vnt.	100	Sterilūs. Vienkartiniai. CE ženklimas. Sudėtyje nėra latekso. Skirte oralinei ir nazalinei intubacijai. Neprišildytas konektorius. Vamzdelis turi 2 linijas intubavimo gyliui kontroliuoti. Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas vamzdelio dydis. Pagaminti iš permatomos medžiagos, elastingi. Vamzdelio mova apvali, pailga, žemo slėgio ir mažo diametro. Dydžiai: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 Supakuoti po 1 vnt. Kiekvienoje dėžutėje instrukcija lietuvių klb.						

40.1.	Plėvelė hipotermiška naujagimiui	Vnt.	10	Vienkartinė; pagaminta iš PE; Dydis 600x600mm; biologiškai švari; plėvelė supakuota po 1 vnt.						
40.2.	Akiniai fototerapiniai	Vnt.	700	Dydžiai: mikro, mažo, didelio. Medžiaginiai su paralonu ir Velcro® užsegimais. Prie naujagimio galvutės pritvirtinami hidrokoloidiniais laikikliais. Ilgai ir tvirtai laikosi. Lengvai nuimami. Repoziciniai – išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą. Akiinių speciali forma idealiai priglunda prie veido.						
40.3.	Maitinimo zondai naujagimiams	Vnt.	1000	Pagamintas iš PVC.. Dydžiai:6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F. Ilgis 40-50 cm. Centimetrinė graduotė nuo 5 iki 25 cm. Su rentgeno-kontrastine linija. Su dviem šoninėm angom. Uždaromas tipas. Luerinis antgalis su kamšteliu.						
Viso 40 pirkimo dalies										
41	Onkocitologinės priemonės									
41.1.	Šepetėliai sterilūs, onkocitologiniam tyrimui	Vnt.	300	Vienkartiniai,susideda iš dviejų dalių: šepetėlio ir kotelio(lengvai atskiriami). Šepetėlis šluotelės tipo.Plaušeliai išdėstyti 5-6 juostom.Šluotelės plaušeliai atraumatiniai,smailėjantys,centrinis plaušelis ilgiausias ir didesnio diametro nei kiti,galas užapvalinto tipo.Šepetėlio pagrindo ilgis 20-21 mm, plotis 5-6 mm. Centrinio plaušelio ilgis 25-27 mm.Kraštinių plaušelių ilgis 13-15mm.Kotelio ilgis 165- 170mm.Šepetėlis nesukelia kraujavimo.						
41.2.	Šepetėliai sterilūs, onkocitologiniam tyrimui	Vnt.	300	Vienkartinis,sterilus, skirtas ginekologinėms procedūroms atlikti, onokocitologiniam tepinėliui paimti.Būtina galimybė vietu metu paimti ektocervikazines ir endocervikazines ląsteles.Šepetėlis turi tikti ląstelių suspensijos citologiniams tyrimams.Šepetėlio ilgis 170mm ± 5mm, šepetėlio galvos centrinės dalies ilgis ne mažiau 20mm, aplinkui centrinę dalį esančių lanksčių šerelių ilgis ne mažiau 15mm.						
41.3.	Citologijos tepinėlio fiksažas	Vnt.	20	Purškiamas BIO- FIX.						
Viso 41 pirkimo										
42	Paciento neutralus elektrodas	Vnt.	1000	Vienkartinis, padalintas į 2 dalis.Suaugusiems, plotas nuo 200 cm iki 300cm						
43	Pagaliukai su vata	Dėž.	50	Sterilūs, mediniai, 10-15 cm ilgio, supakuoti po 1vnt. N 100.	3,2	5	3,36	160,00	168,00	Good Vista Medical/43
44	Pakavimo popierius			Vienkartinė pakavimo medžiaga skirta medicininių prietaisų pakavimui prieš sterilizaciją, sukarpyta lakštais.						
44.1.	Krepinis popierius ypač sunkiems paketams pakuoti 120 x120cm N125	Pak.	20							
44.2.	Krepinis popierius90 cmx 90cm N250	Pak.	20							
44.3.	Krepinis popierius100cmx100cm N250	Pak.	20							
44.4.	Krepinis popierius 75x 75cm N250	Pak.	20							

Viso 44 pirkimo dalies										
45	Paklotai staliuko	Vnt.	3000	Sterilūs. Dydis ne mažiau kaip 75x 90 cm.						
46	Pirštinės sterilios ginekologinės	Pora	500	Sterilios, pagamintos iš natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, be pudros. Anatomicinės kofigūracijos, neriboja piršto ir delno judesių. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Atitinka keliamus CE ir EN 455 1-4 d. keliamus reikalavimus. Gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės. Įvairūs dydžiai. Ilgis ne mažiau kaip 38 cm.	1,18	5	1,239	590	619,50	Kanam Latex/46
47	Pirštinės darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis	Pora	1000	Skirtos profesionaliam naudojimui. Skirtos darbui su cheminėmis (dezinfekcijos) medžiagomis. Atsparios cheminėms medžiagoms (pagal 374) - alkoholiai, ketvirtinių, amonių junginiai, halogenai, kt. Atsparios mechaniniam poveikiui (pagal EN 388). Plaunamos, daugkartinio naudojimo. Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai turi būti ne mažiau 6. Turi būti ženklintos CE. Turi atitikti Direktyvą 89/686/EEB (pateikti atitikties deklaraciją bei jos vertimą). S, M, L dydžių.	1,38	5	1,449	1380	1449,00	Ansell Healthcare Europe/74
48	Pirštinės apsauginės darbui su sterilizatoriais (autoklavais)	Pora	10	Minkštos, lanksčios. Atsparios aukštomis temperatūroms. Minimalus ilgis 300mm (±30mm). Turi būti įvairių dydžių (7-9)						
49	Pleistrai									
49.1.	Pleistras 15 cm (±1 cm) x 9 m (±1 cm)	Rul.	200	Neaustinės medžiagos pagrindu su akytu paviršiumi, leidžia odai kvėpuoti, tempiasi įstrižai ir vertikaliai, tvirtai prilimpa prie odos. Lengvai išsivynioja iš ritinėlio, atklįjuojant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučių prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelipa prie pirštinių. Perforuotas kas 5 cm., nereikia žirklių atkirpimui.						
49.2.	Pleistras-tvarstis 9-10cm x30cm	Vnt.	6000	Sterilus. Nealergiškas, nebijo drėgmės (galimybė naudytis).						
49.3.	Pleistras naujagimio pėdutei užklijuoti 4 x1, 2cm N200	Dėž.	400	Sterilūs pleistrai injekcijos vietai. Kiekvienas pleistras individualiai supakuotas. Dėžutėse po 200 vnt.						
49.4.	Pleistras 1,2 cm x 9 m	Vnt.	100	Neaustinio pluošto pleistras, leidžia kvėpuoti odai, gerai prilunda prie kūno formų. Pleistras turi perforacijas, lengvai plešiamas dviem kryptim, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klijai – tinka jautriai odai. Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos ne mažiau 72 val. Pleistras minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. Patikimai limpa vienas sluoksnis virš kito. Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. Nuklijavus nelieta klijų likučių. Sudėtyje nėra latekso.						
49.5.	Pleistras 2,5 cm x 9,1m	Vnt.	2000	Neaustinio pluošto pleistras, leidžia kvėpuoti odai, gerai prilunda prie kūno formų. Pleistras turi perforacijas, lengvai plešiamas dviem kryptim, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klijai – tinka jautriai odai. Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos ne mažiau 72 val. Pleistras minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. Patikimai limpa vienas sluoksnis virš kito. Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. Nuklijavus nelieta klijų likučių. Sudėtyje nėra latekso.						

49.6.	Pleistras – plėvelė, 5x 7cm.	Vnt.	5000	Skirta žaizdoms. Tvarstis - plėvelė, polyuretaninis su specialia tinkleline klijų padengimo struktūra. Tvarsčio "korio" sandara kontroliuoja tinkamą drėgmės santykį žaizdoje, gerai praleidžia orą, bet nepraleidžia mikroorganizmų. Plėvelė padengta hipoalerginiais klėjais nelimpančiais prie personalo pirštinių uždėjimo metu, bet tvirtai ir tolygiai fiksuojantis prie žaizdos. Sterilus.						
49.7.	Pleistras - plėvelė su 2 proc. Chlorheksidino glukonatu, 7 cm x 8,5 cm	Vnt.	50	Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Padengta hipoalerginiais akriliniais klėjais , kurių sudėtyje yra integruota antimikrobinė medžiaga Chlorheksidino gliukonatas 2 proc. Antimikrobinis poveikis išlieka iki 7 parų.Tvarsčio komplekte yra 2 sterilių neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai fiksuoti kateterį. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklįjavimą, mūvint chirurgines pirštines. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso.						
49.8.	Permatomas tvarstis –plėvelė kateterių fiksavimui 6 cm x 7 cm	Vnt.	12000	Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Plėvelės storis 50 mikronų (um). Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Hipoalergiški akriliniai klėjai.Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklįjavimą. Tvarsčio konstrukcija turi užtikrinti tvarsči užklįjavimą mūvint chirurgines pirštines. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Ant įpakavimo krašto nurodyta papildoma centimetrinė juostelė. Sterilus.						
49.9.	Pleistras-plėvelė, 5,1 x 7,6 cm.	Vnt.	100	Tvarstis su pagalvėle injekcijos vietoje, pagamintas iš neaustinio medžiagos pluošto. Iš vieno krašto tvarstis turi gilią 4-5 cm įpjovą. Tvarsčio dydis: 5,1 cm x 7,6 cm. Sterilus. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Plėvelė padengta hipoalerginiais klėjais nelimpančiais prie personalo pirštinių uždėjimo metu, bet tvirtai ir tolygiai fiksuojantis prie žaizdos.						
49.10.	Nosies kaniulės fiksavimo pleistas	Vnt.	50	Pagamintas iš neaustinės medžiagos, odos spalvos. Skirtas naujagimių kaniulių fiksavimui. Dydis: 3,6 x 4 cm. Pleistras hipoalerginis, prisitaiko prie kūno formų, išgarina drėgmę.						
Viso 49 pirkimo dalies										
50	Prailginimo linijos									
50.1.	Prailginimo linija 150 cm	Vnt.	100	Sterilios,jungtys:female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm., be DEHP (būtinai ženklėjimas ant pakuotės), užpildymas 2,80 ml, sterilizuota gama spinduliais. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.						
50.2.	Prailginimo linija 200 cm.	Vnt.	8000	Sterilios,jungtys:female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm., be DEHP (būtinai ženklėjimas ant pakuotės), užpildymas 3,60 ml, sterilizuota gama spinduliais. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.						
50.3.	Prailginimo linija 10 cm.	Vnt.	100	Vienos atšakos,pagaminta iš PUR, su antimikrobiniu kamštuku,su spaustuku.jungtys female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm.Užpildymas 0,3ml.						

[illegible]

61	Šlapimo kateteriai									
61.1.	Vienkartiniai šlapimo kateteriai moterims	Vnt.	13000	Šlapimo pūsles kateteriai "Nelaton" tipo arba lygiaverčiai, vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš polivinilchlorido (PVC) arba lygiavertės medžiagos; 20-23 cm ilgio, uždaru galu. Su užapvalintomis akutėmis; Įpakuoti po 1 vnt. Dydžiai: CH14, CH16.	0,078	5	0,0819	1014,00	1064,70	Changzhou Yuekang Medical Appliance/61,1
61.2.	Vienkartiniai šlapimo surinkimo maišai 2 ltr.	Vnt.	3500	Sterilus, graduotas. Talpa -2000 ml. Sujungimo žarnelė 90 cm su antirefliuksiniu vožtuvu ir išleidimo vožtuvu.	0,2	5	0,21	700,00	735,00	Zibo Eastmed Health Care Products/61.2
61.3.	Šlapimo surinkėjas naujagimiams 100 ml	Vnt.	100	Talpa -100 ml, lengvai priklijuojami ir nuimami, hipoalergiški.	0,056	5	0,0588	5,60	5,88	Zibo Eastmed Health Care Products/61,3
61.4.	Foley kateteriai	Vnt.	3500	Šlapimo pūsles kateteriai "Foley" tipo arba lygiaverčiai, 2-jų kanalų, sterilūs, tiesūs, cilindro tipo, pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga; Su balionėliu ir kietu išpūtimo vožtuvu; Uždaras galas su dviem šoninėmis akutėmis; Dydžių CH16-CH18 ilgis ne mažiau 40 cm;	0,38	5	0,399	1330,00	1396,50	Disposafe Health and Life Care/61,4
Viso 61 pirkimo dalies kaina:								3049,60	3202,08	
62	Švirkštai			Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso (būtinai ženklinamas ant pakuotės), be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo						
62.1.	1 ml.švirkštas su adata G25 0.5x16mm	Vnt.	5000							
62.2.	2-3 ml. švirkštai su adata 0,6 x 30 mm, vienkartinai turi pilnai prisitraukti 3 ml vaisto	Vnt.	40000							
62.3.	5-6 ml. švirkštai su adata 0,7 x 30 mm vienkartinai turi pilnai prisitraukti 6 ml vaisto	Vnt.	40000							
62.4.	10-12 ml. švirkštai su adata 0,8 x 40 mm vienkartinai turi pilnai prisitraukti 12 ml vaisto	Vnt.	50000							
62.5.	20 ml. švirkštai su adata 0,8 x 40 mm papildoma gradacija iki 24 ml	Vnt.	22000							
62.6.	50 ml pompiniai švirkštai	Vnt.	3000	50–51 ml talpos, supakuota kartu su aspiracine adata su 15mk filtru 1,7x2,0x30 +/-2 mm, stūmoklio galiukas pagamintas iš sintetinės gumos.						
62.7.	10 ml tūrio švirkštas užpildytas 5 ml steriliu 0,9% NaCl tirpalu	Vnt.	200	Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.						
62.8.	10 ml tūrio švirkštas užpildytas 10 ml steriliu 0,9% NaCl tirpalu	Vnt.	4000	Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. Tinkamas naudoti steriliame lauke (operacinėje). CE 93/42/EEC.						
62.9.	50/60 ml švirkštai	Vnt.	300	Vienkartiniai, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.						

62.10.	Adatos vienkartinės G16, G18, G21, G23	Vnt.	22000	Vienkartinės, hipoderminės, antgalis koduotas spalva, atitinkanti atskirus dydžius atitiktis Silikonizuotas adatos galiukas. G16, G18 , G21, G23						
62.11.	Saugios adatos preparatų pritraukimui	Vnt.	200	1.2 x40 mm, bukos, nepavojingos įsidurti, nupjovimo kampas 40 laipsnių.						
Viso 62 pirkimo										
63	Adata Peteliškės tipo									
63.1.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 21G	Vnt.	100	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,8 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,054	5	0,0567	5,40	5,67	Zibo Eastmed Health Care Products/63,1-4
63.2.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 22G	Vnt.	200	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,7 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,054	5	0,0567	10,80	11,34	Zibo Eastmed Health Care Products/63,1-4
63.3.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 23G	Vnt.	200	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,65 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,054	5	0,0567	10,80	11,34	Zibo Eastmed Health Care Products/63,1-4
63.4.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 25G	Vnt.	100	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diametras 0,5 mm : Adatos ilgis 15 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,054	5	0,0567	5,40	5,67	Zibo Eastmed Health Care Products/63,1-4
63.5.	Prailginimo linijų trišakis	Vnt.	200	Kranelis trijų padėčių vaistų suleidimui atsparus lipidams ir kitiems agresyviems vaistams.	0,11	5	0,1155	22,00	23,10	Disposafe Health and Life Care/61,5
Viso 63 pirkimo dalies kaina:									54,40	57,12
64	Taurelės vaistams	Vnt.	30000	Vienkartinės, plastikinė, neaštrus kraštas	0,009	5	0,00945	270,00	283,50	Hammarplast/64
65	Termometrai									
65.1.	Termometras kūno T matuoti	Vnt.	40	Klinikinis termometras be gyvsidabrio.	2,32	21	2,8072	92,80	112,29	Van Oostveen Medical B.V. Romed/65.1
65.2.	Termometras kūno T matuoti	Vnt.	40	Elektroninis termometras kūno temperatūrai matuoti, skystųjų kristalų displejus, matavimo laikas ne daugiau 4 min., garsinis signalas, matavimo ribos 35,5C – 42,0C, tikslumas ne blogesnis kaip 0,1C, elemento tarnavimo laikas ne mažiau kaip 100 val., išmatavimai ne didesni kaip 128x175x10 mm, su futliaru, garantija ne mažiau kaip 2 metai, metrologinė patikra.	8,24	21	9,9704	329,60	398,82	A&D company/65.2
Viso 65 pirkimo									422,40	511,10
66	Termometras nekontaktinis	Vnt.	10	Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras,matuojantis kūno temperatūrą,nfraraudonųjų spindulių pagalba.Matavimas nesiliečiant prie kūno. Paciento kūno temperatūros (kaktos srityje) matavimas. Matavimo laikas per 1-3 sekundes. Matavimo nuotolis 3 - 5 cm nuo matuojamos vietos. Didelis šviečiantis LCD ekranas. Karščiavimo perspėjimo signalas. 32 matavimų atmintis. Automatiško išsijungimo funkcija. Atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB reikavimus. Su metrologine patikra.						
67	Timpos									
67.1.	Timpa su plastikine galvute	Vnt.	150							
67.2.	Timpa naujagimiams su Velkro užsegimu	Vnt.	10							

67.3.	Vaisiaus monitoriaus daviklio tvirtinimo diržas	Rul.	100	Tamprus, perforuotas per visą ilgį plotis 60 mm, rulono ilgis 15 m.						
Viso 67 pirkimo dalies										
68	Tvarsliava									
68.1.	Nesterilios servetėlės 5x5 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių	Pak.	1000	Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės (40s/26x18) , kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių.	0,6	5	0,63	600,00	630,00	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing/68
68.2.	Nesterilios servetėlės 10x10 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių	Pak.	100	Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės (40s/26x18), kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių.	1,56	5	1,638	156,00	163,80	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing/68
68.3.	Nesterilios servetėlės 10x20 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių	Pak.	100	Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės (40s/26x18), kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių.	2,96	5	3,108	296,00	310,80	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing/68
68.4.	Nesterilios servetėlės 20x20 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių	Pak.	100	Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės, (40s/26x18) kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt.	8,18	5	8,589	818,00	858,90	Shaoxing GANGFENG Hospital Products
68.5.	Nesterilios servetėlės 10x10 cm (±0,2 cm), 10 sluoksnių	Pak.	500	Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės (40s/26x18), kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 10 sluoksnių.	2,26	5	2,373	1130,00	1186,50	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing/68
68.6.	Marliniai setonai 2 cm (±0,2 cm) x 200 cm (±1 cm)	Vnt.	1000	Sterili 4 sluoksnių marlinė juostelė austais kraštais, ritinėlyje. . Individualiai supakuota permatomame vakuuminiam įpakavime.	0,37	5	0,3885	370,00	388,50	TZMO S.A/MA-105-MMMM-005/68.6
Viso 68 pirkimo dalies									3370,00	3538,50
69	Umbilikaliniai kateteriai ir jų priedai									
69.1.	Umbilikalinis veninis-arterinis kateteris	Vnt.	50	Dydžiai: 3,5F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, Ilgis 40 cm centrinė gradacija nuo 5 iki 25 cm. Pagaminta iš PVC. Termolabilus. Rentgenokontrastinis.						
69.2.	Pakaitinio kraujo perpylimo rinkiniai umbilikaliniai (naujagimiams)	Vnt.	1	Sudaro keturių šakų kranelio vienas kateteris kraujo atrinkimui. Vienas kateteris 5Fr (PVC- XRO); 1 kateteris 7 Fr (PVC-XRO). 2X20 ml švirkštai 1 15x 0,5 mm(25G) adata.Graduotas plastikinis indas. 1 sistema transfuzijai.Viena spaudimo matavimo liniuotė. Viena tvarsliava, užklotas sterilus, pirštinės nesterilios.						
69.3.	Kateteris pleuros drenažui (naujagimiams)	Vnt.	5	Dydžiai: 8F, 10F. Ilgis - 8 cm. Pagamintas iš PVC. Termolabilus. Rentgenokontrastinis, permatomas, graduotas kas 1 lateralinė ir distalinė angos, proksimalinis galas female Luer-Lock tipo.						
Viso 69 pirkimo dalies										
70	Vakuuminiai ekstraktoriai	Vnt.	100	Pompos taurelė minkšta, diametras 62 - 64 mm, besisukantis stiebas. Su davikliu vakuuminiam spaudimui matuoti, kuris neleidžia viršyti vakumui 58 cm Hg normos. Integruotas vakuumo išleidimo mygtukas. Be latekso. CE ženklintas.						
71	Vata	Vnt.	1000	Nesterili, 100 % medvilnė, hidroskopiška. 250 g.	0,96	5	1,008	960,00	1008,00	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing/71

72	Gelis echoskopijai	Bak.	400	5 ltr. bakeliai, gelis nedirgina odos, netepa drabužių (bespalvis), nealergizuoja.	6,28	5	6,594	2512,00	2637,60	Ltrigel Medical/72
73	Šlapimo surinkimo indas mažesnis	Vnt.	11000	Sterilus. Tūris ne mažesnis 40 ml ir ne didesnis 60 ml tūrio. Plastikinis, be priedų, pastatomas. Dangtelis sandariai užsukamas, nepraleidžiantis skysčio. Turi turėti matinį laukelį užrašams Supakuotas sterilioje pakuotėje	0,124	5	0,1302	1364,00	1432,20	Dentalab/73-74
74	Šlapimo surinkimo indas didelis	Vnt.	3000	Sterilus. Tūris ne mažesnis 80 ml ir ne didesnis 100 ml tūrio. Plastikinis, be priedų, pastatomas. Dangtelis sandariai užsukamas, nepraleidžiantis skysčio. Turi turėti matinį laukelį užrašams Supakuotas sterilioje pakuotėje	0,136	5	0,1428	408,00	428,40	Dentalab/73-74
75	Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti			Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (aprašyme ar kituose dokumentuose) nurodyta produkcija. Lancetai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos						
75.1.	Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti. Dūrio gylis 1,2 mm	Dėž.	40							
75.2.	Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti. Dūrio gylis 1,6 mm	Dėž.	50							
Viso 75 pirkimo dalies										
76	Lancetai	Dėž.	5	Dėžutėje 200 vnt., sterilūs, supakuoti po vieną, metaliniai. N200.	1,74	5	1,827	8,7	9,14	Van Oostveen Medical B.V. Romed/76
77	Chirurginės žirkės	Vnt.	20	Chirurginės žirkės, išlenktos, nerūdijančio plieno, buku galu, 185 mm ilgio.						
78	Chirurginės žirkės SEPARACINĖS	Vnt.	20	Žirkės METZEMBAUN tipo, išlenktos, nerūdijančio plieno, buku galu, 200 mm ilgio						
79	Ginekologinis skėtiklis "CUSCO"	Vnt.	30	Nerūdijančio plieno, daugkartiniai, diametras 37 mm, ilgis 115 mm.						
80	Filtrinis popierius	Vnt.	200	150 mm diametro, greitos filtracijos.						

81	Vakuuminės sistemos uždarom veninio kraujo paėmimui			Kraujo paėmimo sistema turi būti suderinta tarpusavyje, visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo). Bendri reikalavimai vakuuminiams uždaros kraujo surinkimo sistemos mėgintuvėliams: mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu vakuumu ir pritraukiamo ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje, 13 x 75 mm dydžio. Mėgintuvėliai turi būti sterilūs: atitikti EN-552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL-sterilumo užtikrinimo lygmuo -10 ⁶ ar geresnis), pažymėti ženklu „STERILE“. Pažymėti CE ženklu pagal 98/79 EC direktyvą. Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 kokybės sistemos standartą. Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su saugiu personalui hemorepelentiniu kamščiu. Galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamščeliu. Mėgintuvėlių kamščelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus. Ant vakuuminio mėgintuvėlio etiketės privalo būti: a) serijos numeris (LOT), b) galiojimo laikas, c) „STERILE“, d) cheminiai priedai, e) mėgintuvėlio talpa ir žymuo rodantis kiek turi būti pritraukta ėminio, f) gamintojas, g) CE ženklas. Mėgintuvėlių galiojimo laikas turėtų būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus krešumo tyrimams skirtus mėgintuvėlius, kurių galiojimo laikas turėtų būti ne trumpesnis nei 9 mėn. Multibandininės, nerūdijančio plieno, silikonizuotos adatos turi atitikti EN 550 sterilumo direktyvą, turi būti pažymėtos CE ženklu pagal direktyvą 93/42/EEC invazyviems medicinos gaminiams. Spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6009:1998 "Vienkartinę adatų spalvinis kodavimas" reikalavimus.						
81.1.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi, 2 ml tūrio	Vnt.	100							
81.2.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi, 4 ml tūrio	Vnt.	10000							
81.3.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu 3,5 ml tūrio	Vnt.	9000	Skiriamasis gelis turi būti inertiškas, atskirti serumą nuo kraujo forminių elementų.						
81.4.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams gliukozės tyrimams 2 ml tūrio	Vnt.	1000	Mėgintuvėlio priedas turi inhibuoti glikolizę. Necentrifuguotas ėminys stabilus iki 48 val.						
81.5.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams gliukozės tyrimams 4 ml tūrio	Vnt.	7000	Mėgintuvėlio priedas turi inhibuoti glikolizę. Necentrifuguotas ėminys stabilus iki 48 val.						
81.6.	Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K ₃ EDTA priedu 1 ml tūrio	Vnt.	300							
81.7.	Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K ₃ EDTA priedu 4 ml tūrio	Vnt.	20000							
81.8.	Vakuuminiai mėgintuvėliai plazma pagrįstiems koaguliacijos tyrimams su natrio citratu 3,2 proc. (10 ⁹ mmol/L)	Vnt.	2000	Dviguba sienelė, kraujo ir priedo santykis 9:1, tūris ne mažesnis 2,5 ml ir ne didesnis 4,5 ml., etiketė arba mėgintuvėlis ženklini min-max užpildymo žyma, vizualiai nurodančia leistiną 10 proc. paklaidą pagal ISO 6710, tinkami naudoti be prieš tai sekančio tuščio mėgintuvėlio						

81.9.	Adatos veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai	Vnt.	6000	22G x 1½″.						
81.10.	Adatos veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai	Vnt.	20000	21G x 1½″.						
81.11.	Adatos su venos vizualizacijos funkcija, veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai	Vnt.	9000	21G x 1½″ adata su venos vizualizacijos funkcija.						
81.12.	Mėgintuvėlio laikiklis	Vnt.	16000							
81.13.	Peteliškės (venos rinkinys su adapteriu)	Vnt.	100	Vamzdelio ilgis turi būti ne ilgesnis nei 19 cm, 21 G.						
81.14.	Peteliškės (venos rinkinys su adapteriu)	Vnt.	100	Vamzdelio ilgis turi būti ne ilgesnis nei 19 cm, 23 G.						
81.15.	Luer adapteriai	Vnt.	6000							
Viso 81 pirkimo dalies										
82	Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema			Kapiliarinio kraujo surinkimo sistemos t.y. visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo). Bendri reikalavimai kapiliarinio kraujo surinkimo sistemai: mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje. Pažymėti CE ženklą pagal 98/79 EC direktyvą. Mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su integruotu kapiliaru arba kito tipo kolektoriumi kraujo surinkimui, turi būti galimybė sandariai uždengti ir pakartotinai saugiai uždengti po atidarymo. Ant vakuuminio mėgintuvėlio etiketės privalo būti: serijos numeris (LOT), galiojimo laikas, cheminiai priedai, mėgintuvėlio talpa ir žymuo rodantis kiek turi būti paimta ėminio, gamintojas, CE ženklas.						
82.1.	Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K ₃ EDTA priedu hematologiniams tyrimams	Vnt.	6000	Mėgintuvėlio priedu turi būti padengtos vidinės sienelės. Tūris ne mažesnis 200 µl ir ne didesnis 250 µl						
82.2.	Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema serumo tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi	Vnt.	500	Tūris ne mažesnis 300 µl ir ne didesnis 500 µl. Turi būti pridedamas laikiklis, pritaikytas mėgintuvėliui tinkamai įstatyti į centrifugą.						
Viso 82 pirkimo dalies										
83	Vaisiaus vandenų nutekėjimo nustatymo testas-rinkinys	Vnt.	500	Vienkartinis, paruoštas naudoti. Testą-rinkinį sudaro: juostelė, sterili makšties išskyrų mėginio paėmimo priemonė, mėgintuvėlis su buferiu, instrukcija lietuvių kalba. Vizualiai vertinamas kokybinis tyrimas. Testas vertinamas ne vėliau kaip po 15 min. Tiriamoji medžiaga placentos alfa mikroglobulinas . Jautrumas ne mažiau 98,9%, specifiskumas ne mažiau 98%.						
84	Vaisiaus kraujo ėmimo priemonės			Vaisiaus kraujo ėmimo priemonės (iš pirmeigės dalies ir virkštelės kraujagyslių) rūgščių, šarmų bei laktatų pusiausvyrai tirti.						
84.1.	Skarifikatoriaus laikiklis	Vnt.	4	Metalinis, autoklavojamas						

84.2.	Skalpelis	Vnt.	500							
84.3.	plastikinis kapiliaro laikiklis	Vnt.	500							
84.4.	Kapiliarai kraujui surinkimui	Vnt.	500							
84.5.	Laktatų testų juostelės N25	Pak.	50	Vienartinės testų juostelės laktatų kiekio kraujyje matavimui, naudojamos kartu su įstaigoje turimu Lactate Pro matuokliu. Tyrimui naudojamas šviežias kapiliarinis kraujas. Pakuotėje 25 testų juostelės. Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje, apsaugančiame juostelę nuo temperatūros ir drėgmės pokyčių. Testų juostelių galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. CE sertifikatas, gamintojo įgaliojimas.						
Viso 84 pirkimo dalies										
85	Priemonės ACCU-CHEK Inform II									
85.1.	Tyrimų juostelės N50	Pak.	100							
85.2.	Galimybė atlikti ir stebėti kontrolinius tyrimus	Pak.	10	Būtina, be mažiau nei 2 lygiais						
85.3.	Kontrolinių tyrimų galiojimas ir sąnaudos	Pak.	5	Ne mažiau nei 24 mėnesiai nepažeidus sandarios pakuotės. Ne mažiau nei 3 mėnesiai pažeidus pakuotę. Apie 200 kontrolinių tyrimų per 1 pakuotės rinkinį						
Viso 85 pirkimo dalies										
86	Kraujospūdžio aparatas	Vnt.	30	Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas matavimui žasto srityje, matavimo skalės skersmuo ne mažiau kaip 60 mm, AKS matavimo ribos ne blogesnės kaip 20-300 mm Hg, paklaida ne daugiau kaip 3 mm Hg, funkcija perjungimui naudotis kairiarankiams ir dešinia-rankiams, bendras svoris ne daugiau kaip 380 g, išmatavimai ne daugiau kaip 175x100x70 mm, manžetė ne mažesnei kaip 36 cm žasto apimčiai, garantija ne mažiau 5 metų, metrologinė patikra.						
87	Operaciniai apklotai									
87.1.	Cezario operacijos rinkinys	Pak.	1200	Sterilus Cezario operacijos apklotų rinkinis. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiavertis), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Apklotas ne mažiau kaip 3 sluoksnių, medžiaga SMS tipo arba lygiavertė, savaime prilipantis. Apklotas Cezario pjūviui 175/250x300 cm, 38 x 32 cm (±1cm) incizine plėvele – 1 vnt.; Paklodė kūdikiui 90x120 cm (±2cm) – 1 vnt.; Lipni juosta 9 x 50 cm (±1cm) – 1 vnt.; Servetėlės – 4 vnt. Instrumentų staloje apklotas 150x190 cm - 1 vnt.; Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.						

87.2.	Laparoskopinis rinkinys	Pak.	150	Sterilus laparoskopinio apklotų rinkinio sudėtis: Apklotas pagamintas iš hidrofobinio trisluoksnio neaustinio audinio SMS arba lygiaverčio tipo , 1 x 200 cm x 260±5 cm dydžio „T“ raidės formos lipnus užklotas su anga, kurios dydis 30 cm x 30±5 cm, su lipnia chirurgine plėvele, ne mažiau kaip 4 x sugeriantys rankšluosčiai 30 cm x 30 ±5cm, 1 lipni juosta, kurios matmenys 10 cm x 50±5 cm, 1 x laidų dangalas, maišo tipo , matmenys: 14 cm x 250±5 cm, ne mažiau kaip 2 x galūnių apklotai 70 cm x 120±5 cm, 1 x sustiprintas „Mayo“ stalelio apklotas, kurio matmenys 80 cm x 140±5 cm, 1 sustiprintas instrumentinio stalio apklotas , apvyniojantis visą rinkinį 150 cm x 190±5 cm dydžio. Apklotas instrumentiniui stalui pagamintas iš neperšlampamo ir neaustinio absorbcinio sluoksnio. Laidų gaubtas su perforuotu antgaliu, kartonine dėžute, skirta lengvai uždėti, ir ne mažiau kaip dviem lipniom juostom, pagamintas iš skaidrios PE medžiagos. Atsparumas šlapiam / sausam plyšimui kritinėje srityje 205 / 199±1 kPa. Šlapio / sauso tempimo stiprumas kritinėje srityje 90 / 92±1N. Atsparumas skysčio įsiskverbimui kritinėje srityje 42±1 cm H2O. Visi rinkinio komponentai yra suvynioti į papildomą 2 sluoksnių, celiuliozės ir plėvelės užklotą, įvyniojimas. TYVEC arba lygeverčio tipo pakuotėje yra informacija apie atidarymo kryptį ir ne mažiau kaip 4 lipnios etiketės duomenų archyvavimui. Kiekvienoje lipnioje etiketėje yra ši informacija: gaminio katalogo numeris, galiojimo laikas, partijos numeris, išsami informacija apie gamintoją ir brūkšninis kodas. Be to, uždangalas, sudarantis komplekto įvyniojimą, turi tvirtinimo juostą prie instrumentinio stalo ir lipduką, kuris yra komplekto užsegimas. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.						
87.3.	Histeroskopinis rinkinys	Pak.	2000	Sterilus apklotų rinkinys histeroskopinėms operacijoms sudėtis: Apklotas pagamintas iš absorbuojančio ir vandeniu atsparaus dvisluoksnio laminato, kurio svoris yra ne mažiau kaip 55 g / m²; 1 x lipnus apklotas 75 cm x 200±5 cm su anga 8 cm x 12±1 cm; ne mažiau kaip 4 x sugeriantys rankšluosčiai 30 cm x 30 ±5cm; ne mažiau kaip 2 x galūnių apklotai 70 cm x 120±5 cm; 1 x sutvirtinta staltiesė instrumentiniui stalui, 100 cm x 150±5 cm dydžio. Apklotas instrumentiniui stalui pagaminta iš ne mažiau kaip 35 g / m² neperšlampamo ir ne mažiau kaip 28 g / m² neaustinio absorbcinio sluoksnio. Bendras svoris absorbcinėje zonoje – ne mažiau 63 g / m². Atsparumas šlapiam / sausam plyšimui kritinėje srityje yra 108/95±1 kPa. Atsparumas drėgnam / sausam tempimui 45 / 30 ±1N. Atsparumas skysčio įsiskverbimui 190±5 cm H2O. Išorinio sluoksnio sugertis min. 350%. Rinkinio pakuotė su informacija apie atidarymo kryptį ir su ne mažiau kaip 4 lipniom etiketėm duomenų archyvavimui. Kiekvienoje lipnioje etiketėje yra ši informacija: gaminio katalogo kodas, galiojimo laikas, partijos numeris, išsami informacija apie gamintoją ir brūkšninis kodas. Be to, uždangalas, sudarantis komplekto įvyniojimą, turi tvirtinimo juostą prie instrumentinio stalo ir lipduką, kuris yra komplekto užsegimas. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.						
Viso 87 pirkimo dalies										
88.	Sterilizacijos juostos									
88.1.	50 mm x 200m (+ 5mm) Be klostės	Rul.	30	Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir						
88.2.	100 mm x 200 m Be klostės	Rul.	40							
88.3.	200 mm x 200 m Be klostės	Rul.	30							
88.4.	400 mm x 200 m Be klostės	Rul.	60							
88.5.	100 mm x 40 mm x 100 m Su klose	Rul.	100							

88.6.	150 mm x 40 mm x 100 m Su klose	Rul.	50							
88.7.	400 mm x 80 mm x 100 m Su klose	Rul.	150							
88.8.	Juosta paketų sutvirtinimui su indikatoriumi	Vnt.	200	Stiprios fiksacijos su cheminiu garų indikatoriumi. Juostos plotis - 19 mm, ilgis - 50 m. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklavimas (partijos numeris, galiojimo terminas). Kiekviena juosta supakuota atskirai sandarioje plastikinėje pakuotėje. Turi turėti CE (pagal MDD 93/42 EEB) atitikties deklaraciją.						
Viso 88 pirkimo										
89	Sterilizacijos kontrolės priemonės									
89.1.	Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai	Vnt.	6000	Indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos kontrolei garų frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Krovinio proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote (kiekvienoje pakuotėje indikatorių – naujas krovinio proceso išbandymo įtaisas). Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 ir EN 867-5 reikalavimus (pateikti atitikties dokumentus). Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta). Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamos įkrovos registracijos žurnalus. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento. Pakuotėje ne mažiau 400 vnt. indikatorių.						
89.2.	Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams	Vnt.	100 000	Išorinis cheminis indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui, turi dvigubą lipduką, pritaikytas klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ant indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai rašyti (proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, sterilizatoriaus numeris, operatoriaus kodas, ciklo numeris), 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų. Indikatoriaus išmatavimai: 3,1 cm x 2,2 cm (±0,3 cm). Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus. Susukti į ritinius.						

89.3.	Bowie and Dick indikatorius	Vnt.	2000	Pritaikytas darbui su frakcionuoto vakuomo sterilizatoriumi. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote (kiekvienoje pakuotėje indikatorių – naujas proceso išbandymo įtaisas). Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta) Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamas įkrovos registracijos žurnalus. 6.Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento. Indikatoriai sukarpyti individualiai. 7.Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas EN ISO 11140 standartui. Indikatorius turi atitikti 2 klasę, pagal LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 8.Pakuotėje ne mažiau 250 vnt.						
89.4.	Testas plovimo kokybei įvertinti automatinės plovimo ir dezinfekcijos mašinose	Vnt.	600	Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu. Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Dėžutėje ne daugiau kaip 12 vnt.						
89.5.	Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinės plovimo ir dezinfekcijos mašinose	Vnt.	200	Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių-išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu. Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurių instrumentą imituojantį įtaisą. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Dėžutėje ne daugiau kaip 25 vnt.						
89.6.	Sterilizacijos krovinio registracijos kortelių žurnalas	Vnt.	40	Turi būti parengtas būsims sterilizacijos kontrolės priemonėms, A4 formato.						
89.7.	Žymekliai	Vnt.	60	Skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui prieš sterilizaciją. Žymeklio rašalas gali būti skirtingų spalvų: mėlyna, juoda						
89.8.	Rankinis spausdintuvas	Vnt.	2	Skirtas 1 tipo dviejų sluoksnių proceso poveikio indikatoriams (indikatoriaus išmatavimai: 3.1 cm x 2.2 cm (± 0,3 cm)). Skirtas indikatorių ritiniams (kai ritinyje ne mažiau kaip 750 vnt.) Informacija žymima rašalu, atspariu sterilizacijos procesams.						

89.9.	Užlydymo siūlės kokybės testas	Vnt.	1500	1. Skirtas nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui bei veikimo kokybės užtikrinimui. 2. Indikatoriaus funkcinės dalies spalva - juoda. 3. Turi atitikti standarto EN 11607-2 standarto reikalavimus (pateikti sertifikato kopiją). 4. Pakuotėse ne mažiau 250 vnt. indikatorių.						
Viso 89 pirkimo										
90	Kablų vaisiaus vandenį nuleisti, vienkartinio naudojimo	Vnt.	300	vienkartinis, plastikinis, aštrus, sterilus, amnionomijai. Supakuoti po 1 vnt.						
91	Patanatominiai indeliai			Plastikiniai su dangtelių, nepermatomas						
91.1.	Patanatominiai indeliai 0,5 ltr	Vnt.	250							
91.2.	Patanatominiai indeliai 1,0 ltr	Vnt.	200							
91.3.	Patanatominiai indeliai 2,0 ltr	Vnt.	200							
91.4.	Patanatominiai indeliai 3,0 ltr	Vnt.	300							
Viso 91 pirkimo										
92	Mini spike kamštukas su bionektoriumi	Vnt.	4000	Sterilus, 0,10 mikronų antibakterinis filtras, su membrana, be latekso, be PVC, be DEHP, adatkočio ilgis 20 +/- 2 mm, diametras 4 mm, bendras kamštelio ilgis 60 +/- 2 mm. Adatkočio su apsauginiu dangteliu.	0,518	5	0,5439	2072	2175,6	Zarys International Group/92
93	Vienkartiniai skrandžio zondai suaugusiems	Vnt.	50		0,2	5	0,21	10	10,5	Zarys International Group/57
94	Chirurginis besirezorbuojantis siūlas (multifilamentas)			Bendrieji reikalavimai chirurginims siūlams: 1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: 1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos). 2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį. 3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos, nesilankstančios, nelūžtančios. 4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą. 5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė). 6. Nesirezorbuojantis siūlas turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo „pakuotės atminties“ (išskyrus šilkinis siūlas). 7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip. 8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaučianti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip. 9. Adatos, didesnės nei 17 mm turi turėti išilginius griovėlius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkočiuje arba būti specialios pusiau kvadratinės formos geresnei fiksacijai adatkočiuje. 10. Adatos pagamintos iš 300 serijos plieno. Pateikti tai įrodančius dokumentus. 11. Chirurginis besirezorbuojantis siūlas, sintetinis, multifilamentinis pintas, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties su polikoprolaktano ir kalcio stearato dangą. Rezorbcijos trukmė 50-90 dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75±5% po 2 savaičių, 50±5% po 3 savaičių.						
94.1.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	400							
94.2.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	4000							
94.3.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	1200							
94.4.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali Nr. 0, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	4000							
94.5.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, pjaučianti Nr. 1, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	1500							
94.6.	Adatos dydis 76 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	800							
94.7.	Adatos dydis 26 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 4/0, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	1500							

94.8.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	400						
94.9.	Adatos dydis 26 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 3/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	800						
94.10.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1 siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	1000						
94.11.	Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1 siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	1000						
94.12.	Adatos dydis 65 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	200						
Viso 94 pirkimo dalies									
95	Chirurginis siūlas nesirezorbuojantis, natūralus šilkas.			Padengtas silikonu, nudažytas juoda arba mėlyna spalva. Adata tvirta, nelinkstanti.					
95.1.	Adata pjaunanti lenkta ½ , adatos ilgis 37mm siūlo storis 1 siūlo ilgis 75 cm 1 siūlas sterilioje pakuotėje	Vnt.	48						
95.2.	Adata pjaunanti lenkta 3/8 adatos ilgis 26 mm siūlo storis 2/0 siūlo ilgis 75 cm 1 siūlas sterilioje pakuotėje	Vnt.	400						
Viso 95 pirkimo dalies kaina:									
96.	Chirurginis besirezorbuojantis siūlas			Bendrieji reikalavimai chirurginims siūlams: 1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:					
96.1.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 19mm	Vnt.	600						
96.2.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas1/2,adatos ilgis 40mm	Vnt.	1000						
96.3.	Siūlo storis 2/0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 40mm	Vnt.	240						
96.4.	Siūlo storis 1 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 48mm	Vnt.	2000						
96.5.	Siūlo storis 1 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 36mm	Vnt.	600						

96.6.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 48mm	Vnt.	3000							
96.7.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 26mm	Vnt.	600							
96.8.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 20mm	Vnt.	600							
96.9.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 30cm	Vnt.	50							
96.10.	Siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 6x45cm, 6 siūlai pakelyje be adatos	Vnt.	50							
Viso 96 pirkimo dalies kaina:										
97	Chirurginis siūlas nesirezorbuojantis, tipo Nylon	Vnt.	600	Chirurginis siūlas, sintetinis nesirezorbuojantis monofilamentinis, pagamintas iš poliamido. Adata tvirta, nelinkstanti. Siūlo storis 3-0 mm, adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8, siūlo ilgis 75 cm. Adatos ilgis 26 mm - 30 mm.	0,53	5	0,5565	318,00	333,90	Atlas Medical/642DS2630/97
98	Sugeriantys paklotai	Vnt.	5000	Minimalus skysčio sugeriamumas - 300 ml. 60x90 cm	0,14	5	0,147	700,00	735,00	Personal Care/98
99	Vienkartinė siurbimo sistema									
99.1.	Daugkartinio naudojimo bespalvis siurbimo indas 2000ml.	Vnt.	4	2 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml. Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml. (pateikti sertifikata). Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti sertifikata). Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos, sienos, stalo ar ant specialių bėgelių operacinėse. Indai atsparūs smūgiams, pagaminti iš plastiko. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C). Pateikti 93/42/EEC sertifikata.						
99.2.	Daugkartinio naudojimo spalvotas siurbimo indas 2000ml.	Vnt.	4	2 litrų talpos daugkartinio naudojimo spalvoto (mėlynos spalvos) plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml. Tūrio matavimo paklaida naudojant su siurbimo maišu ± 100 ml. (pateikti sertifikata). Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti sertifikata). Ant indo integruota speciali daugkartinio naudojimo L formos vakumo jungtis, kuri gali būti išimta iš indo. Indas komplektuojamas su L formos jungtimi. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos, sienos, stalo ar ant specialių bėgelių operacinėse. Indai atsparūs smūgiams, pagaminti iš plastiko. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C). Pateikti 93/42/EEC sertifikata.						

99.3.	Siurbimo maišelis be granulių, 2000 ml	Dėž.	26	Vienkartinis, 2 litrų talpos. Pagamintas iš tvirto polietileno. Sudėtyje nėra PVC. Ant maišo turi būti nurodyta talpa. Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas vidoje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakumo sistemą. Ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa, skersmuo dangtelio 135 mm. Maišelio svoris ne daugiau 60 g. Pateikti 93/42/EEC sertifikatą (24 vnt. dėžėje).						
99.4.	Stalo laikiklis, aliuminis	Vnt.	2	Laikiklis pagamintas iš aliuminio, tvirtinamas prie stalo.						
99.5.	Surinkimo indelis	Dėž.	30	Plastikinis mėginių surinkimo indelis su išimamu sieteliu. Be kampinės paciento jungties. Jungiasi prie vienkartinių surinkimo maišelių (18 vnt. dėžėje).						
99.6.	Siurbimo žarnelė	Dėž.	8	vienkartinė sterili žarnelė siurbimo sistemai (vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, ilgis 2,1 m). Abiejuose galuose piltuvėlio formos jungtis (60 vnt. dėžėje).						
Viso 99 pirkimo dalies										
100	Marlė									
100.1.	Marlė (1000m)	Rul.	24	100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų/kv.cm ,tankis -35+/- 2gr/kv.mSiūlo storis 32,S, audinio tankumas 28x24.Marlės lūžimo apkrova- ne mažiau 140N/10cm ataudams ne mažiau 90N/10cm. Higroskopiskumas- ne daugiau 10s.Drėgnumas-ne daugiau 8% . Supakuota rulone po 1000m. Pateikti gamintojo patvirtinimą nurodytiems parametrams.	178,6	5	187,53	4286,4	4500,72	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing /100
100.2.	Marlė(po 10m)	Pak.	50	100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų/kv.cm ,tankis -26+/- 1gr/kv.mSiūlo storis 40,S, audinio tankumas 28x24.Marlės lūžimo apkrova- ne mažiau 120N/10cm ataudams ne mažiau 70N/10cm. Higroskopiskumas- ne daugiau 10s.Drėgnumas-ne daugiau 8% . Pateikti gamintojo patvirtinimą nurodytiems parametrams.	1,82	5	1,911	91	95,55	Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing /100
Viso 100 pirkimo dalies kaina:								4377,4	4596,27	
101	Tamponai vienkartiniai									
101.1.	Tamponai 2-3 cm	Pak.	100	Nesterilus, neaustiniai apvalūs. N100	1	5	1,05	100,00	105,00	ZHENDE MEDICAL/101
101.2.	Tamponai 4-5 cm	Pak.	100	Nesterilus, neaustiniai apvalūs. N100	1,3	5	1,365	130,00	136,50	ZHENDE MEDICAL/101
101.3.	Tamponai 3 cm	Pak.	100	Nesterilus, marliniai apvalūs. N250	1	5	1,05	100,00	105,00	ZHENDE MEDICAL/101
Viso 101 pirkimo dalies kaina:								330,00	346,50	
102	Batų apmautai (bachilai) neaustiniai	Pak.	1000	Vienkartiniai, neplastikiniai, iš neaustinės medžiagos 16 x 40 cm, galimas ilgio nuokrypis (±5 cm). N100	2,68	5	2,814	2680,00	2814,00	Aobang/102
103	Chalatai vienkartiniai	Vnt.	4500	Nesterilūs, pagaminti iš neaustinės medžiagos (ne mažiau 23 gsm), tamptariai pringlundantys elastiniai mezgti rankogaliai. XL -XXL dydžio. Ilgis ne mažiau kaip 135 cm. Spalva: žalia, geltona.	0,458	5	0,4809	2061	2164,05	Zarys International Group/103
104	Chirurginiai chalatai									
104.1.	Chirurginiai chalatai padidintos apsaugos XL	Vnt.	2000	Sterilūs. Pagamintas iš tvirtos neaustinės medžiagos, nepralaidžios skysčiams, bet pralaidžios orui. Turi sutvirtintą sluoksnį priekio ir rankovių srityje (ne mažiau kaip 50 x 100 cm). Rankogaliai gerai priglunda prie riešo. Chalato ilgis ne mažiau kaip 140 cm. Turi trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės sistema.	1,63	5	1,7115	3260	3423	Zarys International Group/104.1
104.2.	Chirurginiai chalatai standartinės apsaugos XL, (ilgis ne mažiau kaip 140 cm)	Vnt.	6000	Sterilus. Pagamintas iš tvirtos neaustinės medžiagos (ne mažiau 35 gsm), nepralaidžios skysčiams, bet pralaidžios orui. Rankogaliai gerai priglunda prie riešo. Turi diržo sterilumo kontrolės laikiklį. Turi trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės sistema.	1,28	5	1,344	7680	8064	Zarys International Group/104.2

104.3.	Chirurginiai chalatai standartinės apsaugos XXL, (ilgis ne mažiau kaip 160 cm)	Vnt.	100		1,386	5	1,4553	138,6	145,53	Zarys International Group/104.2
Viso 104 pirkimo dalies kaina:								11078,6	11632,53	
105	Kaukė Veido su gumytėmis	Dėž.	5000	Standartinė, vienkartinė, tvirtinta gumytėmis, gerai prisiglaudžia prie nosies, trijų neaustinių medžiaginių sluoksnių, gerai praleidžia orą. Tinka naudoti procedūrų metu, nealergizuoja ir netoksiška. N 50	0,96	5	1,008	4800	5040,00	Aobang/105
106	Veido kaukė su raišteliais	Dėž.	100	Vienkartinė, gerai prisiglaudžia prie nosies su raišteliais. Trijų sluoksnių, efektyviai filtruoja bakterijas, gerai praleidžia orą. Tinka naudoti operacijos metu, nealergizuoja, netoksiška. N 50	1,5	5	1,575	150	157,50	Zarys International Group/106
107	Respiratorius	Vnt.	3000	Respiratorius turi būti FFP 2 apsauginės klasės. Vienkartinis, Su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo. Anatomiciškos formos, gerai priglundantis prie veido. Patogus naudoti su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis. Universalaus dydžio. Su reguliuojamais (keičiamo dydžio) galvos dirželiais arba elastingomis gumelėmis. Turi būti žymimos CE ženklų. Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Turi atitikti EN 149:2001+ A1:2009 arba lygiavertį standarto reikalavimus	0,122	5	0,1281	366	384,30	UAB "Baltic masks"
108	Apsauginiai akiniai	Vnt.	50	Nerasojantys, pagaminti iš skaidraus plastiko, lengvi (iki 30g svorio). Reguluojamas pasvirimo kampas ir auselės ilgis.						
109	Vienkartinės sterilios chirurginės	Pora	50000	Sterilios, pagamintos iš natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, be	0,38	5	0,399	19000	19950	Mercator Medical/109
110	Pirštinės nesterilios									
110.1.	Vienkartinės nesterilios diagnostinės pirštinės be pudros. Dydžiai S,M,L	Vnt.	500000	Dydžiai XS, XL, S, M, L. Atitinka ISO, CE reikalavimus, pagamintos iš latekso. AQL – 1,5. Atsparumas tempimo jėgai ne mažesnis nei 10N prieš sendinimą. Ilgis- ne mažesnis nei 240mm, storis delno srityje ne mažiau 0,13mm. Pateikti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. Dydžiai S, M, L.	0,02	5	0,021	10000	10500,00	Arista Latindo/110,1
110.2.	Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės be pudros.	Vnt.	70000	Be pudros, atlenktu kraštelio lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, Pagamintos iš nitrilo. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,13 mm, delno – ne daugiau 0,11 mm, riešo – ne daugiau 0,09 mm. Ilgis ne mažiau 240 mm. AQL-1,5. Atsparumas tempimo jėgai- ne mažiau 9 N. Turi CE ženklą, atitinka EN standarto 455, 1-4 d., EN374-1,2 ir 3 d. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai S,M,L	0,018	5	0,0189	1260	1323,00	Arista Latindo/110,2
Viso 110 pirkimo								11260	11823,00	

Pastaba. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.

Direktorius Juozas Devišis

