

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalis	Priemonės pavadinimas	Siūlo storis	Adatos lenktumas	Adatos ilgis mm	Adatos forma	Siūlo ilgis cm	Siūlo spalva	Poreikis vnt. 3 mėnesiams	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR (be PVM)	Viso kaina EUR (be PVM) 3 mėnesiams	Viso kaina Eur (su PVM) 3 mėnesiams
3 dalis	Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono. Pilna rezorbcija 180-210d. Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav. Adatos vidinėje kreivėje turi turėti išilginius griovelius arba užtikrinti gerą fiksaciją adatkotoje, tvirtos, nelūžta ir nesilanksto.											
3.1		1	1/2	48-50	Apvali	150 kilpa		iki 1080	5	2,50	2700,00	2835,00
	Viso 3 dalis:										2700,00	2835,00

Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams

1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:

- 1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm., sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė).
5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
8. Tiekėjas, užsakovo prašymu per 3 darbo dienas turės pateikti prašomų siūlų pozicijų pavyzdžius su siūlo pakuotės originalia instrukcija ir jos vertimu į lietuvių kalbą.