

2016m. sausio mėn. 28 d., Vilnius

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus dr. Narimanto Markevičiaus, veikiančio pagal ligoninės įstatus, ir UAB „AE Medical“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus G. Černiaučiaus laimėjusi 2015 m. rugsėjo 30 d. CVP IS (pirkimo nr. 167830) skelbtą **priemonių intervencinei radiologijai** (toliau – Prekės) viešojo pirkimo konkursą, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

1.2. Sutarties dalykas yra: **priemonės intervencinei radiologijai** (toliau - Prekės), kurių specifikacija ir kaina nurodyta sutarties priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Tiekiamos Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.

2.2. Tiekiamos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2.3. Tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.4. Prekės pateikimo momentu Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei vieneri kalendoriniai metai.

2.5. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis 5 kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

2.6. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.

2.7. Prekių kokybė ir pavadinimas turi atitikti konkursui pasiūlytų prekių kokybę ir pavadinimą.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Šalys susitarė, kad **preliminari sutarties suma 107499,00 Eur su PVM.**

3.2. Prekių kaina PVM sąskaitose-faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

3.3. Prekių kainos nurodytos konkurso pasiūlyme ir šioje sutartyje sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 8.1. punkte nurodytai sąlygai.

3.4. Už kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas - faktūras per 30 dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinės ligonių kasos bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos- faktūros gavimo dienos.

3.5. Į Prekių kainą įeina PVM, transportavimo, krovimo, įpakavimo, ženklavimo, taros ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

4. Prekių perdavimas ir priėmimas

4.1. Pardavėjas perduoda Prekes pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą.

4.2. Pardavėjas garantuoja numatytą Prekių tiekimą dalimis pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą.

4.3. Užsakytas Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui, per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, į Ligoninės Vaistinė adresu Antakalnio g. 57, Vilnius.

4.4. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka pirkėjo įgalioto atstovo pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

4.5. Priimant prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir 5 kalendorinių dienų laikotarpyje pateikia Pardavėjui raštišką pretenziją.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9.3. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

9.4. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva vienašališkai. Apie numatomą sutarties nutraukimą (tiek tuo atveju, kai sutartį ketinama nutraukti bendru sutarimu, tiek vienašališko nutraukimo atveju) būtina raštu informuoti kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

9.5. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį. Viena šalis, iš kitos šalies, dėl kurios kaltės nutraukiama sutartis, gali reikalauti 10% baudą skaičiuojamą nuo visos sutarties sumos.

9.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal pirkėjo buveinės adresą.

10.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

PIRKĖJAS:


VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
A/s LT 867044060007990186
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 302692454
PVM kodas LT100006560213
Tel.: 85 2344267, faks.: 85 2346966

PARDAVĖJAS:

UAB „AE Medical“
Uosių g. 36, LT- 92353 Klaipėda
A/s LT907044060007684079
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 302591590
PVM kodas LT100006146717
Tel. 864052910, faks. 846252641

Direktorius

dr. Narimantas Markevičius



Direktorius
Gediminas Česnavičius



Telsininkė
Lina Vorončikienė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Vyriausioji finansininkė
Renata Sriubienė

Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. SI - 52
2016 m. sausio 28 d.

UAB "AE Medical"

Priemonių, skirtų intervencinei radiologijai, pirkimas

Prekių techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis poreikis metams	Vieneto kaina Eur be PVM	Orientacinio metinio poreikio suma Eur be PVM	Orientacinio metinio poreikio suma Eur su PVM	Reikalavimai	Kataloginis prekęs Nr.	Gaminiojas
45.	Diagnosticiniai kateteriai	vnt.	250	15,00	3750,00	3937,50	1. Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas unklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vių; 2. Išorinė, glotni danga pagaminta iš nailono elastomero, užtikrinanti lankstumą, minimalizuojanti kraujo agregaciją; 3. Kateterio minkšta viršūnėlė pagaminta iš poliuretano medžiagos; 4. Išorinis diametras 4F/1,40 mm, vidinis diametras ne mažesnis 0,041"/1,05 mm; 5. Maksimalaus srauto dydis 15 ml/sec; 6. Slėgio dydis – 1,200 psi; 7. Ilgis – 65, 90, 100, 110 cm (± 1 cm); 8. Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR-i, 2, JP; Bypass Ji., LR, JP; Li-3, 5, 4, 0, 5, 0, 6, 0, JR-3, 5, 4, 0, 5, 0, Tiger 4 cm, staigiai pigtail, angleri pigtail – 145° (5,5 cm), 155° (5,5 cm), multipurpose – 3, 2, 5 cm, El gamal2.	Brošiūra-Outlook RX-4XXXXXXM	Terumo
53.	Nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui	vnt.	700	20,00	14000,00	14700,00	1. Diametras 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". 2. Ilgis 50, 80, 120, 180 cm (± 1 cm). 3. Vietos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 pusuko užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampas, „J“ 1,5 mm, „J“ 3 mm, „Polig“; 8. Viršūnės smailelino ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm.	Brošiūra-Radifocus Guide Wire Standard type RF-GXXXXXXM	Terumo

54.	Prašintos nukreipiančios hidrofilinės nitiolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui	vnt.	300	40,00	12000,00	12600,00	1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". 2. Ilgis 220, 260, 300 cm ($\pm$ 1 cm). 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitiolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampų. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm.	Brošiūra-Radiocus Guide Wire Long type for catheter exchange RX- GXXXXXXM	Terumo
55.	Padidinto stangrumo vielos- pravedėjos angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui	vnt.	300	25	7500,00	7875,00	1. Ilgis 150, 180, 260 cm ($\pm$ 1 cm). 2. Diametras: 0,018", 0,025", 0,035", 0,038". 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitiolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: kampų, „J“ 1,5 mm, tiesus. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis 1 cm, 3 cm.	Brošiūra-Radiocus Guide Wire Stiff type RF- PXXXXXXM	Terumo

73.	Stentai su įvedimo sistema sunkesnio pracinamumo atvejais (vamzdiniai)	vnt.	20				Brošiūra-Tsunami Gold CS- RAXXXXXWG	Terumo
				240,00	4800,00	5040,00	1. Vamzdinis, nerūdijančio plieno. Stento dizainas uždaros gardelės tipo (closed cell design). Esant reikalui, galimybė užbaigti plėtimą didesnio diametro balionu, negu įvedimo sistema, stentui neprarandant radialinės jėgos. 2. Maksimalus lankstumas, stento sienelės storis nedidesnis 0.042". 3. Koronarų diameterui adaptuotas dizainas: tinkamas mažesnio diametro ir standartinio diametro koronarams - 2; 2.25; 3.0; 3.5 ir 4.0 mm. 4. Ilgis 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 30 mm „Metal-to-artery“ santykis ne >20%. 2 rentgeno kontrastiniai markeriai ant proksimalinio ir distalinio stento galų visiems ilgiams. 5. Sistema turi būti žemo profilio: diametras ne didesnis 2,0 Fr proksimalė dalis ir 2,7 F distalinė dalis kartu su stentu. Visų diametrų stentai turi praeiti per 5 Fr/0,056" kateterį nukreipėją. 6. Maksimalus įmanomas vielos pravedėjos storis - 0,014". Sistemos nominalus slėgis ne mažesnis 10 atmosferų, darbinis (rated burst pressure) - ne mažesnis 14 atmosferų. 7. Įvedimo sistemos naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Stento pritvirtinimas prie balioninio kateterio turi būti labai patikimas 8. Stento galai neturi atsiknoti ir įgyti didesnį profilį, praėję kateterio 9. Distalinė sistemos dalis (prie proksimalinio stento galo) turi būti ne 10. Sistemos galas (prie distalinio stento galo) turi būti ne storesnis ne 11. Baliono medžiaga turi būti labai aspari abrazyjoms, pagaminta iš 12. Balioninio kateterio ištempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas 13. Sistema turi būti saugi: nesėkmės atveju stentas turi būti lengvai iš	

74.	Sistema periferinei embolizacijai	vnt	10	150,00	1500,00	1575,00	1. Pagaminta iš platinio vielos dengtos hidrogelio polimeru; 2. Embolizacinės spiralės nustumiamos, užtikrinančios ilgalaikę mechaninę okliuziją; 3. Geras mechaninis stabilumas; 4. Spiralės dydis – 0,018"; 0,035"; 5. Kūlės diametras – 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 6. Spiralės ilgis – 2 cm; 4 cm; 6 cm; 10 cm; 14 cm; 7. Tinkančios vielos pravedėjos dydis atitinkamai 0,016"/0,018"; 0,035"/0,038"; 8. Tinkamo kateterio dydis atitinkamai 2,4 Fr; 2,7 Fr; 2,8 Fr.	Brošiūra-Azur Pushable 452XXXXX	Terumo
76.	Mikrosferos embolizacijai	vnt	10			2100,00	1. Apvalios, kamuolio formos; 2. Sintetinės, pagamintos iš polietileno glikolio; 3. Nelipniančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; 4. Kalbruotos pagal dydį; 5. Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75 µm ± 15 µm; 200 µm ± 50 µm; 400 µm ± 50 µm; 600 µm ± 50 µm; 800 µm ± 50 µm; 1100 µm ± 50 µm. 6. Tūris 2 ml ir 4 ml; 7. Pateikiamos 20 cc švirkštuose.	Brošiūra-HydroPearls XXXXXXXX	Terumo
78.	Suktukas pravedėjui	vnt	300	7,50	2250,00	2362,50	1. Nuo 0,014" iki 0,035" (nuo 0,36 mm iki 0,89 mm) 2. Užsukami ant pravedėjo. 3. Nedeformuojantys pravedėjo.	Brošiūra-Torque device XX*RF02M	Terumo
79.	Kraujagystės diliatorius	vnt	700	7,50	5250,00	5512,50	1. Ilgis 155 mm (± 1 mm). 2. Diametras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F. 3. Visi diametrai pažymėti skirtingomis spalvomis. 4. Metalinis pravedėjas 0,35 mm (± 0,03 mm).	Brošiūra-Vessel dilator RF*VDDXXX10M	Terumo
84.	Introduiseriai su atšaka ir sklende, diliatoriumi	vnt	200	14,00	2800,00	2940,00	1. Įmonės gidas plonėjantis distalinėje gale, pagerinantis diliatoriaus – įmonės perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Tinkančios mini vielos 0,025", 0,035", 0,038"; 5. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjūvimo) silikoniniu disku; 6. Įmonės pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 7. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 8. Ilgis 10 cm; 9. Ilgis: 25 cm.	Brošiūra-Standard Introducer Kit C RS*CXNXXXXNR	Terumo

86.	Introdueriai su atšaka ir sklende, dilatatoriumi, mini viela ir adata	vnt	200	16,00	3200,00	3360,00	1. Įmovos galas suplonintas distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Mini viela – pravedėja dengta plastikui; 3. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 4. Vielos igis 45 cm; Tinkančios mini vielos 0, 025"; 0,035"; 5. 3 padėčių sklendė; 6. Hemostatinis vožtuvas su „Cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 7. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 8. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 9. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas, dydis 5F; 10. Ilgis: 10 cm; 11. Adata su grioveliu, apraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją; 12. Adatos dydis 18 Gx2 1/4".	Brošiūra-Standard Introducer Kit A RS*AXXX10SQ	Terumo
87.	Introdueriai su rentgenokontrastiniais markeriais	vnt	200	29,00	5800,00	6090,00	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu, dydis 6F, 7F, 8F; 2. Introduiseryje inkorporuotas platinos/iridžio mišinys; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 5. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 6. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 7. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas; 8. Tinkančios mini vielos 0,035" (0,89 mm) ($\pm$ 0,003" (0,076 mm)) 9. Ilgis: 6, 10 cm; 10. Ilgis: 25 cm.	Brošiūra-Introducer II with Radiopaque marker RB*CXNXXNC	Terumo

91.	A. Renalis ir A. Carotis introduiseriai- nukreipėjai	vnt.	90	145,00	13050,00	13702,50	1. Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2,0, 2,5, 5,0 cm. Atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų). 2. Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. Hidrofiline danga. 3. Integruotas aukso rentigenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo. 4. PTFE vidinė sistemos danga. 5. Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga. 6. Išorinė nailono danga. 7. Hemostatinis vežtuvas su „cross cut“ (kryžinio prapjovimo) silikoniniu disku. 8. Tinkamas naudoti su 0,035" (0,89 mm) pravedėju. 9. Diametrai: 6Fr, 7Fr. 10. Sistemos ilgis: 45, 65, 90 cm. 11. Distalinio galo formos: tiesus, „hockey stick“, „multipurpose“, RDC, LIMA.	Brošiūra- Destination RSXXX	Terumo
96.	Introduiseriai skirti radialinėms arterijoms	vnt.	150	16,00	2400,00	2520,00	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 3. Įmovos ilgis: 7, 10 cm; 4. Tinkančios vielos gidės: 0,018" ir 0,025"; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm (± 1 cm), galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm.	Brošiūra-Radial access Introducer Kit RT- RXXXXXPQ	Terumo
97.	Introduiseriai skirti radialinėms arterijoms su hidrofiline danga	vnt.	200	27,00	5400,00	5670,00	1. Įmovos galas plonėjantis distaliniam gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmova padengta hidrofiline danga; 3. Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 4. Tinkančios vielos gidės: 0,021" ir 0,025"; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm (± 1 cm) galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,9 x 32 mm; 7. Komplektuojama su švirkštu.	Brošiūra- Hydrophilic Radial Access Introducer Kit RM*AFXXXXXSQ W/ RM*BFXXXXXPQ	Terumo

98.	PTKA vielos rutininėms procedūroms, totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms atidaryti	vnt.	50	58,00	2900,00	3045,00	1. Ilgis 180 cm (± 1 cm); 2. 0,014" (0,36 mm) diametro; 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitalio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija; 5. Hidrofilinė danga visame ilgyje; 6. 3 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas; 7. Viela lanksti ir gero pracinamumo; 8. Tiesios formos; 9. Geras sukimo perdavimas.	Brošiūra-Runthrough TW-XXXXXXX	Terumo
100.	Kraujagyslių stentai, išskiriantys vaistą Biolimus A9	vnt.	2	520,00	1040,00	1092,00	1. Stentas padengtas medikamentu Biolimus A9, turinčiu antiproliferacinį poveikį ir mažinančiu restenozų dažnį; 2. Stentas turi būti įvairių ilgių (8 mm, 14 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm) ir įvairių diametrų (2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm); 3. Kiekvienas diametras turi atitikti visa ilgių spektrą. Vidutinis plyšimo slėgis – 14 atm, 16 atm. 4. Kateterio ilgis – 145 cm (± 1 cm); 5. Tinkama viela pravedėjas – 0,014" (0,36 mm); 6. Distalinė stento dalis padengta hidrofiline danga, proksimalinė dalis – silikono sluoksniu; 7. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus, apimančius 2 metų rezultatus apie stentų saugumą ir savybę mažinti restenozų dažnį.	Brošiūra-Nobori DE-RAXXXXXXX	Terumo
101.	Mikrokateteriai be vielos pravedėjos	vnt.	10	300,00	3000,00	3150,00	1. Ilgiai: 130 cm, 150 cm (± 1 cm); 2. Išorinis diametras 2,4 Fr/0,80 mm; 3. Vidinis diametras 0,023"/0,57"; 4. Distalinė galas – tiesus; 5. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis PTFE danga, vidutinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; 6. Pritaikytas naudoti su 0,018" ir 0,016" vielomis pravedėjomis; 7. Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5, 171 kPa	Brošiūra-Progreat MC-PXXXXXXX	Terumo

102.	Mikrovielos pravedėjos	vnt.	20	197,00	3940,00	4137,00	1. Ilgis 180 cm (± 1 cm); 2. Išorinis diametras: 0,012", 0,016"; 3. Vėlos šerdis pagaminta iš nitalio (nikelis+titanas) užkūrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija: 5. Distalinis, ne mažiau 2 cm ilgio, rentgenokonstrastinis markeris (auksinio vijos); 6. Padengta išorine hidrofiline danga; 7. Viršūnės modifikacijos: 45° kampai, 90° kampai x 4 mm, 90° kampai x 6 mm, 1,5 cm „J“ formos, dvigubas lenkimas: 90°+ 150°; 8. Lankstus galas: 25 cm ir 35 cm.	Brošiūra-GT Guide wire RG*GXXXXXXX	Terumo
104.	Dviejų dalių konstrukcijos PTKA vėlos totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms	vnt.	100	58,00	5800,00	6090,00	1. Ilgis 180 cm (± 1 cm); 2. 0,014" diametro; 3. Dviejų dalių konstrukcija. Šios dalys turi būti sujungtos tiesiogine jungtimi, viršūnės – silikono danga; 4. Distalinės vėlos dalies šerdis, ne mažiau 400 mm turi būti pagaminta iš nitalio (nikelis + titanas); 5. Proksimalinės vėlos dalies šerdis turi būti pagaminta iš standaus, nerūdijančio plieno; 6. 25 cm distalinio vėlos galo šerdis turi būti padengta nerūdijančio plieno vijomis ir distalinė jo dalis vijomis, pagaminta iš platinos; 7. 25 cm ilgio distalinė vėlos dalis turi būti padengta hidrofiline danga; 8. Visa vėla, išskyrus galiuką, turi būti padengta specialia, gera sliduma garantuojančia, PTFE danga; 9. „Floppy“ tipas.	Brošiūra- Runthrough TW- XXXXXXX	Terumo

Bendra suma: 107499,00 Eur su PVM

VšĮ Vilniaus m. klinikinė ligoninė

Direktorius

dr. Narimantas Markevičius

A.V.

UAB "AE Medical"

Direktorius

Gediminas Česnavičius

A.V.

