

IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS IMUNOHEMATOLOGINĖS SISTEMOS PANAUDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai arba reikalavimai	Techninio parametron reikšmė arba reikalavimų aprašymas	Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tikėjas <u>privalo</u> aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. <u>Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametru ir nurodyti jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniais ir techniniais reikalavimams)</u>
1.	Centrifūga	Nauja (nenaudota), pagaminta ne seniau nei 2023 m. Skirta siūlomoms kortelėms centrifuguoti	Gelinių kortelių centrifūga DG Spin (gamintojas Grifols), pagaminta 2023, nauja, nenaudota	Techninių parametru atitikties dokumentai, psl. Nr. 10;
2.	Centrifūgavimo laikas	Ne ilgiau kaip 10 min	Centrifūgavimo laikas 9 min	Techninių parametru atitikties dokumentai, psl. Nr. 1;
3.	Centrifūgos talpa	Ne mažiau kaip 6 vietos	Centrifūgos talpa – 24 kortelės	Techninių parametru atitikties dokumentai, psl. Nr. 1;
4.	Inubatorius	Naujas (nenaudotas), pagamintas ne seniau nei 2023 m. Skirtas siūlomoms kortelėms inkubuoti.	Gelinių kortelių ir mėgintuvėlių inkubatorius DG Therm (gamintojas Grifols), pagamintas 2023, naujas, nenaudotas	Techninių parametru atitikties dokumentai, psl. Nr. 10;
5.	Inkubatoriaus talpa	Ne mažiau nei 6 vietos	Inkubatoriaus talpa – 24 kortelės	Techninių parametru atitikties dokumentai, psl. Nr. 2;

6.	Darbinė stotelė	Skirta reagentams, kortelėms, kamšteliams, bei mėgintuvėliams susidėti	<i>Darbo su gelinėmis kortelėmis ir reagentais stotelė DG Manual Station (gamintojas Grifols), pagamintas 2024, naujas, nenaudotas</i>	Techninių parametrų atitikties dokumentai, psl. Nr. 10;
7.	Nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys	Naujas (nenaudotas), pagamintas ne seniau nei 2023 m. Skirtas siūlomoms kortelėms nuskaityti	<i>Gelinių kortelių DG Reader Net (gamintojas Grifols), pagamintas 2024, naujas, nenaudotas</i>	Techninių parametrų atitikties dokumentai, psl. Nr. 3;
8.	Nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys gali interpretuoti kortelę, kurioje atlikti skirtingi tyrimai (antikūnų nustatymas ir suderinamumas)	Būtina	<i>Nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys gali interpretuoti kortelę, kurioje atlikti skirtingi tyrimai (antikūnų nustatymas ir suderinamumas)</i>	Techninių parametrų atitikties dokumentai, psl. Nr. 4;
9.	Nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys privalo jungtis į įstaigos turimą LIS	Būtina	<i>Nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys jungiasi į įstaigos turimą LIS</i>	Techninių parametrų atitikties dokumentai, psl. Nr. 5;
10.	Rezultatai saugomi su nuotraukomis	Būtina	<i>Rezultatai saugomi su nuotraukomis</i>	Techninių parametrų atitikties dokumentai, psl. Nr. 6;
11.	Siūloma įranga turi atitikti (ES)2017/745 direktyvą	Būtina	<i>Sertifikatai pridedami</i>	DG Manual station – ne IVD įrenginys ir jam IVDR neišduodamas Techninių parametrų atitikties dokumentai, psl. Nr. 7-9;

Bendrieji reikalavimai analizatorių nuomai (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose medicinos įranga bus naudojama panaudos pagrindais):

1. Analizatorius turi būti pažymėtas CE ženklu, garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti nuomojamo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.

2. Tiekėjas privalo panaudoti pagrindais suteikti Perkančiajai organizacijai naudoti analizatoriumi, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su nuomojamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), Perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokėti Perkančiosios organizacijos personalą naudoti nuomajam analizatoriumi.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas Perkančiosios organizacijos adresu: VŠĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Cvirkos g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos.

Bendrieji reikalavimai medicinos įrangos techninei priežiūrai (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose vykdoma medicinos įrangos techninė priežiūra):

1. Medicininės įrangos techninė priežiūra vykdoma adresu: VŠĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Cvirkos g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija.
2. Tiekėjas įsipareigoja paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 24 valandas po Perkančiosios organizacijos užsakymo, pateikto el. paštu, telefonu, faksu arba suderinus tikslinį laiką su Klinikinės laboratorijos vedėja. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų suremontuoti medicininę įrangą iš karto, Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją apie numatomus paslaugų užbaigimo terminus.
3. Medicinos įrangos techninę priežiūrą Tiekėjas teikia laikantis gamintojo nustatyto paslaugų periodiškumo.
4. Paslaugų kokybė turi atitikti medicinos įrangos saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus. Pakeistų detalių garantija turi būti ne mažesnė nei gamintojo.
5. Perkamų paslaugų kiekis nurodytas šioje techninėje specifikacijoje yra numatomas paslaugų kiekis 24 mėn. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo poreikius, gali įsigyti mažesnį paslaugų kiekį, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje arba įsigyti didesnį paslaugų kiekį, tačiau tokiu atveju sutarties vertė negali būti daugiau kaip 30 proc. didesnė nei sutartyje nurodyta numatoma sutarties kaina. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų paslaugų rūšių.
6. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (VŠĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Cvirkos g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos

priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

Viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Asta Montrimienė
(Vardas ir pavardė)