

 GASCHEMA KONCERNO „ACHEMOS GRUPE“ NARĖ	Pakavimo medžiagos specifikacija	FPS-07
	Dujų balionėlis su uždaromuoju vožtuvu N12, 50 l mediciniam deguoniui	Versija 01/23
		1 psl. iš 3

Paruošė: Kvalifikuotas asmuo [redacted]	Data: 2023 04 18	Parašas: [signature]
Suderino: Technikos direktorius [redacted]	Data: 2023 04 18	Parašas: [signature]
Patvirtino: Kokybės vadovė [redacted]	Data: 2023 04 18	Parašas: [signature]
Keičia: versiją 02/17	Galioja nuo: 2023 12 01	

Kiti pavadinimai:	Medicininio deguonies balionų ryšulys 12x50 l
Kodas	P07
Tiekėjas/gamintojas	[redacted] [redacted]
Nuoroda į norminį dokumentą	LST EN ISO 9809-1 „Dujų balionai. Daugkartiniai besiūliai plieniniai dujų balionai. Projektavimas, konstravimas ir bandymai. 1 dalis. Grūdintojo ir atleistojo plieno balionai, kurių tempimo stipris mažesnis kaip 1 100 MPa.“ LST EN ISO 9809-2 „Dujų balionai. Daugkartiniai besiūliai plieniniai dujų balionai. Projektavimas, konstravimas ir bandymai. 2 dalis. Grūdintojo ir atleistojo plieno balionai, kurių tempimo stipris 1 100 MPa arba didesnis.“ LST EN 1968 „Gabenamieji dujų balionai. Besiūlių plieninių dujų balionų periodinė kontrolė ir bandymai“ LST EN ISO 11114-1 Dujų balionai. Baliono bei čiaupo medžiagų ir balione laikomų dujų suderinamumas. 1 dalis. Metalai (ISO 11114-1:2012) LST EN 1089-3 Gabenamieji dujų balionai. Dujų balionų identifikavimas (išskyrus SND). 3 dalis. Spalvinis kodavimas Direktyva 2010/35/EU
Mėginių ėmimo instrukcija	100 %
Tinkamumo laikas	-
Saugojimo sąlygos	Konteineriuose, po pastoge
Atsargumo priemonės	-
Pakartotina kontrolė	Pažeidimų atveju, pasibaigus techninės patikros galiojimo terminui
Papildoma informacija	-
Ženklintos medžiagos pavyzdys	-

Kokybės rodikliai	Priimtimumo ribos
Komplektacija	Stabiliai įtvirtinti rėme, kolektoriaumi sujungti plieniniai dujų balionėliai (toliau vadinama balionai) su uždaromuoju vožtuvu, kuriame integruotas liekamojo slėgio vožtuvas (RVP), ir vožtuvo apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

 GASCHEMA KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ NARĖ	Pakavimo medžiagos specifikacija	FPS-07
	Dujų balionėlis su uždaromuoju vožtuvu N12, 50 l mediciniam deguoniui	Versija 01/23
		2 psl. iš 3

Ryšulio ženklintas	- Gamintojo prekinis ženklas - Ryšulio identifikacinis numeris - Ryšulio tipas - Svoris - π ženklas; - Dujų tipas - Darbinis slėgis - Hidraulinio bandymo slėgis - Gamintojo techninės kontrolės skyriaus ženklas - Paskutinės patikros data - Gamybos standartas
Ryšulio rėmo išvaizda	Be mechaninių išorės pažeidimų.
Balionų ženklintas	Viršutinėje sferinėje dalyje – įspaudinio ženklinimo vietoje turi būti įspausti aiškiai matomi duomenys: - Gamintojo prekinis ženklas - π ženklas; - Baliono identifikacinis numeris - Tuščio baliono faktinis svoris (kg) ir talpa (l) - Pagaminimo data (metai, mėnuo) - Darbinis slėgis - Hidraulinio bandymo slėgis - Atlikto paskutinio periodinio tikrinimo data, jį atlikusios įstaigos identifikacinė žyma, kito techninio patikrinimo data - Gamintojo techninės kontrolės skyriaus ženklas - Neturi būti įtartinų žymių (žymių, padarytų ne baliono gamybos metu)
Balionų svoris/vnt*	Ne daugiau kaip 60 kg
Balionų talpa/vnt*	50 (-0/ +5 %)
Baliono korpuso spalva	Balta
Baliono peties spalva	Balta
Balionų korpuso medžiaga*	Plienas 34CrMo4
Balionų korpuso sienelės storis*	Atitinka standarto LST EN ISO 9809-1/ LST EN ISO 9809-2 reikalavimus
Balionų išvaizda - Išsipūtimas - Įdubimas - Įpjova - Įtrūkis - Ištininė korozija (sienelės storio sumažėjimas plote, didesniame	- Neturi būti išsipūtimų - Įdubos gylis ne didesnis kaip 3 % baliono išorinio skersmens arba įdubos skersmens ir gylio santykis ne mažesnis kaip 15 - Įpjovos gylis ne daugiau kaip 10 % sienelės storio arba ilgis ne didesnis kaip 25 % baliono išorinio skersmens - Neturi būti įtrūkių - Įsiskverbimo gylis nedidesnis kaip 10 % pradinio sienelės storio

 GASCHEMA KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ NARĖ	Pakavimo medžiagos specifikacija	FPS-07
	Dujų balionėlis su uždaromuoju vožtuvu N12, 50 l mediciniam deguoniui	Versija 01/23
		3 psl. iš 3

nei 20 % viso baliono paviršiaus ploto) - Vietinė korozija (sienelės storio sumažėjimas plote, mažesniame nei 20 % viso baliono paviršiaus ploto) - Grandininė taškinė arba linijinė korozija	- Įsiskverbimo gylis nedidesnis kaip 20 % pradinio sienelės storio - Suminis korozijos ilgis bet kuria kryptimi neviršija baliono skersmens ir gylis neviršija 10 % pradinio sienelės storio
Balionų darbinis slėgis	200 bar
Balionų hidraulinis slėgis	300 bar
Vožtuvo ženklavimas	Vožtuvo ženklavimo srityje turi būti įspausti duomenys: - Įsukimo sriegio diametras; - Pajungimo sriegio diametras; - π ženklas; - Darbinis slėgis; - Gamybės data; - Dujų, su kuriomis suderinamas, formulė; - Identifikavimo Nr. - Gamybės standartas; - Gamintojo identifikavimo ženklas.
Vožtuvo (ventilio) išvaizda	- Chromuotas arba žalvarinis; - Nuriebalintas;*; - Turi būti lengvai valdomas; - Neužterštas (neužsikimšęs); - Išleidimo atvamzdžio sriegis ir korpusas nepažeistas.
Vožtuvo (ventilio) darbinis slėgis	200 bar
Vožtuvo (ventilio) įsukimo sriegio diametras	25E
Vožtuvo (ventilio) pajungimo sriegio diametras	G3/4 ir W 21,8x1/14“
* - duomenys tikrinami pagal gamintojo kokybės sertifikato duomenis	