

Pirkimas: Vienkartinės medicininės paskirties priemonės**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Bendrieji reikalavimai:

1	Perkamos vienkartinės medicininės priemonės (toliau – Prekės). Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
2	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai: Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
3	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba.
4	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos/ priemonių (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.
5	Ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas.
6	Tiekėjas, komisijai pareikalavus, turės pateikti bet kurios iš žemiau lentelės 1 – 58 punktuose siūlomos prekės pavyzdžius - 2 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – Viešojo pirkimo komisijai paprašius, per 5 darbo dienas adresu VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – Smėlynės g. 25, Panevėžys, juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 kartą maksimaliam 5 darbo dienų laikotarpiui. - Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys naudojamas procedūros metu ir tokiu būdu patikrinamos prekės savybės; nesant klinikinio atvejo - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma). - Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo: Evelina Rimkutė, tel. +370 455 02104, el.p.: evelina.rimkute@panevezioligonine.lt - Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės medicininės paskirties priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. - Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. - Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

7	*Tiekėjai, neatstovaujantys perkančiosios organizacijos turimos įrangos gamintojo, gali siūlyti kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą panaudai. Tiekėjas, iš anksto susitaręs su Pirkėju dėl abiem šalims patogaus laiko, gali atvykti apžiūrėti įrangą, kuriai kartu su vienkartinėmis priemonėmis planuoja teikti panaudai lygiavertę įrangą. Susitikimo metu į kilusius klausimus nebus teikiami atsakymai, nes susitikimas skirtas tik apžiūrai. Tiekėjai klausimus teikia CVP IS priemonėmis. Atvykę į apžiūrą tiekėjai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį oficialų dokumentą su nuotrauka.
8	Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745.

Nr.	Pavadinimas ir reikalavimai	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas ↓
-----	-----------------------------	---------------------	---------------	---

1 pirkimo dalis. Švirkštai				
1.1.	20 ml 3d. Švirkštas Perfusor Space pompai arba lygiavertis*	1000	vnt.	OPS syringe k. 8728623, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
1.1.1.	Trijų dalių 20 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata			Trijų dalių 20 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata
1.1.2.	Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata.			Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 30 mm adata.
1.2.	50 ml 3d. Švirkštas Perfusor Space pompai arba lygiavertis*	30000	vnt.	OPS syringe k. 8728810F -06, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
1.2.1.	Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata			Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata
1.2.2.	Šalia švirkšto komplektuojama 1,7 x 28-32 mm adata			Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 išorinio diametro ir 1,7 vidinio diametro x 30 mm adata
2 pirkimo dalis. Vienkartinės medicininės priemonės				
2.1.	Trišakis kranelis atsparus lipidams	6000	vnt.	Discofix C k. 16494C, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2.1.1.	Male/female/female			Male/female/female
2.1.2.	Korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido			Korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido
2.1.3.	Rankenėlė pagaminta iš polikarbonato			Rankenėlė pagaminta iš polikarbonato
2.1.4.	Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui			Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui
2.1.5.	Sterilus			Sterilus
2.1.6.	Tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai)			Tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai)
2.1.7.	Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai			Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai
2.2.	Prailginimo linijos 150 (+/-1) cm ID 1,5 mm OD 2,7 mm	3000	vnt.	Perfusor lines k. 8722960, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2.2.1.	Sterilios			Sterilios
2.2.2.	Pagamintos iš PVC, be DEHP ir latekso (būtinai ženklinimas ant pakuotės)			Pagamintos iš PVC, be DEHP ir latekso (yra ženklinimas ant pakuotės)
2.2.3.	Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės,			Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės,
2.2.4.	Blister pakuotė,			Blister pakuotė,
2.2.5.	užpildymo tūris 2,9 (+/-1) ml			užpildymo tūris 2,9 ml
2.2.6.	Šviesai jautriems vaistams			Šviesai jautriems vaistams
2.3.	Prailginimo linijos 200 (+/-1) cm ID 1,5 mm OD 2,7 mm	6000	vnt.	Perfusor lines k. 8722862, B.Braun Melsungen AG, Vokietija

2.3.1.	Sterilios			Sterilios
2.3.2.	pagamintos iš PVC, be DEHP ir latekso (būtinai ženklinimas ant pakuotės),			pagamintos iš PVC, be DEHP ir latekso (yra ženklinimas ant pakuotės),
2.3.3.	Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės,			Matrix kodas yra ant kiekvienos pakuotės,
2.3.4.	blister pakuotė			blister pakuotė
2.3.5.	užpildymo tūris 3,8 (+/-1) ml			užpildymo tūris 3,8 ml
2.3.6.	Šviesai jautriems vaistams			Šviesai jautriems vaistams
2.4.	50 ml 3d. Švirkštas suderintas su Perfusor Space pompa arba lygiavertis*	6000	vnt.	OPS Opaque syringe k. 8728861F-06, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
2.4.1.	Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su „Luer Lock“ tipo jungtimi ir aspiracine adata			Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su „Luer Lock“ tipo jungtimi ir aspiracine adata
2.4.2.	Šviesai jautriems vaistams			Šviesai jautriems vaistams
2.4.3.	Šalia švirkšto komplektuojama 1,7 x 28-32 mm adata , kurioje integruotas 14-15 mk dalelių filtras			Šalia švirkšto komplektuojama 1,7 x 30 mm adata , kurioje yra integruotas 15 mk dalelių filtras
7 pirkimo dalis.Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai				
7.1.	1F (22G); 4F (18G); 5F (16G); 6F (14G) - 1 kanalo	1000	vnt.	Certofix mono k.4160177; 4160215; 4160266; 4160320 ir kt. Ref kodai pagal kateterio ilgį, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
7.1.1.	V-tipo punkcinė adata,			V-tipo punkcinė adata,
7.1.2.	adatos ilgis priklauso nuo kateterio skersmens: 21Gx38 mm; 20Gx50mm; 18Gx70mm.;			adatos ilgis priklauso nuo kateterio skersmens: 21Gx38 mm; 20Gx50mm; 18Gx70mm.;
7.1.3.	atbulinės kraujo srovės vožtuvas adatoje arba švirkšte;			atbulinės kraujo srovės vožtuvas adatoje
7.1.4.	atspari persilenkimui 25-70mm ilgio styga, pagaminta iš elastingos medžiagos Nitinolio;			atspari persilenkimui 25-70mm ilgio styga, pagaminta iš elastingos medžiagos Nitinolio;
7.1.5.	stygos diametras atitinka kateterio dydį ir yra atitinkamai: 0,46mm; 0,63mm; 0,89mm.			stygos diametras atitinka kateterio dydį ir yra atitinkamai: 0,46mm; 0,63mm; 0,89mm.
7.1.6.	dilatatorius;			dilatatorius;
7.1.7.	10; 15; 20 ir 30 cm ilgio kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais;			10; 15; 20 ir 30 cm ilgio kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais;
7.1.8.	5-8 ml švirkštas;			5 ml švirkštas;
7.1.9.	skalpelis (2 ir 3 kanalų kateterių rinkiniams);			skalpelis;
7.1.10.	slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, ECG kabelis.			slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, ECG kabelis.
7.2.	22G/22G; 18G/20G; 16G/16G; 14G/18G - 2 kanalų	1000	vnt.	Certofix duo k.4161211; 4168534; 4166922; 4167139 ir kt. Ref kodai pagal kateterio ilgį, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
7.2.1.	V-tipo punkcinė adata,			V-tipo punkcinė adata,
7.2.2.	adatos ilgis priklauso nuo kateterio skersmens: 21Gx38 mm; 20Gx50mm; 18Gx70mm.;			adatos ilgis priklauso nuo kateterio skersmens: 21Gx38 mm; 20Gx50mm; 18Gx70mm.;
7.2.3.	atbulinės kraujo srovės vožtuvas adatoje arba švirkšte;			atbulinės kraujo srovės vožtuvas adatoje;
7.2.4.	atspari persilenkimui 25-70mm ilgio styga, pagaminta iš elastingos medžiagos Nitinolio;			atspari persilenkimui 50 mm ilgio styga, pagaminta iš elastingos medžiagos Nitinolio;
7.2.5.	stygos diametras atitinka kateterio dydį ir yra atitinkamai: 0,46mm; 0,63mm; 0,89mm.			stygos diametras atitinka kateterio dydį ir yra atitinkamai: 0,46mm; 0,63mm; 0,89mm.

7.2.6.	dilatatorius;			dilatatorius;
7.2.7.	10; 15; 20 ir 30 cm ilgio kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais;			10; 15; 20 ir 30 cm ilgio kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais;
7.2.8.	5-8 ml švirkštas;			5 ml švirkštas;
7.2.9.	skalpelis (2 ir 3 kanalų kateterių rinkiniams);			skalpelis;
7.2.10.	slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, ECG kabelis.			slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, ECG kabelis.
7.3.	16G/18G/18G; 16G/12G/12G - 3 kanalų	700	vnt.	Certofix trio k. 4160622; 4163214 ir kt. Ref kodai pagal kateterio ilgį, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
7.3.1.	V-tipo punkcinė adata,			V-tipo punkcinė adata,
7.3.2.	adatos ilgis priklauso nuo kateterio skersmens: 21Gx38 mm; 20Gx50mm; 18Gx70mm.;			adatos ilgis priklauso nuo kateterio skersmens: 18Gx70mm.;
7.3.3.	atbulinės kraujo srovės vožtuvas adatoje arba švirkšte;			atbulinės kraujo srovės vožtuvas adatoje;
7.3.4.	atspari persilenkimui 25-70mm ilgio styga, pagaminta iš elastingos medžiagos Nitinolio;			atspari persilenkimui 50 mm ilgio styga, pagaminta iš elastingos medžiagos Nitinolio;
7.3.5.	stygos diametras atitinka kateterio dydį ir yra atitinkamai: 0,46mm; 0,63mm; 0,89mm.			stygos diametras atitinka kateterio dydį: 0,89mm.
7.3.6.	dilatatorius;			dilatatorius;
7.3.7.	10; 15; 20 ir 30 cm ilgio kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais;			10; 15; 20 ir 30 cm ilgio kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais;
7.3.8.	5-8 ml švirkštas;			5 ml švirkštas;
7.3.9.	skalpelis (2 ir 3 kanalų kateterių rinkiniams);			skalpelis;
7.3.10.	slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, ECG kabelis.			slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, ECG kabelis.
8 pirkimo dalis. Rinkiniai anestezijai				
8.1.	Rinkinys epidurinei anestezijai 17G - 18G	4000	vnt.	Perifix 451 k. 4514513, G18, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
8.1.1.	Vienoje sterilioje pakuotėje: Tuohy adata			Vienoje sterilioje pakuotėje: Tuohy adata
8.1.2.	kateteris iš poliamido G20x1000mm, graduotas su užapvalintu atraumatinio galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, su nukreipėju, kateterio sujungiklis "klik" tipo, be latekso komponentų			kateteris iš poliamido G20x1000mm, graduotas su užapvalintu atraumatinio galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, su nukreipėju, kateterio sujungiklis "klik" tipo, be latekso komponentų
8.1.3.	8-10 ml mažo pasipriešinimo švirkštas paraboline gradacija			8 ml mažo pasipriešinimo švirkštas paraboline gradacija
8.1.4.	antibakterinis filtras, neribojantis judesių filtro fiksatorius			antibakterinis filtras, neribojantis judesių filtro fiksatorius
8.2.	Rinkinys kombinuotai spinalinei kateterinei - epidūrinei anestezijai	60	vnt.	Espocan® k. 4556674, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
8.2.1.	Vienoje sterilioje pakuotėje: 1,3 x 88 mm Tuohy adata			Vienoje sterilioje pakuotėje: 1,3 x 88 mm Tuohy adata
8.2.2.	kateteris iš poliamido, skaidrus, graduotas, su užapvalintu atraumatinio galu ir šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, su nukreipėju kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų			kateteris iš poliamido, skaidrus, graduotas, su užapvalintu atraumatinio galu ir šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, su nukreipėju kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų
8.2.3.	8-10 ml mažo pasipriešinimo švirkštas paraboline gradacija, antibakterinis filtras, filtro fiksatorius			8ml mažo pasipriešinimo švirkštas paraboline gradacija, antibakterinis filtras, filtro fiksatorius
8.2.4.	Quincke adata 27 G/125,5 mm su rankove, skirta įstatyti į Tuohy adatą			Quincke adata 27 G/125,5 mm su rankove, skirta įstatyti į Tuohy adatą

8.2.5.	užrakinimo sistema "adata adatoje"			užrakinimo sistema "adata adatoje"
40 pirkimo dalis. Sistema enteriniam maitinimui				
40.1.	Sistema enteriniam maitinimui	1500	vnt.	Nutrifix® 1000 ml, ENFit®; Art. no. 9240680, B.Braun Melsungen
40.1.1.	Vienkartinė, maišas su pakaba, kamščiu, graduotas nuo 1000-2000 ml, maišas sujungtas su lašinimo sistema			Vienkartinė, maišas su pakaba, kamščiu, graduotas nuo 1000-2000 ml, maišas sujungtas su lašinimo sistema
40.1.2.	Sistema: 2000 cm ilgio su spaustuku, reguliuojančiu lašėjimo greitį			Sistema: 2000 cm ilgio su spaustuku, reguliuojančiu lašėjimo greitį
40.1.3.	Distalinio galo jungtis - tinkanti įvairaus dydžio zondams			Distalinio galo jungtis - tinkanti įvairaus dydžio zondams
40.2.	Nazoduodeninis zondas	150	vnt.	NUTRITUB INTESTINAL TR/M CH12(12F)120CM (9246584), B.Braun Melsungen
40.2.1.	Pagamintas iš poliuretano CH12-14, 120cm, 2,8/3,8mm			Pagamintas iš poliuretano CH12-14, 120cm, 2,8/3,8mm
40.2.2.	turi būti stiletas, svarmuo zondo gale įvedimui			Yra stiletas, svarmuo zondo gale įvedimui
40.3.	Infuzinė sistema	9000	vnt.	Space lines k. 8700036SP, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
40.3.1.	Infuzinė sistema, tinkanti darbui Infusomat volumetrine tūrine pompa.			Infuzinė sistema, tinkanti darbui Infusomat volumetrine tūrine pompa.
40.3.2.	Sterili, vienkartinė, ne trumpesnė 250 cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu ir 15 mikronų filtru.			Sterili, vienkartinė, 250 cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu ir 15 mikronų filtru.
40.4.	Transfuzinė sistema	1000	vnt.	Space lines k. 8270066SP, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
40.4.1.	Transfuzinė sistema, tinkanti darbui Infusomat volumetrine tūrine pompa			Transfuzinė sistema, tinkanti darbui Infusomat volumetrine tūrine pompa
40.4.2.	Sterili, vienkartinė ne trumpesnė 250 cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi laisvos srovės užraktu ir 200 mikronų filtru			Sterili, vienkartinė 250 cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi laisvos srovės užraktu ir 200 mikronų filtru
40.5.	Sistema enterinei mitybai	10000	vnt.	Space lines k. 8250833SP, B.Braun Melsungen AG, Vokietija
40.5.1.	Sistema enterinei mitybai, tinkanti darbui Infusomat volumetrine tūrine pompa			Sistema enterinei mitybai, tinkanti darbui Infusomat volumetrine tūrine pompa
40.5.2.	Sterili, vienkartinė			Sterili, vienkartinė
40.5.3.	Viena universali jungtis tinka įvairių gamintojų mišinių pakuotėms, kita jungtis tinka įv. gamintojų skrandžio ir 12-pirštės žarnos zondams			Viena universali jungtis tinka įvairių gamintojų mišinių pakuotėms, kita jungtis tinka įv. gamintojų skrandžio ir 12-pirštės žarnos zondams

ŠALIŲ PARAŠAI

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Direktorius
Arvydas Skorupskas

UAB B.Braun Medical

Direktorius
Kęstutis Liauba