



UAB Interautomatika

(Uždaroji akcinė bendrovė Interautomatika, Spaudos g. 6, LT-05131 Vilnius, tel.: +370 5 260 78 10, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, juridinio asmens kodas: 300002253, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT140309219)

VŠĮ LSMUL Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ
PIRKIMO**

2024 05 21 Nr. 05-21/01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Interautomatika“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Spaudos g. 6, LT-05131 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas: 300002253 PVM mok. kodas: LT140309219
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT527044060003949390 AB SEB bankas Banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Andrius Rubčinskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Produktų grupės vadovė Alla Zolfaghari
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų grupės vadovė Alla Zolfaghari
Telefono numeris	+37052607810
Fakso numeris	+37052411464
El. pašto adresas	info@interautomatika.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo lentelė“ (5 priedas).

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotai tuberkuliozės dažymo sistemai Aerospray TB	Reagentų rinkinys tinkamas darbui su Aerospray TB dažymo sistema.
Blankintojas (Fluorescentinis)	Blankintojas (Fluorescentinis)
Kalio permanganatas	Kalio permanganatas
Auramino dažai	Auramino dažai
Tirpalas purškiklių valymui	Tirpalas purškiklių valymui
Koncentruotas skystis sistemos praplovimui	Koncentruotas skystis sistemos praplovimui
Metanolis	Metanolis
Levenšteino-Jenseno terpė	Išpilstytas į mėgintuvėlius 7 ml
Miulero-Hintono agaras išrankiems mikroorganizmams (MH+F)	Mueller-Hinton agaras su 5 proc. defibrituoto arklio kraujo ir 20 mg/L β-NAD (MH+F). Išpilstytas į Petri 90 mm skersmens lėkštes.
Greitasis testas karbapenemazių nustatymui	Imunochromatografinis metodas. Nustatomos šios karbapenemazės su nustatymo ribomis: KPC (600 pg/ml), OXA-48 like (300 pg/ml), VIM (300 pg/ml), IMP (200 pg/ml), NDM (150 pg/ml). Rezultatai per 15 min. Jautrumas ir specifiškumas iš bakterijų kultūros 100%.
Reagentų rinkinys Clostridium difficile A/B toksino nustatymui	Rinkinys skirtas Clostridium difficile atskirai A ir B toksino nustatymui iš išmatų ėminio imunochromatografiniu metodu. Rinkinyje yra plokštelė, kurios membranos padengtos monokloniniais antikūnais prieš A ir B toksinus bei kontrolinė juostelė. Tyrimo atlikimo trukmė 10 min. Pateikiame pavyzdį.
Chlamydia trachomatis Ag nustatymo rinkinys	Tiesioginis imunofluorescencinis metodas skirtas tepinėlių paimtų iš gimdos kaklelio, šlaplės (vyrų/moterų) ir akies junginės mėginių, nustatyti Chlamydia trachomatis Ag. Rinkinio sudėtyje yra reagentas

	pažymėtas Fluoresceinu (FITC) konjuguotais monoklonalinių antikūnais, nukreiptais prieš išorinį ląstelės membranos baltymą, taip pat kontroliniai tepinėliai su teigiamu ir neigiamu mėginiu. Tepinėlio dažymo trukmė 30 min.
Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas.	Rinkinio paskirtis - VZV DNR kokybiniam nustatymui cerebrospinalinio skysčio, plazmos ėminiuose. Rinkinys skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui. Rinkinio analitinis jautrumas 500 kopijų/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikiami duomenys apie kryžmines reakcijas). Rinkinio sudėtyje yra visi reikalingi reagentai, kontrolės. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikiame galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas).
Toxoplasma gondii DNR nustatymas	Reagentai skirti In vitro diagnostikai, realaus laiko PGR (RT-PCR) nustatyti Toxoplasma gondii DNR. Reagentai tinkami iš periferinio kraujo, smegenų skysčio, vaisiaus vandens, virkštelės kraujo išskirtos DNR. Pateikiame visus tyrimų atlikimui reikalingus reagentus ir papildomas priemones (pagal gamintojo rekomendacijas – tyrimų instrukcijas). Rinkinio analitinis jautrumas 400 kop/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikiami duomenys apie kryžmines reakcijas). Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikiame galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas).

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Kainų pasiūlymo lentelė (5 priedas).xlsx	20 psl.	Kainų pasiūlymo lentelė (5 priedas).xlsx
2.	EBVPD.pdf	14 psl.	EBVPD.pdf
3.	EBVPD.xml	14 psl.	EBVPD.xml
4.	EBVPD(pasirasytas).adoc	14 psl.	EBVPD(pasirasytas).adoc
5.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (6 priedas).pdf	1 psl.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (6 priedas).pdf
6.	Tiekėjo deklaracija (7 priedas).pdf	1 psl.	Tiekėjo deklaracija (7 priedas).pdf
7.	Techninė dokumentacija.zip	179 psl.	Techninė dokumentacija.zip
8.	Igaliojimas.pdf	1 psl.	Igaliojimas.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekejai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): Asmens duomenys, asmens kodas, nurodyti dokumente „Igaliojimas.pdf“.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rubčinskas

(Vardas ir pavardė)