

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTŲ PIRKIMAS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA

Reagentai imunologiniams tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (1 vnt.) () panaudai
 (analizatoriaus pavadinimas)

1. Reagentai ir papildomos priemonės širdies žymenų greitam nustatymui atlikti

eil. Nr.	Tyrimo (analizės) pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus tyrimų skaičius, per 36 mėn.	Vieno tyrimo kaina Eur. be PVM	Vieno tyrimo kaina Eur. su PVM	Suma Eur. su PVM	Siūloma pakuotė	Gaminiojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7 (4x6)	8	9
1.	Padidinto jautrumo Troponinas T arba Troponinas I <i>(Reagentai, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslus pavadinimus))</i>	1 tyrimas	7600					
2.	NT-Pro-BNP <i>(Reagentai, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslus pavadinimus))</i>	1 tyrimas	2200					
3.	Skycliaukė hormonas TSH <i>(Reagentai, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslus pavadinimus))</i>	1 tyrimas	1000					

eil. Nr	Techniniai parametrai/ specifikacija	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomoms įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminių dokumentaciją.
1.	Analizatorius	Automatinis imunologinis analizatorius – ne POCT	
2.	Mėginių tipas	Serumas, plazma	
3.	Analizatoriaus talpa	Analizatorius vienu metu gali tirti ne mažiau kaip 2 analites.	
4.	Reagentai: kasetės/strypliuose, paruošti naudojimui	Būтина.	
5.	Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą	Būtinai.	
6.	CE ženklintas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79EC	Būtinai.	

PASTABA:

Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4 punkto 4.4.4 papunkčių:

1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir ševenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

Pirkimo iniciatorius

(atsakingojo darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis gydytojas

Romaldas Sakalauskas

(atsakingojo darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)