

ELINTOS MS
UAB "ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS"

Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., LT54469, Kauno raj., Tel.: (8~37)452790; faks.: (8~37)350135.
Įmonės kodas 135896117, PVM mokėtojo kodas LT358961113, A/S LT517044060003641821 AB "SEB bankas",
kodas 70440

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB "Kelmės šilumos tinklai"
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS IŠMETAMŲJŲ DEGIMO DUJŲ ANALIZATORIAUS
PIRKIMO

2016-03-09 Nr. TD160310/41

KAUNAS
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas	Elintos matavimo sistemos, UAB
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas	Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen, Kauno r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Jančiauskas
Telefono numeris	+ 370 698 87794
Fakso numeris	+3 370 37 350135
El. pašto adresas	info@elintosms.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis UAB Kelmės šilumos tinklai pateiktomis pirkimo sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki 2016 balandžio 20d.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	Suma EUR (be PVM)	PVM suma EUR	Kaina EUR (su PVM)
1.	Išmetamųjų katile deginamo biokuro degimo dujų analizatorius – Woehler A400 L (4661)	Vnt.	1				1300,75 Eur
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina)							1300,75 Eur

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM: 1300,75 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai eurų ir septyniasdešimt penki centai)

(žodžiu)

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės
1.	Komplektacija: analizatorius, dujų paėmimo zondas, maitinimo baterija, filtrai, krepšys transportavimui	Komplektacija: analizatorius, dujų paėmimo zondas, maitinimo baterija, filtrai, krepšys transportavimui
2.	Spalvotas grafinis ekranas	Spalvotas grafinis ekranas
3.	Degunies matavimo diapozonas: 0,0 ... 21% tūrio	0,0 ... 21% tūrio
4.	Skyra: 0,1% tūrio	0,1% tūrio
5.	Paklaida: ne didesnė kaip $\pm 0,3\%$ tūrio	$\pm 0,3\%$ tūrio
6.	Anglies monoksido matavimo diapozonas: ne mažesnis kaip 0 ... 10000 ppm	0 ... 10000 ppm
7.	Skyra: 1ppm	1ppm
8.	Paklaida: ne didesnė kaip $\pm 10\%$	$\pm 10\%$
9.	Dujų temperatūra: ne mažesnė kaip 800 °C	800 °C
10.	Zondo ilgis: ne mažiau kaip 275 mm	275 mm
11.	Zondo laido ilgis ne mažiau kaip 1,7 m	1,7 m
12.	Atmintis: ne mažiau kaip 100 matavimų	100 matavimų

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Direktorius
(tiekėjo, ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Vytautas Narbutas
(vardas, pavardė)

A.V.

