

**UAB "Commercial transport service"**

Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Klaipėdos g. 97 Trakėsėdžiai, kontaktinė informacija - Tel./Fax: +370 441 61733, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas – valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas - 302299401, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT100004514313

Priedo Nr. 2 priedėlis. Pirkimo dalis I

**B TIPO GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIO  
BE IŠORĖS SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ  
ATITIKTIES LENTELĖ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečių reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą ar pageidaujamą reikalavimą)</b> | <b>Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)*</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Bendra informacija:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.            | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos.                                                                                                                                                  | TAIP<br>Automobilis bus naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos.                                                                      | CTSK, 1 psl.                                                                                                                                                                                |
| 1.2.            | Mažiausiai 3 metų greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga garantija.                                                                                                                                                                                       | TAIP<br>3 metų greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga garantija.                                                                                                                | CTSK, 1 psl.                                                                                                                                                                                |
| <b>2.</b>       | <b>Siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.            | Turi būti pateikiami siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose turi būti pateiktas paciento skyriaus įrengimo išdėstymas, įrangos išdėstymas, sėdynės, neštuvai, neštuvų pagrindas. | TAIP<br>Pateikiami siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose pateiktas paciento skyriaus                  | Model 1                                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | įrengimo išdėstymas, įrangos išdėstymas, sėdynės, neštuvai, neštuvų pagrindas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 2.2. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio tipas arba kategorija M1-AF-SC. Kartu su automobiliais pateikti Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas).                                                                                     | <i>TAIP</i><br><i>Pateikisime su automobiliais atitiktį įrodantį sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas)</i><br>Greitosios medicinos pagalbos automobilio tipas arba kategorija M1-AF-SC. Kartu su automobiliais pateiksime Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas).                                               | CTSK, 1 psl.  |
| 2.3. | Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis turi atitikti LST EN 1789 standarto reikalavimus arba lygiavertis, išskyrus šį masės rezervo reikalavimą – B tipui 225 kg, pateikti atitikimą įrodančius dokumentus kartu su automobiliais (skaitmenines dokumentų kopijas). | <i>TAIP</i><br><i>Pateikisime su automobiliais atitiktį įrodančius dokumentus</i><br>Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis atitiks LST EN 1789 standarto reikalavimus arba lygiavertis, išskyrus šį masės rezervo reikalavimą – B tipui 225 kg, pateiksime atitikimą įrodančius dokumentus kartu su automobiliais (skaitmenines dokumentų kopijas). | CTSK, 1 psl.  |
| 3.   | <b>Kėbulas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 3.1. | Balta kėbulo spalva.                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>TAIP</i><br>Balta kėbulo spalva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A1, 14 psl.   |
| 3.2. | Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje. Jei duryse bus langas, turi būti uždegtas nepermatoma plėvele ir užuolaida iš vidaus, kad šviesa nepraeitų iš vidaus į lauką.                                                                                           | <i>TAIP</i><br>Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje. Duryse bus langas, bus uždegtas nepermatoma plėvele ir užuolaida iš vidaus, kad šviesa nepraeitų iš vidaus į lauką.                                                                                                                                                                       | Model, 1 psl. |
| 3.3. | Slankiojančios durys paciento skyriaus                                                                                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Model, 1 psl. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | kairėje pusėje be lango.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 3.4. | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Jei duryse bus langai, turi būti uždengti nepermatoma plėvele ir užuolaida iš vidaus, kad šviesa nepraeitų iš vidaus į lauką.                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i><br>Galinės dvivėrės durys, atsidarančios 180 laipsniu kampu. Duryse bus langai, bus būti uždengti nepermatoma plėvele ir užuolaida iš vidaus, kad šviesa nepraeitų iš vidaus į lauką.                                                                                                                                                                               | Model, 1 psl.     |
| 3.5. | Vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu.                                                                                                                                                                              | <i>TAIP</i><br>Vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu.                                                                                                                                                               | A1, 10 psl.       |
| 3.6. | Komfortiška priekinio keleivio sėdynė: 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Po sėdyne ar kitoje su perkančiąja organizacija iš anksto suderintoje vietoje, paciento skyriaus šildytuvai, kurio galia ne mažiau kaip 5.0 kW. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. | <i>TAIP</i><br>Komfortiška priekinio keleivio sėdynė: 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Po sėdyne ar kitoje su perkančiąja organizacija iš anksto suderintoje vietoje, paciento skyriaus šildytuvai, kurio galia 5.0 kW. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. | A1, 10 psl.       |
| 3.7. | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 metų garantija nuo korozijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTSK, 1 psl.      |
| 3.8. | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris,                                                                                                                                                                               | <i>TAIP</i><br>Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų bus įrengtas automatinis elektrinis                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptelis, 2 psl. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -30 <sup>0</sup> C iki +60 <sup>0</sup> C. | laiptelis. Laiptelis gali automatiškai atsідaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai sugrįžta į pradinę padėtį ir nėra išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -30 <sup>0</sup> C iki +60 <sup>0</sup> C. |                              |
| 4.   | <b>Masė:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 4.1. | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 5000 kg.                                                                                                                                                                                | 3500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CTSK, 1 psl.                 |
| 5.   | <b>Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 5.1. | Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm.                                                                                                                                                                                             | 6100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Model 1                      |
| 5.2. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm.                                                                                                                                                           | 2100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Model 1                      |
| 5.3. | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 2850 mm.                                                                                                                                                              | 2850 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Model 1                      |
| 5.4. | Automobilio prošvaistė ne mažiau kaip 195 mm.                                                                                                                                                                                     | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Model 1                      |
| 6.   | <b>Paciento skyriaus vidiniai matmenys:</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 6.1. | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm.                                                                                                                                                                        | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – 3000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Model 1                      |
| 6.2. | Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm.                                                                                                                                                                                     | Paciento skyriaus plotis – 1800 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Model 1                      |
| 6.3. | Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm.                                                                                                                                                                                    | Paciento skyriaus aukštis – 1800 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model 1                      |
| 6.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm.                                                                                                                                                                  | Galinių durų angos plotis atidarius duris – 1500 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model 1                      |
| 6.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.                                                                                                                                                                   | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – 1700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                | Model 1                      |
| 6.6. | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm.                                                                                                                                                              | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – 1200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                           | Model 1                      |
| 6.7. | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.                                                                                                                                                             | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – 1700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          | Model 1                      |
| 7.   | <b>Variklis ir eksploatacinės savybės:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 7.1. | Dyzelinis variklis                                                                                                                                                                                                                | TAIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A9 COC, 2 psl.               |
| 7.2. | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW.                                                                                                                                                                                               | 177 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A9 COC, 2 psl.<br>A1, 2 psl. |
| 7.3. | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.                                                                                                                                                                                             | 80 litrų                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A2, 15 psl.                  |
| 8.   | <b>Transmisija ir pakaba:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 8.1. | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau                                                                                                                                                                                              | TAIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A1, 2 psl.                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal)                                                                                                                                                                    | Automatinė pavarų dėžė, su 10+1 pavaromis (dešimt pavarų į priekį ir viena pavara atgal)                                                                                                                                                                |                |
| 8.2. | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16.                                                                                                                                                                                           | <i>TAIP</i><br>Gale ir priekyje viengubi ratai R18.                                                                                                                                                                                                     | A9 COC, 2 psl. |
| 8.3. | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio.                                                                                          | <i>TAIP</i><br>Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio.                                                                                          | CTSK, 1 psl.   |
| 8.4. | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai.                                                                                                                                                                                                   | <i>TAIP</i><br>Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai.                                                                                                                                                                                                   | A1, 2 psl.     |
| 9.   | <b>Saugumas:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 9.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.                                                                                                                                                                            | <i>TAIP</i><br>Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.                                                                                                                                                                            | A2, 15 psl.    |
| 9.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema                                                                                                                                                        | <i>TAIP</i><br>Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema                                                                                                                                                        | A2, 15 psl.    |
| 9.3. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.                                                                                                                                                                                              | <i>TAIP</i><br>Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.                                                                                                                                                                                              | A2, 15 psl.    |
| 9.4. | Įmontuotas IR spindulių žibintas. Galimybė iš vairuotojo vietos visiškai išjungti šviesas (gabaritus, trumpas/ilgas, stabžių žibintus/posūkius/numerių apšvietimą/vairuotojo zonos prietaisų skydelio apšvietimą) ir įjungti IR žibintą. | <i>TAIP</i><br>Įmontuotas IR spindulių žibintas. Galimybė iš vairuotojo vietos visiškai išjungti šviesas (gabaritus, trumpas/ilgas, stabžių žibintus/posūkius/numerių apšvietimą/vairuotojo zonos prietaisų skydelio apšvietimą) ir įjungti IR žibintą. | IR žibintai    |
| 9.5. | Priekiniai rūko žibintai.                                                                                                                                                                                                                | <i>TAIP</i><br>Priekiniai rūko žibintai.                                                                                                                                                                                                                | A2, 15 psl.    |
| 9.6. | Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema.                                                                                                                                                                                | <i>TAIP</i><br>Gamyklinė priekinio ir                                                                                                                                                                                                                   | A2, 15 psl.    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | galinio parkavimo atstumų sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 10.   | <b>Įranga:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>TAIP</i><br>Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K4, 6 psl.               |
| 10.2. | Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>TAIP</i><br>Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija 92 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.                                                                                                                                                                                                                           | Varta                    |
| 10.3. | Papildoma 12V ličio jonų baterija ne mažiau 200 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.<br>Darbinė temperatūra nuo -20 iki +55°C.<br>Bateriją galima krauti prie minus -20°C – su vidiniu pašildymu.<br>Iškrovimo / pakrovimo ciklų skaičius ne mažiau 4000.<br>Svoris ne daugiau 25 kg.<br>Integruotas Bluetooth.<br>Išmatavimai ne didesni kaip 490x170x250 mm. | <i>TAIP</i><br>Papildoma 12V ličio jonų baterija 200 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.<br>Darbinė temperatūra nuo -20 iki +55°C.<br>Bateriją galima krauti prie minus -20°C – su vidiniu pašildymu.<br>Iškrovimo / pakrovimo ciklų skaičius 4000.<br>Svoris 23 kg.<br>Integruotas Bluetooth.<br>Išmatavimai 483x170x240 mm. | Baterija, 1 psl.         |
| 10.4. | Ne mažiau 250 A galios generatorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>TAIP</i><br>250 A galios generatorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A4, 4 psl.               |
| 10.5. | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>TAIP</i><br>Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.                                                                                                                                                                                                                                                          | A1, 7 psl.               |
| 10.6. | Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje.                                                                                                                                                                                                                                      | <i>TAIP</i><br>Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas, USB jungtis, Bluetooth, u garsiakalbiai automobilio salono priekyje.                                                                                                                                                                                                       | K4, 6 psl.<br>ZI4 opcija |
| 10.7. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>TAIP</i><br>Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.                                                                                                                                                                                                                                                                        | A4, 7 psl.               |
| 10.8. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i><br>Elektra valdomi ir šildomi išoriniai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A8, 5 psl.               |

|        |                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                                           | galinio vaizdo veidrodėliai.                                                                                                   |                                |
| 10.9.  | Apšvietimo lemputė vairuotojui.                                                                                           | <i>TAIP</i><br>Apšvietimo lemputė vairuotojui.                                                                                 | Priekines lemputes             |
| 10.10. | Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo.     | Apšvietimo lemputė su 370 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo.                         | Lempute                        |
| 10.11. | Dienos šviesos.                                                                                                           | <i>TAIP</i><br>Dienos šviesos                                                                                                  | A1 4 psl., A3 2 psl.           |
| 10.12. | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.                                                                            | <i>TAIP</i><br>Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.                                                                  | Atsarginis ratas               |
| 10.13. | Normalaus dydžio atsarginis ratas.                                                                                        | <i>TAIP</i><br>Normalaus dydžio atsarginis ratas.                                                                              | A1, 3 psl.<br>Atsarginis ratas |
| 10.14. | Purvasaugiai priekyje ir gale.                                                                                            | <i>TAIP</i><br>Purvasaugiai priekyje ir gale.                                                                                  | A1, 4 psl.                     |
| 10.15. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW.                               | <i>TAIP</i><br>Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia 5.0 kW.                               | Webasto, 2 psl.                |
| 10.16. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.                   | <i>TAIP</i><br>Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.         | Serviso sistema 1,2,3,4,5      |
| 10.17. | Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir paciento skyrių, šildymo galia ne mažiau 4.0 kW. | <i>TAIP</i><br>Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir paciento skyrių, šildymo galia 4.0 kW. | D4, 5 psl.                     |
| 10.18. | Metalinė variklio karterio apsauga.                                                                                       | <i>TAIP</i><br>Metalinė variklio karterio apsauga.                                                                             | A1, 9 psl.                     |
| 10.19. | Galinio vaizdo kamera                                                                                                     | <i>TAIP</i><br>Galinio vaizdo kamera                                                                                           | Kamera                         |
| 10.20. | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje.                                                                             | <i>TAIP</i><br>Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje.                                                                   | A1, 7 psl., 52                 |
| 10.21. | Pakojas - laiptelis gale.                                                                                                 | <i>TAIP</i><br>Pakojas - laiptelis gale.                                                                                       | Amarok 01                      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10.22. | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>TAIP</i><br>Guminiai kilimėliai<br>vairuotojo kabinoje.                                                                                                                                                                       | Kilimeliai                      |
| 11.    | <b>Medicininio skyriaus įrangos reikalavimai. Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 11.1.  | Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia - ne mažiau 2.0 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i><br>Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia - 2.0 kW.                                                                                                                                | WaveLine 01                     |
| 11.2.  | Oro kondicionierius. Galia ne mažesnė, nei 8.0 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>TAIP</i><br>Oro kondicionierius. Galia 8.0 kW.                                                                                                                                                                                | Kalori 8 psl.<br>830012225053   |
| 11.3.  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 650 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>TAIP</i><br>Ištraukiamoji ventiliacija 850 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                  | Ventiliacija                    |
| 11.4.  | Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia ne mažesnė, nei 5.0 kW.                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i><br>Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia 10.0 kW.                                                                                                                     | Kalori 8 psl.<br>830012225053   |
| 12.    | <b>Elektros instaliacija:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 12.1.  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai. Ne mažiau kaip du USB 5V 2A lizdai.                                                                                                                                                                                                                                              | <i>TAIP</i><br>12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Keturi 12 V lizdai. Du USB 5V 3A lizdai.                                                                                                                                 | Lizdas<br>01,02,03,04,05<br>USB |
| 12.2.  | 230 V instaliacija su įtampos indikacija. Išorinė 230V pajungimo rozetė, ne mažiau 32 A, automatiškai išaunamas išorinis 230V kištukas įjungus degimą. Ne mažiau 10 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Ne mažiau kaip keturios 230V vidinės rozetės.                                                                                                         | <i>TAIP</i><br>230 V instaliacija su įtampos indikacija. Išorinė 230V pajungimo rozetė, 32 A, automatiškai išaunamas išorinis 230V kištukas įjungus degimą. 12 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Keturios 230V vidinės rozetės. | RETTBOX<br>01,02,03,04          |
| 12.3.  | Sinusinės srovės ir baterijų pakrovėjas viename korpuse. 12V-230V įtampos keitiklis. Nominali galia ne mažesnė, nei 2400W prie 25 <sup>0</sup> C. Baterijų krovimo srovė ne mažiau 120A. Apsauga nuo trumpo jungimo, perkrovos, nuo per aukštos/žemos baterijų įtampos, nuo per aukštos temperatūros, nuo per didelės įėjimo įtampos. Masė ne daugiau 20 kg. | <i>TAIP</i><br>Sinusinės srovės ir baterijų pakrovėjas viename korpuse. 12V-230V įtampos keitiklis. Nominali galia 2400W prie 25 <sup>0</sup> C. Baterijų krovimo srovė 120A. Apsauga nuo trumpo jungimo, perkrovos,             | Vistron02<br>12/3000/120        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nuo per aukštos/žemos baterijų įtampos, nuo per aukštos temperatūros, nuo per didelės įėjimo įtampos.<br>Masė 18 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 12.4. | <p>Valdymo pultas paciento skyriuje, turintis šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;</li> <li>• Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas;</li> <li>• Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;</li> <li>• Laiko indikacija ekrane;</li> <li>• Abiejų baterijos įtampų indikacija;</li> <li>• Lauko ir vidaus temperatūra;</li> <li>• Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas.</li> </ul> | <p><i>TAIP</i></p> <p>Valdymo pultas paciento skyriuje, turintis šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;</li> <li>• Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas;</li> <li>• Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;</li> <li>• Laiko indikacija ekrane;</li> <li>• Abiejų baterijos įtampų indikacija;</li> <li>• Lauko ir vidaus temperatūra;</li> </ul> <p>Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas.</p> | CTSK, 2 psl.               |
| 12.5. | <p>Valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;</li> <li>• Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas;</li> <li>• Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;</li> <li>• Laiko indikacija ekrane;</li> <li>• Abiejų baterijos įtampų indikacija;</li> <li>• Lauko ir vidaus temperatūra;</li> </ul>                                                              | <p><i>TAIP</i></p> <p>Valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;</li> <li>• Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas;</li> <li>• Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;</li> <li>• Laiko indikacija ekrane;</li> <li>• Abiejų baterijos įtampų indikacija;</li> </ul> <p>Lauko ir vidaus temperatūra;</p>                                                              | CTSK, 2 psl.               |
| 13.   | <b>Šviesos - garso signalizacija:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 13.1. | Vairuotojo kabinoje už priekinio stiklo (paslėptas) švyturėlis, kuris turi ne prastesnius parametrus: ne mažiau 20 LED diodų su optika; mėlynos spalvos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>TAIP</i></p> <p>Vairuotojo kabinoje už priekinio stiklo (paslėptas) švyturėlis, kuris turi ne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dach01<br>Dach02<br>Dach02 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | <p>ilgis ne mažiau 250 mm, aukštis ne mažiau 40 mm;</p> <p>reflektorius, blokuojantis šviesos patekimą į vairuotojo kabiną;</p> <p>ne mažiau kaip trys vakuuminiai laikikliai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>prastesnius parametrus:</p> <p>20 LED diodų su optika;</p> <p>mėlynos spalvos;</p> <p>ilgis 259 mm, aukštis 44 mm;</p> <p>reflektorius, blokuojantis šviesos patekimą į vairuotojo kabiną;</p> <p>trys vakuuminiai laikikliai.</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 13.2. | <p>Viduje už galinių durų stiklų įrengti du mėlyni mirksintys LED švyturėliai</p> <p>LED švyturėlio parametrai:</p> <p>Ilgis – nuo 90 iki 100 mm</p> <p>Plotis – nuo 35 iki 40 mm;</p> <p>Gylis – nuo 5 iki 10 mm.</p> <p>Ne mažiau 6 LED diodų su optika;</p> <p>LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W;</p> <p>Sinchronizavimo funkcija.</p> <p>Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo režimai.</p> <p>R65 atitikimas.</p> <p>Nurodyti markę, modelį, gamintoją</p>                                          | <p><i>TAIP</i></p> <p>Viduje už galinių durų stiklų įrengti du mėlyni mirksintys LED švyturėliai</p> <p>LED švyturėlio parametrai:</p> <p>Ilgis – 98 mm</p> <p>Plotis – 35 mm;</p> <p>Gylis – 10 mm.</p> <p>6 LED diodų su optika;</p> <p>LED švyturėlio vidutinė galia – 5,3 W;</p> <p>Sinchronizavimo funkcija.</p> <p>8 mirksėjimo režimai.</p> <p>R65 atitikimas.</p> <p>XT6, JULUEN</p>                                                           | <p>XT6 01 02 03 04 05</p>                       |
| 13.3. | <p>Du 100W integruoti garsiakalbiai (paslėpti) automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų.</p> <p>Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, ne mažiau kaip 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. Ne mažiau kaip trys programuojami mygtukai Atitikimas ECER10 normai.</p> | <p><i>TAIP</i></p> <p>Du 100W integruoti garsiakalbiai (paslėpti) automobilio priekyje. Garsiakalbiai apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų.</p> <p>Įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. Trys programuojami mygtukai Atitikimas</p> | <p>Garsiakalbis 01,02 Sirena 01,02,03,04,05</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECER10 normai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 13.4. | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 100 % šviesos laidumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i><br>Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 100 % šviesos laidumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CTSK 26 psl.      |
| 13.5. | Apipavidalinimas – balta spalva be jokio apklijavimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>TAIP</i><br>Apipavidalinimas – balta spalva be jokio apklijavimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CTSK 26 psl.      |
| 13.6. | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai (paslėpti): du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuovo parametrai ne blogesni negu:<br>Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm.<br>Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V.<br>Darbinė temperatūra nuo -40°C iki + 60°C.<br>Ilgis: nuo 200 iki 250 mm.<br>Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm.<br>Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai.<br>Atitinka ECER10.<br>Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7.<br>Aliuminio liejinio korpusas. | <i>TAIP</i><br>Šeši LED lauko perimetro šviestuvai (paslėpti): du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuovo parametrai:<br>Šviesos srautas: 1730 lm.<br>Galia 13,44 W prie 12V.<br>Darbinė temperatūra nuo -40°C iki + 60°C.<br>Ilgis: 227 mm.<br>Išsikišimas nuo sienos: 42 mm.<br>Aptaki forma – nėra atsikišusių kampų, suapvalinti galai.<br>Atitinka ECER10.<br>Atsparumas aplinkai IPX7.<br>Aliuminio liejinio korpusas. | SL209 01,03,04,05 |
| 14.   | <b>Medicinos skyriaus apšvietimas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 14.1. | Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED juostos su galimybe įjungti raudoną/mėlyną apšvietimą. 8 LED žibintai išdėstyti vienodai per visą neštuvų ilgį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i><br>Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED juostos su galimybe įjungti raudoną/mėlyną apšvietimą. 8 LED žibintai išdėstyti vienodai per visą neštuvų ilgį.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lempos            |
| 14.2. | Naktinis apšvietimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>TAIP</i><br>Naktinis apšvietimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CTSK 26 psl.      |
| 14.3. | Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles. Veikia tuomet, kai naudojamas dienos šviesos apšvietimas medicinos skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>TAIP</i><br>Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTSK 26 psl.      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | esančias spinteles.<br>Veikia tuomet, kai naudojamas dienos šviesos apšvietimas medicinos skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 15.   | <b>Medicininio skyriaus įrengimas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 15.1. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i><br>Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CTSK 27 psl. |
| 15.2. | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 2 mm plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>TAIP</i><br>Šoninės sienos padengtos elementais iš specialaus 2 mm plastiko lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CTSK 28 psl. |
| 15.3. | Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui.<br>Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 2400 mm, vienas bėgelis ne trumpesnis kaip 1500 mm. Trys įrangos tvirtinimo plokštės, ne mažesnių išmatavimų kaip 300x500 ir dvi plokštės ne mažesnės kaip 300x350 mm.<br>Dešinėje sienoje už keleivio sėdynės trys įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 1000 mm. Ne mažiau kaip trys tvirtinimo diržai 1500 mm ilgio su greito susegimo sagtimis ir greito išėmimo bėgelių jungtimis. | <i>TAIP</i><br>Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai 2400 mm, vienas bėgelis 1500 mm. Trys įrangos tvirtinimo plokštės, šių išmatavimų 300x500 ir dvi plokštės 300x350 mm.<br>Dešinėje sienoje už keleivio sėdynės trys įrangos tvirtinimo bėgeliai 1000 mm. Trys tvirtinimo diržai 1500 mm ilgio su greito susegimo sagtimis ir greito išėmimo bėgelių jungtimis. | CTSK 29 psl. |
| 15.4. | Ne mažiau 20 mm kėbulo (sienos, lubos, durys) šilumos-garso izoliacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>TAIP</i><br>20 mm kėbulo (sienos, lubos, durys) šilumos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTSK 29 psl. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | garso izoliacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 15.5. | Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>TAIP</i><br>Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CTSK 30, 31 psl.     |
| 15.6. | Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų.<br>Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta, ne mažiau kaip 220 mm gylio, 575 mm pločio ir 1800 mm aukščio. Ne mažiau kaip keturios lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekviena lentyna yra ne mažesnių išmatavimų kaip: 350x500mm. Lentynos iš paciento skyriaus uždaromos žaliuzi. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris.<br>Vieta ne mažesnių išmatavimų kaip 400x240x1000 mm, dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais. | <i>TAIP</i><br>Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų.<br>Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta, 220 mm gylio, 575 mm pločio ir 1800 mm aukščio. Keturios lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekviena lentyna yra šių išmatavimų: 350x500mm.<br>Lentynos iš paciento skyriaus uždaromos žaliuzi. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris.<br>Vieta 400x240x1000 mm, dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais. | CTSK 30, 31 psl.     |
| 15.7. | Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis:<br>su keturtaškiais saugos diržais;<br>montuojama ant nejudamos nišos, paaukštinimo – fiksuoto kelmo;<br>neturi būti bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 100 mm;<br>atlenkiama sėdima dalis;<br>pasukimo mechanizmas ne mažiau 180 <sup>0</sup> ; reguliuojamo kampo nugarėlė iki 120 <sup>0</sup> kampo;<br>sėdynės plotis ne mažiau 500 mm, aukštis                                                                                                                                                                    | <i>TAIP</i><br>Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis:<br>su keturtaškiais saugos diržais;<br>montuojama ant nejudamos nišos, paaukštinimo – fiksuoto kelmo; nėra bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAF4<br>CTSK 31 psl. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | <p>ne mažiau 1000 mm, gylis ne daugiau 195 mm.<br/>Nurodyti markę, modelį, gamintoją.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>poslinkį išilgai paciento skyriaus 100 mm;<br/>atlenkiama sėdima dalis;<br/>pasukimo mechanizmas 180<sup>0</sup>;<br/>reguliuojamo kampo nugarėlė 120<sup>0</sup> kampu;<br/>sėdynės plotis 525 mm, aukštis 1026 mm, gylis 194 mm.<br/>Schnierle TAF4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 15.8. | <p>Dešinėje neštuvų pusėje dvi sėdynės, su šiomis funkcijomis:<br/>su keturtaškiais saugos diržais;<br/>montuojama virš ratų rakos;<br/>neturi būti bėgelių automobilio grindyse;<br/>sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 500 mm;<br/>atlenkiama sėdima dalis;<br/>pasukimo mechanizmas ne mažiau 180<sup>0</sup>;<br/>reguliuojamo kampo nugarėlė iki 120<sup>0</sup> kampo;<br/>sėdynės plotis ne mažiau 500 mm, aukštis ne mažiau 1000 mm, sulankstytos gylis ne daugiau 195 mm.<br/>Nurodyti markę, modelį, gamintoją.</p> <p>Kairėje neštuvų pusėje viena sėdynė, su šiomis funkcijomis:<br/>su keturtaškiais saugos diržais;<br/>montuojama virš ratų rakos;<br/>neturi būti bėgelių automobilio grindyse;<br/>sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 500 mm;<br/>atlenkiama sėdima dalis;<br/>pasukimo mechanizmas ne mažiau 180<sup>0</sup>;<br/>reguliuojamo kampo nugarėlė iki 120<sup>0</sup> kampo;<br/>sėdynės plotis ne mažiau 500 mm, aukštis ne mažiau 1000 mm, sulankstytos gylis ne daugiau 195 mm.<br/>Nurodyti markę, modelį, gamintoją.</p> | <p><i>TAIP</i></p> <p>Dešinėje neštuvų pusėje dvi sėdynės, su šiomis funkcijomis:<br/>su keturtaškiais saugos diržais;<br/>montuojama virš ratų rakos;<br/>nėra bėgelių automobilio grindyse;<br/>sėdima dalis turi išilgai paciento skyriaus 500 mm;<br/>atlenkiama sėdima dalis;<br/>pasukimo mechanizmas 180<sup>0</sup>;<br/>reguliuojamo kampo nugarėlė 120<sup>0</sup> kampo;<br/>sėdynės plotis 525 mm, aukštis 1026 mm, sulankstytos gylis 194 mm.<br/>Schnierle TAF4.</p> <p>Kairėje neštuvų pusėje viena sėdynė, su šiomis funkcijomis:<br/>su keturtaškiais saugos diržais;<br/>montuojama virš ratų rakos;<br/>nėra bėgelių automobilio grindyse;<br/>sėdima dalis turi poslinkį išilgai paciento skyriaus 500 mm;<br/>atlenkiama sėdima dalis;</p> | <p>TAF4<br/>CTSK 31, 32 psl.</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>pasukimo mechanizmas 180<sup>0</sup>; reguliuojamo kampo nugarėlė 120<sup>0</sup> kampo; sėdynės plotis 525 mm, aukštis 1026 mm, sulankstytos gylis 194 mm.</p> <p>Schnierle TAF4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 15.9.  | <p>Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 2300 mm, gylis ne mažiau kaip 300 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai, uždaromi su permatomomis drelėmis. Drelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 450x290x260 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.</p> | <p><i>TAIP</i></p> <p>Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis 2300 mm, gylis 300 mm, aukštis 270 mm. Spintelėje yra penki skyriai, uždaromi su permatomomis drelėmis. Drelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai 450x290x260 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.</p> | CTSK, 32 psl. |
| 15.10. | <p>Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 1200 mm, gylis ne mažiau kaip 180 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai, uždaromi su permatomomis drelėmis. Drelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 370x290x170 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.</p> | <p><i>TAIP</i></p> <p>Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis 1200 mm, gylis 180 mm, aukštis 270 mm. Spintelėje yra trys skyriai, uždaromi su permatomomis drelėmis. Drelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai 370x290x170 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti 3 mm spinduliu. Pagaminta</p>                                                                    | CTSK, 32 psl. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 15.11. | Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. Ne mažiau 3 modulių ir vieno infuzinės pompos laikiklio, pritaikyti montuoti dvi slėginės infuzijos pompos.                                                                                            | <i>TAIP</i><br>Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. 3 modulių ir vieno infuzinės pompos laikiklio, pritaikyti montuoti dvi slėginės infuzijos pompos.                                                                                  | CTSK, 33 psl. |
| 15.12. | GMP automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defibriliatorius;</li> <li>• DPV aparatas;</li> <li>• Atsiurbėjas;</li> <li>• Kaklo įtvarai;</li> <li>• Gimdymo rinkinys;</li> <li>• Vaistai ir kiti medikamentai.</li> </ul> | <i>TAIP</i><br>GMP automobilio medicinos skyriuje yra papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defibriliatorius;</li> <li>• DPV aparatas;</li> <li>• Atsiurbėjas;</li> <li>• Kaklo įtvarai;</li> <li>• Gimdymo rinkinys;</li> </ul> Vaistai ir kiti medikamentai. | CTSK, 33 psl. |
| 15.13. | Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų.                                                                                                                                                                                      | <i>TAIP</i><br>Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų.                                                                                                                                                                  | CTSK, 33 psl. |
| 15.14. | Lašinės sistemos laikikliai ties paciento galvūgaliu. Ne mažiau trijų kabliukų.                                                                                                                                                                                                                                  | <i>TAIP</i><br>Lašinės sistemos laikikliai ties paciento galvūgaliu. Trijų kabliukų.                                                                                                                                                                                                                        | CTSK, 33 psl. |
| 15.15. | Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis.                                                                                                                                                                                                                    | <i>TAIP</i><br>Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis.                                                                                                                                                                                                | CTSK, 34 psl. |
| 15.16  | Papildoma 220V rozetė ant pertvaros ar lubose spausdintuvui.                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>TAIP</i><br>Papildoma 220V rozetė ant pertvaros spausdintuvui.                                                                                                                                                                                                                                           | CTSK, 34 psl. |
| 15.17. | Medicininio deguonies srauto matuoklis su                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTSK, 35 psl. |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|        | grietąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų su dozatoriumi ( deguonies kaukei pajungti ) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį.                                                                                                                               | Medicininio deguonies srauto matuoklis su grietąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų su dozatoriumi ( deguonies kaukei pajungti ) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį.                                                                                      |                                   |
| 15.18. | Portatyvinis montuojamas ant sienos infuzinių skysčių šildytuvas, palaikantis $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ laipsnių temperatūrą. Išmatavimai ne mažesni kaip 320x100x220 mm, svoris ne daugiau kaip 1100 g. 12V maitinimas, atitikimas direktyvai 93/42/EEC.                                                                                                                 | <i>TAIP</i><br>Portatyvinis montuojamas ant sienos infuzinių skysčių šildytuvas, palaikantis $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ laipsnių temperatūrą. Išmatavimai 330x100x240 mm, svoris 1100 g. 12V maitinimas, atitikimas direktyvai 93/42/EEC.                                                                                                                                   | Infuz port 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| 15.19. | Šaldytuvas. Tvirtinimai turi būti taip, kad būtų galima bet kada jį paimti iš GMP automobilio<br>Tipas – kompresorinis.<br>Naudingas tūris ne mažiau 7 litrai.<br>Pajungimo įtampa 12V.<br>Naudojama galia ne daugiau 70W.<br>Masė ne daugiau 11 kg.<br>Palaikoma temperatūra $4^{\circ}\text{C} \pm 1,5^{\circ}\text{C}$ .<br>Indikacinis temperatūros monitorius.<br>Aliarmo pranešimai. | <i>TAIP</i><br>Šaldytuvas.<br>Tvirtinimai yra taip padaryti, kad būtų galima bet kada jį paimti iš GMP automobilio<br>Tipas – kompresorinis.<br>Naudingas tūris ne mažiau 7 litrai.<br>Pajungimo įtampa 12V.<br>Naudojama galia 36W.<br>Masė 10,9 kg.<br>Palaikoma temperatūra $4^{\circ}\text{C} \pm 1,5^{\circ}\text{C}$ .<br>Indikacinis temperatūros monitorius.<br>Aliarmo pranešimai. | Saldytuvas<br>1,2 psl.            |
| 16.    | <b>Paruošimas radijo ryšiui:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 16.1.  | Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTSK 36 psl.                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | ryšio priemonėms (kompiuterinis lagaminas, navigacijos ekranas, planšetinis kompiuteris, radijo stotelė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms (kompiuterinis lagaminas, navigacijos ekranas, planšetinis kompiuteris, radijo stotelė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 17.   | <b>Neštuvų platforma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 17.1. | <p>Automobilyje turi būti įrengtas hidraulinis, švytavimus absorbuojantis neštuvų pagrindas. Nurodyti pavadinimą ir modelį. Hidropneumatinė pakaba automatiškai prisitaiko pagal paciento svorį; įgalina išvengti pavojingų smūgių ir švytavimo, kurie atsiranda važiuojant; Neštuvų pakrovimo aukštis keičiamas elektroninio valdymo pagalba ir operatorius gali keisti pakrovimo aukštį savo nuožiūra; neštuvų pakrovimo aukštis reguliuojamas ant pagrindo esančiais mygtukais;</p> <p>Pagrindas turi būti aprūpintas apsauginiais mechanizmais, kurie susidūrimo, autoįvykio atveju blokuoja visas pagrindines dalis;</p> <p>Esant avariniam srovės atjungimui, pagrindas turi nusileisti į žemiausią poziciją su nedideliu kampu, kad būtų galima lengvai ištraukti neštuvus;</p> <p>Kiekviena judanti dalis turi turėti specialų padengimą, kurį reikalui esant galima valyti, išsikišantys aštrūs kampai padengti gumos, plastiko paviršiumi;</p> <p>Maitinimas – 12V DC;</p> <p>Absorbavimo srovė, kai dirba hidraulinis arba pneumatinis siurblys ne daugiau kaip 50A.</p> <p>Nuotolinis valdymo pultas;</p> <p>Nerūdijančio plieno viršus;</p> <p>Svoris su nerūdijančio plieno viršumi ne daugiau 150 kg</p> <p>Šoninis poslinkis turi būti ne mažiau 200 mm.</p> <p>Reguliuojamas aukštis.</p> <p>Montuojamas paciento skyriaus viduryje. Galimybė pakelti pacientą ne mažiau kaip 1000 mm nuo automobilio grindų.</p> <p>Keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg.</p> | <p><i>TAIP</i></p> <p>Automobilyje busįrengtas hidraulinis, švytavimus absorbuojantis neštuvų pagrindas STEM Eden..</p> <p>Hidropneumatinė pakaba automatiškai prisitaiko pagal paciento svorį; įgalina išvengti pavojingų smūgių ir švytavimo, kurie atsiranda važiuojant;</p> <p>Neštuvų pakrovimo aukštis keičiamas elektroninio valdymo pagalba ir operatorius gali keisti pakrovimo aukštį savo nuožiūra; neštuvų pakrovimo aukštis reguliuojamas ant pagrindo esančiais mygtukais;</p> <p>Pagrindas yra aprūpintas apsauginiais mechanizmais, kurie susidūrimo, autoįvykio atveju blokuoja visas pagrindines dalis;</p> <p>Esant avariniam srovės atjungimui, pagrindas nusileidžia į žemiausią poziciją su nedideliu kampu, kad būtų galima lengvai ištraukti neštuvus;</p> <p>Kiekviena judanti dalis turi specialų padengimą, kurį reikalui esant galima valyti, išsikišantys</p> | Eden01-19 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>aštrūs kampai padengti gumos, plastiko paviršiumi;</p> <p>Maitinimas – 12V DC;</p> <p>Absorbavimo srovė, kai dirba hidraulinis arba pneumatinis siurblys 49A.</p> <p>Nuotolinis valdymo pultas;</p> <p>Nerūdijančio plieno viršus;</p> <p>Svoris su nerūdijančio plieno viršumi 140 kg</p> <p>Šoninis poslinkis 200 mm.</p> <p>Reguliuojamas aukštis.</p> <p>Montuojamas paciento skyriaus viduryje.</p> <p>Galimybė pakelti pacientą 1000 mm nuo automobilio grindų.</p> <p>Keliamoji galia 300 kg</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.   | <b>Kita saugumo įranga:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.1. | 2 kg milteliniai gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>TAIP</i></p> <p>2 kg milteliniai gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CTSK 36 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.2. | Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Bei peilis diržų perpjovimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>TAIP</i></p> <p>Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Bei peilis diržų perpjovimui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CTSK 36 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.   | <b>Pagrindiniai neštuvai:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.1. | <p>Neštuvų techniniai-funkciniai parametrai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pritaikyti reanimavimui, turintis tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu;</li> <li>2. nugaros atramos kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 75°;</li> <li>3. su komplektu saugos diržų apsaugoti pacientui transportavimo metu;</li> <li>4. neštuvai turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui;</li> <li>5. su neamortizuojančiu čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugariančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiantis nustatyti visas transportavimo pozicijas;</li> <li>6. patogiai sudedami (ne atlenkiami) porankiai;</li> <li>7. teleskopinis infuzinių skysčių</li> </ol> | <p><i>TAIP</i></p> <p><i>Nugaros atramos kampo reguliavimas iki 90°; neštuvų svoris 22 kg, apkrova 250 kg, kojų pakėlimo kampas 30°, kojų sulenkimo reguliavimo kampas 30°, ilgis 195 cm, plotis 55,5 cm. Ferno, RS6 Strecher.</i></p> <p><i>Ratukų skersmuo 15 cm; plotis 4,4 cm, aukščio reguliavimo 8 padėtis intervale nuo 300 cm iki 104,5 cm, transporterio apkrova 270 kg, bendras neštuvų nuosavas</i></p>                                                                                         | <p><i>Pagrindinių neštuvų brošiūra.pdf. 1, 2 psl.</i></p> <p><i>Pagrindinių neštuvų brošiūra.1.pdf. 1, 2 psl.</i></p> <p><i>Tvirtinimo instrukcija.pdf. 1 psl.</i></p> <p><i>Nestuvu ir tvirtinimo atitikties deklaracija.pdf.</i></p> <p><i>Nestuvu atitikties deklaracija.pdf.</i></p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       | <p>laikiklis;</p> <p>8. ištraukiamos (prailginamos) nešimo rankenos;</p> <p>10. neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 25 kg;</p> <p>11. leistina neštuvų apkrova ne mažiau 220 kg.</p> <p>12. kojų pakėlimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 17<sup>0</sup></p> <p>13. kojų sulenkimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 30<sup>0</sup></p> <p>14. Ilgis ne mažiau 190 cm, plotis ne mažiau 55 cm</p> <p>15. prailginama ištraukiama galvinė dalis su pagalve</p> <p>Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį.</p> <p>Pagrindinių neštuvų transporterio techniniai-funkciniai parametrai:</p> <p>1. neštuvų pakrovimas/iškrovimas iš automobilio atliekamas vieno žmogaus;</p> <p>2. ratukų skersmuo ne mažiau 15 cm; plotis iki 5 cm;</p> <p>3. dviejų pakopų neštuvų važiuoklės fiksavimo sistema (apsauganti neštuvus nuo nekontroliuojamo važiuoklės susilankstymo);</p> <p>4. neštuvų transporteris turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui;</p> <p>5. greito ir saugaus neštuvų sukabinimo su neštuvų pagrindu sistema;</p> <p>6. aukščio reguliavimas – ne mažiau septynios padėties 33-100 cm intervale;</p> <p>7. ne mažiau dveji ratukai su stabdžiais;</p> <p>8. galima plauti aukšto slėgio vandens srove;</p> <p>9. su keturiais pasukamais ratukais (kampu 360 laipsnių), priekiniai ratukai fiksuojami;</p> <p>10. leistina transporterio apkrova ne mažiau 225 kg;</p> <p>11. bendras neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 55 kg (be diržų ir čiužinio);</p> <p>12. ne mažesnis kaip 75 cm pakrovimo į automobilį aukštis;</p> <p>13. neštuvų tvirtinimo sistema prie neštuvų platformos testuota 10G pagreičiu.</p> <p>14. Pateikiama CE atitikties deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui.</p> <p>Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį.</p> | <p>svoris 50 kg,</p> <p>pakrovimo aukštis iki 79 cm, pateikiamos CE atitikties deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui. Ferno, Mondial Transporter ST70</p> |                                       |
| 20.   | <b>Komplektuojamos įrangos parametrai ir reikalavimai. Mechaninis kraujospūdžio matavimo prietaisas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                       |
| 20.1. | <p>Mechaninis. Su manometro skale.</p> <p>Manometras įmontuotas į kriaušės ir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TAIP</p>                                                                                                                                               | <p>DS54, Welch Allyn/Hillrom/Baxt</p> |

|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | vožtuvo korpusą                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | <i>er</i><br><i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 23</i><br><i>psl.</i> |
| 20.2. | Matavimo ribos 20-300 mmHg                                                                                                                                                                    | <i>Matavimo ribos 0-300 mmHg</i>                                                                                                                                                                                        | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 41</i><br><i>psl.</i>              |
| 20.3. | Matavimo diskretiškumas ne didesnis kaip 2 mm Hg                                                                                                                                              | <i>Matavimo diskretiškumas 2 mm Hg</i>                                                                                                                                                                                  | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 41</i><br><i>psl.</i>              |
| 20.4. | Kriaušė tvirtinama prie manometro korpuso                                                                                                                                                     | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 23</i><br><i>psl.</i>              |
| 20.5. | Manometro korpuso skersmuo 50 mm ± 2 mm                                                                                                                                                       | <i>Manometro korpuso skersmuo 50 mm</i>                                                                                                                                                                                 | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 46</i><br><i>psl.</i>              |
| 20.6. | Manometrai atitinka AAMI standartų atsparumo smūgiams reikalavimams - gali atlaikyti kritimą iš 76 cm aukščio ir nereikalauja pakartotino kalibravimo. Prašome pridėti įrodantį patvirtinimą. | <i>TAIP</i><br><i>Manometrai atitinka AAMI standartų atsparumo smūgiams reikalavimams - gali atlaikyti kritimą iš 76 cm aukščio ir nereikalauja pakartotino kalibravimo.</i><br><i>Deklaracija dėl standartų priede</i> | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 47</i><br><i>psl.</i>              |
| 20.7. | Skalė juodos arba baltos spalvos                                                                                                                                                              | <i>Skalė baltos spalvos</i>                                                                                                                                                                                             | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 23</i><br><i>psl.</i>              |
| 20.8. | Oro išleidimo vožtuvas atsukamas                                                                                                                                                              | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Mechaninio</i><br><i>kraujospūdžio</i><br><i>matavimo</i><br><i>prietaiso</i><br><i>aprašymas.pdf. 23,</i>                            |

|        |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                             |                                             | 46 psl.;                                                                            |
| 20.9.  | Manžetė vienos dalies su lipdukais suaugusiam (be guminio įdėklo viduje), lengvai valoma ir dezinfekuojama, padengta antibakterine danga, be latekso        | TAIP                                        | <u>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 51 psl.</u>           |
| 20.10. | Galimybė lengvai prijungti įvairių dydžių manžetes su greito atjungimo/prijungimo sistema                                                                   | TAIP                                        | <u>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 52 psl.</u>           |
| 20.11. | Galimybė naudoti įvairaus dydžio manžetes                                                                                                                   | TAIP                                        | <u>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 53 psl.</u>           |
| 20.12. | Garantija manometro kalibravimui – min. 5 metai                                                                                                             | Garantija manometro kalibravimui – 5 metai. | <u>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 41 psl.</u>           |
| 20.13. | CE atitikties sertifikatas arba lygiavertis (pateikti tai įrodantį dokumentą).                                                                              | Pateikiamas CE atitikties sertifikatas      | <u>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 54 psl.</u>           |
| 21.    | <b>Daugkartinė manžetė</b>                                                                                                                                  |                                             |                                                                                     |
| 21.1.  | Daugkartinio naudojimo pagaminta iš audinio, atsparaus dezinfekcinėm medžiagom, lengvai valoma ir dezinfekuojama, padengta antibakterine danga, be latekso. | TAIP                                        | <u>Manžetės aprašymas.pdf. 2, 3 psl.</u><br><u>Manžetės instrukcija.pdf. 1 psl.</u> |
| 21.2.  | Vienos dalies manžetė su lipdukais (be guminio įdėklo viduje).                                                                                              | TAIP                                        | <u>Manžetės aprašymas.pdf. 1 psl.</u>                                               |
| 21.3.  | Be metalinio žiedo.                                                                                                                                         | TAIP                                        | <u>Manžetės aprašymas.pdf. 1 psl.</u>                                               |
| 21.4.  | Turinti Flexiport arba analogišką jungtį.                                                                                                                   | Turinti Flexiport jungtį.                   | <u>Manžetės aprašymas.pdf. 1 psl.</u>                                               |
| 21.5.  | Suteikiama garantija ne mažiau 3 metai.                                                                                                                     | Suteikiama garantija 3 metai.               | <u>Manžetės aprašymas.pdf. 2 psl.</u>                                               |
| 21.6.  | Daugkartinį manžėčių dydžiai:                                                                                                                               |                                             | <u>Manžetės aprašymas.pdf. 4 psl.</u>                                               |
|        | DYDIS                                                                                                                                                       | APIMTIS (+1 cm)                             |                                                                                     |
|        | Naujagimis (mažas)                                                                                                                                          | 7-10 cm                                     |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                             | 7-10 cm 2                                   |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                             | 9-13 cm 2                                   |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                             | 12-16 cm 2                                  |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                             | 15-21 cm 2                                  |                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Naujagimis                                                                                                                                                                                                  | 9-13 cm  | <del>20-26 cm</del>                                                                                                                                                                          | <del>10</del> |                                                                                                                                                     |
|       | Vaikas (mažas)                                                                                                                                                                                              | 12-16 cm | <del>25-34 cm</del>                                                                                                                                                                          | <del>10</del> |                                                                                                                                                     |
|       | Vaikas                                                                                                                                                                                                      | 15-21 cm | <del>32-43 cm</del>                                                                                                                                                                          | <del>10</del> |                                                                                                                                                     |
|       | Suaugęs (mažas)                                                                                                                                                                                             | 20-26 cm | <del>40-55 cm</del>                                                                                                                                                                          | <del>10</del> |                                                                                                                                                     |
|       | Suaugęs                                                                                                                                                                                                     | 25-34 cm |                                                                                                                                                                                              | 10            |                                                                                                                                                     |
|       | Suaugęs (didelis)                                                                                                                                                                                           | 32-43 cm |                                                                                                                                                                                              | 10            |                                                                                                                                                     |
|       | Šlaunis                                                                                                                                                                                                     | 40-55 cm |                                                                                                                                                                                              | 10            |                                                                                                                                                     |
| 22.   | <b>Kraujospūdžio matavimo vamzdelis.</b>                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                     |
| 22.1. | Daugkartinio naudojimo vamzdelis skirtas naudoti su mechaniniu kraujospūdžio matavimo prietaisu.                                                                                                            |          | TAIP                                                                                                                                                                                         |               | <i>Kraujospūdžio matavimo vamzdelio aprašymas.pdf. 1 psl.</i>                                                                                       |
| 22.2. | Pagamintas iš gumos atsparios deformacijoms.                                                                                                                                                                |          | TAIP                                                                                                                                                                                         |               | <i>Kraujospūdžio matavimo vamzdelio aprašymas.pdf. 1 psl.</i>                                                                                       |
| 22.3. | Vamzdelio ilgis ne mažiau 30 cm.                                                                                                                                                                            |          | Vamzdelio ilgis 33,02 cm.                                                                                                                                                                    |               | <i>Kraujospūdžio matavimo vamzdelio aprašymas.pdf. 1 psl.</i>                                                                                       |
| 23.   | <b>Kraujospūdžio matavimo kriaušė</b>                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                     |
| 23.1. | Daugkartinio naudojimo.                                                                                                                                                                                     |          | TAIP                                                                                                                                                                                         |               | <u><i>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 41 psl.</i></u>                                                                    |
| 23.2. | Su pritvirtintu metaliniu vožtuvu ir jungtimi prijungti kraujospūdžio matavimo vamzdelį.                                                                                                                    |          | TAIP                                                                                                                                                                                         |               | <i>Nuotrauka vožtuvo.jpg.</i><br><i>Nuotrauka kriaušės.jpg.</i><br><u><i>Mechaninio kraujospūdžio matavimo prietaiso aprašymas.pdf. 23 psl.</i></u> |
| 24.   | <b>Defibriliatorius su monitoriumi</b>                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                     |
| 24.1. | Defibriliatoriaus impulso forma. Bifazinis impulsas su kompensacija pagal paciento varžą.                                                                                                                   |          | TAIP                                                                                                                                                                                         |               | <i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 328 psl.</i>                                                                                                  |
| 24.2. | 1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas - 1 -200 J, ne siauriau<br>2. Energijos keitimo žingsnis - Ne daugiau 50J intervale nuo 1 iki siūlomo defibriliatoriaus maksimalios energijos. |          | 1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas - 1 -200 J.<br><br>2. Energijos keitimo žingsnis – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 85, 100, 120, 150, 200 J. |               | <i>X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 24.3.  | Defibriliatoriaus darbo režimai - Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAIP                                                                                                                                                                                                                | <i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 17, 27 psl.</i>        |
| 24.4.  | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė - Iki 200 J ne daugiau nei 10 s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Iki 200 J per 7 s.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.</i>                |
| 24.5.  | Defibriliacijos krūvio nustatymas - Nuo defibriliacijos elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAIP                                                                                                                                                                                                                | <i>X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.</i>                |
| 24.6.  | Defibriliacijos elektrodai - Išoriniai daugkartinio naudojimo suaugusiems arba Vienkartiniai elektrodai vaikiški ir suaugusiems.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAIP                                                                                                                                                                                                                | <i>X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.</i>                |
| 24.7.  | Automatinis defibriliavimo režimas - garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s.                                                                                                                                                                                              | <i>Automatinis defibriliavimo režimas - garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas 9 s.</i> | <i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 187-196, 364 psl.</i>  |
| 24.8.  | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumulatoriaus naudojant 200 J energiją - ne mažiau 100 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.                                                                                                                                                                                                                           | <i>Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumulatoriaus naudojant 200 J energiją - 300 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo</i>                               | <i>X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl.</i>                |
| 24.9.  | Metronomo funkcija ir paspaudimo gylio matavimas, skirtas suaugusių gaivinimui: 1. Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymas, pagal gaivinimo standartą bei paspaudimų gylio (cm), dažnio (k./min), taisyklingos krūtinės ląstos dekompresijos rodiklio ir perfuzijos rodiklio atvaizdavimas realiu laiku ekrane. 2. Skaitmeninis filtras leidžiantis stebėti ekrane EKG be trikdžių, krūtinės ląstos paspaudimo metu. | TAIP                                                                                                                                                                                                                | <i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 254, 257, 263 psl.</i> |
| 24.10. | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka - būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAIP                                                                                                                                                                                                                | <i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 233 psl.</i>           |
| 24.11. | Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti - tęstinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą.                                                                                                                                                                                                                                                       | TAIP                                                                                                                                                                                                                | <i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 317 psl.</i>           |



|        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.    | <b>Transkutaninio stimulatoriaus charakteristikos</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 25.1.  | Stimuliacija - sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai.                                                                                                                                                           | TAIP                                                                                                                            | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                   |
| 25.2.  | Stimuliacijos dažnių diapazonas - ne siauresnis nei nuo 30 iki 180 imp./min.                                                                                                                                           | Stimuliacijos dažnių diapazonas - nuo 30 iki 180 imp./min.                                                                      | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                   |
| 25.3.  | Stimuliacijos impulso forma - monofazinė.                                                                                                                                                                              | TAIP                                                                                                                            | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                   |
| 25.4.  | Stimuliavimo srovė - diapazonas nuo 0 iki 140 mA, ne siauresnis.                                                                                                                                                       | Stimuliavimo srovė - diapazonas nuo 0 iki 140 mA                                                                                | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                   |
| 26.    | <b>Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 26.1.  | Ekranas: integruotas LCD skystųjų kristalų, spalvotas su galimybe pakeisti į monochrominį priklausomai nuo aplinkos apšvietimo.                                                                                        | TAIP                                                                                                                            | X-Series advanced instrukcija.pdf. 63, 66, 340 psl.                                      |
| 26.2.  | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: 1. Ne mažiau 8 val. trukmės, 2. SpO2, 3. Širdies susitraukimų dažnis.                                                                                   | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: 1. 24 val. trukmės, 2. SpO2, 3. Širdies susitraukimų dažnis.     | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.<br><br>X-Series advanced instrukcija.pdf. 51 psl. |
| 26.3.  | Įstrižainė ir raiška - ne mažiau 16 cm; 640x480 taškų.                                                                                                                                                                 | Įstrižainė ir raiška - 16,56 cm; 640x480 taškų.                                                                                 | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                   |
| 26.4.  | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius - ne mažiau 3 kreivių.                                                                                                                                                   | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius - 4 kreivės.                                                                      | X-Series advanced instrukcija.pdf. 72 psl.                                               |
| 26.5.  | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius - ne mažiau 12 derivacijų.                                                                                                                                                       | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius - 12 derivacijų.                                                                          | X-Series advanced instrukcija.pdf. 197 psl.                                              |
| 26.6.  | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių, 2. Analizė ir žodinė interpretacija EKG užrašo apimanti širdies aritmijas ir ST segmento pokyčius, analizės rezultatas atvaizduojamas ekrane. | TAIP                                                                                                                            | X-Series advanced instrukcija.pdf. 199, 200, 205 psl.                                    |
| 26.7.  | EKG amplitudės dydžiai - diapazonas ne siauresnis 0,125 – 4 cm/mV.                                                                                                                                                     | EKG amplitudės dydžiai - diapazonas 0,125 – 4 cm/mV.                                                                            | X-Series advanced instrukcija.pdf. 341 psl.                                              |
| 26.8.  | ŠSD matavimų aliarmų ribos - ne siauresnis nei nuo 30 iki 280 k/min.                                                                                                                                                   | ŠSD matavimų aliarmų ribos - nuo 30 iki 300 k/min.                                                                              | X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl.                                                   |
| 26.9.  | Duomenų atminties talpa - ne mažiau 400 įvykių ir 32 ekrano vaizdų (monitoravimas, defibriliavimas, stimuliavimas, terapinės procedūros).                                                                              | Duomenų atminties talpa - 500 įvykių ir 32 ekrano vaizdų (monitoravimas, defibriliavimas, stimuliavimas, terapinės procedūros). | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                   |
| 26.10. | Duomenų perdavimas - Wifi, Bluetooth,                                                                                                                                                                                  | Duomenų perdavimas                                                                                                              | X-Series advanced                                                                        |

|       |                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | mobilaus telefono modemas USB ar analogiška sąsaja duomenų (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį. | - Wifi, Bluetooth, mobilaus telefono modemas, USB sąsaja duomenų (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį. | instrukcija.pdf. 289 psl.                                                             |
| 27.   | <b>Spausdintuvo charakteristikos</b>                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 27.1. | Integruotas spausdintuvas – ne mažiau 3 kanalų terminis.                                                                       | Integruotas spausdintuvas – 3 kanalų terminis.                                                                                       | X-Series advanced brosiura.pdf. 1 psl.                                                |
| 27.2. | Užrašymo greičiai - ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 50 mm/s.                                                  | Užrašymo greičiai - du EKG užrašymo greičiai 25 mm/s ir 50 mm/s.                                                                     | X-Series advanced instrukcija.pdf. 343 psl.                                           |
| 27.3. | Spausdinimo įjungimas/išjungimas - iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės.                           | TAIP                                                                                                                                 | X-Series advanced instrukcija.pdf. 59, 63 psl.                                        |
| 27.4. | Popieriaus plotis - ne mažiau 80 mm.                                                                                           | Popieriaus plotis - 80 mm.                                                                                                           | X-Series advanced instrukcija.pdf. 343 psl.                                           |
| 28.   | <b>SpO2 modulis</b>                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 28.1. | Matavimo ribos - Masimo SET technologija, atspari judesio artefaktams ir žemai perfuzijai, ne siauresnės nuo 1 iki 100%.       | Matavimo ribos - Masimo SET technologija, atspari judesio artefaktams ir žemai perfuzijai, nuo 1 iki 100%.                           | X-Series advanced instrukcija.pdf. 348 psl.<br>X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl. |
| 28.2. | Matavimo paklaida - ne daugiau +/-2.0 skaičiai diapazone 70-100 %.                                                             | Matavimo paklaida - +/-2.0 % diapazone 70-100 %.                                                                                     | X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl.                                                |
| 28.3. | Duomenų indikacija - SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane.                                                       | TAIP                                                                                                                                 | X-Series advanced instrukcija.pdf. 51, 311 psl.                                       |
| 28.4. | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės - nuo 25 iki 240 k/min.                                                                | ŠSD dažnio matavimo ribos - nuo 25 iki 240 k/min.                                                                                    | X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl.                                                |
| 29.   | <b>AKS modulis</b>                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 29.1. | AKS matavimo diapazonas - ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg.                                                               | Matavimo ribos - Masimo SET technologija, atspari judesio artefaktams ir žemai perfuzijai, nuo 1 iki 100%.                           | X-Series advanced instrukcija.pdf. 348 psl.<br>X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl. |
| 29.2. | Automatinio AKS matavimo laiko intervalas - ne siauresnis nei nuo 2,5 iki 60 min                                               | Matavimo paklaida - +/-2.0 % diapazone 70-100 %.                                                                                     | X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl.                                                |
| 29.3. | Manžetės apsauga nuo viršslėgio – būtina.                                                                                      | TAIP                                                                                                                                 | X-Series advanced instrukcija.pdf. 51, 311 psl.                                       |
| 29.4. | Parametrų rodymas ekrane - sistolinis,                                                                                         | ŠSD dažnio matavimo                                                                                                                  | X-Series advanced                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | diastolinis, vidutinis AKS.                                                                                                                                                             | ribos - nuo 25 iki 240 k/min.                                                                                                                                        | brošiura.pdf. 2 psl.                                                            |
| 30.   | <b>Kapnometrijos matavimo modulis</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 30.1. | Matavimo principas - šoninio srauto („microstream“) arba lygiavertis                                                                                                                    | Matavimo principas - šoninio srauto („microstream“)                                                                                                                  | X-Series advanced brošiura.pdf. 2 psl.                                          |
| 30.2. | Mėginio paėmimo srautas - 50 ± 15 ml/min.                                                                                                                                               | Mėginio paėmimo srautas - 50 ml/min.                                                                                                                                 | X-Series advanced instrukcija.pdf. 346 psl.                                     |
| 30.3. | CO <sub>2</sub> matavimo ribos - ne siauresnės nei nuo 0 iki 140 mmHg                                                                                                                   | CO <sub>2</sub> matavimo ribos - nuo 0 iki 150 mmHg                                                                                                                  | X-Series advanced brošiura.pdf. 2 psl.                                          |
| 30.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos - ne siauresnės nuo 0 iki 140 k/min.                                                                                                                    | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos - nuo 0 iki 149 k/min.                                                                                                               | X-Series advanced brošiura.pdf. 2 psl.                                          |
| 31.   | <b>Energijos šaltinis</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 31.1. | Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas - ne daugiau 4,5 valandų.                                                                                                                      | Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas - 4 valandos.                                                                                                               | X-Series advanced instrukcija.pdf. 343 psl.                                     |
| 31.2. | Akumuliatorius: 1. Ličio jonų arba lygiavertis akumuliatorius, 2.Pasikrovimo indikacija ant akumuliatoriaus, 3.Garsinis signalas senkant akumuliatoriui.                                | Akumuliatorius: 1. Ličio jonų akumuliatorius, 2.Pasikrovimo indikacija ant akumuliatoriaus, 3.Garsinis signalas senkant akumuliatoriui.                              | X-Series advanced instrukcija.pdf. 29, 343 psl.                                 |
| 31.3. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus - ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.                                          | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus - 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.                                 | X-Series advanced brošiura.pdf. 2 psl.                                          |
| 31.4. | Specialus automobilinis laikiklis - sertifikuotas pagal 10G standartą, leidžiantis krauti akumuliatorių automatiškai po defibriliatoriaus tvirtinimo prie laikiklio.                    | Specialus automobilinis laikiklis - sertifikuotas pagal 10G standartą, leidžiantis krauti akumuliatorių automatiškai po defibriliatoriaus tvirtinimo prie laikiklio. | Laikiklio atitikties deklaracija.pdf. 1 psl.<br>Laikiklio aprašymas.pdf. 1 psl. |
| 31.5. | Aparato svoris su visais priedais ir akumuliatoriumi (be sieninio laikiklio) - ne daugiau 9 kg.                                                                                         | 5,3 kg.                                                                                                                                                              | X-Series advanced brošiura.pdf. 1 psl.                                          |
| 31.6. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis - darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo 0°C iki 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 15 iki 95%. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis - darbinės temperatūros diapazonas nuo 0°C                                                       | X-Series advanced brošiura.pdf. 1 psl.                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>iki 50°C, santykinės drėgmės nuo 15 iki 95%.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| 31.7.  | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją:<br>a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX5,<br>b) Atsparumas smūgiams – atlaiko kritimą ne mažiau kaip iš 1,5 m,<br>c) Vibracija MIL-STD-810G arba lygiavertis,<br>d) CE atitikties deklaracija,<br>e) atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP5X. | a) <i>Vandens rezistentiškumo standartas –IPX5,</i><br>b) <i>Atsparumas smūgiams – atlaiko kritimą iš 2 m,</i><br>c) <i>Vibracija MIL-STD-810G,</i><br>d) <i>CE atitikties deklaracija,</i><br>e) <i>atsparumas kietoms detalėms - IP5X.</i>                                                                                                     | <i>X-Series advanced brosiura.pdf. 2 psl.</i><br><br><i>X-Series advanced instrukcija.pdf. 344 psl.</i><br><br><i>Atitikties deklaracija.pdf. 1 psl.</i> |
| 31.8.  | Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėnesiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>24 mėnesiai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Tiekėjo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                                   |
| 31.9.  | Privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (bukletus, brošiūras ar kitą informacinę medžiagą) - būtina.                                                                                                                                                                           | <i>Brošiūra, instrukcija, atitikties deklaracijos</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>X-Series advanced brosiura.pdf.</i><br><i>Atitikties deklaracija.pdf.</i><br><br><i>X-Series advanced instrukcija.pdf.</i>                            |
| 31.10. | Defibriliatoriaus komplektacija: vienkartiniai suaugusių defibriliavimo elektrodai (3 vnt.), vaikiški vienkartiniai defibriliavimo elektrodai (1 vnt.), paciento EKG kabelis (1 vnt.), el. maitinimo laidas, 12VDC vnt., EKG popierius (1 vnt.), transportinis krepšys ( 1 vnt.), tvirtinimas automobilyje.                                                     | <i>TAIP</i><br><br><i>Defibriliatoriaus komplektacija: vienkartiniai suaugusių defibriliavimo elektrodai (3 vnt.), vaikiški vienkartiniai defibriliavimo elektrodai (1 vnt.), paciento EKG kabelis (1 vnt.), el. maitinimo laidas, 12VDC vnt., EKG popierius (1 vnt.), transportinis krepšys ( 1 vnt.), tvirtinimas automobilyje ( 1 vnt. ).</i> | <i>Tiekėjo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                                   |
| 32.    | <b>Nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| 32.1.  | Gamintojas, modelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>ZOLL Medical Corporation, EMV+</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| 32.2.  | Aparatas pritaikytas kūdikių nuo 5 kg plaučių dirbtinei ventiliacijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                                                                                         |
|        | Ventiliacijos režimai: a) Tūriu kontroliuojama ventiliacija (ACV), b) Slėgiu kontroliuojama ventiliacija (ACP),                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>EMV+ instrukcija.pdf. 1, 52 psl.</i>                                                                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|        | c) Tūriu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija (SIMVV), d) Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija (SIMVP), e) Dvigubo lygio ventiliacija aukštesnio įkvėpimo slėgio ventiliacija (IPAP), f) Dvigubo lygio ventiliacija mažesnio iškvėpimo slėgio ventiliacija (EPAP), g) Tūriu kontroliuojama pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAPV), h ) Slėgiu kontroliuojama pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAPP), i) Rankinė ventiliacija. |                                                                                                                      |                                         |
| 32.3.  | Aparato svoris ne daugiau kaip 4,5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Aparato svoris 4,4 kg.</i>                                                                                        | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |
| 32.4.  | Aparatas turi LCD ekraną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>TAIP</i>                                                                                                          | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |
| 32.5.  | Aparato ekrane pateikiamos šių parametrų vertės skaitine išraiška: a) Deguonies koncentracija (FiO2), b) Maksimalus įkvėpimo slėgis (PIP), c) Įkvėpimo tūris (Vt), d) Kvėpavimo dažnis (BPM), e) Minutinis tūris (Vmin), f) Vidutinis slėgis paciento kvėpavimo kontūre (MAP), g) Triggeris (Trigger), h) Įkvėpimo laikas (Ti)                                                                                                                                                                   | <i>TAIP</i>                                                                                                          | <i>EMV+ instrukcija.pdf. 1, 73 psl.</i> |
| 32.6.  | Aparato korpuse įmontuoti tiesioginio valdymo mygtukai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i>                                                                                                          | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |
| 32.7.  | Aparatas turi greito pasirinkimo valdymo rankenėlę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>TAIP</i>                                                                                                          | <i>EMV+ instrukcija.pdf. 1, 30 psl.</i> |
| 32.8.  | Aparatas turi galimybę valdyti ventiliacijos-kvėpavimo dažnį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 k./min. iki 80 k./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>TAIP</i><br><br><i>Aparatas turi galimybę valdyti ventiliacijos-kvėpavimo dažnį nuo 1 k./min. iki 80 k./min..</i> | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |
| 32.9.  | Aparatas turi galimybę valdyti įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1:99 iki 4.0:1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>TAIP</i><br><br><i>Aparatas turi galimybę valdyti įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykį nuo 1:99 iki 4.0:1.0</i>       | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |
| 32.10. | Aparatas turi galimybę reguliuoti dujų srautą ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 l/min. iki 100 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>TAIP</i><br><br><i>Aparatas turi galimybę reguliuoti dujų srautą nuo 0 l/min. iki 100 l/min.</i>                  | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |
| 32.11. | Aparatas turi galimybę reguliuoti teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje palaikymą (PEEP) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 cm H2O iki 30 cm H2O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>TAIP</i><br><br><i>Aparatas turi galimybę reguliuoti</i>                                                          | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>teigiamo slėgio<br/>iškvėpimo pabaigoje<br/>palaikymą (PEEP)<br/>nuo 0 cm H<sub>2</sub>O iki 30<br/>cm H<sub>2</sub>O.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 32.12. | Aparatas turi galimybę reguliuoti srauto trigerio jautrumą ne siauresnėse ribose kaip nuo -0.5 iki -6.0 cm H <sub>2</sub> O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>TAIP</i><br><br><i>Aparatas turi<br/>galimybę reguliuoti<br/>srauto trigerio<br/>jautrumą nuo -0.5 iki -<br/>6.0 cm H<sub>2</sub> O.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>EMV+<br/>brošiura.pdf. 2 psl.</i>         |
| 32.13. | Aparatas turi galimybę reguliuoti vienkartinį įkvėpimo tūrį ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 ml iki 2000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>TAIP</i><br><br><i>Aparatas turi<br/>galimybę reguliuoti<br/>vienkartinį įkvėpimo<br/>tūrį nuo 50 ml iki 2000<br/>ml.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>EMV+<br/>brošiura.pdf. 2 psl.</i>         |
| 32.14. | Aparatas ekrane atvaizduoja slėgio ir srauto kreivę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>EMV+<br/>brošiura.pdf. 2 psl.</i>         |
| 32.15. | Aparato darbui tiekiamų deguonies dujų slėgio ribos ne siauresnės kaip nuo 3 bar iki 6 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Aparato darbui<br/>tiekiamų deguonies<br/>dujų slėgio ribos nuo<br/>2,8 bar iki 6 bar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>EMV+<br/>instrukcija.pdf. 10<br/>psl.</i> |
| 32.16. | Aparate integruota turbina (orapūtė), kuri leidžia ventiliuoti pacientą neprijungus prie išorinio deguonies šaltinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>EMV+<br/>instrukcija.pdf. 29<br/>psl.</i> |
| 32.17. | Aparatas yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>EMV+<br/>brošiura.pdf. 2 psl.</i>         |
| 32.18. | Aparato atsparumas aplinkos veiksniams: apsauga nuo pažeidimų, atsparumas dulkėms: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas 510.4, procedūra 1; apsauga nuo pažeidimų, atsparumas lietai: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas, procedūra 1; atsparumas smūgiams 20g; kritimo testas – 26 kritimai iš 120 centimetrų aukščio ant visų paviršių.<br><br>Aparato atsparumas aplinkos veiksniams: apsauga nuo pažeidimų, atsparumas dulkėms: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas 510.4, procedūra 1; apsauga nuo pažeidimų, atsparumas lietai: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas 506.4, procedūra 1; atsparumas smūgiams 20g; kritimo testas – 26 kritimai iš 120 centimetrų aukščio ant visų paviršių. | <i>Aparato atsparumas<br/>aplinkos veiksniams:<br/>apsauga nuo<br/>pažeidimų,<br/>atsparumas dulkėms:<br/>MIL standartas 810F,<br/>testavimo metodas<br/>510.4, procedūra 1;<br/>apsauga nuo<br/>pažeidimų,<br/>atsparumas lietai:<br/>MIL standartas 810F,<br/>testavimo metodas<br/>506.4, procedūra 1;<br/>atsparumas smūgiams<br/>20g; kritimo testas –<br/>26 kritimai iš 120<br/>centimetrų aukščio ant<br/>visų paviršių.</i> | <i>EMV+<br/>brošiura1.pdf. 4<br/>psl.</i>    |
| 32.19. | Aparato darbinis temperatūros diapazonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Aparato darbinis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>EMV+</i>                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ne siauresnis kaip nuo - 25 °C iki +45°C                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>temperatūros diapazonas nuo - 25 °C iki +49°C.</i>                                                                                                                                      | <i>brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                                         |
| 32.20. | Aparatas autonomiškai veikia iš vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 10 ventiliacijos valandų, esant gamykliniams nustatymams. Išsikrovusios baterijos įkrovimas iki 80 procentų ne daugiau kaip per 2 valandas.                                                                               | <i>Aparatas autonomiškai veikia iš vidinio akumuliatoriaus 10 ventiliacijos valandų, esant gamykliniams nustatymams. Išsikrovusios baterijos įkrovimas iki 90 procentų per 2 valandas.</i> | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                                    |
| 32.21. | Aparato ekrane atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis.                                                                                                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                                    |
| 32.22. | Aparatas turi šią išmaniąją (teikia pagal prioritetą operatoriui pranešimus ekrane, kai reaguojama, atsakoma į aliarmus) garsinę ir vaizdinę aliarmų sistemą: a) dujų slėgio, b) maksimalus slėgis, c) minimalus slėgis, d) baterijos išsikrovimo, e) paciento sistemos integralumo, f) apnėjos. | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                | <i>EMV+ instrukcija.pdf. 77, 82, 86 psl.</i><br><i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>                    |
| 32.23. | Aparatas turi galimybę išjungti garsinį aliarmą ne mažiau kaip iki 120 s trukmei.                                                                                                                                                                                                                | <i>Aparatas turi galimybę išjungti garsinį aliarmą 120 s trukmei.</i>                                                                                                                      | <i>EMV+ instrukcija.pdf. 77 psl.</i>                                                                |
| 32.24. | Išmatavimai ne didesni kaip: plotis 250 mm, aukštis 350 mm, gylis 125 mm.                                                                                                                                                                                                                        | <i>Išmatavimai: plotis 203 mm, aukštis 318 mm, gylis 114 mm.</i>                                                                                                                           | <i>EMV+ brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                                    |
| 32.25. | Aparatas komplektuojamas su: a) aparato laikikliu į GMP automobilį, b) paciento kvėpavimo kontūrą (vienkartinio naudojimo) – ne mažiau kaip 10 vnt., c) transportavimo krepšiu.                                                                                                                  | <i>Aparatas komplektuojamas su: a) aparato laikikliu į GMP automobilį, b) paciento kvėpavimo kontūrą (vienkartinio naudojimo) – 10 vnt., c) transportavimo krepšiu.</i>                    | <i>Tiekejo deklaracija.pdf</i>                                                                      |
| 33.    | <b>Ligonio transportavimo lenta su priedais</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| 33.1.  | Skirta nukentėjusiojo, pernešimui, imobilizavimui ir transportavimui taip pat evakavimui iš sunkiai prieinamų vietų įtarus stuburo traumą (pateikti markę ir modelį, prisegti aprašymą ir atitikties deklaraciją)                                                                                | <i>BaXstrap Spineboard, Green Atitikties deklaracija</i>                                                                                                                                   | <i>Baxstrap instrukcija.en.pdf. 1 psl.</i><br><i>BaXstrap EU atitikties deklaracija.pdf. 1 psl.</i> |
| 33.2.  | Komplektacija: lenta – 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                | <i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 1 psl.</i>                                            |
| 33.3.  | Diržai ligonio fiksavimui prie lentos su laidaus rentgeno spinduliams plastiko                                                                                                                                                                                                                   | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                | <i>BaXstrap leaflets.pdf. 2 psl.</i>                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | sagtimi priekyje ir karabinėmis sąsagomis galuose ne mažiau kaip 3 vnt.                                                                                                             | 3 vnt.                                                                        |                                                                                                        |
| 33.4.  | Sistema galvos fiksavimui – 1 vnt., TAIP.                                                                                                                                           | Sistema galvos fiksavimui – 1 vnt. <i>Baxstrap instrukcija.en.pdf. 1 psl.</i> |                                                                                                        |
| 34.    | <b>Lenta:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                        |
| 34.1.  | Pagaminta iš armuoto, laidaus rentgeno spinduliams plastiko. Be latekso.                                                                                                            | TAIP                                                                          | <i>Baxstrap instrukcija.en.pdf. 1 psl.</i><br><i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 2 psl.</i> |
| 34.2.  | Lentos kraštuose esantys tarpai suteikia galimybę įvairiais būdais imobilizuoti pacientą.                                                                                           | TAIP                                                                          | <i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 2 psl.</i><br><i>BaXstrap leaflets.pdf. 1 psl.</i>       |
| 34.3.  | Lentos šonuose turi būti tarpai su skersiniais elementais, tvirtinti greitos fiksacijos saugos diržų metalines jungtis.                                                             | TAIP                                                                          | <i>BaXstrap leaflets.pdf. 1 psl.</i>                                                                   |
| 34.4.  | Lengvai valoma ir dezinfekuojama.                                                                                                                                                   | TAIP                                                                          | <i>Baxstrap instrukcija.en.pdf. 1 psl.</i>                                                             |
| 34.5.  | Laidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant KT ir BMR tyrimus.                                                                                                            | TAIP                                                                          | <i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 3 psl.</i>                                               |
| 34.6.  | Galimybė tvirtinti galvos imobilizacijos įtvarą.                                                                                                                                    | TAIP                                                                          | <i>Laerdal Immobilization products.pdf. 2 psl.</i>                                                     |
| 34.7.  | Leidžiama apkrova – ne mažiau kaip iki 250 kg.                                                                                                                                      | Apkrova 2500 lb (1134 kg ).                                                   | <i>BaXstrap leaflets.pdf. 2 psl.</i>                                                                   |
| 34.8.  | Lentos svoris ne daugiau kaip 8,0 kg.                                                                                                                                               | Svoris 6,02 kg.                                                               | <i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 4 psl.</i>                                               |
| 34.9.  | Lentos ilgis ne mažiau 1830 mm ir ne daugiau 1980 mm.                                                                                                                               | Ilgis 1830 mm.                                                                | <i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 4 psl.</i>                                               |
| 34.10. | Lentos plotis ne mažiau 400 mm ir ne daugiau 500 mm                                                                                                                                 | Plotis 406 mm.                                                                | <i>BaXstrap Spineboard – Laerdal Medical.pdf. 4 psl.</i>                                               |
| 35.    | <b>Fiksavimo diržai</b>                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                        |
| 35.1.  | Universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje.                                                                                                         | TAIP                                                                          | <i>BaXstrap leaflets.pdf. 2 psl.</i>                                                                   |
| 35.2.  | Operatyviai pritvirtinami prie lentos ir lengvai ir greitai užsegami/atsegami. Greitos fiksacijos sagtys ir metalės greitos fiksacijos jungtys (karabinai) tvirtinimui prie lentos. | TAIP                                                                          | <i>BaXstrap leaflets.pdf. 1, 2 psl.</i>                                                                |
| 36.    | <b>Galvos fiksavimo sistema:</b>                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.1. | Galvos įtvaras prie lentos tvirtinamas fiksuojančių juostų pagalba. Turi būti reguliuojamos padėties (pagal išilginę ir skersinę transportavimo lentos ašis). Sudarytas iš pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose privalo būti ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. Papildomai komplektuojama su kaktos ir smakro prilaikymo juostomis. Lengvai valoma ir dezinfekuojama.                                                                                              | TAIP                                                                      | Speedblocks instrukcija.pdf. 2 psl.<br>Laerdal Immobilization products.pdf. 2 psl.                |
| 36.2. | Operatyviai uždedami 2 kaklo įtvarai: vienas universalus kaklo įtvaras suaugusiems, vienas universalus kaklo įtvaras vaikams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAIP                                                                      | Laerdal Immobilization products.pdf. 1 psl.                                                       |
| 36.3. | Įtvarai turi būti reguliuojamo dydžio:<br>- suaugusiems turi būti $\geq 4$ pozicijos viename įtvare,<br>- vaikams turi būti $\geq 3$ pozicijos.<br>Patikimas padėties fiksavimas (lygiagreti abiejų įtvaro pusių fiksacija);<br>Patogus priėjimas apžiūrai.<br>Su specialiomis išpjovomis / ertmėmis, įgalinčiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti endotrachėjinį vamzdelį.<br>Pralaidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant kompiuterinės tomografijos ir branduolinio magnetinio rezonanso tyrimus. Be latekso. | TAIP<br>Pozicijų skaičių suaugusiems - 4 ir vaikams – 3.                  | Stifneck aprasymas.pdf. 1 psl.<br>Stifneck_select_instructions.pdf. 1 psl.                        |
| 36.4. | Turi būti paženklinta CE ženklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAIP                                                                      | BaXstrap EU atitikties deklaracija.pdf. 1 psl.<br>Kaklo itvaru atitikties deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 37.   | <b>Deguonies koncentratorius</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                   |
| 37.1. | Nešiojamas, cilindro formos, skirtas koncentruoti aplinkos orą ir tiekti pacientui deguonį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAIP                                                                      | Instrukcija SAROS.en.pdf. 9 psl.                                                                  |
| 37.2. | Naudojamas tiekti deguonį spontaniškai kvėpuojantiems pacientams, taip pat ventiliuojamiems. Spontaniškai kvėpuojantiems pacientams turi būti boliuso režimas, skirtas padidėjusiam deguonies poreikiui užtikrinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAIP                                                                      | Instrukcija SAROS.en.pdf. 9 psl.                                                                  |
| 37.3. | Deguonies tiekimas ne mažesnis nei 3 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deguonies tiekimas 3 l/min.                                               | Instrukcija SAROS.en.pdf. 9, 10 psl.                                                              |
| 37.4. | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 30 min. (esant nenutrūkstamam 2l/min. srautui).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas 30 min. (esant nenutrūkstamam | Instrukcija SAROS.en.pdf. 10 psl.                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>3l/min. srautui).</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| 37.5.  | Deguonies koncentracija 93 % ( $\pm 3$ %).                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Deguonies koncentracija 93 %</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 10 psl.</i>                                                                          |
| 37.6.  | Triukšmo lygis ne daugiau 59 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Triukšmo lygis 59 dB</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 10 psl.</i>                                                                          |
| 37.7.  | Garsiniai aliarmo indikatoriai: akumuliatoriaus talpos, įrenginio gedimo, maža deguonies koncentracija.                                                                                                                                                                                            | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 10 psl.</i>                                                                          |
| 37.8.  | Svoris ne didesnis kaip 6 kg su akumulatoriumi                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Svoris 5,56 kg su akumulatoriumi.</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 10 psl.</i>                                                                          |
| 37.9.  | Turi būti pritaikytas dirbti iš elektros tinklo (100-240 V), 24 V automobilinio maitinimo bei integruoto akumuliatoriaus.                                                                                                                                                                          | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 11 psl.</i>                                                                          |
| 37.10. | Turi atitikti IEC 60601-1-12 arba lygiavertį standartą.                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Pateikiame dokumentą įrodanti atitiktį standartui IEC 60601-1-12</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>Produkto aprašymas SAROS.pdf. 2 psl.</i>                                                                       |
| 37.11. | Apsaugos klasė ne prasčiau nei IP33.                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Apsaugos klasė IP33.</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 10 psl.</i>                                                                          |
| 37.12. | Komplektacijoje turi būti:<br>12.1. Koncentratorius.<br>12.2. Kintamosios srovės maitinimo adapteris ir laidas.<br>12.3. 24 V nuolatinės srovės laidas.<br>12.4. Akumuliatorius, ne mažiau 1 vnt.<br>12.5. Nosies kaniulės, ne mažiau 2 vnt.<br>12.6. Atsarginis filtrų rinkinys, ne mažiau 1 vnt. | <i>Komplektacijoje yra:<br/>12.1. Koncentratorius.<br/>12.2. Kintamosios srovės maitinimo adapteris ir laidas.<br/>12.3. 24 V nuolatinės srovės laidas.<br/>12.4. Akumuliatorius, 1 vnt.<br/>12.5. Nosies kaniulės, 2 vnt.<br/>12.6. Atsarginis filtrų rinkinys, 1 vnt.</i> | <i>Instrukcija SAROS.en.pdf. 19 psl.</i>                                                                          |
| 37.13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Garantija 24 mėn.</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Tiekejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>                                                                            |
| 38.    | <b>Įtvarai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| 38.1.  | 2 trakiniai įtvarai, 2 dubens fiksavimo diržai ir 10 universalių įtvarų >45cm                                                                                                                                                                                                                      | <i>TAIP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Trakinis itvaras.pdf. 1 psl.;<br/>Dubens fiksavimo diržas.pdf. 1 psl.;<br/>Universalus itvaras.pdf. 1 psl.</i> |
| 39.    | <b>Minkšti transportavimo neštuvai</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| 39.1.  | Gamintojas, modelis                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Vimed, Plan Black_P</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Minkstu neštuvu brošiūra.pdf. 1 psl.</i>                                                                       |
| 39.2.  | Minkštuose transportavimo neštuvuose turi būti ne mažiau kaip po 4 rankenos iš neštuvų abiejų pusių ir po vieną rankeną neštuvų galuose.                                                                                                                                                           | <i>TAIP<br/>Po 4 rankenos iš neštuvų abiejų pusių ir po vieną rankeną neštuvų galuose.</i>                                                                                                                                                                                  | <i>Minkstu neštuvu brošiūra.pdf. 1 psl.</i>                                                                       |

|        |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.3.  | Minkšti transportavimo neštuvai kojų pusėje turėti kišenę – atlangą kojoms.           | <i>TAIP</i>                                                                                  | <i>Minkstu neštuvu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                                               |
| 39.4.  | Minkštų transportavimo neštuvų ilgis ne mažesnis kaip 190 cm.                         | <i>Ilgis 200 cm.</i>                                                                         | <i>Minkstu neštuvu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                                               |
| 39.5.  | Minkštų transportavimo neštuvų plotis ne mažesnis kaip 70 cm.                         | <i>Plotis 90 cm</i>                                                                          | <i>Minkstu neštuvu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                                               |
| 39.6.  | Minkštų transportavimo neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 200 kg.                 | <i>Keliamas svoris 250 kg</i>                                                                | <i>Minkstu neštuvu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                                               |
| 40.    | <b>Pirštinis pulsoksimetras</b>                                                       |                                                                                              |                                                                                           |
| 40.1.  | Nurodomas prekės pavadinimas, tipas/modelis ir gamintojas                             | <i>Onyx® Vantage 9590, Nonin Medical, Inc.</i>                                               | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 1 psl.</i>                                              |
| 40.2.  | Integruotas daviklis suaugusiems ir vaikams                                           | <i>TAIP</i>                                                                                  | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 1 psl.</i>                                              |
| 40.3.  | SpO2 ir pulso matavimas                                                               | <i>TAIP</i>                                                                                  | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 1 psl.</i>                                              |
| 40.4.  | 3-jų spalvų perfuzijos indikatorius                                                   | <i>TAIP</i>                                                                                  | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 3 psl.</i>                                              |
| 40.5.  | Sudėtyje nėra švino ir latekso                                                        | <i>TAIP</i>                                                                                  | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i><br><i>Pulsoksimetro brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 40.6.  | Dydis – ne mažesnis kaip 55 mm × 32 mm × 32 mm                                        | <i>Dydis – 55,9 mm x 33 mm x 32,3 mm</i>                                                     | <i>Pulsoksimetro brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                 |
| 40.7.  | Garantija – ne mažiau kaip 4 metai                                                    | <i>Garantija – 4 metai</i>                                                                   | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i>                                              |
| 40.8.  | Įsotinimo deguonimi matavimo riba – 0 - 100% SpO2                                     | <i>Įsotinimo deguonimi matavimo riba – 0 - 100% SpO2</i>                                     | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 5 psl.</i>                                              |
| 40.9.  | Pulso matavimo siauriausias diapazonas: 18-320 k/min.                                 | <i>Pulso matavimo diapazonas: 18-321 k/min.</i>                                              | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 5 psl.</i>                                              |
| 40.10. | Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70-100% SpO2 ± 2 skaitmenys                   | <i>Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70-100% SpO2 - ±2 skaitmenys</i>                  | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 5 psl.</i>                                              |
| 40.11. | Žemos perfuzijos įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70 -100% SpO2 ± 2 skaitmenys | <i>Žemos perfuzijos įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70 -100% SpO2 ± 2 skaitmenys</i> | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 5 psl.</i>                                              |
| 40.12. | Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida judant - 70-100% SpO2 ± 3 skaitmenys            | <i>Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida judant - 70-100% SpO2 ± 3 skaitmenys</i>            | <i>Pulsoksimetro brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                 |
| 40.13. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas - 20-250 k/min. ± 3 skaitmenys            | <i>Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas - 20-250</i>                                  | <i>Pulsoksimetro brosiura.pdf. 2 psl.</i>                                                 |

|        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                       | <i>k/min. <math>\pm 3</math> skaitmenys</i>                                                                                                  |                                                    |
| 40.14. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas esant žemai perfuzijai - 40-240 k/min $\pm 3$ skaitmenys.                                                 | <i>Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas esant žemai perfuzijai - 40-240 k/min <math>\pm 3</math> skaitmenys.</i>                      | <i>Pulsoksimetro brosiura.pdf. 2 psl.</i>          |
| 40.15. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas judėjimo sąlygų metu – 40-240 k/min $\pm 3$ skaitmenys                                                    | <i>Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas judėjimo sąlygų metu – 40-240 k/min <math>\pm 3</math> skaitmenys</i>                         | <i>Pulsoksimetro brosiura.pdf. 2 psl.</i>          |
| 40.16. | Temperatūra: Darbo: siauriausias diapazonas nuo -5° iki +40°C<br>Sandėliavimas/transportavimas: siauriausias diapazonas nuo -40° iki +60°C            | <i>Temperatūra: Darbo: diapazonas nuo -5° iki +40°C<br/>Sandėliavimas/transportavimas: diapazonas nuo -40° iki +70°C</i>                     | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 5 psl.</i>       |
| 40.17. | Baterijų naudojimo laikas: ne mažiau kaip 5500 vienkartinių matavimų, arba 36 val. nepertraukiamo darbo, naudojant dvi naujas šarmines AAA baterijas. | <i>Baterijų naudojimo laikas 6000 vienkartinių matavimų, arba 36 val. nepertraukiamo darbo, naudojant dvi naujas šarmines AAA baterijas.</i> | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i>       |
| 40.18. | Saugumo laipsnis: ne žemesnis kaip BF tipo                                                                                                            | <i>Saugumo laipsnis: BF tipo</i>                                                                                                             | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i>       |
| 40.19. | Gaubto atsparumo laipsnis ne mažiau IP32                                                                                                              | <i>Gaubto atsparumo laipsnis IP32</i>                                                                                                        | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i>       |
| 40.20. | Darbo režimas: nuolatinis                                                                                                                             | <i>TAIP</i>                                                                                                                                  | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i>       |
| 40.21. | Gaminys atitinka ISO 10993-1 arba analogišką standartą                                                                                                | <i>Gaminys atitinka ISO 10993-1<br/>Pulsoksimetro instrukcija.</i>                                                                           | <i>Pulsoksimetro instrukcija.pdf. 6 psl.</i>       |
| 41.    | <b>Kaušiniai neštuvai</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |
| 41.1.  | Gamintojas, modelis                                                                                                                                   | <i>Ferno Slovakia s.r.o., S-265</i>                                                                                                          | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>    |
| 41.2.  | Scoop tipo kaušiniai neštuvai turi būti pagaminti iš aliuminio.                                                                                       | <i>TAIP</i>                                                                                                                                  | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>    |
| 41.3.  | Scoop tipo kaušinių neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 150 kg.                                                                                    | <i>Scoop tipo kaušinių neštuvų keliamas svoris 159 kg.</i>                                                                                   | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>    |
| 41.4.  | Scoop tipo kaušiniai neštuvuose turi būti pilnai perskiriamos neštuvo išilginės dalys ir neštuvai perlenkiami pusiau.                                 | <i>TAIP</i>                                                                                                                                  | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 3, 5 psl.</i> |
| 41.5.  | Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (nepailgintų) ne mažiau kaip 1650 mm.                                                                               | <i>Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (nepailgintų) 1660 mm</i>                                                                               | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>    |

|        |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 41.6.  | Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (maksimaliai pailgintų) ne mažiau kaip 2010 mm.                                                | <i>Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (maksimaliai pailgintų) 2013 cm</i>                                                 | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>            |
| 41.7.  | Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (sulenktų pusiau) ne daugiau kaip 1200 mm.                                                     | <i>Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (sulenktų pusiau) 1200 mm</i>                                                       | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>            |
| 41.8.  | Scoop tipo kaušinių neštuvų plotis ne mažiau kaip 400 mm.                                                                        | <i>Scoop tipo kaušinių neštuvų plotis 422 mm</i>                                                                         | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>            |
| 41.9.  | Scoop tipo kaušinių neštuvų svoris ne daugiau kaip 11 kg.                                                                        | <i>Scoop tipo kaušinių neštuvų svoris 9,75 kg</i>                                                                        | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 1 psl.</i>            |
| 41.10. | Scoop tipo kaušiniai neštuvai komplektuojami su ne mažiau kaip 3 poromis paciento saugos diržų (su greitos fiksacijos sagtimis). | <i>Scoop tipo kaušiniai neštuvai komplektuojami su 3 poromis paciento saugos diržų (su greitos fiksacijos sagtimis).</i> | <i>Kausiniu nestuvu instrukcija.pdf. 3 psl.</i>            |
| 42.    | <b>Stetoskopas.</b>                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                            |
| 42.1.  | Stetoskopas skirtas AKS matavimui                                                                                                | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Stetoskopu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                     |
| 42.2.  | Chromuota dviguba galvutė (varpelis ir plokščia membrana)                                                                        | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Stetoskopu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                     |
| 42.3.  | Be latekso                                                                                                                       | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Stetoskopu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                     |
| 42.4.  | Vienguba žarnelė                                                                                                                 | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Stetoskopu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                     |
| 42.5.  | 2 metų garantija                                                                                                                 | <i>2 metų garantija</i>                                                                                                  | <i>Stetoskopu brosiura.pdf. 1 psl.</i>                     |
| 43.    | <b>Švirkštinis infuzijos siurblys.</b>                                                                                           |                                                                                                                          |                                                            |
| 43.1.  | Min. infuzijos greitis 0.1÷2000 ml/val.                                                                                          | <i>Infuzijos greitis 0.01÷2000 ml/val.</i>                                                                               | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.2.  | Min. infuzijos tikslumas ±2%                                                                                                     | <i>Infuzijos tikslumas ±2%</i>                                                                                           | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.3.  | Pritaikytas 5- 50/60 tūrio švirkštams                                                                                            | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.4.  | Galimybė pagal vartotojo pageidavimą, užprogramuoti naujus švirkštų tipus.                                                       | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.5.  | Galimybė indikuoti vaistų pavadinimą iš ne mažesnio, kaip 25 vaistų sąrašo.                                                      | <i>TAIP</i><br><br><i>Galimybė indikuoti vaistų pavadinimą iš 40 vaistų sąrašo.</i>                                      | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.6.  | Ne mažiau kaip 5 okliuzijos slėgio lygiai.                                                                                       | <i>12 okliuzijos slėgio lygiai.</i>                                                                                      | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brosiura.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.7.  | Siurblyje turi būti įmontuotas vidinis NiMH arba lygiavertis akumuliatorius.                                                     | <i>TAIP</i>                                                                                                              | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio</i>                      |

|        |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                          | <i>Siurblyje įmontuotas vidinis NiMH akumuliatorius.</i>                             | <i>brošiura.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                                                                                                                 |
| 43.8.  | Siurblio darbo iš vidinio akumuliatoriaus laikas: ne mažiau 15 val., 5 ml/val. greičiu.                                                                                  | <i>Siurblio darbo iš vidinio akumuliatoriaus laikas: 30 val., 5 ml/val. greičiu.</i> | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brošiura.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                                                                                  |
| 43.9.  | Galimybė infuzijos metu peržiūrėti infuzijos parametrus (infuzijos greitį, okliuzijos slėgio lygį, boluso tūrį ir kt.) ir keisti infuzijos greitį.                       | <i>TAIP</i>                                                                          | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brošiura.pdf. 2 psl.</i><br><i>Švirkstinio infuzijos siurblio instrukcija.pdf. 29 psl.</i>                                                                                                |
| 43.10. | Maitinimas: 12VDC, (220-230)V $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, arba iš vidinio akumuliatoriaus.                                                                                    | <i>12VDC, (220-230)V 50/60 Hz, arba iš vidinio akumuliatoriaus</i>                   | <i>Svirkstinio infuzinio siurblio brošiura.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                                                                                  |
| 43.11. | Galimybė reguliuoti boluso greitį.                                                                                                                                       | <i>TAIP</i>                                                                          | <i>Švirkstinio infuzijos siurblio instrukcija.pdf. 37 psl.</i>                                                                                                                                                              |
| 43.12. | Siurblys turi indikuoti šiuos avarinius signalus:<br>NĖRA TINKLO<br>SILPNAS AKUMULIATORIUS<br>AKUMULIATORIUS IŠSIKROVĖ<br>OKLIUZIJA                                      | <i>TAIP</i>                                                                          | <i>Švirkstinio infuzijos siurblio instrukcija.pdf. 55, 59 psl.</i>                                                                                                                                                          |
| 43.13. | Turi būti paženklintas CE ženklu ir pateiktas dokumentas, įrodantis, kad siurblys atitinka LST EN 1789 standarto (10 G, greitosios pagalbos automobiliams) reikalavimus. | <i>Pateikiame atitikties deklaracijas ir CE sertifikatą</i>                          | <i>Švirkstinio infuzinio siurblio atitikties deklaracija.pdf. 2 psl.</i><br><i>Švirkstinio infuzinio siurblio atitikties deklaracija.1.pdf. 2 psl.</i><br><i>Švirkstinio infuzinio siurblio CE sertifikatas.pdf. 1 psl.</i> |
| 43.14. | Siurblio komplekte turi būti specialus siurblio laikiklis.                                                                                                               | <i>TAIP</i>                                                                          | <i>Švirkstinio infuzinio siurblio laikiklio atitikties deklaracija.pdf. 1 psl.</i>                                                                                                                                          |
| 44.    | <b>Ausinis termometras</b>                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.1.  | Termometras turi būti elektroninis, skirtas matuoti paciento ausyje. Termometro antgalis turi būti šildomas, kad būtų                                                    | <i>TAIP</i>                                                                          | <i>Ausinio termometro brošiura.pdf. 2, 3</i>                                                                                                                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        | pašalinamas ausies kanalo atvėsimas.                                                                                                                                                                              |                                                                 | <i>psl.</i>                                           |
| 44.2.  | Matavimo rezultatas turi būti iškart parodomas termometro ekrane.                                                                                                                                                 | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 2 psl.</i>        |
| 44.3.  | Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne mažiau kaip nuo 20 ° C iki 42 ° C                                                                                                                                   | <i>Temperatūros matavimo diapazonas nuo 20 ° C iki 42,2 ° C</i> | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 4 psl.</i>        |
| 44.4.  | Matavimo tikslumas turi būti +/-0,2 ° C.                                                                                                                                                                          | <i>Matavimo tikslumas +/-0,2 ° C</i>                            | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 4 psl.</i>        |
| 44.5.  | Matavimas turi būti greitas iki 4 sekundžių.                                                                                                                                                                      | <i>Matavimas greitas 2-3 sekundės.</i>                          | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 4 psl.</i>        |
| 44.6.  | Matavimo zondas turi būti apsaugotas vienkartinio antgaliu. Vienkartinis antgalis turi būti pakeičiamas vartotojui prie jo nesiliečiant                                                                           | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Ausinio termometro instrukcija.pdf. 1, 13 psl.</i> |
| 44.7.  | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 800 vnt vienkartinių antgalių.                                                                                                                                                 | <i>Rinkinyje bus 800 vnt. vienkartinių antgalių.</i>            | <i>Tiekejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>                |
| 44.8.  | Maitinimas – baterijomis arba akumuliatoriumi.                                                                                                                                                                    | <i>Maitinimas – baterijomis.</i>                                | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 4 psl.</i>        |
| 44.9.  | Termometro svoris be baterijų arba akumuliatoriaus ne daugiau 120 g.                                                                                                                                              | <i>Termometro svoris be baterijų 100 g.</i>                     | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 4 psl.</i>        |
| 44.10. | Garantija - ne mažiau kaip 12 mėnesių.                                                                                                                                                                            | <i>Garantija - 36 mėnesių.</i>                                  | <i>Ausinio termometro brošiūra.pdf. 4 psl.</i>        |
| 45.    | <b>Atsiurbėjas:</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                       |
| 45.1.  | Gamintojas, modelis                                                                                                                                                                                               | <i>Oscar Boscarol Srl, OB3000</i>                               | <i>Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>             |
| 45.2.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi atsiurbto skysčio viršijimo apsauginį vožtuvą.                                                                                                                      | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>             |
| 45.3.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi antibakterinį filtrą.                                                                                                                                               | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>             |
| 45.4.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vaizdinę indikaciją su šiomis funkcijomis: a) Prietaiso įjungimo ir (ar) išjungimo indikacija; b) Vakuomo slėgio indikacija; c) Akumuliatoriaus būsenos indikacija. | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>             |
| 45.5.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo.                                                                                                                              | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl.</i>             |
| 45.6.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra                                                                                                                                                                      | <i>TAIP</i>                                                     | <i>Atsiurbejo</i>                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|        | maitinamas iš 12 V DC elektros tinklo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | deklaracija.pdf. 1 psl.            |
| 45.7.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vidinį akumuliatorių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 45.8.  | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) komplektuojamas kartu su a) laikikliu, skirtu gleivių-skysčių siurbėjo tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobiliuose; b) išorinio maitinimo 12 V DC kabeliu; c) maitinimo šaltiniu ir (ar) pakrovėju iš 220 V AC elektros tinklo; ne mažiau kaip 10 antibakterinių filtrų; d) daugkartinio naudojimo siurbimo žarna. | TAIP<br>Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) komplektuojamas kartu su a) laikikliu, skirtu gleivių-skysčių siurbėjo tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobiliuose; b) išorinio maitinimo 12 V DC kabeliu; c) maitinimo šaltiniu ir pakrovėju iš 220 V AC elektros tinklo; 10 antibakterinių filtrų; d) daugkartinio naudojimo siurbimo žarna. | Tiekejo deklaracija.pdf. 1 psl.    |
| 45.9.  | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo maksimalus slėgis ne mažesnis kaip -0,8 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo maksimalus slėgis -0,8 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 45.10. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo -0,1 bar iki -0,8 bar.                                                                                                                                                                                                                                                   | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo reguliavimo ribos nuo -0,1 bar iki -0,8 bar.                                                                                                                                                                                                                                                      | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 45.11. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo galia ne mažiau kaip 30 litrų/min.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo galia 33 litrų/min.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 45.12. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo indo talpa ne mažesnė kaip 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo indo talpa 1 l                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 45.13. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbo laikas iš vidinio akumulatoriaus ne mažiau kaip 40 min., esant atsiurbimo slėgiui -0.8 bar.                                                                                                                                                                                                                                | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbo laikas iš vidinio akumulatoriaus 60 min., esant atsiurbimo slėgiui -0.8 bar.                                                                                                                                                                                                                                   | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 45.14. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -5 °C iki +50 °C.                                                                                                                                                                                                                                                        | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbinis temperatūros diapazonas nuo -10 °C iki +50 °C.                                                                                                                                                                                                                                                              | Atsiurbejo deklaracija.pdf. 1 psl. |
| 46.    | <b>Skysčių pašildymo aparatas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.1.  | Lengva, nešiojama kompaktiška infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistema.                                                                                                                                                                      | TAIP                                                                                                                                                                                          | Skysciu sildytuvo brosiura.1.pdf. 1 psl.                                                              |
| 46.2.  | Nustatoma tikslinė temperatūra - $39^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                                                                                     | Nustatoma tikslinė temperatūra - $39^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                                                       | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.3.  | Minimali įeinančio skysčio temperatūra - ne didesnė nei $5^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                                                                                     | Minimali įeinančio skysčio temperatūra - $5^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                                                | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.4.  | Srauto greitis - ne mažiau kaip iki 150 ml/min.                                                                                                                                                                                                   | Srauto greitis - 150 ml/min.                                                                                                                                                                  | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.5.  | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei $5^{\circ}\text{C}$ - ne ilgiau kaip 30 sekundžių.                                                                                                | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra $5^{\circ}\text{C}$ - 30 sekundžių.                                                                          | Skysciu sildytuvo brosiura.1.pdf. 5 psl.                                                              |
| 46.6.  | Šildytuvo konstrukcija turi apsaugoti sušildytą skystį, kad neatvęstų linijoje prieš patenkant į pacientą                                                                                                                                         | TAIP                                                                                                                                                                                          | Skysciu sildytuvo brosiura.1.pdf. 1 psl.                                                              |
| 46.7.  | Užpildymo tūris - ne daugiau 4 ml įskaitant vožtuvą ir vamzdelius.                                                                                                                                                                                | Užpildymo tūris – 3,5 ml įskaitant vožtuvą ir vamzdelius.                                                                                                                                     | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.8.  | Vaizdinis indikatorius. Šildytuve turi būti integruotas LED indikatorius, rodantis pasiruošimo, darbinę būseną arba pranešimą dėl per aukštos temperatūros                                                                                        | TAIP                                                                                                                                                                                          | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.9.  | Veikimas nuo pakraunamos baterijos                                                                                                                                                                                                                | TAIP                                                                                                                                                                                          | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.10. | Baterijoje turi būti integruotas indikatorius, parodantis baterijos įkrovimo lygį.                                                                                                                                                                | TAIP                                                                                                                                                                                          | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.                                                                |
| 46.11. | Galimybė pakeisti bateriją procedūros metu, nenaudojant papildomų įrankių.                                                                                                                                                                        | TAIP                                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pTrAltpr51w">https://www.youtube.com/watch?v=pTrAltpr51w</a> |
| 46.12. | Maksimalus šildomo skysčio kiekis su pilnai pakrauta baterija - ne mažiau 1,5 l, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei $5^{\circ}\text{C}$ arba ne mažiau 3 l, kai įeinančio skysčio temperatūra ne mažesnė nei $20^{\circ}\text{C}$ . | Maksimalus šildomo skysčio kiekis su pilnai pakrauta baterija 1,5 l, kai įeinančio skysčio temperatūra $5^{\circ}\text{C}$ arba 3 l, kai įeinančio skysčio temperatūra $21^{\circ}\text{C}$ . | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 2 psl.                                                                |
| 46.13. | Darbinė temperatūra - ne siauresnė kaip nuo $0^{\circ}\text{C}$ iki $40^{\circ}\text{C}$ ribose.                                                                                                                                                  | Darbinė temperatūra - nuo $0^{\circ}\text{C}$ iki $40^{\circ}\text{C}$ ribose.                                                                                                                | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.                                                                |
| 46.14. | Apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis - ne mažesnis kaip IP44.                                                                                                                                                                                     | Apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis – IP54.                                                                                                                                                  | Skysciu sildytuvo brosiura.1.pdf. 8 psl.                                                              |
| 46.15. | Prietaiso svoris su baterija - ne daugiau 1 kg.                                                                                                                                                                                                   | Prietaiso svoris su baterija – 0,76 kg.                                                                                                                                                       | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.                                                                |
| 46.16. | Prietaiso matmenys ne daugiau (PxIx A) - 7,5x12x7 cm.                                                                                                                                                                                             | Prietaiso matmenys (PxIx A) - 5x10x2 cm.                                                                                                                                                      | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.                                                                |
| 46.17. | Baterijos matmenys ne daugiau (PxIx A) - 10 x 20x12 cm                                                                                                                                                                                            | Baterijos matmenys (PxIx A) - 9 x 18x3,5 cm                                                                                                                                                   | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.18. | Turi atitikti šių standartų reikalavimus: IE60601-1, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-12, EN 1789 arba lygiaverčius.                                                                                                                                                                                                  | Atitinka šių standartų reikalavimus: EN 60601-1; EC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-12, EN 1789:2007 + A2 Sec. 6.4.<br>Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.                                                                                             | Skysciu sildytuvo brosiura.pdf. 1 psl.<br>Skysciu sildytuvo instrukcija.pdf. 30 psl.<br>Skysciu sildytuvo aprasymas.pdf. 3 psl. |
| 46.19. | Transportinę infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistemą sudaro ne mažiau kaip:<br>1. ne mažiau 10 vnt. vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų;<br>2. Pakraunama baterija/akumuliatorius;<br>3. Pakrovėjas 100-240 V AC, 10-30 V DC pakrovėjas - pageidautina.<br>4. Transportinis krepšelis. | Transportinę infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistemą sudaro:<br>1. 10 vnt. vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų;<br>2. Pakraunama baterija/akumuliatorius;<br>3. Pakrovėjas 100-240 V AC.<br>4. Transportinis krepšelis. | Tiekejo deklaracija.pdf. 1 psl.                                                                                                 |
| 46.20. | Baterijos garantinis laikotarpis - ne mažiau 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                                               | Tiekejo deklaracija.pdf. 1 psl.                                                                                                 |
| 47.    | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnę kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą.                                                                                                                                                                                                                               | Pateikiame „EURO 6“ standartą patvirtinančius dokumentus                                                                                                                                                                                              | A9 COC pvz 2 psl. 47 punktas A4, 19 psl.                                                                                        |

**\*Pastabos:**

- 1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);
- 2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.
- 3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

**TVIRTINU:**

Komercijos direktorius

Tadas Gražulis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens (Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)