

UNIVERSALIAUS SKAITMENINIO RENTGENO APARATO VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

2024 m. _____ d. Nr. _____
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės prof. dr. Dianos Žaliaduonytės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Kodmeda“, juridinio asmens kodas 123854815, kurio registruota buveinė yra Kareivių g. 11, 09109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Jono Voluckio*, veikiančio (-ios) pagal *įmonės įstatus* (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi atviro (tarptautinio) konkurso viešojo pirkimo „Universalaus skaitmeninio rentgeno aparato pirkimas“ (Pirkimo Nr. 701608) dokumentais ir Tiekėjo pasiūlymu, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – Universalaus skaitmeninio rentgeno aparato (toliau – Prekės) pirkimas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių). Perkamų Prekių techninė specifikacija, visas prekių kiekis, prekių kaina, Sutarties kaina nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų Priede Nr. 1.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Eil. Nr	Prekių pristatymo adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
1.	VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r.	Prekės (su CE ženkliniu) turi būti pristatytos, sumontuotos, įdiegtos ir apmokytas personalas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip iki Prekės instaliavimo, Tiekėjas privalo pateikti Radiacinės saugos centro išduotas licencijas suteikiančias teisę tiekėjui arba kitam ūkio subjektui: a) prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius; b) montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius“.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių), o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.4. Tiekėjas patvirtina, kad tretieji asmenys į perduodamas Prekes neturi jokių teisių ar pretenzijų, perduodamos Prekės nėra areštuotos ir nėra teismo ginčo objektas, taip pat Tiekėjo teisė disponuoti Prekėmis nėra atimta ar apribota.

1.5. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

1.6. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

1.7. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantinį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti ir Prekės gamintojo sertifikuoti atlikti techninį aptarnavimą asmenys.

1.8. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai:

1.8.1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

1.8.2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant Prekes pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą;

1.8.3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;

1.8.4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

1.8.5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

1.8.6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą;

1.8.7. atlieka kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus.

1.9. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviška naudojimo instrukcija, technine dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose.

1.10. Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams.

1.11. Siūlomos įrangos instaliavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

1.12. Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, instaliavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti Prekės kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ ir medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus.

1.13. Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovas atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal radiacijos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

1.14. Tiekėjas įrangą įjungia į jau veikiančią VŠĮ LSMU Kauno ligoninės informacinių technologijų tinklą bei PACS sistemą.

1.15. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Pirkėjo sutikimą, gali pristatyti kitas nei Sutartyje nurodytas Prekes už ne didesnę nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jei:

1.15.1. Prekių gamintojas nebegamina Tiekėjo pasiūlyme nurodyto modelio Prekių. Tokiu atveju Tiekėjo pasiūlyme nurodyto modelio Prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo kito modelio Prekėmis nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, atitinkančiomis Techninės specifikacijos reikalavimus ir ne prastesnės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos kokybės;

1.15.2. rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujesnio modelio Prekės, kurių techniniai parametrai (lyginama su Tiekėjo pasiūlyme nurodytais techniniais parametrais) yra geresni už nurodytus Tiekėjo pasiūlyme, ir Tiekėjas sutinka pristatyti šias Prekes už ne didesnę nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą;

1.15.3. esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas nebegali pristatyti Tiekėjo pasiūlyme nurodytų Prekių (pvz., Prekių nebegalima įsigyti rinkoje, Prekių gamintojas nutraukia susitarimą su Tiekėju dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytų Prekių ar pan.). Šiuo atveju Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės taip pat turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo kito modelio Prekėmis nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, atitinkančiomis Techninės specifikacijos reikalavimus ir ne prastesnės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos kokybės.

1.16. 1.15 punkte nurodytais atvejais Tiekėjas, norėdamas pristatyti kitas nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekes, turi pateikti Pirkėjui raštišką prašymą, pridėdamas prašyme dėstomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar pan.), taip pat pateikti naujai siūlomų Prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (pvz. Prekių brošiūras, katalogus ir pan.). Pirkėjui sutikus, Prekių pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.

1.17. Tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų ir pateikti šio punkto papunkčiuose nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (1.17.2. punkte nurodytu atveju, atitiktį nustatytam aplinkosauginiam reikalavimui įrodančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti kartu su teikiamais su sutarties vykdymu susijusiais popieriniais dokumentais):

1.17.1. Antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.17.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.18. Tiekėjas įsipareigoja pateikti:

1.18.1. Vartotojo instrukciją lietuvių kalba (tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas);

1.18.2. Vartotojo instrukciją anglų kalba (gamintojo išleistas originalas su pažymėtu CE ženklu, kuris pateikiamas su prekėmis (ang. User manual). Prekėms, pagamintoms Lietuvoje – neprivaloma;

1.18.3. Techninę dokumentaciją (ang. Technical/Service/Operation manual): aprašai, brėžiniai, atsarginių dalių sąrašas, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama skaitmenine forma, gali būti anglų arba lietuvių kalbomis;

1.18.4. Techninės priežiūros reglamentą – periodiškai atliekamų techninės priežiūros darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas techninės priežiūros periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos atlikti techninę priežiūrą. Jeigu gamintojas nereglementuoja techninės priežiūros – pateikiama pažyma arba lygiavertis dokumentas, kad gamintojas techninės priežiūros nenumato;

1.18.5. Valymo – dezinfekavimo instrukciją, įskaitant periodiškumą, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašą. Visos nurodomos priemonės ir medžiagos privalo būti registruotos Lietuvoje;

1.18.6. Užpildytą medicinos priemonės (prietaiso) pasą, kuriame nurodyta visa informacija apie prekę ir personalo mokymus;

1.18.7. Visų lygių slaptažodžius ir/ arba fizinius ar skaitmeninius servisinius raktus bei kitas šios paskirties priemones (jei taikoma).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia ir terminai

2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

2.2. Sutarties galiojimo pratęsimas nenumatomas.

2.3. Tiekėjas Prekes su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai technologiniai ir klinikiniai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) pateikia nepažeisdamas Sutarties 1.2. punkte nustatyto sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.

3. Sutarties kaina, kainodara ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų prekių kiekį ir (ar) apimtį.

Pradinės sutarties vertė (Tiekėjo pasiūlymo kaina be PVM)	144.000 Eur 00 ct (Vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai Eurų ir 0 centų)
PVM (taikomas 21 % PVM)	30.240 Eur 00 ct (Trisdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt Eurų ir 0 centų)
Sutarties kaina (Pradinės sutarties vertė su PVM)	174.240 Eur 00 ct (Vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eurų ir 0 centų)

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais nuostatas nustatoma **fiksuotos kainos** kainodara, nes pirkimo dokumentuose nurodomas pakankamai tikslus prekių kiekis ir Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi realias galimybes numatyti ir įvertinti Sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Pirkėjo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą.

3.2. Mokėjimai atliekami euraiš tokia tvarka:

3.2.1. Už kokybiškas, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias pristatytas ir priimtas Prekes Pirkėjas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas - Tiekėjo parengtas ir Šalių pasirašytas prekių

perdavimo – priėmimo aktas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data. Sąskaita faktūra priimama ir apdorojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas) teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, o Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

3.2.2. Pirkėjas už perkamas prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Tiekėjo banko sąskaitos numeris	Banko pavadinimas	Banko kodas
LT18 7044 0600 0115 1261	AB SEB bankas	70440

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.3. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus (ši) Sutartyje numatytą fiksuotos kainos peržiūros atvejį:

3.3.1. Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama.

3.4. Tiekėjas, inicijuodamas kainos peržiūrą, turi raštu pateikti pasiūlymą dėl kainos peržiūros kartu su atliktais skaičiavimais ir pateikti įrodančius dokumentus ar nuorodas į oficialius šaltinius, pagrindžiančius, jog atsirado Sutartyje nustatytos sąlygos, leidžiančios perskaičiuoti Sutarties kainą.

3.5. Kainos peržiūra turi būti pagrįsta dokumentais ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu, kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

3.6. Tiekėjas neatšaukiamai patvirtina, jog Sutarties kaina apima visus mokesčius, mūsto mokesčius, į ją įskaičiuotos visos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, t. y. Sutarties 3.1. punkte nurodyta kaina yra galutinė. Pirkėjas Tiekėjui neatlieka jokių kitų mokėjimų ir (ar) papildomų mokėjimų, išskyrus Sutartyje nustatytą Sutarties kainą.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atsakomybė

4.1. Jei Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės Sutartyje nustatytais terminais nesumoka už pristatytas tinkamas Prekes pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos faktūros apmokėjimo termino praleidimo dieną.

4.2. Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės nepristato, nesumontuoja, neįdiegia techninę specifikaciją atitinkančių Prekių ir (ar) neapmoko Pirkėjo personalo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo termino praleidimo dienos. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, kad patyrė nuostolių. Praėjus 60 dienų delspinigių skaičiavimo terminui, Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 4.5.1. p.

4.3. Tiekėjui pristačius nekokybiškas prekes, jis privalo per 15 (penkiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos jas pakeisti kokybiškomis.

4.4. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

4.5. Sutarties ar jos dalies esminiu pažeidimu bus laikoma ir Sutartis ar jos dalis bus nutraukiama vienašališkai:

4.5.1. jeigu Tiekėjas per Sutartyje nustatytą terminą bei praėjus daugiau nei 60 dienų delspinigių skaičiavimo terminui (kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. p.) nepristato Prekių, nepašalina nustatytų Prekių trūkumų arba nepakeičia Sutartyje ar jos dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių atitinkančiomis;

4.5.2. jeigu pristatytos Prekės neatitinka Tiekėjo pasiūlytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ir Sutarties 1.17. punkto papunkčiuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų;

4.5.3. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties ar jos dalies pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

4.6. Pirkėjui vienašališkai nutraukus Sutartį ar jos dalį dėl esminio Sutarties ar jos dalies pažeidimo, Tiekėjas įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip pat Tiekėjas sumoka Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo pradinės sutarties vertės be PVM arba nuo konkrečios pirkimo dalies vertės be PVM, nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

4.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: LRV nutarimai ar kiti teisiniai aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

5. Subtiekimas

5.1. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtieks (-ų) nepasitelks.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą	Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą	Tiekėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą
Vardas, pavardė	Deimantė Linkevičienė	Ignas Šimkevičius	Jonas Voluckis
Adresas	Josvainių g. 2, Kaunas	Josvainių g. 2 Kaunas	Kareivių g. 11, Vilnius
Telefonas	(8 654) 66 052	(8 37) 422 482	(8-5) 270 08 77
El. paštas	deimante.linkeviciene@kaunoligonine.lt	ignas.simkevicius@kaunoligonine.lt	info@kodmeda.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis.

7.3. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir VPĮ nustatytais atvejais bei tvarka, tame tarpe (bet neapsiribojant) Sutartis, vadovaujantis VPĮ 90 str. nuostatomis, gali būti vienašališkai nutraukiama Pirkėjo, jeigu:

7.3.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo 89 straipsnį;

7.3.2. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį;

7.3.3. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

7.3.4. paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2¹ dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

7.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais el. parašais, rengiamas vienas Sutarties egzempliorius.

7.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.6.1. Priedas Nr. 1 „*Universalaus skaitmeninio rentgeno aparato techninė specifikacija, kiekis, kaina, Sutarties kaina*“.

7.6.2. Priedas Nr. 2 „*Prekių priėmimo – perdavimo aktas*“.

Pirkėjo vardu

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Kauno ligoninė
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
Įmonės kodas 302583800
PVM kodas LT100005939715
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073
El. p. info@kaunoligonine.lt
A/s LT284010042502573979
AB Luminor bank
banko kodas 40100

Generalinė direktorė
prof. dr. Diana Žaliaduonytė

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

Tiekėjo vardu

UAB „Kodmeda“
Kareivių g. 11, 09109 Vilnius
Įmonės kodas: 123854815
PVM mokėtojo kodas: LT-238548113
Tel: (8-5) 270 08 77, faks: (8-5) 277 25 29
El. paštas: info@kodmeda.lt
AB SEB bankas, b.k. 70440
A.s. LT18 7044 0600 0115 1261

Direktorius
Jonas Voluckis

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

prie 2024 m. _____ d. viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

UNIVERSALIAUS SKAITMENINIO RENTGENO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, KIEKIS, KAINA, SUTARTIES KAINA

PASIŪLYMAS DĖL UNIVERSALIAUS SKAITMENINIO RENTGENO APARATO PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktu neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2024-01-11 Nr. _____

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „KODMEDA“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kareivių g. 11, Vilnius, LT-09109
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jonas Voluckis
Telefono numeris	(8 5) 270 08 77
Fakso numeris	(8 5) 277 25 29
El. pašto adresas	info@kodmeda.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - 1.4. Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
 - 1.5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, teikdami pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų subtiekjus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

2.1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekjus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomos paslaugos, veiklos ar pan.), numatyta atlikti subtiekimu pagrindais	Subtiekjų pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas

1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami subtiekJėjai)	

2.1.2. pasitelksiu šiuos specialistus (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekJėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Eil. Nr.	Specialistai		
	Vardas ir pavardė	Kokiems sutartiniais įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas	Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekJėjo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju*
	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai)		

Pastaba: * - Jei specialistas bus įdarbintas subtiekJėjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekJėjas – nurodoma kurio konkrečiai subtiekJėjo įmonėje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.

2.2. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekJėjus ketina pasitelkti (jeigu jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomos konkrečios veiklos ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Dokumentai. Konfidencialu	4-toje eilutėje failas su pavadinimu - Dokumentai. Konfidencialu

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Tiekėjai pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) yra konfidenciali (-ios) turi sugrupuoti ir pateikti pasiūlymo 3 punkte. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

Prekės pavadinimas	Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)	Mato vienetas	Kiekis	1 vnt. kaina, Eur be PVM
Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)	XTREME PREMIUM	Vnt.	1	144.000,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)				144.000,00 (Vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai Eurų ir 0 centų)
PVM dydis (procentais)				21 %
PVM suma (skaičiais ir žodžiais)				30.240,00 (Trisdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt Eurų ir 0 centų)
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais)				174.240,00 (Vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eurų ir 0 centų)

a) Visos kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;

b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti su PVM susijusių eilučių, **tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka**;

c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;

d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pagrindinės techninės charakteristikos:

Pasiūlymo vertinimo kriterijai		Tiekėjo pateikiami dokumentai (pagrindžiantys pasiūlymo ekonominį naudingumą – siūlomus kriterijaus parametrus):
Techniniai reikalavimai (T)		
T ₁	Generatoriaus galia ≥ 80 kW	Dokumentai. Konfidencialu; 24, 271 psl.
T ₂	Automatinis kolimatoriaus filtro parinkimas	Dokumentai. Konfidencialu; 499 psl.
T ₃	Virtualus kolimavimas	Dokumentai. Konfidencialu; 321 psl.
T ₄	Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis)	Dokumentai. Konfidencialu; 323 psl.

	Parametrai	Parametrų	Siūloma parametras
--	------------	-----------	--------------------

Nr.		lyginamieji svoriai	reikšmė (privaloma užpildyti*)
T ₁	Generatoriaus galia ≥ 80 kW	$L_1 = 0,2$	Taip
T ₂	Automatinis kolimatoriaus filtro parinkimas	$L_2 = 0,15$	Taip
T ₃	Virtualus kolimavimas	$L_3 = 0,5$	Taip
T ₄	Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis)	$L_4 = 0,15$	Taip

***Pastaba.** Šie parametrai bus naudojami vertinimui, nurodytam pirkimo sąlygų priede „Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir tvarka“. Tiekėjas kartu su pasiūlymu (vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10.5. papunkčiu) privalo pateikti dokumentus (katalogai, brošiūros, techniniai pasai, naudojimo instrukcijos, vartotojo vadovai), įrodančius, jog siūlomas universalus skaitmeninis rentgeno aparatas turi tiekėjo pasiūlyme siūlomas techninio reikalavimo kriterijaus (T) parametro reikšmes.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2.	Techninė specifikacija	1
3.	EBVPD	14
4.	RSC licencija	3
5.	Rentgeno aparato dokumentai	477
6.	Deklaracijos	2
7.	Garantinis raštas	1

6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei numatyta Pirkimo sąlygose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jonas Voluckis
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Kiekis		Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija	Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1.1.	Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne	1	vnt.	XTREME PREMIUM	

	mažiau 14 žmonių)				
1.1.1.	Aukšto dažnio generatorius (nurodyti modelį):				Aukšto dažnio generatorius (nurodyti modelį): SHFR800-TF400; 23 psl.
1.1.2.	Maksimali galia ≥ 65 kW				Maksimali galia 80 kW; 24, 271 psl.
1.1.3.	Įtampos diapazonas $\geq (40 - 150)$ kV				Įtampos diapazonas (40 - 150) kV; 24, 271 psl.
1.1.4.	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas $\geq (0.5 - 600)$ mAs				Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (0.1 - 630) mAs; 24, 271 psl.
1.1.5.	Automatinis ekspozicijos valdymas, ≥ 3 laukų				Automatinis ekspozicijos valdymas, ≥ 3 laukų; 149, 176, 177, 179 psl.
1.1.6.	Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas				Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas; 320 psl.
1.1.7.	Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje				Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje; 150, 317 psl.
1.1.8.	Rentgeno vamzdis (nurodyti modelį):				Rentgeno vamzdis (nurodyti modelį): E4254FX
1.1.9.	Besisukantis anodas				Besisukantis anodas; 304 psl.
1.1.10.	Židinio dėmių skaičius ≥ 2				Židinio dėmių skaičius 2; 273 psl.
1.1.11.	Židinių dydžiai: ≤ 0.6 mm mažam židiniui, ≤ 1.3 mm dideliui židiniui				Židinių dydžiai: 0.6 mm mažam židiniui, 1.2 mm dideliui židiniui; 273 psl.
1.1.12.	Mažojo židinio galia ≥ 30 kW				Mažojo židinio galia 40 kW; 273 psl.
1.1.13.	Didžiojo židinio galia ≥ 80 kW				Didžiojo židinio galia 100 kW; 273 psl.
1.1.14.	Rentgeno vamzdžio įtampa ≥ 150 kV				Rentgeno vamzdžio įtampa 150 kV; 273 psl.
1.1.15.	Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU				Maksimali anodo šiluminė talpa 400 kHU; 273 psl.
1.1.16.	Rentgeno vamzdžio kolona (nurodyti modelį):				Rentgeno vamzdžio kolona (nurodyti modelį): SP4S Premium; 325 psl.
1.1.17.	Montuojama prie lubų				Montuojama prie lubų; 150, 326 psl.
1.1.18.	Kolonos išilginis judėjimas ≥ 3400 mm				Kolonos išilginis judėjimas 3672 mm; 276 psl.
1.1.19.	Kolonos skersinis judėjimas ≥ 2000 mm				Kolonos skersinis judėjimas 2095 mm; 275 psl.
1.1.20.	Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas ≥ 1650 mm				Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas 1800 mm; 327 psl.
1.1.21.	Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie				Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo

	vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) $\geq \pm 135^\circ$				pradinės pozicijos) $\geq \pm 180^\circ$; 274, 275 psl.
1.1.22.	Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) $\geq \pm 115^\circ$				Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) $-180^\circ - + 135^\circ$; 38, 160, 274, 275 psl.
1.1.23.	Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai				Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai; 324 psl.
1.1.24.	Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais stabdžiais				Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais stabdžiais; 324 psl.
1.1.25.	Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos				Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos; 212, 213 psl.
1.1.26.	Automatinis stalo detektoriaus laikiklio pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios /vertikalios padėties				Automatinis stalo detektoriaus laikiklio pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios /vertikalios padėties; 208, 210, 211 psl.
1.1.27.	Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu				Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu; 38, 329 psl.
1.1.28.	Automatinis vaizdų sujungimo (angl. „image stitching“) protokolas rentgenografijos stalui ir stovui (kartu su reikalinga technine įranga)				Automatinis vaizdų sujungimo (angl. „image stitching“) protokolas rentgenografijos stalui ir stovui (kartu su reikalinga technine įranga); 38, 128, 189 psl.
1.1.29.	Integruota vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, valdoma technologo darbo vietoje				Integruota vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, valdoma technologo darbo vietoje; 324 psl.
1.1.30.	Kolimatorius (nurodyti modelį):				Kolimatorius (nurodyti modelį): R225ACS DHHS; 273 psl.
1.1.31.	Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas				Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas; 183 psl.
1.1.32.	Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas				Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas; 159 psl.
1.1.33.	Automatinis arba rankinis valdymas				Automatinis ir rankinis valdymas; 328 psl.
1.1.34.	Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) $\geq \pm 45^\circ$				Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) $\pm 90^\circ$; 328 psl.
1.1.35.	Filtrų skaičius ≥ 3 vnt.				Filtrų skaičius 3 vnt.; 328 psl.
1.1.36.	Stalas rentgenografijai (nurodyti modelį):				Stalas rentgenografijai (nurodyti modelį): TPF5S premium; 331

					psl.
1.1.37.	Stalviršio ilgis ≥ 2300 mm				Stalviršio ilgis 2400 mm; 280 psl.
1.1.38.	Stalviršio plotis ≥ 800 mm				Stalviršio plotis 868 mm; 280 psl.
1.1.39.	Motorizuotas stalo aukščio keitimas				Motorizuotas stalo aukščio keitimas; 333 psl.
1.1.40.	Maksimalus stalo keliamas svoris ≥ 300 kg				Maksimalus stalo keliamas svoris 350 kg; 280 psl.
1.1.41.	Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti				Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti; 39 psl.
1.1.42.	Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį				Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį; 147 psl.
1.1.43.	Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating)				Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating); 332 psl.
1.1.44.	Motorizuotas stovas rentgenografijai (nurodyti modelį):				Motorizuotas stovas rentgenografijai (nurodyti modelį): PMB4S Premium; 336, 337 psl.
1.1.45.	Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai				Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai; 122, 337 psl.
1.1.46.	Žemiausia detektoriaus centro aukščio motorizuota pozicija ≤ 315 mm				Žemiausia detektoriaus centro aukščio motorizuota pozicija 278 mm; 288, 337 psl.
1.1.47.	Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį				Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį; 147 psl.
1.1.48.	Viršutinė rankena pacientui				Viršutinė rankena pacientui; 141, 339 psl.
1.1.49.	Šoninės rankenos pacientui				Šoninės rankenos pacientui; 39, 339 psl.
1.1.50.	Detektoriaus laikymo mechanizmo pavertimo kampo keitimas, ne mažiau negu 110°				Detektoriaus laikymo mechanizmo pavertimo kampo keitimas, ne mažiau negu 110° ; 43, 338 psl.
1.1.51.	Automatinis aukščio keitimas pagal rentgeno vamzdžio poziciją				Automatinis aukščio keitimas pagal rentgeno vamzdžio poziciją; 212, 213 psl.
1.1.52.	Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu (nurodyti modelį):				Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu (nurodyti modelį): IBA; 38, 81, 324 psl.
1.1.53.	Galimybė dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji				Galimybė dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja

	organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos)				pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos); 317, 320, 323, 372, 407, 412 psl.
1.1.54.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.:				Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.: MARS1417X; 344, 345, 348 psl.
1.1.55.	Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio				Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio; 324, 345 psl.
1.1.56.	Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais				Detektoriai pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais; 341 psl.
1.1.57.	Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja				Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja; 344 psl.
1.1.58.	Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis				Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI); 345 psl.
1.1.59.	Detektoriaus jautrios zonos dydis $\geq 340 \times 420$ mm				Detektoriaus jautrios zonos dydis 350×430 mm; 345 psl.
1.1.60.	Detektoriaus atsparumas drėgmei, ne mažiau IPX3 apsaugos klasės				Detektoriaus atsparumas drėgmei IP56 apsaugos klasės; 346 psl.
1.1.61.	Pikselio dydis $\leq 150 \mu\text{m}$				Pikselio dydis $100 \mu\text{m}$; 345 psl.
1.1.62.	Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit				Pilkumo skalės gylis 16 bit; 345 psl.
1.1.63.	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) $\geq 70 \%$				Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) 73,4 %; 349 psl.
1.1.64.	Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stalą ir stovėjančius detektoriaus mazgus arba sistema turi būti komplektuojama su po dvi baterijas kiekvienam išoriniu baterijų krovimo įrenginiu (vienu metu galima krauti ne mažiau kaip 2 vnt. baterijų)				Sistema komplektuojama su po dvi baterijas kiekvienam išoriniu baterijų krovimo įrenginiu (vienu metu galima krauti kaip 2 vnt. baterijų); 346, 353 psl.
1.1.65.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.:				Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.: MARS1717X; 351, 355 psl.
1.1.66.	Integruotas rentgenografijos stovė arba nešiojimas				Nešiojimas; 352 psl.
1.1.67.	Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis				Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI); 352 psl.
1.1.68.	Detektoriaus jautrios zonos				Detektoriaus jautrios zonos dydis

	dydis $\geq 420 \times 420$ mm				430 x 430 mm; 352 psl.
1.1.69.	Pikselio dydis ≤ 150 μ m				Pikselio dydis 100 μ m; 352 psl.
1.1.70.	Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit				Pilkumo skalės gylis 16 bit; 352 psl.
1.1.71.	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) ≥ 67 %				Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) 73,4 %; 356 psl.
1.1.72.	Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatinė ir programinė įranga):				Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatinė ir programinė įranga):
1.1.73.	Informacijos iš detektorių nuskaitymas				Informacijos iš detektorių nuskaitymas; 317, 361 psl.
1.1.74.	Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas				Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas; 317, 408 psl.
1.1.75.	Gautų vaizdų peržiūra				Gautų vaizdų peržiūra; 407 psl.
1.1.76.	Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas				Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas; 320 psl.
1.1.77.	Pacientų registravimas automatinio ir rankiniu būdais				Pacientų registravimas automatinio ir rankiniu būdais; 317 psl.
1.1.78.	Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas				Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas; 317, 436 psl.
1.1.79.	Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai				Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai; 450 psl.
1.1.80.	DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report				DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report; 323 psl.
1.1.81.	Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas				Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas; 158 psl.
1.1.82.	Radiologijos technologo darbo vietos monitorius, ≥ 19 " ekrano įstrižainės				Radiologijos technologo darbo vietos monitorius, 23,8" ekrano įstrižainės; 358 psl.
1.1.83.	Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA				Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), 2200 VA; 481 psl.
1.1.84.	Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių (komplektas, susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių				Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių (komplektas, susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių

	apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą				dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą; 482-493 psl.
1.1.85.	Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos.				Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas (šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės; 81 psl.
1.1.86.	Komplektuojama su diagnostiniais radiologo darbo vieta: medicininiai diagnostiniai monitoriais - spalvoti, ≥ 3 megapikselių raiškos, ≥ 21 " ekrano įstrižainės, DICOM kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m ² , apsauginis neatspindintis ekrano padengimas) (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių ir nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA				Komplektuojama su diagnostiniais radiologo darbo vieta: medicininiai diagnostiniai monitoriais - spalvoti, 3 megapikselių raiškos, 21,3" ekrano įstrižainės, DICOM kalibruotas skaistis 600 cd/m ² , apsauginis neatspindintis ekrano padengimas) (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių ir nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), 2200 VA; 477, 478, 481 psl.

Tame tarpe PVM: 30.240 Eur 00 ct (Trisdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt Eurų ir 0 centų)

Pirkėjo vardu

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Kauno ligoninė
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
Įmonės kodas 302583800
PVM kodas LT100005939715
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073
El. p. info@kaunoligonine.lt
A/s LT284010042502573979
AB Luminor bank
banko kodas 40100

Generalinė direktorė
prof. dr. Diana Žaliaduonytė

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

Tiekėjo vardu

UAB „Kodmeda“

Kareivių g. 11, 09109 Vilnius
Įmonės kodas: 123854815
PVM mokėtojo kodas: LT-238548113
Tel: (8-5) 270 08 77, faks: (8-5) 277 25 29
El. paštas: info@kodmeda.lt
AB SEB bankas, b.k. 70440
A.s. LT18 7044 0600 0115 1261

Direktorius
Jonas Voluckis

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

20__ m. ____ d.

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Pirkėjas), ir _____ (toliau – Tiekėjas), toliau abi kartu – Šalys, vadovaudamiesi tarp Pirkėjo ir Tiekėjo 20__ m. ____ d. sudaryta _____ viešojo pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. _____ (toliau – Sutartis), sudarė šį prekių priėmimo – perdavimo aktą, kuriuo patvirtina, kad:

1. Tiekėjas perdavė Pirkėjui, o Pirkėjas priėmė iš Tiekėjo žemiau išvardintas prekes, kurių bendra vertė yra _____ Eur (*suma žodžiais*) su PVM (toliau – Prekės) ir kurios bus naudojamos Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir tikslais:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	UDI numeris	Prekės serijos numeris	Prekės vertė EUR be PVM	Prekės vertė EUR su PVM
1.					
2.					
				Iš viso (Eur):	

Papildoma informacija apie perduotas Prekes:

Pagaminimo šalis	Pagaminimo data	Instaliavimo vieta (skyrius, kabinetas)

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Prekės pristatytos, atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus ir Sutarties sąlygas.

3. Pirkėjas neturi Tiekėjui pretenzijų dėl Prekių komplektiškumo ir kokybės.

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais (po vieną Pirkėjui ir Tiekėjui), kurie turi vienodą juridinę galią. Šis aktas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Pirkėjo vardu priėmė:

Tiekėjo vardu perdavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.6. per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių teikimu susijusią informaciją;

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

- 5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas;
- 5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas;
- 5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.

6. Prekių tiekimo terminai ir vieta

- 6.1. Prekės su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.
- 6.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

7. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

- 7.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.

8. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

- 8.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

8.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

8.3. Taikomas garantinių įsipareigojimų terminas, nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatytas ilgesnis terminas (taikomas tas, kuris yra ilgesnis). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėmis ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

9. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

9.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

9.2. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

9.3. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

9.4. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

9.5. Tiekėjas, įvykdydamas visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

10.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos

jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12. Šalių pareiškimai ir garantijos

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

12.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

12.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

12.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

13. Konfidencialumo įsipareigojimai

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

14. Sutarties galiojimas

14.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

14.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Sutarties pažeidimas

16.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

16.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

16.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

16.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas netesybas;

16.2.4. nutraukti Sutartį;

16.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

17. Sutarties vykdymo sustabdymas

17.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą.

17.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

17.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

17.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

17.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.

17.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

18. Sutarties nutraukimas

18.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

18.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

18.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

18.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

18.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

18.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

18.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

18.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

18.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 18.5 punkte nustatytų terminų:

18.3.1. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.

18.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

18.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;

18.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

18.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

18.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

19. Ginčų nagrinėjimo tvarka

19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

20.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

20.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.