

ELEKTROFIZIOLOGINIŲ PROCEDŪRŲ PRIEMONIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. 2022-03-31 Nr. 5-2022-221

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė, juridinio asmens kodas 191340469, kurios registruota buveinė yra Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus, veikiančio pagal VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus Jono Sąlygos 2014 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2-458 (toliau – **Pirkėjas**), ir

UAB „Abbott Medical Lithuania“, juridinio asmens kodas 300121108, kurio registruota buveinė yra Šeimyniškių g. 3, LT-09312, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Mika Mustonen, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu (toliau – **Pardavėjas**), toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią elektrofiziologinių procedūrų priemonių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl žemiau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Laimėjęs atvirą (tarptautinį) konkursą Elektrofiziologinių procedūrų priemonės“ (pirkimo Nr. 581388), (toliau – Konkursas), Pardavėjas, vadovaudamasis Sutartimi, parduoda, o Pirkėjas, vadovaudamasis Sutartimi, perka Sutarties 1 priede nurodytas elektrofiziologinių procedūrų priemones (toliau – Prekės).

1.2. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro šiame punkte išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:

- 1.2.1. Techninė specifikacija (su jos išaiškinimais ir su priedais, jei jie pridedami);
- 1.2.2. Sutartis (su priedais, jeigu jie pridedami, išskyrus Techninę specifikaciją);
- 1.2.3. Pardavėjo galutinis pasiūlymas;
- 1.2.4. kiti Pirkimo dokumentai.

1.3. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, prekės bus užsakomos pagal faktinį Pirkėjo poreikį visą sutarties galiojimo laikotarpį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Sutartyje nurodyto kiekio.

1.4. Pardavėjas garantuoja, kad Sutarties 1 priede nurodytų Prekių kokybė ir komplektiškumas visiškai atitinka Sutartyje ir Konkurso sąlygose nustatytus kokybės ir komplektiškumo reikalavimus. Prekės, nurodytos 1 Sutarties priede, turi atitikti visus saugos ir kokybės, bei kitus tokio pobūdžio prekėms keliamus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

1.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

1.6. Sutarties pasirašymas nereiškia prekių užsakymo. Prekes Pirkėjas užsakys pagal poreikį.

1.7. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Prekės (-ių), nurodytos (-ų) Sutarties 1 priede, nekeičiant Prekės (-ių) kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitą (-as) ne blogesnių charakteristikų Prekę (-es), tik gavęs Pirkėjo raštišką sutikimą ir su sąlyga, kad nauja Prekė atitiks keliamus reikalavimus ir keičiant Sutartį nebus pažeisti Viešųjų pirkimų principai ir pakeitimas neprieštaraus teisės aktams. Dėl prekių pakeitimo lygiavertėmis Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

1.8. Vykdam sutartį pasitelkiami šie subtiekejai [įvardyti] šioms Sutarties objekto dalims [nurodyti] [pildoma, jei subtiekejai pasitelkiami, jei ne, šis punktas ir 1.9 punktas netaikomi].

1.9. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Keičiamas (-i) subtiekejai (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją (jei taikoma) bei pateikti tai įrodančius dokumentus.

2. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Preliminari sutarties vertė yra 327 279,75 (trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 75 ct €). Į Sutarties vertę įskaičiuotos visos išlaidos (prekių įpakavimas, atvežimas, iškrovimas ir pan.) ir visi mokesčiai.

2.2. Perkamos Prekių vienetų įkainiai ir savybės nurodyti Sutarties priede. Galutinė kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Pardavėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį pristatyto Prekių kiekio.

2.3. Sutarties priede numatyti Prekių įkainiai yra fiksuoti, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, įskaitant ir Prekių pristatymo kaštus.

2.4. Sutarties įkainiai gali būti keičiami taikant peržiūros sąlygas. Susitarimai dėl peržiūros turi būti įforminti papildomu susitarimu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine sutarties dalimi.

2.5. Sutarties įkainių peržiūra – sutarties įkainių pakeitimas, gali būti atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, mokesčių, minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo bei kitų objektyvių aplinkybių:

2.5.1. pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio dydžiui:

2.5.1.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5.1.2. Sutarties kaina nedidinama, kai nėra lėšų padidėjusiam PVM tarifui kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai mažinama Sutarties kainos dalis be PVM, kad bendra Sutarties kaina su PVM išliktų nepakitusi. Sutarties kainos dalies be PVM dydžio perskaičiavimo formulė:

$$I_N = \frac{I_S}{\left(1 + \frac{T_N}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_S}{100}\right)$$

I_N - po perskaičiavimo likusios neįvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM

I_S - iki perskaičiavimo likusios neįvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5.1.3. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įforminama papildomu Sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

2.5.1.4. Sutarties 2.5.1 punkto pagrindu perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įsigalioja nuo pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio įsigaliojimo dienos;

2.5.2. pasikeitus Sutartyje nurodytų Prekių kainų (įkainių) lygiui. Šiuo atveju Sutarties Prekių kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių ir ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną prekių įkainiai perskaičiuojami pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą panašių prekių kainų indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių. Įkainiai perskaičiuojami kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Nauji įkainiai apskaičiuojami, Sutarties įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento. Perskaičiavimo koeficientas - paskutinio paskelbto einamųjų metų panašių prekių kainų indekso santykis su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu.

2.5.2.1. Sutarties 2.5.2. punkte nustatytu atveju Sutarties Prekių kaina (įkainis) gali būti perskaičiuojama, jeigu panašių Prekių kainų (įkainio) lygio skirtumas, lyginant einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainas su praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainomis, yra didesnis arba mažesnis daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų;

2.5.2.2. Sutarties šalis, inicijuojanti Sutarties Prekių kainos (įkainio) perskaičiavimą dėl sutarties 2.5.2. punkte nurodytų aplinkybių, turi tokias aplinkybes įrodyti, t. y. pateikti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba kitos kompetentingos ir įgaliotos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį panašių Prekių kainų pokyčio dydį per atitinkamą laikotarpį.

2.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus aplinkybėms ir Pardavėjui raštu pasiūlius Pirkėjui įsigyti Sutartyje nurodytą įrangą ir/ar Prekes (lygiavertės Prekes) už mažesnę nei Sutartyje nurodytą kainą, Šalys

turi teisę įforminti šį pasiūlymą Sutarties pakeitimu, sumažinant Sutartyje nurodytos Įrangos ir/ar Prekių kainas, nekeisdamos kitų esminių Sutarties sąlygų ir nepažeisdamos Viešųjų pirkimų principų.

3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI

3.1. Pardavėjo pateiktame užsakyme Prekių kiekis turi būti Pardavėjo transportu pristatomas per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos ir Pirkėjo užsakymo telefonu ar elektroniniu paštu. Prekių pristatymo vieta – VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vaistinė, Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda.

3.2. Pardavėjas Prekes perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Prekių pristatymo ir Perdavimo data yra Pirkėjo pasirašymo sąskaitoje-faktūroje ir (arba) perdavimo-priėmimo akte diena. Perdavus Prekes Pirkėjui, visos tolesnės Prekių laikymo išlaidos tenka Pirkėjui.

3.3. Priėmęs Prekes, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti jų kokybę ir komplektiškumą ir apie pastebėtus Prekių kokybės ir (arba) komplektiškumo trūkumus per protingą terminą pranešti Pardavėjui.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Šalys, vykdydamos sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir kreditines sąskaitas faktūras teikia naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Pirkėjas už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pardavėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, Prekių gavimo ir sąskaitos faktūros už Prekes informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. Kartu su Prekėmis gali būti pristatoma informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros kopija, ši kopija gali būti teikiama ir elektroniniu paštu Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Sąskaitoje-faktūroje Pardavėjas nurodo Sutarties numerį ir datą.

4.3. Jeigu Pirkėjas už Įrangą ir/ar Prekes nesumoka per Sutarties 4.2. punkte nustatytą terminą ne dėl Pardavėjo kaltės ir ne dėl priežasčių, atleidžiančių Pirkėją nuo atsakomybės, Pardavėjas gali Sutartį nutraukti, apie tai Pirkėjui pranešant ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

4.4. Pardavėjui nepasinaudojus teise nutraukti Sutarties galiojimą 4.3 punkte numatytomis sąlygomis, jis turi teisę į 0,07 (septynių šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo uždelstos apmokėti sumos.

4.5. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekęs, Pardavėjui sutikus, tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir subtiekejo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekejai), arba nuo informacijos apie subtiekejo pasitelkimą iš Pardavėjo gavimo, raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą ir Pardavėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subtiekeju negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekeju gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Prekes. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir subtiekejo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekeju išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Pardavėjui mokėtinos sumos.

5. PREKIŲ TIEKIMO, PERDAVIMO TVARKA IR GARANTIJOS

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad Pirkėjui tiekiamos prekės bus naujos, nenaudotos, kokybiškos. Jos turi atitikti atviro konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Prekės turi būti patikimai ir saugiai įpakuotos.

5.2. Pardavėjas garantuoja nenutrūkstamą prekių tiekimą už Sutartyje numatytą kainą.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes gabenti taip, kad:

5.3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė;

5.3.2. nebūtų užterštos kitomis medžiagomis ar neužterštų jų;

5.3.3. neišsipiltų, neišsibarstytų, nesudužtų;

5.3.4. būtų apsaugotos nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo;

5.3.5. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos, ar kitų veiksnių žalingo poveikio.

5.4. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei jos neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų, Pardavėjas turi per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo Pardavėjui dienos pakeisti Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Prekes atitinkančiomis Sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jei Pardavėjas nepakeičia Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių Prekių atitinkančiomis reikalavimus Prekėmis per Sutarties 5.4. punkte nustatytą terminą.

5.6. Atsiradus nenumatytais aplinkybėmis, kai Pardavėjas neturi ir negali pateikti Sutartyje numatytos reikiamos Prekės laiku, Pirkėjas gali:

5.6.1. pareikalauti, kad Pardavėjas reikiamą Prekę nupirktų ir pristatytų Pirkėjui iš kito pardavėjo už ne didesnę kainą negu numatyta Sutartyje, per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, arba:

5.6.2. tartis su Pardavėju, kad jis pakeistų perkamos Prekės modelį į kitą, su sąlyga, kad kito modelio Prekė atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta už ne didesnę kainą negu numatyta šioje sutartyje, arba įsigyti Prekes, atitinkančias specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, ir visas išlaidas susijusias su Prekių įsigijimu ir kainų skirtumų išreikalauti iš Pardavėjo.

5.6.3. Apie prekes, kurių Pardavėjas negali pateikti per 3.1. punkte nurodytą laiką, Pardavėjas privalo pranešti Pirkėjui, pranešime nurodant galimą jų pateikimo terminą.

5.7. Pardavėjas garantuoja, kad pagal šią Sutartį pristatomos prekės bus pažymėtos CE ženklu.

5.8. Ligoninėje turi būti mažiausiai trys normaliai funkcionuojantys programikliai, tinkantys programuoti siūlomus implantuojamus prietaisus. Jei ligoninė tiek programiklių neturi, trūkstamas jų kiekis turi būti pateiktas kartu su pirmąja prekių siunta. Programikliai perduodami ligoninei neatlygintinai, implantuojamų prietaisų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties galiojimo laikotarpiui, pagal Panaudos sutartį (pirkimo sąlygų 5 priedas). Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą programiklių techninę priežiūrą bei remontą ir nemokamai aprūpinti specialiu registraciniu popieriumi, skirtu programiklių spausdintuvams (pagal perkančiosios organizacijos poreikius).

5.9. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Pardavėjo atstovas – Olga Saveljeva, tel. 8-685-38830, el. paštas: olga.saveljeva@abbott.com.

5.10. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Pirkėjo atstovas – Širdies aritmijų ir kraujagyslių intervencinės radiologijos laboratorijos vedėjas Jonas Jarašūnas, tel. 846 491018, el. paštas: jjarasunas@jurlig.lt.

5.11. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė viešiesiems pirkimams – Birutė Navickienė, tel. (8 46) 491014, el. bnavickiene@jurlig.lt.

6. PAPILDOMOS SĄLYGOS

6.1. Pirkėjui pateikus paraišką Prekėms, nurodant, kad už Prekes bus atsiskaitoma po realizacijos, Pardavėjas, Sutarties 3.1 punkte numatytais terminais, įsipareigoja atgabenti Pirkėjui atitinkamą Prekių kiekį, Pirkėjas be apribojimų galės naudoti šias Prekes atsižvelgdamas į savo poreikius.

6.2. Pardavėjas, atgabenęs Prekes pagal 6.1 punkte numatytas sąlygas, iš karto nuosavybės teisių Pirkėjui į Prekes neperduoda, Prekės laikomos ligoninėje kaip Pardavėjo nuosavybė (konsignacinis sandėlys).

6.3. Prekių pristatymas įforminamas važtaraščiu ar priėmimo perdavimo aktu. Pardavėjas garantuoja Prekių pasibaigus galiojimo terminui pakeitimą ir/ar išgabenimą.

6.4. Pirkėjo apskaitoje šios Prekės, gautos Sutarties 6.1 punkte nurodytomis sąlygomis, nėra laikomos jo turtu ir užfiksuojamos nebalansinėje sąskaitoje. Pirkėjas, realizavęs šias Prekes, per kiekvieno mėnesio pirmas 3 darbo dienas, pateikia ataskaitą Pardavėjui, nurodydamas prekių kiekį ir sumą, pagal kurią Pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas šią sąskaitą faktūrą apmoka Sutarties 4.1 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.5. Implantavus pacientams reikalingus prietaisus, Pirkėjas už juos apmoka pirkimo – pardavimo sutartyje numatytais sąlygomis, pagal realų prietaisų suvartojimą. Siekiant nustatyti kokią Prekių dalį, gautų Sutarties 6.1 punkte numatytais sąlygomis, panaudojo Pirkėjas, kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną, dalyvaujant Šalių atstovams, šios Prekės inventorizuojamas surašant Inventorizacijos aktą. Inventorizaciją atlieka įgalioti asmenys. Inventorizacijos aktas surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.6. Nutraukus sutartį Pirkėjas Prekes, gautas Sutarties 6.1 punkte numatytais sąlygomis, ir už kurias nėra atsiskaityta Sutartyje numatytais sąlygomis, privalo grąžinti Pardavėjui.

7. ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – netesybos (delspinigiai ir baudos):

7.1.1. jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę iš Pardavėjo be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, gauti 0,07 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktos Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos. Pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš Pardavėjui mokėtinos sumos.

7.1.2. Pardavėjo iniciatyva visai arba laikinai nutraukus visų ar dalies Prekių pardavimą sutartyje nurodytomis kainomis, Pardavėjas moka 20 (dvidešimties) proc. dydžio baudą nuo nepateiktų Prekių sumos ir atlygina kitus Pirkėjo Prekių nepateikimu patirtus nuostolius. Baudą ir nuostolius Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.1.3. jei paaiškėja, kad pagal Sutartį pateiktos Prekės neatitinka Sutartyje ir Konkurso sąlygose nustatytų kokybės, tame tarpe ir tinkamumo naudoti termino, ir (arba) komplektiškumo reikalavimų, arba paaiškėja, kad Pardavėjas apie Įrangos ir/ar Prekių kokybės ir (arba) komplektiškumo atitiktį Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę Prekes grąžinti Pardavėjui ir nutraukti Sutartį. Pardavėjas privalo savo sąskaita atsiimti parduotas Prekes, grąžinti Pirkėjui sumokėtas už nekokybiškas Prekes pinigų sumas ir sumokėti 20 (dvidešimties) proc. dydžio baudą nuo grąžintų nekokybiškų Prekių vertės.

8. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

8.1. Nei viena Šalis nebus laikoma sulaužiusi savo įsipareigojimus pagal Sutartį, jei tų įsipareigojimų nevykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, kurios kyla po abiejų Šalių Sutarties pasirašymo dienos.

8.2. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840;

8.3. Šalys, kuri negali vykdyti įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 10 dienų nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, netenka teisės jomis remtis.

9. ŠALIŲ GINČO REGULIAVIMO TVARKA

9.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

10.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodyti pagrindai.

10.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

10.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso sąlygas ir (arba) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.4. Sutarties šalių valia turi būti įforminama papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių, pridodant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. SUTARTIES SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR JO PASEKMĖS

11.1. Sutarties vykdymo sustabdymas:

11.1.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Pardavėjo valios, dėl kurių Pardavėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytioms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

11.1.2. Jei Pardavėjo įsipareigojimų vykdymas stabdomas daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį;

11.1.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas;

11.1.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

11.2. Pardavėjui nepateikus Prekių laiku, tai bus laikoma esminiu sutarties vykdymo pažeidimu. Jei Pardavėjas daugiau nei 2 (du) kartus pažeidė Prekių tiekimo terminus ir tvarką, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Pardavėją prieš 15 (penkiolika) dienų, taikant Sutartyje numatytas sankcijas ir iš Pardavėjo išreikalausti nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties nutraukimo, atlyginimą.

11.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.4. Nutraukus sutartį dėl Pardavėjo kaltės, esant ir Lietuvos Respublikos Viešojo pirkimo įstatymo 91 straipsnyje numatytiems pagrindams, Pirkėjas turi teisę informaciją apie Pardavėją kaip apie pirkimo sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Pardavėją, ne vėliau kaip per 10 dienų paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Atskirų pirkimo dalių Sutartis įsigalioja nuo datos nurodytos Techninėje specifikacijoje, jei data nenurodyta arba Sutartis pasirašoma vėliau nei nurodyta Techninėje specifikacijoje, Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Sutartis galioja 12 mėnesių nuo įsigaliojimo datos. Nei vienai iš Sutarties Šalių prieš 60 dienų iki Sutarties termino pasibaigimo nepateikus raštu pranešimo kitai Šaliai apie atsisakymą tęsti Sutartį, Sutartis, be atskiro raštinio susitarimo, pratęsima 12 (dvylika) mėnesių. Šiuo būdu Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus.

12.2. Pardavėjas turi užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo ar jo darbuotojo ir kitų su Pirkėju siejamų trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei kitais teisės aktais.

12.3. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12.4. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

12.4.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

12.4.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui;

12.4.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

12.4.4. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose PĮ nurodytus principus.

12.4.5. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;

12.4.6. bus imtasi visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui, kad nebūtų sudaromos sąlygos galimiems interesų konflikto šaltiniams – bendriems ekonominiais ar profesiniams interesams, giminystės ar draugystės ryšiams ar kitoms sąsajoms ir bendriems interesams. Apie bet kokią interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta kitai Šaliai;

12.4.7. Pardavėjas išanalizavo, suprato ir įvertino realias Prekių apimtis ir jų tiekimo aplinkybes, numatė ir įvertino visus Pardavėjo įsipareigojimus, būtinus Sutarčiai vykdyti, bei tuo remiantis pateikė Pasiūlymo kainą, t. y. į Pasiūlymo kainą įskaičiavo visas išlaidas, būtinas Sutarties tinkamam vykdymui, bei prisiima riziką dėl to, kad ne dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir (arba) Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis. Jei Sutarties

vykdymo metu paaiškėja, kad, norint tinkamai įgyvendinti Sutartį, reikalingos papildomos Pardavėjo laiko ir darbo sąnaudos, nenumatytos Sutartyje, Pardavėjas papildomo apmokėjimo už šį padidėjimą nereikalauja ir tai nebus priežastis keisti Sutarties sąlygas;

12.4.8. Pardavėjas, jo vadovai, darbuotojai, atstovai, kiti Pardavėjo pasitelkti, kontroliuojami ar Pardavėjo vardu veikiantys asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus nėra siūlę, žadėję, davę, leidę duoti Pirkėjui, jo vadovams, atskiriems jo darbuotojams, jo atstovams, pasitelktiems, kontroliuojamiems ar Pirkėjo vardu veikiantiems ar pasitelktiems asmenims ar bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims jokios netinkamos turtinės ar kitokios naudos (ir nėra davę suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), nėra prašę ar skatinę Pirkėjo, jo vadovų, jo darbuotojų, jo atstovų, pasitelktų, kontroliuojamų ar Pirkėjo vardu veikiančių asmenų atlikti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, kaip jie yra apibrėžiami teisės aktuose, ar nėra atlikę kitų korupcinio pobūdžio veiksmų, susijusių su Pirkime dalyvavusių teikėjų vertinimu, informacijos teikimu teikėjams, Pardavėjo privilegijavimu, Sutarties sudarymu, santykiais tarp Pirkimo dalyvių ar kitų trečiųjų asmenų bei kitomis Pirkimo procedūromis;

12.4.9. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygų, dokumentacijos ir informacijos, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neviešinti ir neatskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie vieną iš Šalių atskleidimas, jei ta Šalis pažeidžia Sutarties sąlygas.

12.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

12.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

12.8. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.9. Pasirašydamos Sutartį, sudarytą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai iš Šalių, Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

13. PRIEDAI

13.1. Sutarties 1 priedas - Prekių sąrašas ir techninė specifikacija.

Sutarties šalys:

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
Tel. 8-46-491002
El. paštas: jurlig@jurlig.lt
Įm. kodas 191340469
PVM mokėtojo kodas LT913404610
Atsisk. Sąsk. LT587180500000141030
AB „Šiaulių bankas“

Pardavėjas


UAB „Abbott Medical Lithuania“
Šeimyniškių g. 3, LT-09312, Vilnius
Tel. 8-685-38830
El. paštas olga.saveljeva@abbott.com
Įm. kodas 300121108
PVM mokėtojo kodas
LT100001896710
A/s BE70001787295425
BNP Paribas Fortis SA/NV
SWIFT kodas: GEBABEBBXXX

Direktoriaus pavaduotojas medicinai
Algirdas Ljunktus



Generalinis direktorius
Mika Mustonen

A. V.



2022 m. 2022-03-31 d.
 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties
 Nr. 5-2022-201
 1 priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai		Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Sitūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Vienkamerinis elektrokardiostimuliatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVT), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus	1. Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. 2. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT. 3. Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. 4. Maksimali impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala. 5. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 6. Masė ≤ 20 g, tūris ≤12 cm³. 7. DS amplitudė 0,25–7 V, žingsnis mažiau nei 0,5 V. 8. DP amplitudė 0,25–5,0 V, žingsnis 0,5 V. 9. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.	Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai	75	1.Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. 2.Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT. 3.Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. 4.Maksimali impulso trukmė – 0,05–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. 5.Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 6.Masė 19 g, tūris 9,7 cm3. 7. DS amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis 0,25-0,5 V. 8. DP amplitudė 0,25–5,0 V, žingsnis 0,25-0,5 V. 9. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su	St. Jude Medical, SJM™, Endurity MRI PM1172 Tendril STS 2088TC	679,00	50 925,00	5%	53 471,25

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10. Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. 11. Jautrumas prieširdžiuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. 12. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 13. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. 14. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 15. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. 16. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. 17. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos		5 V atsargine stimuliacija. 10. Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–12,5 žingsnis 1,0 mV. 11. Jautrumas prieširdžiuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. 12. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 13. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. 14. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 15. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. 16. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinantis dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(stimuliuojant AAI(R) režimu). 18. Prekės gamintojo garantija ≥ 10 metų. 19. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min., epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis. 20. Prietaiso darbo trukmė ≥ 12 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DS stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). 21. Programuojami išpjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. 22. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).		laikas, būtinų jutiklio histogramos. 17. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu). 18. Prekės gamintojo garantija 10 metų. 19. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min., epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis. 20. Prietaiso darbo trukmė 14,4 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DS stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). 21. Programuojami išpjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				skilvelių dažnio. 22. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). Komplekte turi būti įvairaus ilgio 46, 52, 58. 65, 100 cm aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai Katalogo psl. 1-2, 34-35					
Bendra pirkimo 1 dalies kaina su PVM žodžiais: Penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras 25 ct									
4.	Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus	1. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). 2. Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min. 3. Maks. impulso trukmė –0,1–1,5 ms, keičiant mažesnei nei 0,1 ms padala – būtina. 4. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 5. DS amplitudė bent	230	Komplekte turi būti: 1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus,	1. Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R).	810,00	186 300,00	5%	195 615,00
				2. Stimuliacijos dažnis: 30–170 imp./min. 3. Maks. impulso trukmė –0,05, 0,1–1,5 ms, keičiant 0,1 ms padala. 4. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 5. DS amplitudė 0,25–	St. Jude Medical, SJM™, Endurity MRI PM2172, Optisense Optim 1999/Tendril STS 2088TC				

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Silomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0,25–7 V, žingsnis mažesnis nei 0,5 V. 6. DP amplitudė bent 0,25–5,0 V, žingsnis 0,5 V. 7. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. 8. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. 9. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. 10. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 11. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. 12. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 13. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. 14. Dažnio adaptacijos	4	7,5 V, žingsnis 0,25-0,5 V. 6. DP amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis 0,25-0,5 V. 7. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija. 8. Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV. 9. Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV. 10. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 11. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. 12. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 13. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. 14. Dažnio adaptacijos						

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsiestatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. 15. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. 16. Prietaiso veikimo trukmė ≥ 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 1000% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) 17. Prekės gamintojo garantija ≥ 7 metai. 18. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. 19. Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „pašėkos“) algoritmas. 20. Programuojami išėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių		suteikianti optimalią stimuliaciją. 13. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai. 14. Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsiestatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. 15. Saugomų elektrogramų trukmė 14 min, epizodų trukmė 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. 16. Prietaiso veikimo trukmė 9,7 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 1000% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos) 17. Prekės gamintojo garantija 8 metai.					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Sitlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. 21. Galimybė automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija. 22. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).		18. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. 19. Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas. 20. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio. 21. Galimybė automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija. 22. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). Komplekte: 1. Įvairaus ilgio 46, 52, 58, 65, 100cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bendra pirkimo 4 dalies kaina su PVM žodžiais: Vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų 00 ct									
6.	Biventrikulinis keturpolis stimulatorius, skirtas skilvelių darbą resinkronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema	1. Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniams krūviui. 2. DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0,5 V ar mažesniu žingsniu. 3. DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0,5 V ar mažesniu žingsniu. 4. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 5. Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“). 6. Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm³. 7. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.	30	1. Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniams krūviui. 2. DS amplitudė 0,25–7,5 V, keičiant po 0,25–0,5 V žingsniu. 3. DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0,25–0,5 V žingsniu. 4. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 5. Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“). 6. Masė 26 g, tūris 15 cm³. 7. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.	St. Jude Medical, SJM™, Quadra Allure MP PM3562 Optisense Optim 1999/Tendril STS 2088TC Quartet 1458Q, 1458QL, 1456Q, 1457Q CPS Universal slitter DS2A003, CPS DIRECT SL	1 499,00	44 970,00	5%	47 218,50

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 9. Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. 10. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, įvairios proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos). 11. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. 12. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. 13. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 14. Keičiant poliskumą, automatiškai matuojama varža. 15. Prietaiso darbo trukmė $\geq$	elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpoliai elektrodai – $\leq 5F$ diametro, atstumai tarp kontaktų $\geq 10mm$, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduseris koronarinio sinuso kanuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir	8. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 9. Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. 10. Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, įvairios proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos). 11. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. 12. Saugomų elektrogramų trukmė $\geq 14min.$, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. 13. Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 14. Keičiant poliskumą, automatiškai matuojama varža. 15. Prietaiso darbo trukmė $\geq$	II DS2C001-DS2C015/CPS DIRECT PL II 410211-410225 CPS COURIER DS2G001-DS2G004	7	8	9	10

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). 16. Prekės gamintojo garantija ≥5 metai. 17. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose. 18. KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliacimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų. 19. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. 20. Programuojami išėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.		matuojama varža. 15. Prietaiso darbo trukmė 8,2 metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). 16. Prekės gamintojo garantija 6 metai. 17. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose. 18. KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliacimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų. 19. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. 20. Programuojami išėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. 22. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų išspėjamieji signalai. 23. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. 24. Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais. 25. Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija. Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).		elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. 21. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. 22. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų išspėjamieji signalai. 23. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. 24. Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais. 25. Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija. Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). Komplekte: . 1. Įvairaus ilgio 52, 58, 65 cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				generatoriaus specifikacijai 2. Įvairaus ilgio 46, 52 cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai 3. Įvairaus ilgio 75, 86, 92 cm kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpoliai elektrodai –4,7F diametro, atstumai tarp kontaktų 20-30-40-47-60mm, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduiseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai; b) styga introduiserio įvedimui 195 cm ilgio; c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bendra pirkimo 6 dalies kaina su PVM žodžiais: Keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų 50 ct									
8.	Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema	1. Trikamerinis, programuojamas, skirtas širdies resinchronizaciniam gydymui; 2. Svoris – ne daugiau 80 gramų, tūris ne daugiau 40cm3; 3. Keturpolė stimuliacijos technologija. 4. KS stimuliacija	5	1. Trikamerinis, programuojamas, skirtas širdies resinchronizaciniam gydymui; 2. Svoris –80 gramų, tūris 38cm3; 3. Keturpolė stimuliacijos technologija. 4. KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliacijai vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulso. 5. Kairiojo skilvelio stimuliacija vyksta per 4 kontaktų laidą, kuriame yra atskirai programuojami stimuliacijos vektoriai, atstumas tarp kontaktų 20-30-40-47-60mm, 10 vektoriu; 6. Visuose trijuose stimuliacijos kanaluose (dešinysis prieširdis, dešinysis skilvelis ir kairysis skilvelis,	St. Jude Medical, SJM™, Quadra Assura MP CD3371-40QC/ CD3371-40C Optimize Optim 1999 TendrilSTS 2088TC Quartet 1458Q, 1456Q, 1457Q, 1458Q CPS Universal slitter DS2A003, CPS DIRECT SL II DS2C001-DS2C015/ CPS DIRECT PL	3 450,00	17 250,00	5%	18 112,50

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tarp kontaktų ≥ 10mm, ne mažiau 10 vektorių; 6. Visuose trijuose stimuliacijos kanaluose (dešinysis prieširdis, dešinysis skilvelis ir kairysis skilvelis, kuriame yra atskirai programuojami 4 elektrodiniai kontaktai) atskirai programuojami parametrai: stimuliacijos poliškumas, impulso amplitudė, trukmė, jautrumas. 7. Programuojamas keičiamas intervalas tarp kairiojo ir dešiniojo skilvelio stimulų – būtinas; 8. Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui; 9. Maks. impulso amplitudė – 7.5; 10. Maks. impulso trukmė – 1,5ms; 11. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose ir prieširdiuose 5 V atsargine stimuliacija. 12. Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas visuose trijuose kanaluose (monopolinis ar bipolinis). 13. Veikimo trukmė 9,3 metų (60 imp./min., 2.0 V DP, 2.0 V DS, 2.0V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% stimuliacija).	4	kuriame yra atskirai programuojami 4 elektrodiniai kontaktai) atskirai programuojami parametrai: stimuliacijos poliškumas, amplitudė, impulso trukmė, jautrumas. 7. Programuojamas keičiamas intervalas tarp kairiojo ir dešiniojo skilvelio stimulų – būtinas; 8. Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui; 9. Maks. impulso amplitudė – 7.5; 10. Maks. impulso trukmė – 1,5ms; 11. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose ir prieširdiuose 5 V atsargine stimuliacija. 12. Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas visuose trijuose kanaluose (monopolinis ar bipolinis). 13. Veikimo trukmė 9,3 metų (60 imp./min., 2.0 V DP, 2.0 V DS, 2.0V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% stimuliacija).	II 410211-410225				
		distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduiseris koronarinio sinuso kaniulivimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai. b) viela introduiserio įvedimui 160-200 cm ilgio c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokonstrastiniu galu.							

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinantis dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		is stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose ir prieširdiuose 5 V atsargine stimuliacija. 12. Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas visuose trijuose kanaluose (monopolinis ar bipolinis). 13. Veikimo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2.0 V DP, 2.0 V DS, 2.0V KS, 0,4 ms, 500 Ω, 100% stimuliacija). 14. Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose - $\leq 0,5$ mV. 15. Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose - ≤ 1 mV. 16. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją		14. Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose - 0,2-3 mV. 15. Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – 0.5 mV. 16. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją 17. Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiaame laike. 18. Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiaame laike. 19. Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma. 20. Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius). 21. Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching“) į DDIR režimą. 22. Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17. Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realia laike. 18. Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker chanel“) registracija programavimo metu realia laike. 19. Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma. 20. Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius). 21. Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching“) į DDIR režimą. 22. Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis 23. Detekcijos kriterijai: dažnio,	4	režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis 23. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios lokacijos nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių. 24. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją (pageidautina). 25. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). 26. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. 27. Maksimali defibriliuojančio impulso energija– 40 J. 28. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybė programuoti fazių trukmes, bangos formą. 29. ATP terapija įkrovimo metu. 30. ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios lokacijos nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykių. 24. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją (pagaidautina). 25. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). 26. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti <i>Burst</i>, <i>Ramp</i>, <i>Scan</i> funkcijas. 27. Maksimali defibriliuojančio impulso energija – ne mažiau 40 J. 28. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, bangos formą. 29. ATP terapija įkrovimo metu.		impulso įkrovą. 31. Saugomų elektrogramų trukmė 25-40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė. 32. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. 33. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. 34. DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS sužadavimo taškų identifikavimui. 35. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas 36. Galimybė vertinti širdies nepakankamumo būklę pagal plaučių ir krūtinės ląstos impedansą. 37. Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse). 38. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siulomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30. ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą. 31. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioritizacijos galimybė. 32. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. 33. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. 34. DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS sužadavimo taškų identifikavimui. 35. Biventriku linės stimuliacijos % nustatymas 36. Galimybė vertinti širdies nepakankamumo būklę pagal plaučių ir krūtinės ląstos impedansą.		įspėjamieji signalai. 39. Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas užtikrinantis biventrikulinę stimuliaciją atitinkamai pagal paciento fizinį aktyvumą. 40. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) vibracija. Komplekte: 1. defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos, 65 cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, introduiserio diametras 7F. 2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos, tiesus, 46, 52 cm ilgio. 3. Įvairaus ilgio (75, 86, 92 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas, 4.7F diametro, atstumai tarp elektrodų 20-30-40-47-60 mm. Elektrodo					

[illegible]

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai		Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siulomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema	1. Masė ≤ 80g, tūris ≤ 40cm3. 2. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykių. 3. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. 4. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijas (tachikardija 1, 2, virpėjimas). 5. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti <i>Burst, Ramp, Scan</i> funkcijas. 6. ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu. 7. ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą. 8. Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 40 J. 9. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą. 10. Antibradikardinė	Komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos 60-90 cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, introduuserio diametras ne daugiau 9F. 2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos tiesus, 40-55 cm ilgio. 3. Įvairaus ilgio (75-95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos bipolis elektrodas: ≤5F diametro, astumai tarp elektrodų ≥ 10mm. Elektrodo distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse. 4. Sistema elektrodo įvedimui:	5	1. Masė 77-78g, tūris - 36cm3. 2. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykių. 3. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. 4. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijas zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). 5. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti <i>Burst, Ramp, Scan</i> funkcijas. 6. ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu. 7. ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą. 8. Maksimali defibriliuojančio impulso energija 40 J. 9. Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių	St. Jude Medical, SJM™, Unify Assura CD3361-40QC/CD3361-40C Tendril STS 2088TC/Opti sense Optim 1999 Durata 7120, 7120Q, 7122, 7122Q Quickflex 1258T CPS Universal slitter DS2A003, CPS DIRECT SL II DS2C001-DS2C015/ CPS DIRECT PL II 410211-410225 CPS COURIER DS2G001-DS2G004	2 450,00	12 250,00	5%	12 862,50

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai		Orientacinis perkamasis kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		stimuliacija – DDD(R) režimas. 11. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. 12. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 13. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės. 14. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 15. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioritizacijos galimybė. 16. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija. 17. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V	a) introduseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai įjauostomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai. b) viela introduserio įvedimui 160–200 cm ilgio. c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokonstrastiniu galu.	trukmes, impulso formą. 10. Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas. 11. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai. 12. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 13. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos 8 sekundės. 14. Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai. 15. Saugomų elektrogramų trukmė 45 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioritizacijos galimybė. 16. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) vibracija. 17. Automatinis						

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		atsargine stimuliacija. 18. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 19. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. 20. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. 21. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. 22. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. 23. Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 24. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. 25. Prietaiso veikimo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas		stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija. 18. Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. 19. Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai. 20. Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai. 21. VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS. 22. Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas. 23. Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 24. Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą. 25. Prietaiso veikimo trukmė 9,3 metų (60					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siulomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		iki implantacijos). 26. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. 27. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais. 28. Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.		imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjunga, saugomos EKG įjunga, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). 26. Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. 27. Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais. 28. Programuojami įspėjamieji signalai (vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio. Komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos 65cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis,					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				introduuserio diametras 7F. 2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos tiesus, 46-52 cm ilgio. 3. Įvairaus ilgio (75, 86, 92 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos bipolis elektrodas: 5F diametro, atstumai tarp elektrodų 20mm. Elektrodo distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse. 4. Sistema elektrodo įvedimui: a) introduuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai įjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai. b) viela introduuserio įvedimui 195 cm ilgio. c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokonstrastiniu galu. Katalogo psl. 13-14,					

Dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Orientacinis perkamas kiekis vnt. per 1 metus	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (4 * 7)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (8+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				25-26, 27-28, 31, 34-35, 36-37, 38-39, 42					
Bendra pirkimo 9 dalies kaina su PVM žodžiais: Dvylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai 50 ct									

Pirkėjas
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Direktoriaus pavaduotojas medicinai
Algirdas Liutkus


A. _____ (parašas)


Pardavėjas
UAB „Abbott Medical Lithuania
Generalinis direktorius
Mika Mustonen
A. V. _____ (parašas)
