

TONOMETRO AKISPŪDŽIUI MATUOTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimas prekei: siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą.
Tiekėjas (**kartu su pasiūlymu**) privalo pateikti CE sertifikato kopiją.

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimas	Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*
1.	Tonometras akispūdžiui matuoti (1 vnt.)		IC100, iCare Finland Oy
1.1.	Kontaktinis, nereikalingas akies nujautrinimas	Būtina	Kontaktinis, nereikalingas akies nujautrinimas: [Taip] („Tonometras.pdf“, 2 psl.)
1.2.	Indikatorius, parodantis ar teisinga matavimo pozicija	Būtina	Indikatorius, parodantis ar teisinga matavimo pozicija: [Taip] („Tonometras.pdf“, 2 psl.)
1.3.	Turi pusiau automatinį režimą: tonometras padaro ne mažiau 6 matavimus iš eilės po 1 paspaudimo.	Būtina	Turi pusiau automatinį režimą: tonometras padaro [6] matavimus iš eilės po 1 paspaudimo. („Tonometras.pdf“, 7 psl.)
1.4.	Ekranas informacijos rodymui: spalvotas	Būtina	Ekranas informacijos rodymui – spalvotas: [Taip] („Tonometras.pdf“, 4 psl.)
1.5.	Maitinimo šaltinis: pakraunamos baterijos	Būtina	Maitinimo šaltinis – pakraunamos baterijos: [Taip] („Tonometras.pdf“, 8 psl.)
1.6.	Svoris su baterijomis ne daugiau 250 g	Būtina	Svoris su baterijomis: [230 g.] („Tonometras.pdf“, 4 psl.)
1.7.	Matavimo diapazonas: 7- 50 mmHg	Būtina	Matavimo diapazonas: [7-50 mmHg] („Tonometras.pdf“, 4 psl.)
1.8.	Tikslumas (95% leistinasis nuokrypio diapazonas atitinkantis manometriją): $\pm 1,2$ mmHg (≤ 20 mmHg)	Būtina	Tikslumas (95% leistinasis nuokrypio diapazonas atitinkantis manometriją): $\pm 1,2$ mmHg (≤ 20 mmHg) („Tonometras.pdf“, 4 psl.)
1.9.	Komplekte ne mažiau nei 100 vnt. vienkartinį matavimo zondų	Būtina	Komplekte [100] vienkartinį matavimo zondų („Tonometras.pdf“, 6 psl.)
1.10.	Dėklas tonometrui laikyti	Būtina	Dėklas tonometrui laikyti: [Taip] („Tonometras.pdf“, 6 psl.)
1.11.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis terminas [2 metai]

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.