

Fluorą išskiriančių odontologinių medžiagų techninė specifikacija

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristikos	Mato vienetas	Numatomas pirkti prekių kiekis per 24 mėn.	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį)	Prekės pavadinimas, Prekės gamintojo pavadinimas	Įkainis už vienetą be PVM, Eur	Įkainis už vienetą su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biologiškai aktyvios restauracinės medžiagos						
1.1.	Biologiškai aktyvi restauracinė medžiaga, hidrofilishka, dvigubo kietėjimo. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive arba lygiavertė). Rinkinyje ne mažiau nei 5ml/8g švirkštas, 1 dispenseris + ne mažiau 20 maišymo antgaliukų su 20 G lankstomomis kaniulėmis. Spalva: A3.	rink.	8				
1.1.1.	Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofilishka, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive arba lygiavertė). Ne mažiau nei 2x5 ml/8 g švirkštai, ne mažiau 40 maišymo antgaliukų su 20 G lankstomomis kaniulėmis. Spalvos A1, A2, A3, A3.5, WO. Turi tikt 1.1. p. pasiūlytam rinkinio papildymui.	pak.	16				
1.2.	Biologiškai aktyvi pamušalinė, hidrofilishka, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive Base/Liner arba lygiavertė). Pakuotėje ne mažiau 2x5 ml/7 g švirkštas, + ne mažiau 40 maišymo antgaliukų su 20 G lankstomomis kaniulėmis. Spalva - universali dentino.	pak.	8				

1.3.	Biologiškai aktyvus cementas, hidrofiliskas, savaiminio surišimo, dvigubo kietėjimo. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus, reaguoja į pH pokyčius burnoje. Pakuotėje ne mažiau 5 ml/7 g švirkštas, + ne mažiau 20 maišymo antgaliukų. Spalvos: T (skaidri) ir A2.	pak.	8				
------	--	------	---	--	--	--	--

Iš viso (1 pirkimo objekto daliai):

2. Šviesoje kietėjantys stiklojonomerai kapsulėse							
2.1.	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras su patentuotomis ion stiklo dalelėmis kapsulėse, A2, A3 spalvos, pakuotė: 50 kapsulių	pak.	32	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras su patentuotomis ion stiklo dalelėmis kapsulėse, A2, A3 spalvos, pakuotėje: 50 kapsulių	SDI, Riva LC A3 kaps.x50vnt.	84,80	102,61
2.2.	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras kapsulėse, spaudimo jėga 170 MPA; lankstumo jėga – 65Mpa; Fluoro išsiskyrimas po 7 dienų – ne mažiau 65 mikrogramai/ cm². A2, A3 spalvos, pakuotė: 0,1 ml x ne mažiau 50 kapsulių.	pak.	12	Šviesoje kietėjantis stiklojonomeras kapsulėse, spaudimo jėga 170 MPA; lankstumo jėga – 65Mpa; Fluoro išsiskyrimas po 7 dienų – 65 mikrogramai/ cm². A2, A3 spalvos, pakuotėje: 0,1 ml x 50 kapsulių	GC Europe N.V., GC Fuji II LC® pagerintas kapsulės A2 50vnt.	117,89	142,65

Iš viso (2 pirkimo objekto daliai):

3. Šviesoje kietėjančios stiklo polialkeonatinės restauracinės medžiagos							
3.1.	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polialkeonatinė restauracinė medžiaga, spalvos A1, A2, A3. Pasižymi puikia estetika, stipria chemine adhezija, nereikia kondicionavimo ir surišimo, jungiasi chemiškai su kompozitais ir kalcio chidroksidais, biosuderinamumas, radiokontrastiška, naudojama III ir V klasių, I klasės (be kontaktinių taškų) plombavimui, kaklelinių defektų, šakninio karieso, danties kulties atstatymui, išplėstų vagelių hermetizavimui gydymui. Darbo laikas - ne mažiau 2,5 min., polimerizacijos - ne daugiau 20 s. Pakuotė: ne mažiau 12 g miltelių ir ne mažiau 5 ml skysčio.	pak.	2	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polialkeonatinė restauracinė medžiaga, spalvos A1, A2, A3. Pasižymi puikia estetika, stipria chemine adhezija, nereikia kondicionavimo ir surišimo, jungiasi chemiškai su kompozitais ir kalcio chidroksidais, biosuderinamumas, radiokontrastiška, naudojama III ir V klasių, I klasės (be kontaktinių taškų) plombavimui, kaklelinių defektų, šakninio karieso, danties kulties atstatymui, išplėstų vagelių hermetizavimui gydymui. Darbo laikas - 2,5 min., polimerizacijos - 20 s. Pakuotėje: 12 g miltelių ir 5 ml skysčio.	Voco GmbH, Ionolux stiklo jonomas 12g+5ml	79,90	96,68

3.2.	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polialkeonatinė restauracinė medžiaga, spalvos A2, A3. Pasižymi puikia estetika, stipria chemine adhezija, nereikia kondicionavimo ir surišimo, jungiasi chemiškai su kompozitais ir kalcio chidroksidais, biosuderinamumas, radiokontrastiška, naudojama III ir V klasių, I klasės (be kontaktinių taškų) plombavimui, kaklelinių defektų, šakninio karieso, danties kulties atstatymui, išplėstų vagelių hermetizavimui gydymui. Darbo laikas - ne mažiau 2,5 min., polimerizacijos - ne daugiau 20 s. Kapsulėje medžiagos po ne mažiau nei 350 mg/kapsulėje. Pakuotė: ne mažiau 150 kaps.	kaps.	1200	Šviesoje kietėjanti derva sustiprinta stiklo polialkeonatinė restauracinė medžiaga, spalvos A2, A3. Pasižymi puikia estetika, stipria chemine adhezija, nereikia kondicionavimo ir surišimo, jungiasi chemiškai su kompozitais ir kalcio chidroksidais, biosuderinamumas, radiokontrastiška, naudojama III ir V klasių, I klasės (be kontaktinių taškų) plombavimui, kaklelinių defektų, šakninio karieso, danties kulties atstatymui, išplėstų vagelių hermetizavimui gydymui. Darbo laikas 2,5 min, polimerizacijos 20 s. Kapsulėje medžiagos 350 mg. Pakuotėje 150 kaps.	Voco GmbH, Ionolux stiklo jonomas	2,93	3,55
------	---	-------	------	---	-----------------------------------	------	------

Iš viso (3 pirkimo objekto daliai):

4.	Pamušalinės medžiagos						
4.1.	Sviesoje kietėjanti stiklojonomerinė kompozicinė pamušalinė medžiaga. naudojama po visomis plombinėmis medžiagomis, vagelių padengimui, mažų danties pažeidimų plombavimui. Turi gerą biosuderinamumą. Nuolatinis fluoro jonų išsiskyrimas. Radiokontrastiška. Atsparumas spaudimui – ne mažiau 210 Mpa. Ekonomiškas naudojimas, medžiaga yra „nelašančiuose“ švirkštuose po ne mažiau 2,5 g x 3 vnt. pakuotėje. Kietinimo laikas ne daugiau 20 min. Pakuotė: ne mažiau 150 kaps.	pak.	14				
4.2.	Grental kietėjantis stiklojonomerinis cementas, kurio pagrindą sudaro rentgeno kontrastinis stiklas ir polimaleinė rūgštis, išskiria fluoro jonus. Naudojamas kaip pamušalas miltelių ir skysčio pavidale ne mažiau 2x10g + 1x12ml	rink.	4				
4.3.	Cinko oksido milteliai. Pakuotė po ne daugiau 50 g	g	300				

Iš viso (4 pirkimo objekto daliai):

* Tiekėjai, kurių siūlomos prekės pakuotės kiekis skiriasi nuo perkančiosios organizacijos nurodyto pirkimo dokumentuose pakuotės kiekio privalo perskaičiuoti į perkančiui siūlyti visą poreikį.

**** Tiekėjas pasiūlyme prekių įkainius gali nurodyti eurai iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, o bendrą pasiūlymo kainą turi nurodyti eurai dviejų skaičių po kablelio.**

***** Reikalavimai prekėms:**

1) tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartų reikalavimus. Pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių atitikties deklaracijas (originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą).

2) jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, sprendiniai yra lygiavertiniai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3) tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninė instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai pažymėti – spalvotai ženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei reikalaujamos charakteristikos parametrai (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4) prekių (odontologinių, plombinių medžiagų ir pan.) galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.

5) teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas.

PASTABA: esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, iki pasiūlymų eilės nustatymo tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (po 1 vnt. kiekvienam produktui). Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir prekių gamintojų kataloguose (markeriu pažymėta) parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų prekių aprašuose nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su prekių gamintojo įsipareigojimu pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Tuo atveju, jeigu įvertinus pateiktus siūlomus prekių pavyzdžius ir/ar pasiūlyme esančius prekių katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus paaiškėja, kad siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikia prekių pavyzdžių įvertinti ir/ar prekių gamintojų katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus aprašus, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

1 PRIEDAS

[illegible]

0,00	0,00

2713,60	3283,46
1414,68	1711,76
4128,28	4995,22

159,80	193,36
--------	--------

3520,01	4259,21
3679,81	4452,57
0,00	0,00

čiosios nurodytą kiekį ir

elio tikslumu.

agentūrų išduotas CE

patentas, tipai, konkreti
, standartas ar kiti

.s pasas ir/ar
a apie siūlomą prekę.
i (t. y. pastebimai
ei nurodyti, kurį

os siūlomos pozicijos)
i išbandyti. Perkančioji
) ir/ar prekių gamintojų
aminti prekes pagal
rekių gamintojų
ių šioms prekėms arba
irtintus siūlomų prekių