

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Siūlomų prekių konkretūs techniniai 1istema1ia, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; DIA-STRON Ltd. IFSS microdroplet system (820.0006); IFSS sample preparation set (820.0450); IFSS HT 20-slot sample cassette for high temp. sample preparation (1500.0371_2)
1.1	Paskirtis	Tarpfazinio šlyties įtempio (IFSS) matavimo sistema naudojama polimero mikrolašelių, suformuotų ir sukietintų ant pluošto, atplėšimo jėgai matuoti.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Tarpfazinio šlyties įtempio (IFSS) matavimo sistema naudojama polimero mikrolašelių, suformuotų ir sukietintų ant pluošto, atplėšimo jėgai matuoti.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.2	Techniniai duomenys	Jėgos matavimo celė nuo 0 iki 2N.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Jėgos matavimo celė nuo 0 iki 2N.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.3	IFSS vizualizacijos modulis	Turi turėti videokamerą ir šviesos šaltinį, leidžiančius vizualizuoti lašelį bandymo metu ir užfiksuoti atplėšimo procesą vaizdo įrašuose ir nuotraukose.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Turi videokamerą ir šviesos šaltinį, leidžiančius vizualizuoti lašelį bandymo metu ir užfiksuoti atplėšimo procesą vaizdo įrašuose ir nuotraukose.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.4	Ekstensiometras	Didelio tikslumo.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Didelio tikslumo .</i>

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.5	Valdymo blokas	Universalus.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Universalus .</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.6	Programinė įranga	Tinkama Windows operacinei sistemai.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Tinkama Windows operacinei sistemai .</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.7	IFSS bandinių paruošimo kambario temperatūroje kasetė	Turi turėti griovelį mikrolašelių formavimui ir būti pritaikyta ne mažiau 20 bandinių.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Turi griovelį mikrolašelių formavimui ir yra pritaikyta 20 bandinių.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>
1.8	IFSS bandinių paruošimo rinkinys	Nerūdijančio plieno viela; cyanoacrylate klėjai; dvikomponenčiai epoksido klėjai; vakuuminis paėmimo įrankis; plastiko antgaliai (ne mažiau 1000 vnt); keramikos antgaliai (ne mažiau 10 vnt); atspari aukštoms temperatūroms kasetė .	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) <i>Nerūdijančio plieno viela; cyanoacrylate klėjai; dvikomponenčiai epoksido klėjai; vakuuminis paėmimo įrankis; plastiko antgaliai (1000 vnt); keramikos antgaliai (10 vnt); atspari aukštoms temperatūroms kasetė.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas Data sheet.pdf ir psl. Nr. 1 .</i>