

[illegible]

67.1.	Endodontonė kintamos krypties sistema tinkanti endodontiniui motorui "X-Smart-Pro", skirta kanalų formavimui <i>Wawe one Gold</i> (anglų.k.) arba lygiavertė	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Terminiškai apdorotas nikelio titanas, instrumentas auksinės spalvos. Galimi 4 kanalų formavimo dydžiai: Small #20, Primary #25, Medium #35, Large #45 (anglų k.) Instrumentų skerspjūvis lygiagretainio formos.keičia sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę150 laipsnių ir 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Steriliai supakuoti, paruošti naudojimui. Galimi instrumento ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Kintančio konusiškumo.	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Terminiškai apdorotas nikelio titanas, instrumentas auksinės spalvos. Galimi 4 kanalų formavimo dydžiai: Small #20, Primary #25, Medium #35, Large #45 (anglų k.) Instrumentų skerspjūvis lygiagretainio formos.keičia sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę150 laipsnių ir 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Steriliai supakuoti, paruošti naudojimui. Galimi instrumento ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Kintančio konusiškumo.	WAVE ONE GOLD ,DENSPLY SIRONA	rink.	200	54,94	21	66,48	10988,00	13296,00	
67.2.	Endodontonė kintamos krypties sistema tinkanti endodontiniui motorui "X-Smart-Pro" skirta kanalų formavimui Wawe one Gold (anglų.k.) arba lygiavertė	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Terminiškai apdorotas nikelio titanas, instrumentas auksinės spalvos. Galimi 4 kanalų formavimo dydžiai: Small #20, Primary #25, Medium #35, Large #45 (anglų k.) Instrumentų skerspjūvis lygiagretainio formos.keičia sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę150 laipsnių ir 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Steriliai supakuoti, paruošti naudojimui. Galimi instrumento ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Kintančio konusiškumo. Supakuoti steriliai.	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Terminiškai apdorotas nikelio titanas, instrumentas auksinės spalvos. Galimi 4 kanalų formavimo dydžiai: Small #20, Primary #25, Medium #35, Large #45 (anglų k.) Instrumentų skerspjūvis lygiagretainio formos.keičia sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę150 laipsnių ir 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Steriliai supakuoti, paruošti naudojimui. Galimi instrumento ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Kintančio konusiškumo. Supakuoti steriliai.	WAVE ONE GOLD ,DENSPLY SIRONA	pak.	700	78,74	5	82,68	55118,00	57876,00	
67.3.	Endodontonė kintamos krypties sistema tinkanti endodontiniui motorui "X-Smart-Pro" skirta kanalų formavimui Protaper Gold (anglu.k.) arba lygiavertė	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Terminiškai apdorotas nikelio titanas. Instrumentų skerspjūvis ovalaus trikampio formos. Galimi 8 instrumento dydžiai: SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5. Galimi instrumento ilgiai:21 mm, 25 mm, 31 mm. Supakuoti steriliai.	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Terminiškai apdorotas nikelio titanas. Instrumentų skerspjūvis ovalaus trikampio formos. Galimi 8 instrumento dydžiai: SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5. Galimi instrumento ilgiai:21 mm, 25 mm, 31 mm. Supakuoti steriliai.	PROTAPER GOLD, DENSPLY SIRONA	pak.	200	49,50	21	59,90	9900,00	11980,00	
67.4.	Gutaperča WaveOne Gold Comfortfit Guttapecha (anglų k.) arba lygiavertė	Skirta kintančios krypties instrumentų išformuotiems kanalams. Gutaperča mikronizuota, galimi 4 dydžiai: Small, Primary, Medium, Large (anglų k.)	Skirta kintančios krypties instrumentų išformuotiems kanalams. Gutaperča mikronizuota, galimi 4 dydžiai: Small, Primary, Medium, Large (anglų k.)	GUTTAPERCHA WAVE ONE,DENSPLY SIRONA	pak.	120	13,61	5	14,29	1633,20	1714,80	
67.5.	Gutaperča Protaper Gold Comfortfit Guttapecha (anglų k.) arba lygiavertė	Skirta kintančio konuso instrumentų išformuotiems kanalams. Gutaperča mikronizuota, galimi 5 dydžiai: F1, F2, F3, F4, F5.	Skirta kintančio konuso instrumentų išformuotiems kanalams. Gutaperča mikronizuota, galimi 5 dydžiai: F1, F2, F3, F4, F5.	GUTTAPERCHA PROTAPER GOLD, DENSPLY SIRONA	pak.	50	14,06	21	17,01	703,00	850,50	
67.6.	Endodontinė priemonė tinkanti endodontiniui motorui "X-Smart-Pro" Ultimate (anglų k) arba	Endodontinio formavimo instrumentai. Galimi dydžiai F1, F2, F3, FX, FXL Ilgiai 21 mm, 25 mm, 31 mm. Supakuoti steriliai.	Endodontinio formavimo instrumentai. Galimi dydžiai F1, F2, F3, FX, FXL Ilgiai 21 mm, 25 mm, 31 mm. Supakuoti steriliai.	PROTPAER ULTIMATE,DENSPY SIRONA	pak.	300	52,92	21	64,03	15876,00	19209,00	
67.7.	Gutaperča Pro Taper Ultimate Comfort fit Gutta- percha (anglų k.)	Galimi dydžiai F1, F2, F3, FX, FXL.	Galimi dydžiai F1, F2, F3, FX, FXL.	GUTTA PERCHA PROTAPER ULTIMATE ,DENSPLY SIRONA	pak.	100	12,96	21	15,68	1296,00	1568,00	

67.8.	Endodontinė priemonė tinkanti endodontiniui motorui "X-Smart-Pro" Reciproc Blue (anglų k) arba lygiavertė	Endodontinė, kintančio mažėjančio konusiškumo, kintamos (reciprokinės) krypties Sistema skirta kanalų formavimui. Termiškai apdorotas nikelio titanas, rankenėlė 11 mm ilgio. Galimi 3 kanalų formavimo dydžiai: R25#25, R40#40, R50 #50. Instrumentų skerspjūvis-S formos su neaktyvia, kertančia viršūne. Steriliai supakuoti. Galimi ilgiai 21, 25, 31 mm. Supakuoti po ne mažiau nei 6 vnt.	Endodontonė kintamos krypties sistema skirta kanalų formavimui. Termiškai apdorotas nikelio titanas, instrumentas auksinės spalvos. Galimi 4 kanalų formavimo dydžiai: Small #20, Primary #25, Medium #35, Large #45 (anglų k.) Instrumentų skerspjūvis lygiagretainio formos.keičia sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę150 laipsnių ir 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Steriliai supakuoti, paruošti naudojimui. Galimi instrumento ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm. Kintančio konusiškumo. Supakuoti steriliai.	WAVE ONE GOLD ,DENSPLY SIRONA	pak.	150	78,74	21	95,28	11811,00	14292,00	
67.9.	Gutaperča Reciproc blue (anglų k.) arba lygiavertė	Idealiai atitinkanti ir skirta kintančio mažėjančio konusiškumo, kintamoa (reciprokinės) krypties instrumentų išformuotiems kanalams. Šilumos išplėtimas <4 mm, be latekso, pagaminta liejimo būdu. Galimi 3 dydžiai: R25, R40, R50. Pakuotėje ne mažiau 60 vnt.	Skirta kintančios krypties instrumentų išformuotiems kanalams. Gutaperča mikronizuota, galimi 4 dydžiai: Small, Primary, Medium, Large (anglų k.)	GUTTAPERCHA WAVE ONE,DENSPLY SIRONA	pak.	100	13,61	21	16,47	1361,00	1647,00	
Bendra 67 pirkimo objekto dalies kaina, Eur:										108686,20	122433,30	
Bendra visų pirkimo objekto dalių maksimali pirkimui skirta lėšų suma, Eur be PVM:												218240,00

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu arba lygiaverčiu.
2. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių standartų ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus.
3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs lyginamieji prekių kiekiai bus naudojami pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Prekių gavėjas prekes pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus. Įsigyjami konkrečios pirkimo objekto dalies prekių kiekiai negali viršyti Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje numatytos konkrečiai pirkimo daliai skirtos maksimalios lėšų sumos, įskaitant visus galimus pratęsimus.
4. Prekių (odontologinių, plombinių medžiagų ir pan.) galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai dienos.
5. 3, 16, 25, 28, 29, 33, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 67, 69 pirkimo dalių pozicijose siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo toje pirkimo dalyje.
6. Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžių. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.

PASTABA: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų ar tiekėjų prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra rekomendacinio pobūdžio, naudojami prekės apibūdinimui. Standartai, prekės ženklai, technologijos, modeliai ir šaltiniai gali būti pakeisti lygiaverčiais.