

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2024 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 1S-19

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Paciento gyvybinių funkcijų monitorių ir centrinių monitoravimo stočių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	302583800
	1.1.3. Adresas	Josvainių g. 2, Kaunas, LT-47144
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT100005939715
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT284010042502573979
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Luminor Bank AS, 40100
	1.1.7. Telefonas	+370 37 306 000
	1.1.8. El. paštas	info@kaunoligonine.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal įstaigos įstatus
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Ekstrameda“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	303054942
	1.2.3. Adresas	Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100007809611
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT957044060008024653
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, banko kodas 70440
	1.2.7. Telefonas	+370 67910249
	1.2.8. El. paštas	info@ekstrameda.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorė Laura Rožė Ružienė
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal įmonės įstatus

2. ATSAKINGI ASMENYS

2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys,	Medicinos technikos ir projektų vykdymo skyrius Medicinos technikos inžinierė
---	--

atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	Deimantė Linkevičienė tel. +37065466052 deimante.linkeviciene@kaunoligonine.lt
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Serviso inžinierius Saulius Rimidis, tel. +370 640 17642, el. paštas: info@ekstrameda.lt
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui paciento gyvybinių funkcijų monitorius ir centrinės monitoravimo stotis su sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Josvainių g. 2, Kaunas, Hipodromo g. 13, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma. Prekės turi būti pristatomos 4.1. punkte nustatyta tvarka
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai (jeigu taikoma pagal pirkimo objektą): Prekių perdavimo-priėmimo aktas; CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai);

	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba (tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas); Vartotojo instrukcija anglų kalba (gamintojo išleistas originalas su pažymėtu CE ženklu, kuris pateikiamas su prekėmis (ang. User manual). Prekėms, pagamintoms Lietuvoje – neprivaloma; Techninė dokumentacija (ang. Technical/Service/Operation manual): aprašai, brėžiniai, atsarginių dalių sąrašas, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama skaitmenine forma, gali būti anglų arba lietuvių kalbomis; Techninės priežiūros reglamentas – periodiškai atliekamų techninės priežiūros darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas techninės priežiūros periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos atlikti techninę priežiūrą. Jeigu gamintojas nereglamentuoja techninės priežiūros – pateikiama pažyma arba lygiavertis dokumentas, kad gamintojas techninės priežiūros nenumato; Valymo – dezinfekavimo instrukcija, įskaitant periodiškumą, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašą. Visos nurodomos priemonės ir medžiagos privalo būti registruotos Lietuvoje; Užpildytas medicinos priemonės (prietaiso) pasas, kuriame nurodyta visa informacija apie prekę ir personalo mokymus; Visų lygių slaptažodžiai ir/ arba fiziniai ar skaitmeniniai servisiniai raktai bei kitos šios paskirties priemonės; Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 167.867,76 Eur, (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 76 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 35.252,23 Eur, (trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du eurai ir 23 ct.). Sutarties kaina yra 203.119,99 Eur, (du šimtai trys tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų ir 99 ct.) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.

5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio</u> (<u>apimties</u>) keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: 1) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMOI PASITELKIAMIS SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar) Sutartyje nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.2.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama (10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

esminio Sutarties pažeidimo	
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Netaikoma
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	

11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų neištaiso pažeidimų; 11.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino pabaigos; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.5. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytą Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo ir (ar) importuotojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumą, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.

12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Vykdydamos Sutartį, Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas ar Tiekėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: netaikoma
13.2.	Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma.
13.3.	Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma
13.4.	Nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektinės nuosavybės: netaikoma
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija

14.2. Priedas Nr. 2	Pasiūlymas
14.3. Priedas Nr. 3	Prekių perdavimo-priėmimo aktas
14.4. Priedas Nr. 4	
14.5. Priedas Nr. 5	
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė	Direktorė Laura Rožė Ružienė
(parašas)	(parašas)

Techninė specifikacija

Nr.	Pavadinimas	Kiekis		Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)	Siūlomų parametrų reikšmės ir priedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1.	Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)				
1.1.	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius	8	vnt.	Philips Healthcare "IntelliVue MX550"	
1.1.1.	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms				Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19 psl. ; MX550.pdf, 2 psl.
1.1.2.	Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;2. Standartinės USB jungtys ≥ 2 vnt.;3. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė;4.				1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai MX550 Brochure.pdf, 6 psl. 2. USB jungtys 2 IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. 3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN)

	Monitorius turi būti suderinamas su siūlomais transportiniais paciento moduliais;				IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. 4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais MX550.pdf, 9 psl.
1.1.3.	Ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekranų įstrižainė ≥ 38 cm (15 colių) 3. Raiška $\geq (1024 \times 768)$ taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6				1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19, 516 psl.; MX550.pdf, 11 psl. 2. Ekranų įstrižainė 15 colių IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. 3. Raiška 1280 x 768 taškų IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 6 MX550.pdf, 2 psl.
1.1.4.	Elektros maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz				1. 230V, 50 Hz elektros tinklas IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 502 psl.
1.1.5.	Monitoriaus palaikoma-komplektuojama specializuota programa, skirta ST ir/ar QT segmento analizei				ST, QT segmento analizė IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 190, 204 psl.
1.1.6.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos				Atminties trukmė 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos MX550.pdf, 7 psl.
1.2.	Transportinis paciento modulis	8	vnt.	Philips Healthcare "IntelliVue X3"	

1.2.1.	Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis:1. Modulis tvirtinamas modulinio paciento monitoriaus korpuse ir komplektuojamas su atskira transportinio monitoriaus stotele arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi;2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. Ne daugiau kaip 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;				1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse. X3 TDS.pdf, 1 psl.; X3 Brochure.pdf, 2 psl. 2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį; X3.pdf, 20 psl.
1.2.2.	Transportinio monitoriaus ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekranų įstrižainė $\geq 6''$ 3. Ekranų raiška $\geq 640 \times 240$ 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos				1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas X3 TDS.pdf, 7 psl. 2. Ekranų įstrižainė 6.1 colių X3 TDS.pdf, 2 psl. 3. Ekranų raiška 1024 x 480. X3 TDS.pdf, 7 psl. 4. Vienu metu ekrane vaizduojamos 3 kreivės. X3 TDS.pdf, 2, 22 psl. 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos. X3 TDS.pdf, 3 psl.
1.2.3.	Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulinio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min.				1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) ; modulinio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas). X3 TDS.pdf, 1 psl. 2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulinio

					akumuliatorių. X3 TDS.pdf, 1 psl.
1.2.4.	Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)				Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG X3.pdf, 16 psl. 2. Kvėpavimas X3.pdf, 16 psl. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) X3.pdf, 16 psl. 4. SpO2 X3.pdf, 16 psl. 5. Temperatūra X3.pdf, 16 psl. 6. Neinvazinis kraujospūdis X3.pdf, 16 psl. 7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai) X3.pdf, 16 psl.
1.2.5.	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:				
1.2.6.	EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III				EKG derivacijų kanalai - I, II, III X3.pdf, 120 psl.
1.2.7.	ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min				ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min. X3.pdf, 321 psl.
1.2.8.	ST segmento matavimas				ST segmento matavimas X3.pdf, 321 psl.
1.2.9.	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-155 k/min				Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min. X3.pdf, 323 psl.
1.2.10.	Būtinasis apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti				Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą

	detekcijai skiriamą laiko intervalą				laiko intervalą. X3.pdf, 324 psl.
1.2.11.	Reikalavimai SpO2 kanalui:				
1.2.12.	SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 %				SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 % X3.pdf, 325 psl.
1.2.13.	SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu $\leq \pm 2\%$ SpO2 (diapazone 70% - 100%)				SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% (SpO2 diapazone 70% - 100%) X3.pdf, 325 psl.
1.2.14.	Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min				Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min. X3.pdf, 325 psl.
1.2.15.	Perfuzijos indekso matavimas				Perfuzijos indekso matavimas X3.pdf, 179 psl.
1.2.16.	Reikalavimai temperatūros kanalui:				
1.2.17.	Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C				Temperatūros matavimo diapazonas: -1 - 45 °C X3.pdf, 337 psl.
1.2.18.	Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau nei 0,1 °C				Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 °C (visame matavimo diapazone) X3.pdf, 337 psl.
1.2.19.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:				
1.2.20.	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis				Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis X3.pdf, 193 psl.

1.2.21.	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg				Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270 mmHg X3.pdf, 333 psl.
1.2.22.	Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT				Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT X3.pdf, 194 psl.
1.2.23.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:				
1.2.24.	Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+340) mmHg				Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (-40) - (+360) mmHg X3.pdf, 335 psl.
1.2.25.	Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau $\pm 4\%$ arba ± 4 mmHg				Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida $\pm 4\%$ arba ± 4 mmHg X3.pdf, 335 psl.
1.2.26.	Bendri reikalavimai transportiniams monitoriams:				
1.2.27.	Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg				Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg. X3.pdf, 313 psl.
1.2.28.	Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: 1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 2. Baterijos statuso indikatorius				Monitoriaus LED indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius X3.pdf, 315 psl.

1.2.29.	Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) arba belaidžiu būdu ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus				Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (RJ45 jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; PIC iX.pdf, 1 psl. ; X3.pdf, 50 psl.
1.2.30.	Komplektuojama su:1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.;2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.;3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių);4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 1.2.30. papunktyje nurodytos įrangos arba priemonių kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)				1. EKG kabelis 3 elektrodų. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 459 psl." 2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 467 psl.; Reusable_SpO2_Sensors.pdf, 1, 2 psl. 3. Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 463 psl. 4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 473 psl. 5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo - 1 vnt. X3.pdf, 294 psl. Tiekėjo patvirtinimas.pdf

1.3.	Centrinė monitoravimo stotis	2	vnt.	Philips Healthcare "PIC iX"	
1.3.1.	Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą				Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą. PIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl.
1.3.2.	Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: 1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 16 pacientų 2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui				Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: PIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49 psl. 1. Galimybė prijungti 2 nepriklausomų monitorių (1 stoties monitorius atspindi 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją) PIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl. 2. Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui. PIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.
1.3.3.	Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.				Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo duomenų. PIC iX.pdf, 4 psl.
1.3.4.	Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai				Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. PIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl.
1.3.5.	Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo				Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu

	stoties pri-jungtu spausdintuvu				PIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl.
1.3.6.	Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane $\geq$ 16 įrenginių				Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: 16 įrenginių. PIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.
1.3.7.	Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė $\geq$ 21.5 colio, skiriamoji geba $\geq$ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl. 3. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt.4. Pakabinamas TV $\geq$ 55" – 1 vnt.				Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: 1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba 1920 x 1080 taškų - 1 vnt. PIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; HP kompiuteris.pdf, 3 psl.; monitorius.pdf, 1 psl; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas - 1 kompl. PIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; monitorius.pdf, 1 psl; V7 pele.pdf, 1 psl.; HP klaviatura.pdf, 1 psl. 3. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt. HP Spausdintuvas.pdf, 1 psl. 4. Pakabinamas TV 55" - 1 vnt. TCL_55V6B.pdf, 2 psl. (Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)
2.	Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)				

2.1.	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius	6	vnt.	Philips Healthcare "IntelliVue MX550"	
2.1.1.	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms				Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19 psl. ; MX550.pdf, 2 psl.
2.1.2.	Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;2. Standartinės USB jungtys ≥ 2 vnt.;3. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė;4. Monitorius turi būti suderinamas su siūlomais transportiniais paciento moduliais;				1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai MX550 Brochure.pdf, 6 psl. 2. USB jungtys 2 IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. 3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN) IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. 4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais MX550.pdf, 9 psl.
2.1.3.	Ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekranų įstrižainė ≥ 38 cm (15 colių) 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6				1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19, 516 psl.; MX550.pdf, 11 psl. 2. Ekranų įstrižainė 15 colių IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. 3. Raiška 1280 x 768 taškų IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu

					metu 6 MX550.pdf, 2 psl.
2.1.4.	Elektros maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz				1. 230V, 50 Hz elektros tinklas IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 502 psl.
2.1.5.	Monitoriaus palaikoma- komplektuojama specializuota programa, skirta ST ir/ar QT segmento analizei				ST, QT segmento analizė IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 190, 204 psl.
2.1.6.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos				Atminties trukmė 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos MX550.pdf, 7 psl.
2.2.	Transportinis paciento modulis	6	vnt.	Philips Healthcare "IntelliVue X3"	
2.2.1.	Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis:1. Modulis tvirtinamas modulinio paciento monitoriaus korpuse ir komplektuojamas su atskira transportinio monitoriaus stotele arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jun- giant viena jungtimi;2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. Ne daugiau kaip 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;				1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse. X3 TDS.pdf, 1 psl.; X3 Brochure.pdf, 2 psl. 2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį; X3.pdf, 20 psl.

2.2.2.	Transportinio monitoriaus ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekranų įstrižainė $\geq 6''$ 3. Ekranų raiška $\geq 640 \times 240$ 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos				1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas X3 TDS.pdf, 7 psl. 2. Ekranų įstrižainė 6.1 colių X3 TDS.pdf, 2 psl. 3. Ekranų raiška 1024 x 480. X3 TDS.pdf, 7 psl. 4. Vienu metu ekrane vaizduojamos 3 kreivės. X3 TDS.pdf, 2, 22 psl. 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos. X3 TDS.pdf, 3 psl.
2.2.3.	Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min.				1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) ; modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas). X3 TDS.pdf, 1 psl. 2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių. X3 TDS.pdf, 1 psl.

2.2.4.	Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)				Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG X3.pdf, 16 psl. 2. Kvėpavimas X3.pdf, 16 psl. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) X3.pdf, 16 psl. 4. SpO2 X3.pdf, 16 psl. 5. Temperatūra X3.pdf, 16 psl. 6. Neinvazinis kraujospūdis X3.pdf, 16 psl. 7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai) X3.pdf, 16 psl.
2.2.5.	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:				
2.2.6.	EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III				EKG derivacijų kanalai - I, II, III X3.pdf, 120 psl.
2.2.7.	ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min				ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min. X3.pdf, 321 psl.
2.2.8.	ST segmento matavimas				ST segmento matavimas X3.pdf, 321 psl.
2.2.9.	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-155 k/min				Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min. X3.pdf, 323 psl.
2.2.10.	Būtinai apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą				Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą. X3.pdf, 324 psl.

2.2.11.	Reikalavimai SpO2 kanalui:				
2.2.12.	SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 %				SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 % X3.pdf, 325 psl.
2.2.13.	SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu $\leq \pm 2\%$ SpO2 (diapazone 70% - 100%)				SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% (SpO2 diapazone 70% - 100%) X3.pdf, 325 psl.
2.2.14.	Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min				Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min. X3.pdf, 325 psl.
2.2.15.	Perfuzijos indekso matavimas				Perfuzijos indekso matavimas X3.pdf, 179 psl.
2.2.16.	Reikalavimai temperatūros kanalui:				
2.2.17.	Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C				Temperatūros matavimo diapazonas: -1 - 45 °C X3.pdf, 337 psl.
2.2.18.	Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau nei 0,1 °C				Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 °C (visame matavimo diapazone) X3.pdf, 337 psl.
2.2.19.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:				
2.2.20.	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis				Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis X3.pdf, 193 psl.
2.2.21.	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo				Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270

	diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg				mmHg X3.pdf, 333 psl.
2.2.22.	Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT				Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT X3.pdf, 194 psl.
2.2.23.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:				
2.2.24.	Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+340) mmHg				Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (-40) - (+360) mmHg X3.pdf, 335 psl.
2.2.25.	Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau $\pm 4\%$ arba ± 4 mmHg				Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida $\pm 4\%$ arba ± 4 mmHg X3.pdf, 335 psl.
2.2.26.	Bendri reikalavimai transportiniams monitoriams:				
2.2.27.	Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg				Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg. X3.pdf, 313 psl.
2.2.28.	Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: 1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 2. Baterijos statuso indikatorius				Monitoriaus LED indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius X3.pdf, 315 psl.
2.2.29.	Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) arba belaidžiu būdu ir perduoda į				Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (RJ45 jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus.

	ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus				IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; PIC iX.pdf, 1 psl. ; X3.pdf, 50 psl.
2.2.30.	Komplektuojama su:1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.;2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.;3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių);4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 2.2.30. papunktyje nurodytos įrangos arba priemonių kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)				1. EKG kabelis 3 elektrodų. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 459 psl.2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 467 psl.; Reusable_SpO2_Sensors.pdf, 1, 2 psl.3. Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 463 psl.4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo. IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 473 psl. 5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo - 1 vnt.X3.pdf, 294 psl. Tiekėjo patvirtinimas.pdf
2.3.	Centrinė monitoravimo stotis	2	vnt.	Philips Healthcare "PIC iX"	
2.3.1.	Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių				Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų

	funkcijų monitorius į informacinį tinklą				monitorius į informacinį tinklą. PIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl.
2.3.2.	Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 16 pacientų2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui				Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: PIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49 psl. 1.Galimybė prijungti 2 nepriklausomų monitorių (1 stoties monitorius atspindi 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją) PIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl. 2. Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui. PIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.
2.3.3.	Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.				Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo duomenų. PIC iX.pdf, 4 psl.
2.3.4.	Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai				Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. PIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl.
2.3.5.	Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu				Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu PIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl.

2.3.6.	Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane $\geq$ 16 įrenginių				Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: 16 įrenginių. PIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.
2.3.7.	Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė $\geq$ 21.5 colio, skiriamoji geba $\geq$ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl. 3. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt.4. Pakabinamas TV $\geq$ 55" – 1 vnt.				Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: 1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba 1920 x 1080 taškų - 1 vnt. PIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; HP kompiuteris.pdf, 3 psl.; monitorius.pdf, 1 psl; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas - 1 kompl. PIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; monitorius.pdf, 1 psl; V7 pele.pdf, 1 psl.; HP klaviatura.pdf, 1 psl. 3. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt. HP Spausdintuvas.pdf, 1 psl. 4. Pakabinamas TV 55" - 1 vnt. TCL_55V6B.pdf, 2 psl. (Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)

Pagrindinės techninės charakteristikos (Taikoma tik 1 – ai pirkimo objekto daliai):

Pasiūlymo vertinimo kriterijai		Tiekėjo pateikiami dokumentai (pagrindžiantys pasiūlymo ekonominį naudingumą – siūlomus kriterijaus parametrus):
Techniniai reikalavimai (T)		
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	MX550.pdf, 7 psl.
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	-

T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	<i>IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 91 psl.</i>
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	<i>X3 Brochure.pdf, 3 psl.</i>
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	<i>MX550 Patient Monitor.pdf, 4 psl.</i>
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	<i>Climate action _ Philips.pdf, 1 psl.;</i> https://www.philips.com/a-w/about/environmental-social-governance/environmental/climate-action.html

Taikoma tik 1 – ai pirkimo objekto daliai:

Nr.	Parametrai	Parametrų lyginamieji svoriai	Siūloma parametro reikšmė (<i>privaloma užpildyti*</i>)
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	L ₁ = 0,15	48 val.
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	L ₂ = 0,20	Ne
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	L ₃ = 0,20	Taip
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	L ₄ = 0,20	Taip
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	L ₅ = 0,15	Taip
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	L ₆ = 0,10	Taip

Pagrindinės techninės charakteristikos (Taikoma tik 2 – ai pirkimo objekto daliai):

Pasiūlymo vertinimo kriterijai		Tiekėjo pateikiami dokumentai (pagrindžiantys pasiūlymo ekonominį naudingumą – siūlomus kriterijaus parametrus):
Techniniai reikalavimai (T)		
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	<i>MX550.pdf, 7 psl.</i>

T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	-
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	<i>IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 91 psl.</i>
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	<i>X3 Brochure.pdf, 3 psl.</i>
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	<i>MX550 Patient Monitor.pdf, 4 psl.</i>
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	<i>Climate action _ Philips.pdf, 1 psl.;</i> https://www.philips.com/a-w/about/environmental-social-governance/environmental/climate-action.html

Taikoma tik 2 – ai pirkimo objekto daliai:

Nr.	Parametrai	Parametrų lyginamieji svoriai	Siūloma parametro reikšmė (<i>privaloma užpildyti*</i>)
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	L ₁ = 0,15	48 val.
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	L ₂ = 0,20	Ne
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	L ₃ = 0,20	Taip
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	L ₄ = 0,20	Taip
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	L ₅ = 0,15	Taip
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	L ₆ = 0,10	Taip

VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Josvainių g. 2 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL CENTRINIŲ MONITORAVIMO STOČIŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2024-09-25 Nr. 20240925/01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Ekstrameda“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Laura Rožė Ružienė
Telefono numeris	+370 6 79 10 249
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@ekstrameda.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - 1.4. Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
 - 1.5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, teikdami pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkama sutarties įvykdymui.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytu subtiekejus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

2.1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomos paslaugos, veiklos ar pan.), numatyta atlikti subtiekimo pagrindais	Subtiekejo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami subtiekėjai)	

2.1.2. pasitelksiu šiuos specialistus (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Eil. Nr.	Specialistai		
	Vardas ir pavardė	Kokiems sutartiniamis įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas	Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekejo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju*
	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai)		

Pastaba: * - Jei specialistas bus įdarbintas subtiekejo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekėjas – nurodoma kurio konkrečiai subtiekejo įmonėje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.

2.2. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomos konkrečios veiklos ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo langų eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Tiekėjai pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) yra konfidenciali (-ios) turi sugrupuoti ir pateikti pasiūlymo 3 punkte. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

1 – a pirkimo objekto dalis:

Prekės pavadinimas	Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)	Mato vienetas	Kiekis	1 vnt. kaina, Eur be PVM
Paciento gyvybinių funkcijų monitorius	Intellivue MX550	Vnt.	8	5.500,00
Transportinis paciento modulis	IntelliVue X3	Vnt.	8	4.500,00
Centrinė monitoravimo stotis	IntelliVue PIC iX	Vnt.	2	7.668,59
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 18 ct.)				95.337,18
PVM dydis (procentais)				21%
PVM suma (dvidešimt tūkstančių dvidešimt eurų, 81 ct.)				20.020,81
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (vienas šimtas penkiolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 99 ct.)				115.357,99

2 – a pirkimo objekto dalis:

Prekės pavadinimas	Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)	Mato vienetas	Kiekis	1 vnt. kaina, Eur be PVM
--------------------	--	---------------	--------	--------------------------

	modifikacija (jei taikoma)			
Paciento gyvybinių funkcijų monitorius	Intellivue MX550	Vnt.	6	5.220,00
Transportinis paciento modulis	IntelliVue X3	Vnt.	6	4.215,00
Centrinė monitoravimo stotis	IntelliVue PIC iX	Vnt.	2	7.960,29
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų, 58 ct.)				72.530,58
PVM dydis (procentais)				21%
PVM suma (penkiolika tūkstančių du šimtai trisdešimt vienas euras, 42 ct.)				15.231,42
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 00 ct.)				87.762,00

- a) Visos kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti su PVM susijusių eilučių, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pagrindinės techninės charakteristikos (Taikoma tik 1 – ai pirkimo objekto daliai):

Pasiūlymo vertinimo kriterijai		Tiekėjo pateikiami dokumentai (pagrindžiantys pasiūlymo ekonominį naudingumą – siūlomus kriterijaus parametrus):
Techniniai reikalavimai (T)		
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	MX550.pdf, 7 psl.
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	-
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 91 psl.
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulario ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	X3 Brochure.pdf, 3 psl.
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	MX550 Patient Monitor.pdf, 4 psl.
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	Climate action _ Philips.pdf, 1 psl.; https://www.philips.com/a-w/about/environmental-social-governance/environmental/climate-action.html

Taikoma tik 1 – ai pirkimo objekto daliai:

Nr.	Parametrai	Parametrų lyginamieji svoriai	Siūloma parametro reikšmė (<i>privaloma užpildyti*</i>)
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	L ₁ = 0,15	48 val.
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	L ₂ = 0,20	Ne
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	L ₃ = 0,20	Taip
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	L ₄ = 0,20	Taip
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	L ₅ = 0,15	Taip
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	L ₆ = 0,10	Taip

Pagrindinės techninės charakteristikos (Taikoma tik 2 – ai pirkimo objekto daliai):

Pasiūlymo vertinimo kriterijai		Tiekėjo pateikiami dokumentai (pagrindžiantys pasiūlymo ekonominį naudingumą – siūlomus kriterijaus parametrus):
Techniniai reikalavimai (T)		
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	<i>MX550.pdf, 7 psl.</i>
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	-
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	<i>IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 91 psl.</i>
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	<i>X3 Brochure.pdf, 3 psl.</i>
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	<i>MX550 Patient Monitor.pdf, 4 psl.</i>

T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	<i>Climate action _ Philips.pdf, 1 psl.;</i> https://www.philips.com/a-w/about/environmental-social-governance/environmental/climate-action.html
----------------	---	---

Taikoma tik 2 – ai pirkimo objekto daliai:

Nr.	Parametrai	Parametrų lyginamieji svoriai	Siūloma parametro reikšmė (<i>privaloma užpildyti*</i>)
T ₁	Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.)	L ₁ = 0,15	48 val.
T ₂	Ne mažiau kaip keturių EKG derivacijų viena laikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus	L ₂ = 0,20	Ne
T ₃	Prieširdžių virpėjimo monitoravimas	L ₃ = 0,20	Taip
T ₄	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis	L ₄ = 0,20	Taip
T ₅	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku	L ₅ = 0,15	Taip
T ₆	Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių	L ₆ = 0,10	Taip

***Pastaba.** Šie parametrai bus naudojami vertinimui, nurodytam pirkimo sąlygų prieduose „Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir tvarka taikoma 1 – ai pirkimo daliai“, „Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir tvarka taikoma 2 – ai pirkimo daliai“. Tiekėjas kartu su pasiūlymu vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10.5. papunkčiu privalo pateikti šiame papunktyje nurodytus dokumentus, įrodančius, jog siūlomi paciento gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis turi tiekėjo pasiūlyme siūlomas techninio reikalavimo kriterijaus (T) parametro reikšmes.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai	*excel
3.	Deklaracija dėl atsakingų asmenų	1
4.	Tiekėjo (subtiekėjo) deklaracija	1

5.	Gamintojo dokumentacija	2744
6.	Tiekėjo patvirtinimas	1

6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei numatyta Pirkimo sąlygose.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Laura Rožė

Ružienė
(Vardas ir pavardė)

prie 2024 m. _____ d. viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

20__ m. _____ d.

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Pirkėjas), ir _____ (toliau – Tiekėjas), toliau abi kartu – Šalys, vadovaudamiesi tarp Pirkėjo ir Tiekėjo 20__ m. _____ d. sudaryta _____ viešojo pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. _____ (toliau – Sutartis), sudarė šį prekių priėmimo – perdavimo aktą, kuriuo patvirtina, kad:

1. Tiekėjas perdavė Pirkėjui, o Pirkėjas priėmė iš Tiekėjo žemiau išvardintas prekes, kurių bendra vertė yra _____ Eur (*suma žodžiais*) su PVM (toliau – Prekės) ir kurios bus naudojamos Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir tikslais:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	UDI numeris	Prekės serijos numeris	Prekės vertė EUR be PVM	Prekės vertė EUR su PVM
1.					
2.					
				Iš viso (Eur):	

Papildoma informacija apie perduotas Prekes:

Pagaminimo šalis	Pagaminimo data	Instaliavimo vieta (skyrius, kabinetas)

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Prekės pristatytos, atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus ir Sutarties sąlygas.

3. Pirkėjas neturi Tiekėjui pretenzijų dėl Prekių komplektiškumo ir kokybės.

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais (po vieną Pirkėjui ir Tiekėjui), kurie turi vienodą juridinę galią. Šis aktas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Pirkėjo vardu priėmė:

Tiekėjo vardu perdavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)