

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI
(NUKREIPĖJAI, VIELOS ANGIOPLASTIKOS PROCEDŪROMS) (9555) PIRKIMO
SUPAPRASTINTŲ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2024-11-15 Nr. FOR-1115

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /jei dalyvauja ūkio subjektų grupė- visi dalyvių pavadinimai/	UAB “Formedics”
Tiekėjo adresas /jei dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių adresai/	Senosios Pilaitės kl. 1, 06229 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Ema Dalikaitė-Savickė, Teisininkė
Telefono numeris	+37052623070
Tiekėjo įmonės kodas	124980311
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT100001278310
El. pašto adresas	Info@formedics.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekęjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris, subtiekęjas ar trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %) (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)
	netaikoma		

Mes siūlome prekes šioms pirkimo dalims: 2 pirkimo dalyje.

Siūlomas prekes, jų įkainius ir bendras pasiūlymo kainas pagal pirkimo dalis pateikėme SPS priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

Siūlomos prekės pilnai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.



Kartu su pasiūlymu pateikiame visus dokumentus, įrodančius prekių atitikimą pirkimo dokumentų SPS priedo Nr.1 „Techninė specifikacija“ reikalavimams, taip pat pridedame užpildytą pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1 „Techninė specifikacija“.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemokamas. _.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento psl. skaičius	Dokumento konfidencialumas (taip/ne)
1.	Įgaliojimas Dalikaitei-Savickai FOR 2024-08-12	1	NE
2.	CE sertifikatai ir su jais susijusi informacija	ZIP	NE
3.	Katalogai	ZIP	NE

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Teisininkė

El. parašas

Ema Dalikaitė-Savickė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicinos priemonių IK pirkimas (diagnostiniai kateteriai, kateteriai vaikams ir naujagimiams, nukreipėjai, introduuseriai)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% nuo priemonių galiojimo termino.

PD Nr.	Priemonės pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vnt	Preliminarus kiekis 1-2 mėn.	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge	Siūlomas vnt įkainis EUR be PVM	PVM %	Siūlomas vnt įkainis EUR su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
2	Vielos skirtos periferinėms angioplastikos procedūroms 0,018" ir 0,014" diametro	Diametrai 0,014"; ir 0,018" Ilgis 190, 210, 300 cm (± 1 cm). Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno, o distalinis	vnt.	30	Asahi PTA wires Gladius ir Halberd PHW14R30 1P PPW18R300 P	97,00	5	101,85	2910,00	3055,50

