

Supaprastinto atviro konkurso
sąlygų
I priedas

UAB „PRINCIPALMED 1L „
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel
+37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL INDIVIDUALIŲ DIDINANČIŲ AKINIŲ PIRKIMO
2016-04-05 Nr.160405-1
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

I lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA

INDIVIDUALŪS DIDINANTYS AKINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Viso kaina, EUR (su PVM)
1.	<i>Individualūs didinantys akiniai</i>		2	Vnt.	1840,00	2226,40	4452,80
	Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM:	HiRes Plus Class III Gamintojas „Surgical Acuity“	X	X	X	X	4452,80

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.		Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos	Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Paskirtis	Operacinei chirurgijai - Operuojamos srities vaizdo padidinimui	Operacinei chirurgijai - Operuojamos srities vaizdo padidinimui Žr. katalogas.pdf – 3 psl.
2.	Teleskopai	1. Prizminiai įmontuoti į akinių rėmelių lęšius (TTL tipo arba lygjaverčiai). 2. Teleskopų optika aukštos skiriamosios gebos, užtikrinanti vaizdo ryškumą visame matomo lauko plote (tiek centre, tiek periferijoje). 3. Chirurginiai akiniai parenkami individualiai pagal chirurgo regą, galvos antropologinius parametrus, darbinį atstumą, reikiamą didinimo galią ir kt. duomenis. 4. Teleskopai į akinių lęšius montuojami taip, kad tiksliai sutaptų su chirurgo regos linija, pritaikant stovimai ar sėdimai darbinei pozicijai. 5. Teleskopų įmontavimo į lęšius vietos nustatomos preciziškai, matavimo metu.	1. Prizminiai įmontuoti į akinių rėmelių lęšius (TTL tipo). 2. Teleskopų optika aukštos skiriamosios gebos, užtikrinanti vaizdo ryškumą visame matomo lauko plote (tiek centre, tiek periferijoje). 3. Chirurginiai akiniai parenkami individualiai pagal chirurgo regą, galvos antropologinius parametrus, darbinį atstumą, reikiamą didinimo galią ir kt. duomenis. 4. Teleskopai į akinių lęšius montuojami taip, kad tiksliai sutaptų su chirurgo regos linija, pritaikant stovimai ar sėdimai darbinei pozicijai. 5. Teleskopų įmontavimo į lęšius vietos nustatomos preciziškai, matavimo metu. Žr. katalogas.pdf – 3, 4, 6, psl.
3.	Darbinis atstumas	1. Darbinis atstumas fiksuotas individualiai iš ≥ 5 skirtingų darbinio atstumo variantų (suderinama užsakymo metu). 2. Būtina galimybė pačiam chirurgui darbinį atstumą tolygiai pareguliuoti ne siauresnėse kaip ± 4 cm ribose, nenaudojant keičiamų detalių (papildomų korekcinių lęšių, antgalių ir pan.). 3. Būtina galimybė, keičiantis chirurgo regai, darbinį atstumą papildomai koreguoti.	1. Darbinis atstumas fiksuotas individualiai iš 5 skirtingų darbinio atstumo variantų (suderinama užsakymo metu). 2. Galimybė pačiam chirurgui darbinį atstumą tolygiai pareguliuoti ne siauresnėse kaip ± 4 cm ribose, nenaudojant keičiamų detalių (papildomų korekcinių lęšių, antgalių ir pan.). 3. Galimybė, keičiantis chirurgo regai, darbinį atstumą papildomai koreguoti. Žr. katalogas.pdf – 6, 7 psl.
4.	Didinimas	$3,5 \pm 0,1$ karto.	3,5 karto. Žr. katalogas.pdf – 2 psl.
5.	Matymo laukas	Ne mažiau kaip 9 cm skersmens, esant 32-58 cm darbiniam atstumui.	9 cm skersmens, esant 32-58 cm darbiniam atstumui. Žr. katalogas.pdf – 4, 5 psl.

6.	Atsparumas drėgmei	Nepralaidūs vandeniui apsaugoti nuo drėgmės patekimo į teleskopų vidų.	Nepralaidūs vandeniui apsaugoti nuo drėgmės patekimo į teleskopų vidų. Žr. katalogas.pdf – 3, psl.
7.	Nosies tiltelis.	1. Įmontuotas akinių rėmelyje. 2. Atraumatinis, silikoninis, viengubas tiltelis tolygiai paskirstantis chirurginių akinių svorį. 3. Būtina galimybė keisti nosies tiltelio fiksavimo prie akinių rėmelio padėtį, pasirenkant iš ≥ 3 skirtingų padėčių.	1. Įmontuotas akinių rėmelyje. 2. Atraumatinis, silikoninis, viengubas tiltelis tolygiai paskirstantis chirurginių akinių svorį. 3. Galimybė keisti nosies tiltelio fiksavimo prie akinių rėmelio padėtį, pasirenkant iš 3 skirtingų padėčių. Žr. katalogas.pdf – 10, 11 psl.
8.	Rėmeliai	1. Būtina galimybė rinktis ≥ 10 skirtingų rėmelių variantų. 2. Turi būti galimybė pasirinkti lengvus titaninius rėmelius. 3. Kojelės su rėmeliais turi būti sujungtos lankstais, kojelių galiukai lankstomi, pritaikant pagal chirurgo ausies formą.	1. Galimybė rinktis 10 skirtingų rėmelių variantų. 2. Galimybė pasirinkti lengvus titaninius rėmelius. 3. Kojelės su rėmeliais sujungtos lankstais, kojelių galiukai lankstomi, pritaikant pagal chirurgo ausies formą. Žr. katalogas.pdf – 4, 6, 7 psl.
9.	Akinių svoris	Kartu su teleskopais ir titaniniais rėmeliais svoris ≤ 80 g.	Kartu su teleskopais ir titaniniais rėmeliais svoris 76 g. Žr. katalogas.pdf – 4 psl.
10.	Akinių lęšiai	Būtina galimybė pasirinkti monofokalius arba bifokalius lęšius, individualiai pritaikytus pagal chirurgo regos parametrus.	Galimybė pasirinkti monofokalius arba bifokalius lęšius, individualiai pritaikytus pagal chirurgo regos parametrus. Žr. katalogas.pdf – 6 psl.
11.	Priemonės atspindžių sumažinimui	Teleskopų lęšių paviršius padengtas operacinio lauko atspindžius minimizuojančia medžiaga (be papildomų atspindžius minimizuojančių filtrų).	Teleskopų lęšių paviršius padengtas operacinio lauko atspindžius minimizuojančia medžiaga (be papildomų atspindžius minimizuojančių filtrų). Žr. katalogas.pdf – 8, 9 psl.
12.	Nesibraižantis lęšių paviršius	Lęšiai turi būti padengti magnio fluoridu arba lygiaverte medžiaga.	Lęšiai padengti magnio fluoridu. Žr. katalogas.pdf – 10, 11 psl.
13.	Komplektacija	1. Individualūs didinantys akiniai su išgraviruotu chirurgo vardu bei pavarde. 2. Šoninės skaidrios apsaugėlės, skirtos chirurgo akims apsaugoti nuo šoninio apšvitimo paciento skysčiais. 3. Juostelė akinių prilaikymui 4. Dėžutė, skirta chirurginių akinių laikymui, su užrašytu chirurgo vardu bei pavarde. 5. Priemonės akinių priežiūrai: speciali šluostė akinių lęšių valymui, instrumentas akinių derinimui. 6. Naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba).	1. Individualūs didinantys akiniai su išgraviruotu chirurgo vardu bei pavarde. 2. Šoninės skaidrios apsaugėlės, skirtos chirurgo akims apsaugoti nuo šoninio apšvitimo paciento skysčiais. 3. Juostelė akinių prilaikymui 4. Dėžutė, skirta chirurginių akinių laikymui, su užrašytu chirurgo vardu bei pavarde. 5. Priemonės akinių priežiūrai: speciali šluostė akinių lęšių valymui, instrumentas akinių derinimui. 6. Naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba). Žr. katalogas.pdf – 3, 6 psl.
14.	Garantija.	≥ 24 mėnesių	24 mėnesių
15.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).	Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamas žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopija.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 21.3 dalyje.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2
2.	Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	1
3.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1
4.	Įmonės įstatų kopija	3
5.	Gamintojo išduotos autorizacijos kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą.	2
6.	Paskutinių finansinių metų balansas	2
7.	Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1
8.	Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus, bei patvirtinti juos elektroniniu parašu	1
9.	Atitikties deklaracija.	2
10.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą	15

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)

UAB „Principalmed 1L“ registravimo pažymėjimas ir įmonės įstatai, balansas, pelno/nuostolio ataskaita; Siūlomų prekių gamintojo „Surgical Acuity“ prekių katalogas, įgaliojimo laiškas, atitikties deklaracija.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

L.e.p. direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parasas*)

Andrius Markūnas
(Vardas ir pavardė*)