

8.	Pastovių magnetų skaičius	Ne mažiau 8	Ne mažiau 8	Prietaiso techninis aprašymas ir eksploataavimo instrukcija, žr. § 3
9.	Magnetinė indukcija optinio antgalio darbinės dalies paviršiuje	Nuo 80-140 mT	Nuo 80-140 mT	Prietaiso techninis aprašymas ir eksploataavimo instrukcija, žr. § 3
10.	Prietaiso svoris	Iki 1,6 kg	Iki 1,6 kg	Prietaiso techninis aprašymas ir eksploataavimo instrukcija, žr. § 3
11.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai	Būtina	CE2460 ir ISO 13485:2016	Prietaiso techninis aprašymas ir eksploataavimo instrukcija, žr. § 13
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn	

Viso kaina 3800,- Eur be PVM; Eur su PVM – nesame PVM mokėtojas.

6. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniais įgalioto asmens parašais arba saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus ir gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Nesame PVM mokėtojai, nes per mažos įmonės pajamos.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	3 lapai
2.	Atitikties deklaracija	1 lapas

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
	—

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Prof. Rimantas

Kanapėnas

(Vardas ir pavardė)