



(UAB "Medicinos įranga")

(UAB „Medicinos įranga“, tel. +37061424164, el.p.: vsi@medicinosiranga.com , į.k.: 304701254,  
PVM kodas: LT100011332818, Žalgirio g. 20 - 1, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., LT-53333)

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS

**PASIŪLYMAS**

**DĖL ULTRAGARSO APARATŲ PIRKIMO**

2024-09-25 Nr. 1  
Kaunas

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Medicinos įranga“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Žalgirio g. 20-1, Ringaudų k., LT-53331 Kauno r.
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	304701254, LT100011332818
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT807044060008187786, SEB, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Valerij Sidorčuk
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidotas Balnys
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų vadovas Vaidotas Balnys
Telefono numeris	+37066252301
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	vba@medicinosiranga.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-us)*

## PASIŪLYMO KAINA

**Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 6 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“  
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)**

**Pildoma atitinkamai tos pirkimo dalies informacija, kuriai teikiamas pasiūlymas. Pirkimo dalis, kuriai pasiūlymas neteikiamas pašalinama.**

**1 pirkimo dalis. Ekspertinės klasės ultragarso aparatas su dviem davikliais tyrimams akušerijoje**

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Atitikimas kokybiniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
		Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapio numeris
T <sub>1</sub>	Skaitmeninių kanalų skaičius (techninės specifikacijos p. 1.3)	43 352 064	RS85 Prestige Datasheet	26 psl.
T <sub>2</sub>	Tūrinio konveksinio daviklio elementų skaičius (techninės specifikacijos p. 11.1.3)	192	RS85 Prestige Datasheet	42 psl.
T <sub>3</sub>	Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai: IOTA LR2, IETA, IDEA	IOTA	RS85 Prestige Datasheet	19 psl.
T <sub>4</sub>	Endokavitalinio daviklio apžvalgos kampas 2D režime	150	RS85 Prestige Datasheet	42 psl.
T <sub>5</sub>	Galimybė naudoti su šiuo metu ligoninėje turimu matricinės technologijos elektroniniu 3D tūriniu davikliu eM6C, įsigijus atitinkamą programinę įrangą	Ne	Ne	Ne

**2 pirkimo dalis. Aukštos klasės ultragarso aparatas su dviem davikliais tyrimams akušerijoje**

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Atitikimas kokybiniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
		Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapio numeris

T <sub>1</sub>	Maksimalus skenavimo gylis $\geq 55$ cm	55 cm.	V8 Datasheet	23 psl.
T <sub>2</sub>	Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas $\geq 350$ dB	372 dB.	V8 Datasheet	3 psl.
T <sub>3</sub>	Maksimalus vaizduojamas kraujotakos greitis PW režime $\geq 50$ m/s	70 m/s.	V8 Datasheet	8 psl.
T <sub>4</sub>	Pulsinio doplerio mėginio vartelių plotis ( $\leq 0,5 - \geq 25,0$ ) mm	0.5-25 mm.	V8 Datasheet	8 psl.
T <sub>5</sub>	Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslus matavimus, nenaudojant padidinimo (angl. Zoom) įrankio	Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslus matavimus, nenaudojant padidinimo (angl. Zoom) įrankio	Deklaracija LT_konfidencialu	4 punktas.

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	RS85 Prestige Datasheet	48 psl.	RS85 Prestige Datasheet
2.	V8 Datasheet	49 psl.	V8 Datasheet
3.	Deklaracija LT_konfidencialu	1 psl.	Deklaracija LT_konfidencialu
4.	Deklaracija EN_konfidencialu	1 psl.	Deklaracija EN_konfidencialu
5.	7 priedas DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ	1 psl.	7 priedas DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ
6.	8 priedas Tiekėjo deklaracija	1 psl.	8 priedas Tiekėjo deklaracija
7.	RS85 Prestige katalogas	16 psl.	RS85 Prestige katalogas
8.	V8 katalogas ObGyn	12 psl.	V8 katalogas ObGyn
9.	V.Balnys įgaliojimas	1 psl.	V.Balnys įgaliojimas
10.	6 priedas KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ	1 psl.	6 priedas KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
11.	V8 Declaration	3 psl.	V8 Declaration
12.	RS85 Declaration	4 psl.	RS85 Declaration
13.	1 priedas	4 psl.	1 priedas
14.	5 priedas EBVPD	14 psl.	5 priedas EBVPD
15.	4 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	8 psl.	4 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Pastaba.** Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo

dokumentuose nustatytų reikalavimų, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkimo sąlygų 5.11.2, 5.11.8, 5.11.9, 5.11.11 punktuose nurodyti dokumentai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Primintina, kad pasiūlyme nurodytos **kainos bei įkainiai**, taip pat **nuolaidos dydis ar įkainio bazė**, tiekėjo **siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai**, tiekėjo **siūlomų prekių techninės specifikacijos**, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, **gaminio naudotojo instrukcija**, tiekėjo **siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija** (plačiau skaityti<sup>1</sup>).

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.** Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.):

**RS85 Prestige Datasheet, V8 Datasheet, Deklaracija LT\_konfidencialu, Deklaracija EN\_konfidencialu. Tai yra dokumentai, kuriuose yra nurodyta SAMSUNG gamintojo intelektinė nuosavybė.**

---

<sup>1</sup> [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali\\_informacija.pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf)