

UAB „MARDENTAS“

Uždaroji akcinė bendrovė. Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius.
Tel. +370 5 233 7402, faks. +370 5 233 7786. El. paštas info@mardentas.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18, Vilnius)
Kodas 225863550. PVM mokėtojo kodas LT258635515.

VŠĮ Karoliniškių poliklinikai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SKAITMENINĖS FOSFORINIŲ RENTGENO JUOSTELIŲ SKANAVIMO SISTEMOS PIRKIMO

2016-06-10 Nr. 2016/06/10-01
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Mardentas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Lazdynėlių g. 8, LT-04126 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Andrius Vyčas
Telefono numeris	(8 5) 2337402
Fakso numeris	(8 5) 2337786
El. pašto adresas	info@mardentas.lt

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - apklausos konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis
Skaitmeninė fosforinių rentgeno juostelių skanavimo sistema	1	3.350,00	4.053,50	„Sopro-Acteon Group“, Prancūzija	„Pspix“

Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos prekės gamintojo parengtas aprašymas (originalo ir lietuvių kalbomis), patvirtinantis siūlomos prekės atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Nr.	Techninis parametras	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomi techniniai parametrai (nurodyti konkrečias parametrų reikšmes)
1.	Fosforinių plokštelių skaneris		Fosforinių plokštelių skaneris Modelis: „Pspix“ Gamintojas: „Sopro-Acteon Group“, Prancūzija
1.1	Maitinimo blokas	Elektroninis, maitinimo šaltinis nuo 100 iki 240 V $\pm$ 10% 50-60 Hz	Elektroninis maitinimo blokas, maitinimo šaltinis nuo 100 iki 240 V 50-60 Hz.
1.2	Naudojamos ne mažiau kaip keturių dydžių fosforinės plokštelės: 0 dydis – 22 x 35 mm 1 dydis – 24 x 40 mm 2 dydis – 31 x 41 mm 3 dydis – 27 x 54 mm	Būtina	Naudojamos keturių dydžių fosforinės plokštelės: 0 dydis – 22 x 35 mm 1 dydis – 24 x 40 mm 2 dydis – 31 x 41 mm 3 dydis – 27 x 54 mm
1.3	Galimybė su kompiuterine programa rekonstruoti 4 dydžio (2 x 3 dydžio) plokštelę - 52 x 54 mm	Būtina	Galimybė su kompiuterine programa rekonstruoti 4 dydžio (2 x 3 dydžio) plokštelę - 52 x 54 mm.
1.4	Skiriamoji geba: ne mažiau 20 lp/mm	Būtina	Skiriamoji geba 20 lp/mm.
1.5	Skenavimo laiko diapazonas: greičiausias 1,6 – 2,7 sekundės aukštesnės kokybės 2,1 – 3,6 sekundės	Būtina	Skenavimo laiko diapazonas: greičiausias 1,6 – 2,7 sekundės aukštesnės kokybės 2,1 – 3,6 sekundės.
1.6	Pajungimas į kompiuterinį tinklą per Ethernet RJ-45 kabelį	Būtina	Pajungimas į kompiuterinį tinklą per Ethernet RJ-45 kabelį.
1.7	Matmenys ne daugiau kaip 155 x 205 x 195 mm $\pm$ 10mm	Būtina	Matmenys 154 x 204 x 193 mm.
1.8	Svoris ne daugiau kaip 2,7 kg $\pm$ 0,100 kg	Būtina	Svoris 2,6 kg.
1.9	Fosforinių plokštelių paėmimo vieta yra skanerio viršuje. Nuskenuota plokštelė išmetama per kitą angą skanerio apačioje	Būtina	Fosforinių plokštelių paėmimo vieta yra skanerio viršuje. Nuskenuota plokštelė išmetama per kitą angą skanerio apačioje.
1.10	Lietimui jautrus skanerio ekranas	Būtina	Lietimui jautrus skanerio ekranas.
1.11	Automatinis pranešimas ekrane kai plokštelė įdedama į skanerį neteisingai	Būtina	Automatinis pranešimas ekrane kai plokštelė įdedama į skanerį neteisingai.
1.12	Galimybė pajungti per tinklą prie skanerio ne mažiau dešimties vartotojų	Būtina	Galimybė pajungti per tinklą prie skanerio iki dešimties vartotojų.
1.13	Galimybė skanerio ekrane pasirinkti kompiuterį į kurį bus siunčiama nuotrauka	Būtina	Galimybė skanerio ekrane pasirinkti kompiuterį, į kurį bus siunčiama nuotrauka.
1.14	Nuotraukos atvaizdavimas skanerio ekrane	Būtina	Nuotraukos atvaizdavimas skanerio ekrane.
1.17	Lengvai nuimamas ir autoklavuojamas 134°C skanerio korpuso apsauginis dangtis per kurį paduodamos plokštelės į skanerį	Būtina	Lengvai nuimamas ir autoklavuojamas 134°C skanerio korpuso apsauginis dangtis, per kurį paduodamos plokštelės į skanerį.
1.18	Lengvai nuimama ir autoklavuojama 134°C skanerio	Būtina	Lengvai nuimama ir autoklavuojama 134°C skanerio korpuso dalis, kur

	korpuso dalis kur patenka nuskanuotos plokštelės		patenka nuskanuotos plokštelės.
1.19	Garantijos laikotarpis ne mažiau 24 mėnesių	Būtina	Garantijos laikotarpis 24 mėnesių.
1.20	Skaneris jungiamas prie įstaigoje esančio kompiuterinio tinklo lizdo, vartotojų kompiuteriai su charakteristikom, ne prasčiau kaip : Operacinė sistema - Windows 7 Pro Procesorius – Intel 2 branduolių Operacinė atmintis - 1GB Kietas diskas - 250GB Vaizdo plokštė - integruota arba atskira 128 MB Ekranų rezoliucija - 1024x768 ar daugiau Tinklo plokštė - 100 Mb/s	Būtina	Skaneris jungiamas prie įstaigoje esančio kompiuterinio tinklo lizdo, vartotojų kompiuteriai su charakteristikomis: Operacinė sistema - Windows 7 Pro; Procesorius – Intel 2 branduolių; Operacinė atmintis - 1 GB; Kietas diskas - 250 GB; Vaizdo plokštė - integruota arba atskira 128 MB; Ekranų rezoliucija - 1024x768 ar daugiau; Tinklo plokštė - 100 Mb/s.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninių parametrų teisingumą įrodanti firmų gamintojų techninė dokumentacija	7

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1.	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys (failas „1-pasiulymas.pdf“)	„Prisegti dokumentai“

**Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Andrius Vyčas

(Vardas ir pavardė)