

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(Adresatas)

**PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGO DARBO ĮRANGOS PIRKIMO**

2025-03-04 Nr. 25_SD-20

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	E. Navicko įmonė „Medica“ Įmonės kodas 144301796 PVM mokėtojo kodas LT443017917 Architektų g. 1, 78366 Šiauliai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	E. Navicko įmonė „Medica“ Įmonės kodas 144301796 PVM mokėtojo kodas LT443017917 Architektų g. 1, 78366 Šiauliai

**2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS
NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ**

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje*	
			EUR (su PVM)	Proc.
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

**3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ
PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEK DAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,
TIEKĖJAS REMIASI**

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

(numatomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)				
Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus*	
			EUR (su PVM)	Proc.
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.				

...				
-----	--	--	--	--

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekejai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

(naudojami visi subtiekėjai kurių pajėgumais nekeičias nesirems)				
Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus*	
			EUR (su PVM)	Proc.
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties				
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
1.		
...		

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaiciavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo, montavimo ir darbuotojų apmokymas, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Siūloma prekės kaina:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Mato vienetas kiekis	Modelis, gamintojo pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur (21 proc.)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Odontologo darbo įranga (pasiūlymas apima visus pirkimo dokumentuose prekei keliamus reikalavimus)	1 kompl.	Ultimate Comfort, modelis: Smart Gamintojas: Ritter Concept GmbH, Vokietija	14 920,00	3 133,20	18 053,20

Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) žodžiais: Aštuoniolika tūkstančių penkiasdešimt trys eurai 20 centų.

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

6.7. Nenumačius išlaidų technologiškai būtiniams procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias išlaidas pasiūlymą pateikęs dalyvis padengia savo sąskaita.

6.8. Siūlomo Odontologo darbo įranga (1 komplektas) techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir kiti reikalavimai		Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas)
	Odontologo darbo įranga (1 kompl.)	Modelis ir gamintojas Ultimate Comfort, modelis: Smart Gamintojas: Ritter Concept GmbH, Vokietija	
I.	Paciento kėdė		
1.1.	Kėdės valdymas	Elektrinis – mechaninis	Elektrinis – mechaninis Ultimate Comfort Smart

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

			<i>naudojimo instrukcija, 6 psl.</i>
1.2.	Elektros maitinimas	Iš 220 V, 50 Hz elektros tinklo	Iš 220 V, 50 Hz elektros tinklo <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 6 psl.</i>
1.3.	Kėdės keliamoji galia	≥ 135 kg	135 kg <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 6 psl.</i>
1.4.	Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos	1. aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje ≤ 40 cm;	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje 40 cm; <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 6 psl.</i>
		2. aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje ≥ 80 cm.	Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje 80 cm. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 6 psl.</i>
1.5.	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde	Būtina	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 36 psl.</i>
1.6.	Paciento kėdės apmušalo danga besiūlė	Būtina	Taip <i>Gamintojo internetinis puslapis: https://ritterconcept.com/en/ultimate-comfort-smart/</i>
1.7.	2. nuo asistento instrumentų dalies; <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 26 psl.</i>	1. ne mažiau kaip 4 -ios individualiai programuojamos paciento kėdės padėty;	1. 4-ios individualiai programuojamos paciento kėdės padėty; <i>Gamintojo internetinis puslapis: https://ritterconcept.com/en/ultimate-comfort-smart/</i>
		2. kėdės grąžinimas į prieš tai buvusią poziciją.	2. kėdės grąžinimas į prieš tai buvusią poziciją. <i>Gamintojo internetinis puslapis: https://ritterconcept.com/en/ultimate-comfort-smart/</i>
1.8.	Kėdės valdymas	1. nuo gydytojo instrumentų dalies;	1. nuo gydytojo instrumentų dalies; <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 16 psl.</i>
		2. nuo asistento instrumentų dalies;	2. nuo asistento instrumentų dalies <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 16 psl.</i>
		3. kojiniu pedalu	3. kojiniu pedalu <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 16 psl.</i>
1.9.	Galvos atlošo padėties reguliavimas	≥ 2 ašimis	Galvos atlošo padėties reguliavimas 2 ašimis.

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

			<i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 36 psl.</i>
1.10.	Porankiai	1. kairysis ir dešinysis porankiai; 2. dešinysis porankis nulenkiamas.	1. kairysis ir dešinysis porankiai; 2. dešinysis porankis nulenkiamas. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 36 psl.</i>
1.11.	Kojūgalio apsauginė danga	skaidri, lengvai nuimama, atspari valymui su dezinfekcijos medžiagomis	Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą, nuvalomą apsauginę dangą. <i>Gamintojo internetinis puslapis: https://ritterconcept.com/en/ultimate-comfort-smart/</i>
1.12.	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir suspausto oro sistemai	Būtina	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir suspausto oro sistemai. <i>Gamintojo internetinis puslapis: https://ritterconcept.com/en/ultimate-comfort-smart/</i>
1.13.	Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu.	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 54 psl.</i>
II. Gydytojo instrumentų dalis:			
2.1.	Būtinai gydytojo instrumentai	1. daugiafunkcinis švirkštas 3 funkcijų tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo); 2. rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu, 3. rankovė bešepetėliniam elektrinam mikrovarikliui su pašvietimu; 4. rankovė ultragarsiniam skaleriui.	1. daugiafunkcinis švirkštas 3 funkcijų tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo); 2. rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu, 3. rankovė bešepetėliniam elektrinam mikrovarikliui su pašvietimu; 4. rankovė ultragarsiniam skaleriui. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 14 psl.</i>
2.2.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie kėdės	Būtina	Instrumentų blokas tvirtinamas prie kėdės <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 4 psl.</i>
2.3.	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo (pneumatinis) stabdis	Būtina	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo (pneumatinis) stabdis <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 17 psl.</i>

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

2.4.	Instrumentų valdymo pedalas	1. daugiafunkcinis, spaudžiamas iš viršaus;	1. daugiafunkcinis, spaudžiamas iš viršaus;
		2. vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija;	2. vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija;
		3. darbo vietos prapūtimo funkcija;	3. darbo vietos prapūtimo funkcija;
		4. kėdės padėčių valdymas;	4. kėdės padėčių valdymas;
		5. ne mažiau kaip 4 programuotų kėdės padėčių valdymas;	5. 4 programuotų kėdės padėčių valdymas;
		6. mikrovariklių greičio reguliavimas.	6. mikrovariklių greičio reguliavimas. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 18 psl.</i>
2.5.	Instrumentų rankovių išvedimas	Iš viršaus	Instrumentų rankovių išvedimas iš viršaus <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 14 psl.</i>
2.6.	Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus pūtiklį).	Būtina	Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus pūtiklį). <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 22 psl.</i>
2.7.	Manometras instrumentų stalyje darbinio oro informacijai	Būtina	Manometras instrumentų stalyje darbinio oro informacijai <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 23 psl.</i>
2.8.	Instrumentų stalis turi turėti silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai	Būtina	Instrumentų stalis turi turėti silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 47 psl.</i> Gamintojo internetinis puslapis: https://ritterconcept.com/en/ultimate-comfort-smart/
2.9.	Padėklas odontologo darbo priemonėms	1. keičiamos padėties, tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio;	1. keičiamos padėties, tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio;
		2. su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu;	2. su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu;
		3. sterilizuojamas ne mažesnėje nei 134 ⁰ C;	3. sterilizuojamas ne mažesnėje nei 134 ⁰ C;
		4. kėlimo galia ≥ 3 kg.	4. kėlimo galia 3 kg. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 14 psl.</i>
2.10.	Instrumentų valdymo panelės mygtukai	1. kėdės valdymo;	1. kėdės valdymo;
		2. programuojamų kėdės padėčių;	2. programuojamų kėdės padėčių;

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

		3. šviestuvo įjungimo/išjungimo;	3. šviestuvo įjungimo/išjungimo;
		4. vandens pašildymo į stiklinę;	4. vandens pašildymo į stiklinę;
		5. vandens pripildymo į stiklinę;	5. vandens pripildymo į stiklinę;
		6. spjaudyklės apiplovimo įjungimo;	6. spjaudyklės apiplovimo įjungimo;
		7. negatosko pajungimo/išjungimo;	7. negatosko pajungimo/išjungimo;
		8. visų mygtukų garsinis signalas ir garsinio signalo išjungimo funkcija.	8. visų mygtukų garsinis signalas ir garsinio signalo išjungimo funkcija. <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija, 16, 23 psl.</i>
2.11.	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas	Būtina	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 20 psl.</i>
2.12.	Autonominė švaraus vandens sistema odontologiniams antgaliams su galimybe perjungti į osmosinę arba kitą švaraus vandens sistemą	Būtina	Autonominė švaraus vandens sistema odontologiniams antgaliams su galimybe perjungti į osmosinę sistemą <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 20 psl</i>
2.13.	Lengvai keičiama distiliuoto vandens talpa	≥ 1 litro talpos indas	Lengvai keičiama distiliuoto vandens 1 litro talpa <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 28 psl</i>
III. Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis:			
3.1.	Asistento instrumentų laikiklis	Ne mažiau kaip 4-ių lizdų	4-ių lizdų <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 27 psl</i>
3.2.	Būtinai asistento instrumentai	1. švirkštas: kampinis ne mažiau kaip 3-jų funkcijų, lengvai nuimamas snapelis, autoklavuojamas.	1. švirkštas: kampinis 3-jų funkcijų, lengvai nuimamas snapelis, autoklavuojamas.
		2. seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurblių antgaliai)	2. seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurblių antgaliai) <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 27 psl</i>
3.3.	Spjaudyklės bloko tvirtinamas prie kėdės	Būtina	Spjaudyklės bloko tvirtinamas prie kėdės <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 12 psl</i>
3.4.	Spjaudyklė	Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ≥ 180°	Keraminė, pasukama 180° <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 12 psl</i>
3.5.	Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras	Būtina	Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

			<i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 45 psl</i>
3.6.	Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo mygtukai	1. kėdės valdymo; 2. kėdės grąžinimo į pradinę padėtį; 3. šviestuvo įjungimo / išjungimo; 4. vandens pašildymo į stiklinę; 5. vandens pripildymo į stiklinę; 6. spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 7. šviestuvo įjungimo/išjungimo;	1. kėdės valdymo; 2. kėdės grąžinimo į pradinę padėtį; 3. šviestuvo įjungimo / išjungimo; 4. vandens pašildymo į stiklinę; 5. vandens pripildymo į stiklinę; 6. spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 7. šviestuvo įjungimo/išjungimo; <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 26 psl</i>
IV. Apšvietimo sistema:			
4.1.	Apšvietimo lempa	LED arba lygiavertis šviesos šaltinis	LED šviesos šaltinis <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 6 psl</i>
4.2.	Apšvietimo lempos montavimas prie spjaudyklės bloko	Būtina	Apšvietimo lempos montavimas prie spjaudyklės bloko <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 4 psl</i>
4.3.	Apšvietimo lempos pozicionavimas	Valdoma ne mažiau nei trimis ašimis	Valdoma trimis ašimis <i>Šviestuvo instrukcija, 1 pusl.</i>
4.4.	Šviesos spalvinė temperatūra	5000 +/- 500 K	5000 K <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 6 psl</i>
4.5.	Šviesos intensyvumo reguliavimas	≥ 4-jų lygių arba tolygus reguliavimas	4-jų lygių reguliavimas <i>Šviestuvo instrukcija, 1 pusl.</i>
4.6.	Maksimalus šviesos intensyvumas	≥ 30000 Lux	30000 Lux <i>Ultimate Comfort Smart naudojimo instrukcija 6, psl</i>
4.7.	Plombavimo režimas	Būtina	Plombavimo režimas <i>Šviestuvo instrukcija, 1 pusl.</i>
V. Mikrovariklis			
5.1.	Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu	1. maksimalus apsisukimų skaičius ≥ 40.000 aps./min.; 2. su vidiniu oro / vandens aušinimu; 3. su LED ar lygiaverčiu šviesos šaltiniu; 4. sukimo momentas ≥ 3.3Ncm	1. maksimalus apsisukimų skaičius 40.000 aps./min.; 2. su vidiniu oro / vandens aušinimu; 3. su LED šviesos šaltiniu; 4. sukimo momentas 3.3Ncm <i>Mikrovariklio instrukcija, 1, 2, 3 pusl.</i>
VI. Ultragarsinis skaleris			
6.1.	Įmontuojamas ultragarsinis	1. darbo režimas nepertraukiamas;	1. darbo režimas

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva

 Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

	skalėris		nepertraukiamas;
		2. maksimalus prietaiso galingumas ne mažiau kaip 8W;	2. maksimalus prietaiso galingumas 20W;
		3. komplekte ne mažiau kaip 5 vnt. įvairių formų darbinių antgalių, raktas antgalių keitimui;	4. komplekte 5 vnt. įvairių formų darbinių antgalių, raktas antgalių keitimui;
		4. autoklavuojamas.	4. autoklavuojamas. <i>Ultragarsinio skalėrio instrukcija, 3, 9 13 psl.</i>
VII.	Bendrieji reikalavimai		
7.1.	Garantijos laikotarpis	ne mažiau 24 mėnesiai	24 mėn.
7.2.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtina pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją	CE sertifikatas
7.3.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymas pagal techninius parametrus. Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Vertimas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo arba įgalioto asmens. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomos prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinėti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Pastaba. Tiekėjas pildydamas techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1	UC Smart naudojimo instrukcija lt en	61		
2	Mikrovariklio instrukcija	3		
3	Šviestuvo instrukcija	1		
4	Ultragarsinio skalėrio instrukcija	13		
5	Įrangos CE sertifikatas	14		
6	Tiekėjo deklaracija	1		
7	Informacija dėl apsaugos aplinkos kriterijų	1		

***Pastabos:**

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;
2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;
3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Egidijaus Navicko įmonė „MEDICA“

Architektų g. 1, 78366 Šiauliai, Lietuva


Tel. (8 41) 514 162 mob.Tel.: +37067641208 Faks. (8 41) 514 164 el. p. info@medica.lt www.medica.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 144301796, PVM mokėtojo kodas LT443017917

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Egidijus Navickas

(Vardas ir pavardė)