

Intramedulinių vinių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Orientacijas kiekis, vnt	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Žastikaulio vinis, implantuojama be rentgeno kontrolės	1. Intramedulinė vinis žastikaulio metafizės ir diafizės lūžiams; 2. Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Pilnai kaniuliuota, apvali, įgalinanti ne mažiau 6 mm kaulo kompresiją; 4. Tiek distalinės, tiek proksimalinės dalies užrakinimas atliekamas be rentgeno kontrolės; 5. Distalinė vinies dalis lenkta 5-6°, užtikrinanti rotacinį stabilumą; 6. Distalinė dalis rakinama intrameduline viela, kortikaliniai sraigtai distalinėje dalyje nenaudojami; 7. Proksimalinė dalis ne mažiau 9 mm diametro, rakinama ne mažiau 5 sraigtais skirtingose plokštumose; 8. Ne mažiau 3 skirtingų vinies diametrų nuo 7 mm.; 9. Ne mažiau 7 skirtingų vinies ilgio pasirinkimų nuo 180 iki 300 mm; 10. Universalūs implantai kairei ir dešinei pusėms.	40	1. Intramedulinė vinis žastikaulio metafizės ir diafizės lūžiams (Katalogas 1, psl. 4); 2. Pagaminta iš titano (Katalogas 1, psl. 1); 3. Pilnai kaniuliuota, apvali, įgalinanti 6 mm kaulo kompresiją (Katalogas 1, psl. 1, 2, 3); 4. Tiek distalinės, tiek proksimalinės dalies užrakinimas atliekamas be rentgeno kontrolės (Katalogas 1, psl. 1); 5. Distalinė vinies dalis lenkta 5°, užtikrinanti rotacinį stabilumą (Katalogas 1, psl. 1); 6. Distalinė dalis rakinama intrameduline viela, kortikaliniai sraigtai distalinėje dalyje nenaudojami (Katalogas 1, psl. 2); 7. Proksimalinė dalis 9 mm diametro, rakinama 5 sraigtais skirtingose plokštumose (Katalogas 1, psl. 2-3, 14); 8. Trys skirtingi vinies diametrai nuo 7 mm (Katalogas 1, psl. 2); 9. Septyni skirtingi vinies ilgio pasirinkimai nuo 180 iki 300 mm (Katalogas 1, psl. 2); 10. Universalūs implantai kairei ir dešinei pusėms (Katalogas 1, psl. 2).
2.	Intramedulinė viela distalinės dalies užrakinimui	1. Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. Suderinama su perkama žastikaulio vinimi (aprašyta p. 1); 3. Lenkta, 4,0 – 4,5 mm diametro, užsriegta galvute ir distaline dalimi; 4. Sriegiama šešiakampiu atsuktuvu; 5. Ne mažiau 7 skirtingų ilgių pasirinkimų nuo 180 iki 300 mm.	40	1. Pagaminta iš titano lydinio (Katalogas 1, psl. 2); 2. Suderinama su perkama žastikaulio vinimi (Katalogas 1, psl. 2); 3. Lenkta, 4,0 mm diametro užsriegta galvute ir distaline dalimi (Katalogas 1, psl. 2, 16 psl.); 4. Sriegiama šešiakampiu atsuktuvu (Katalogas 1, psl. 16 psl.); 5. Ne mažiau 7 skirtingų ilgių pasirinkimų nuo 180 iki 300 mm (Katalogas 1, psl. 18 psl.).
3.	Kortikaliniai sraigtai proksimalinės dalies užrakinimui	1. Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. 4,0 – 4,5 mm diametro, 18 – 70 mm ilgio (ne mažiau 27 skirtingų ilgių).	250	1. Pagaminti iš titano (Katalogas 1, psl. 19 psl.); 2. 4,0 mm diametro, 18 – 70 mm ilgio (27 skirtingų ilgių) (Katalogas 1, psl. 19 psl.).

4.	Vinies užrakinimo sraigtas	2,0 – 2,5 mm diametro	45	2,5 mm diametro (Katalogas 1, psl. 16 psl.).
5.	Rakinamas kompresinis sraigtas	1. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. 4,0 – 4,5 mm diametro.	45	1. Pagamintas iš titano (Katalogas 1, psl. 19).; 2. 4,0 mm diametro (Katalogas 1, psl. 3).
6.	Vinies kaištis	Ne mažiau 5 skirtingų ilgių iki 20 mm	45	5 skirtingų ilgių iki 20 mm (Katalogas 1, psl. 19)
7.	Pravedimo viela	2,0 – 3,0 mm diametro, ne mažiau 650 mm ilgio	40	2,0 ir 3,0 mm diametro, 650 mm ilgio (Katalogas 1, psl. 22)
8.	Instrumentų rinkiniai pateikiami panaudos būdu	1. Pateikiami pilni, gamintojo numatyti instrumentų rinkiniai, skirti darbui su perkamais implantais; 2. Daugkartinio naudojimo.	2 rink.	1. Pateikiami pilni, gamintojo numatyti instrumentų rinkiniai, skirti darbui su perkamais implantais (Katalogas 1, psl. 19-22, 28); 2. Daugkartinio naudojimo, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose (Katalogas 1, psl. 19-22, 28).

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.
2. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originaliose gamintojo pakuotėse, kartu pateikiant jų panaudojimui (įdėjimui, išėmimui) reikalingus instrumentus. Pristatęs implantų pavyzdžius bei jų panaudojimui skirtus instrumentus, tiekėjas privalo supažindinti operacinės medicininę personalą su pateiktų implantų naudojimo ypatumais, pademonstruoti kaip implantus teisingai ir saugiai įdėti bei išimti.
4. Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose.