



UAB „Salmeda“
P. Baublio g. 41, LT-08431, Vilnius
Tel. 8 (5) 272 90 06, Faks. 8 (5) 272 91 21
El. p.: med@salmeda.lt; <http://www.salmeda.lt>
Įm.k. 123500866, PVM mokėtojo kodas LT235008610
AB SEB bankas, b. k. 70440, sąsk. Nr. LT337044060001498542
AB Swedbank, b.k. 73000, sąsk. LT597300010002438156

PASIŪLYMAS DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Kam: VšĮ Raseinių ligoninei

2025 – 03 – 20

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas:	UAB Salmeda
Tiekėjo kodas:	123500866
Tiekėjo adresas:	P. Baublio g. 41, LT-08431 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT235008610
Tiekėjo sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	SEB bankas, a.s. LT337044060001498542 Swedbankas a.s. LT597300010002438156
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Projektų vadovas Kostas Čekanauskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+370 5 2729006
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	med@salmeda.lt
Tiekėjo, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Rolandas Tatoris
Tiekėjo, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Projektų vadovas Kostas Čekanauskas, tel. +370 5 2729006, el. paštas med@salmeda.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų	-

tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	
---	--

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokių galimų interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Sutarties dalies vertė Eur su PVM pasiūlymo kainoje
	-	

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, vertė Eur pasiūlymo kainoje	Subtiekėjo pavadinimas
	-	

Pastabos:

* **Subtiekėjas**, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)
1	02 Katalogas - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
2	09 WOLF CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
3	10 WOLF CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
4	11 WOLF MDC patvirtinimas del CE sertifikato galiojimo EN - KONFIDENC	Visas dokumentas

5	12 WOLF MDC patvirtinimas del CE sertifikato galiojimo LT - KONFIDENC	Visas dokumentas
6	13 LG CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
7	14 LG CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
8	15 ITD CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
9	16 ITD CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
10	23 WOLF igaliojimas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
11	24 WOLF igaliojimas LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
12	25 ITD bendras igaliojimas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
13	26 ITD bendras igaliojimas LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
14	27 Jones igaliojimas Salmedai EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
15	28 Jones igaliojimas Salmedai LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
16	29 LG igaliojimas Jones EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
17	30 LG igaliojimas Jones LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
18	31 REGER CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
19	32 REGER CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
20	35 Reger igaliojimas EN - KONFIDENCIALU	Visas dokumentas
21	36 Reger igaliojimas LT - KONFIDENCILAU	Visas dokumentas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

II. SPECIALIEJI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

1 pirkimo dalis. Artroskopinė įranga-1 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	(Siūlomos įrangos modelis, gamintojas)	Vnt.	Vieneto kaina € be PVM.	PVM	Vieneto kaina € su PVM	Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6)
1	2		3	4	5	6	7
1	Artroskopinė įranga	Modelis: nurodytas specifikacijoje Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija)	1	110.000,00	23.100,00	133.100,00	133.100,00

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Artroskopinė įranga – 1 kompl.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai	Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu arba atskiru vaizdo įrašymo bei archyvavimo įrenginiu. (1 vnt.)	1. Valdymo įrenginys suderinamas su FullHD vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopiniams <i>video</i> vaizdams ir nuotraukoms įrašyti. 2. Įrašų kokybė: 2.1. <i>Foto</i> FullHD ($\geq 1920 \times 1080$ taškų) formatu. 2.2. <i>Video</i> Full HD $\geq (1920 \times 1080p)$; 3. Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. DVI arba arba HDMI. 3.2. ≥ 1 vnt. 3G - SDI arba 12G-SDI. 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas į išorinį kaupiklį USB. 6. Monitorius arba planšetė arba integruotas ekranas su nuotolinio valdymo pultu ir klaviatūra sistemos valdymui ir duomenų kaupimui. 7. Galimybė įvesti paciento duomenis. 8. Vizualizacijos režimas skirtas pašviesinti tolumoje esančias ertmes tarp sąnarių, nešviesinant arti esančių objektų. 9. Automatinis šviesos šaltinio šviesos reguliavimas. 10. Kitų įrenginių parametrų (pvz. šėiverio parametrų arba pompos) atvaizdavimas monitoriuje. 11. Klaviatūra paciento duomenims įrašyti.	1. Valdymo įrenginys suderinamas su FullHD vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopiniams <i>video</i> vaizdams ir nuotraukoms įrašyti. 2. Įrašų kokybė: 2.1. <i>Foto</i> FullHD (1920×1080 taškų) formatu. 2.2. <i>Video</i> Full HD $\geq (1920 \times 1080p)$; 3. Signalų išvestys: 3.1. 1 vnt. HDMI. 3.2. 1 vnt. 3G - SDI. 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas į išorinį kaupiklį USB. 6. Integruotas ekranas su nuotolinio valdymo pultu ir klaviatūra sistemos valdymui ir duomenų kaupimui. 7. Galimybė įvesti paciento duomenis. 8. Vizualizacijos režimas skirtas pašviesinti tolumoje esančias ertmes tarp sąnarių, nešviesinant arti esančių objektų. SIM režimas – HDR. 9. Automatinis šviesos šaltinio šviesos reguliavimas. 10. Kitų įrenginių parametrų (pvz. šėiverio parametrų arba pompos) atvaizdavimas monitoriuje. 11. Klaviatūra paciento duomenims įrašyti, bus pateikta kartu su kamera.	Modelis: Endocam LogicHD 1. Katalogo psl. 1, 12 2. Katalogo psl. 2 3. Katalogo psl.2 4. Katalogo psl.1 6. Katalogo psl. 1, 14 7. Katalogo psl.1 8. Katalogo psl.22 9. Katalogo psl.1 10. Katalogo psl.10 11. Katalogo psl.14
2.	Vaizdo kameros galvutė su optikos adapteriu (1 vnt.)	1. FullHD raiška, ≥ 3 lustų. 2. Raiška $\geq 1920 \times 1080$. 3. ≥ 2 (du) programuojami valdymo mygtukai. 4. Rankinis vaizdo fokusavimo žiedas. 5. Autoklavuojama. 6. Lengvai nuimamas ir ligoninės personalo keičiamas kameros galvutės laidas.	1. FullHD raiška, 3 lustų (3CCD). 2. Raiška 1920×1080 . 3. 2 (du) programuojami valdymo mygtukai. 4. Rankinis vaizdo fokusavimo žiedas. Ant optikos adapterio RIWO lens, kuris tiekamas su kameros galvute. 5. Autoklavuojama. 6. Lengvai nuimamas ir ligoninės personalo keičiamas kameros galvutės laidas.	Modelis: 85525922 1. Katalogo psl.4, 12 2. Katalogo psl. 12 3. Katalogo psl.4 4. Katalogo psl. 3, 12 5. Katalogo psl. 3 6. Katalogo psl. 3
3.	Šviesos šaltinis	1. LED tipo šviesos šaltinis, atskiras įrenginys.	1. LED tipo šviesos šaltinis, atskiras įrenginys.	Modelis: LED 2.2

	(1 vnt.)	2. Šviesos srautas ≥ 1900 Lm. 3. Lempos darbo laikas $\geq 30\,000$ valandų. 4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas. 5. Spalvos temperatūra ≥ 6500 K. 6. Galimybė be papildomų adapterių prijungti ≥ 4 skirtingų gamintojų šviesolaidžius.	2. Šviesos srautas 1900 Lm. 3. Lempos darbo laikas 30 000 valandų. 4. Automatinis (dialog) ir rankinis šviesos srauto reguliavimas. 5. Spalvos temperatūra 6500 K. 6. Galimybė be papildomų adapterių prijungti 4 skirtingų gamintojų šviesolaidžius.	1. Katalogo psl.24 2. Katalogo psl.25 3. Katalogo psl.25 4. Katalogo psl.24 5. Katalogo psl.25 6. Katalogo psl.24
4.	LCD monitorius (1 vnt.)	1. Skirtas naudoti chirurgijoje. 2. Skiriamoji geba $\geq 1920 \times 1080$ taškų. 3. Šviesumas ≥ 1000 cd/m ² . 4. Kontrasto santykis $\geq 1000:1$. 5. Ekranų įstrižainė $\geq 27''$. 6. Video įėjimai: - HDMI arba DVI; - 3G-SDI arba 12G-SDI. - Composite arba S-video. 7. Video išėjimai: - HDMI arba DVI; - 3G-SDI arba 12G-SDI.	1. Skirtas naudoti chirurgijoje. 2. Skiriamoji geba 1920x1080 taškų. 3. Šviesumas 1000cd/m ² . 4. Kontrasto santykis 1000:1. 5. Ekranų įstrižainė 27". 6. Video įėjimai: - HDMI ir DVI; - 3G-SDI. - Composite ir S-video. 7. Video išėjimai: - DVI; - 3G-SDI.	Modelis: 27HK510S 1. Katalogo psl. 26 2. Katalogo psl. 27 3. Katalogo psl. 27 4. Katalogo psl. 27 5. Katalogo psl. 27 6. Katalogo psl. 27 7. Katalogo psl. 27
5.	Šeiverio valdymo blokas (1 vnt.)	1. Skirtas artroskopinių šeiverių rankenoms valdyti. 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu ekranu. 2.2. Kojiniu jungikliu. 2.3. Darbinio instrumento rankenoje sumontuotais mygtukais. 3. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas ir jo parametrų nustatymas. 5. Galimybė naudoti daugkartinius ir vienkartinius šeiverio antgalius. 6. Galimybė prijungti ir valdyti bevieliu kojiniu pedalu.	1. Skirtas artroskopinių šeiverių rankenoms valdyti. 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu ekranu. 2.2. Kojiniu jungikliu. 2.3. Darbinio instrumento rankenoje sumontuotais mygtukais. 3. 2 jungtys instrumentų pajungimui; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas ir jo parametrų nustatymas. 5. Galimybė naudoti daugkartinius ir vienkartinius šeiverio antgalius. 6. Galimybė prijungti ir valdyti bevieliu kojiniu pedalu.	Modelis: PowerSpeed AS1 1. Katalogos psl. 29 2. Katalogos psl.29 3. Katalogos psl. 29 4. Katalogos psl.38 5. Katalogos psl. 29 6. Katalogos psl.30
6.	Šeiverio rankena su laidu jungiama prie siūlomo šeiverio valdymo bloko (2 vnt.)	1. Valdoma lietimui jautriu ekranu, pedalu ir ant rankenos esančių mygtukų pagalba. 2. Siurbimo kontrolė: svirtelė ant rankenos. 3. Autoklavuojama. 4. Komplekte: adapteriai plovimui. 5. Tinkanti šeiverio antgaliams nuo $\leq 2,5$ mm iki $\geq 6,5$ mm diametro. 6. Apsukų diapazonas: mažiausias ≤ 300 aps./min didžiausiais ≥ 8000 aps./min.	1. Valdoma lietimui jautriu ekranu, pedalu ir ant rankenos esančių mygtukų pagalba. 2. Siurbimo kontrolė: svirtelė ant rankenos. 3. Autoklavuojama. Visi R.Wolf instrumentai, kurių modelio kodas prasideda „8“ yra autoklavuojami – sterilizuojami garais. Žr. psl. 41 4. Komplekte: adapteriai plovimui, modelis: 163955. 5. Tinkanti šeiverio antgaliams nuo 2,5 mm iki 6,5 mm diametro.	Modelis: 8995500031 1. Katalogos psl.30 2. Katalogos psl.29 3. Katalogos psl.41 4. Katalogos psl.43 5. Katalogos psl.32 6. Katalogos psl.44 7. Katalogos psl.45 8. Katalogos psl.45 9. Katalogos psl.46

		7. Rankenoje įmontuoti kontrolės valdymo mygtukai 2 arba 3. 8. Valdymo funkcijos rankenos mygtukais: 8.1. Rotacijos aktyvavimas į kairę. 8.2. Rotacijos aktyvavimas į dešinę. 8.3. Osciliacijos aktyvavimas. 8.4. Greičio didinimas. 8.5. Greičio mažinimas. 8.6. Vidinių ašmenų pozicijos ramybės būsenoje nustatymas. 9. Šeiverio antgalis rotuojamas neišėmus iš rankenos.	6. Apsukų diapazonas: mažiausias 300 aps./min didžiausiais 16000 aps./min. 7. Rankenoje įmontuoti kontrolės valdymo mygtukai 2 arba 3. 8. Valdymo funkcijos rankenos mygtukais: 8.1. Rotacijos aktyvavimas į kairę. 8.2. Rotacijos aktyvavimas į dešinę. 8.3. Osciliacijos aktyvavimas. 8.4. Greičio didinimas. 8.5. Greičio mažinimas. 8.6. Vidinių ašmenų pozicijos ramybės būsenoje nustatymas. 9. Šeiverio antgalis rotuojamas neišėmus iš rankenos.	
7.	Artroskopinis elektrochirurginis generatorius (1 vnt.)	1. Skirtas artroskopinėms operacijoms ir atviroms operacijoms. 2. Lietimui jautrus spalvotas valdymo ekranas. 3. Bipoliniai pjovimo, koaguliacijos ir vaporizacijos režimai skirti darbui druskos tirpale artroskopijoms. 4. Apsauga nuo perkaitimo. 5. Monopolinis pjovimo ir koaguliacijos režimai bendrai chirurgijai, darbui su monopoline rankenėle. 6. Instrumentų atpažinimo funkcija. 7. Paciento elektrodo kontrolės sistema. 8. Endoskopo apsaugos funkcija, sumažinanti riziką pažeisti endoskopą, kai elektrodas priartėja prie jo. Komplekte: 9. Dvigubas kojinis pedalas – 1 vnt. 10. Paciento elektrodo laidas – 1 vnt. 11. Paciento elektrodai, vienkartiniai – 50 vnt.	1. Skirtas artroskopinėms operacijoms ir atviroms operacijoms. 2. Lietimui jautrus spalvotas valdymo ekranas. 3. Bipoliniai pjovimo, koaguliacijos ir vaporizacijos režimai skirti darbui druskos tirpale artroskopijoms. 4. Apsauga nuo perkaitimo. 5. Monopolinis pjovimo ir koaguliacijos režimai bendrai chirurgijai, darbui su monopoline rankenėle, kuri turi SDS jungtį. 6. Instrumentų atpažinimo funkcija. 7. Paciento elektrodo kontrolės sistema. 8. Endoskopo apsaugos funkcija, sumažinanti riziką pažeisti endoskopą, kai elektrodas priartėja prie jo. Komplekte: 9. Dvigubas kojinis pedalas (100-303) – 1 vnt. 10. Paciento elektrodo laidas (92139) – 1 vnt. 11. Paciento elektrodai, vienkartiniai (20193082) – 50 vnt.	Modelis: ARTro 1. Katalogos psl.53 2. Katalogos psl.54 3. Katalogos psl.49,53 4. Katalogos psl.56 5. Katalogos psl.57, 54, 59 6. Katalogos psl.55 7. Katalogos psl.58 8. Katalogos psl.55 9. Katalogos psl.50 10. Katalogos psl.60 11. Katalogos psl.60
8.	Rankena	1. Bipoliniam elektrodams prijungti. 2. Su siurblio pajungimu. 3. Su laidu. 4. Daugkartinė, sterilizuojama.	1. Bipoliniam elektrodams prijungti. 2. Su siurblio pajungimu. 3. Su laidu. 4. Daugkartinė, sterilizuojama.	Modelis: 92889-6 1. Katalogos psl.51 2. Katalogos psl.51 3. Katalogos psl.51 4. Katalogos psl.49
9.	Bipolinis elektrodas	1. Su siurbimo kanalu. 2. Vaporizacinis. 3. Distalinis galas 90° kampu. 4. Sterilus.	1. Su siurbimo kanalu. 2. Vaporizacinis. 3. Distalinis galas 90° kampu. 4. Sterilus.	Modelis: 890-1s 1. Katalogos psl.49 2. Katalogos psl.49 3. Katalogos psl.49 4. Katalogos psl.49
10.	Bipolinis elektrodas	1. Su siurbimo kanalu.	1. Su siurbimo kanalu.	Modelis: 890-6s

		2. Vaporizacinis. 3. Distalinis galas 45° kampu. 4. Sterilus.	2. Vaporizacinis. 3. Distalinis galas 45° kampu. 4. Sterilus.	1. Katalogos psl.49 2. Katalogos psl.49 3. Katalogos psl.49 4. Katalogos psl.49
11.	Šeiverio antgalis. Jungiamas su siūloma šeiverio rankena (10 vnt.)	1. Rezektorius. 2. Diametras 3.5 ir 4.5 mm±0,1 mm. (Pasirenkamas užsakymo metu). 3. Darbinis ilgis 130 mm ±5 mm. 4. Daugkartinis, autoklavuojamas.	1. Rezektorius. 2. Diametras 3.5 ir 4.5 mm. (Pasirenkamas užsakymo metu). 3. Darbinis ilgis 130 mm. 4. Daugkartinis, autoklavuojamas.	Modelis: 89975,0033, 89975,0034 1. Katalogos psl.31 2. Katalogos psl.31 3. Katalogos psl.31 4. Katalogos psl.31, 41
12.	Boras. Jungiamas su siūloma šeiverio rankena (5 vnt.)	1. Ovalus pailgas boras su apsauga (≥25 vnt.) 2. Diametras 4.5, 5.5, 6 .5mm±0,1 mm. (Pasirenkamas užsakymo metu). 3. Darbinis ilgis 130 mm ±5 mm. 4. Daugkartinis, autoklavuojamas.	1. Ovalus pailgas boras su apsauga (25 vnt.) 2. Diametras 4.5, 5.5, 6 .5mm. (Pasirenkamas užsakymo metu). 3. Darbinis ilgis 130 mm. 4. Daugkartinis, autoklavuojamas.	Modelis: 899750554, 89975.0555, 899750556 1. Katalogos psl.31 2. Katalogos psl.31 3. Katalogos psl.31 4. Katalogos psl.31, 41
13.	Artroskopinė pompa (1vnt.)	1. Lietimui jautrus arba mygtukinis valdymo ekranas. 2. Integruotas vakuuminis siurblys. 3. Maksimalus slėgis ≥ 200 mmHg. 4. Skysčio padavimo srautas ≥ 2 l/min. 5. Greito praplovimo funkcija. 6. Praplovimo funkcijos aktyvavimas kojiniu pedalu ir valdymo ekrane. 7. Automatinis žarnelės atpažinimas. 8. Ratukinio tipo, 9. Pritaikytas darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių. 10. Komplekte turi būti praplovimo funkcijos aktyvavimo kojinis valdymo pedalas. 11. Komplekte perkamos daugkartinio naudojimo (autoklavuojamos) žarnelės (≥10vnt) su dvejomis atšakomis, pedalas pompos valdymui.	1. Lietimui jautrus arba mygtukinis valdymo ekranas. 2. Integruotas vakuuminis siurblys. 3. Maksimalus slėgis 200 mmHg. 4. Skysčio padavimo srautas 2 l/min. 5. Greito praplovimo funkcija (wash mode). 6. Praplovimo funkcijos aktyvavimas kojiniu pedalu ir valdymo ekrane. 7. Automatinis žarnelės atpažinimas. 8. Ratukinio tipo, 9. Pritaikytas darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių. 10. Komplekte turi būti praplovimo funkcijos aktyvavimo kojinis valdymo pedalas (2204901). 11. Komplekte perkamos daugkartinio naudojimo (autoklavuojamos) žarnelės (10vnt) su dvejomis atšakomis, pedalas pompos valdymui.	Modelis: Fluid Control Arthro 1. Katalogos psl.63 2. Katalogos psl.63 3. Katalogos psl.62 4. Katalogos psl.62 5. Katalogos psl.62 6. Katalogos psl.63 7. Katalogos psl.61 8. Katalogos psl.61 9. Katalogos psl.50, 62, 66 10. Katalogos psl. 64 11. Katalogos psl. 64
14.	Endoskopinis vežimėlis	1. Su keturiais ratukais. 2. ≥4 lentynos. 3. Maitinimo įtampos šakotuvai ir bendras laidas. 4. „Arm tipo“ laikiklis monitoriui. 5. Kameros galvutės laikiklis. 6. Integruotas lašelinės laikiklis.	1. Su keturiais ratukais. 2. ≥4 lentynos. 3. Maitinimo įtampos šakotuvai ir bendras laidas. 4. „Arm tipo“ laikiklis monitoriui. 5. Kameros galvutės laikiklis. 6. Integruotas lašelinės laikiklis.	Modelis: Compact-cart 1. Katalogos psl.68 2. Katalogos psl.68 3. Katalogos psl.73 4. Katalogos psl.73 5. Katalogos psl.74 6. Katalogos psl.74

2 pirkimo dalis. Peties artroskopiniai instrumentai -1 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	(Siūlomos įrangos modelis, gamintojas)	Vnt.	Vieneto kaina € be PVM.	PVM	Vieneto kaina € su PVM	Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6)
1	2		3	4	5	6	7
1	Peties artroskopiniai instrumentai	Modelis: nurodytas specifikacijoje gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija)	1	7.000,00	1.470,00	8.470,00	8.470,00

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:**TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Peties artroskopiniai instrumentai – 1 vnt.****Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai	Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Teleskopas	1. Žiūrėjimo kampas 30±1°. 2. Diametras 4,0 mm ±0,1 mm. 3. Darbinis ilgis 170 mm ±1 mm. 4. Autoklavuojamas. 5. Su plovimo ir sterilizavimo dėklu.	1. Žiūrėjimo kampas 30°. 2. Diametras 4,0 mm 3. Darbinis ilgis 170 mm. 4. Autoklavuojamas. 5. Su plovimo ir sterilizavimo dėklu (38015).	Modelis: 8880,543 1. Katalogos psl.81 2. Katalogos psl.81 3. Katalogos psl.81 4. Katalogos psl.81 5. Katalogos psl.81
2.	Šviesolaidis	1. Ilgis 2,3 mm ±0,1 m. 2. Diametras 3,5 mm ±0,1 mm.	1. Ilgis 2,3 mm. 2. Diametras 3,5 mm ±0,1 mm.	Modelis 806635231 1. Katalogos psl.81 2. Katalogos psl.81
3.	Trokaras	1. Diametras 6,0 mm ±0,1 mm. 2. Automatinis užsifiksavimas prie teleskopo. 3. 2 rotuojami kraneliai. 4. Darbinis ilgis 130 mm ±2 mm. Su buku obturatoriumi.	1. Diametras 6,0 mm. 2. Automatinis užsifiksavimas prie teleskopo. 3. 2 rotuojami kraneliai. 4. Darbinis ilgis 130 mm. 5. Su buku obturatoriumi (89121,0540).	Modelis: 89121.1260 1. Katalogos psl.82 2. Katalogos psl.82 3. Katalogos psl.82 4. Katalogos psl.82 5. Katalogos psl.82
4.	Kabliukas	1. Darbinis ilgis 120 mm ±5 mm. 2. Kabliuko aukštis 7 mm ±0,5 mm.	1. Darbinis ilgis 115 mm. 2. Kabliuko aukštis 7 mm.	Modelis: 8399,901 1. Katalogos psl.87 2. Katalogos psl.87
5.	Artroskopinis kandiklis	1. Žnybtai ovalo formos. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 2 mm ±0,1 mm.	1. Žnybtai ovalo formos. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 2,1 mm.	Modelis: 89140.0302 1. Katalogos psl.84 2. Katalogos psl.84 3. Katalogos psl.84

6.	Artroskopinis kandiklis	1. Žnybtai pailgos formos. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 1,5 mm ±0,1 mm.	1. Žnybtai pailgos formos. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 1,6 mm.	Modelis: 89140.0102 1. Katalogos psl.83 2. Katalogos psl.83 3. Katalogos psl.83
7.	Artroskopinis kandiklis	1. Kandiklis lenktas į kairę. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 1,5 mm ±0,1 mm.	1. Kandiklis lenktas į kairę. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 1,6 mm.	Modelis: 89140.0101 1. Katalogos psl.83 2. Katalogos psl.83 3. Katalogos psl.83
8.	Artroskopinis kandiklis	1. Kandiklis lenktas į dešinę. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 1,5 mm ±0,1 mm.	1. Kandiklis lenktas į dešinę. 2. Žnybtai lenkti į viršų. 3. Žnybto aukštis 1,6 mm.	Modelis: 89140.0103 1. Katalogos psl.83 2. Katalogos psl.83 3. Katalogos psl.83
9.	Žirklys	1. Diametras 3,5 mm ±0,1 mm. 2. Ilgis 130 mm ±5 mm.	1. Diametras 3,4mm. 2. Ilgis 130 mm.	Modelis: 89140.0103 1. Katalogos psl.86 2. Katalogos psl.86
10.	Griebiančios žnyplės	1. Diametras 4,5 mm ±0,1 mm. 2. Ilgis 130 mm ±5 mm. 3. Su užraktu.	1. Diametras 4,5 mm. 2. Ilgis 134 mm. 3. Su užraktu.	Modelis: 8489,096 1. Katalogos psl.87 2. Katalogos psl.87
11.	Sterilizavimo dėklas	1. Su minkštu kilimėliu instrumentų laikymui. 2. Išmatavimai: (500 mm x60 mm x200 mm) ±20 mm. 3. Su dangčiu.	1. Su inkštu kilimėliu instrumentų laikymui. 2. Išmatavimai: (500 mm x60 mm x200 mm). 1. Su dangčiu.	Modelis: 33024 1. Katalogos psl.107 2. Katalogos psl.107

3 pirkimo dalis. Riešo artroskopiniai instrumentai -1 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	(Siūlomos įrangos modelis, gamintojas)	Vnt.	Vieneto kaina € be PVM.	PVM	Vieneto kaina € su PVM	Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6)
1	2		3	4	5	6	7
1	Riešo artroskopiniai instrumentai	Modelis: nurodytas specifikacijoje gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija)	1	7.100,00	1.491,00	8.591,00	8.591,00

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:**TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Riešo artroskopiniai instrumentai – 1 vnt.****Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai	Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Teleskopas	1. Žiūrėjimo kampas $30 \pm 1^\circ$. 2. Diametras 2,7 mm $\pm 0,1$ mm. 3. Darbinis ilgis 100 mm ± 3 mm. 4. Autoklavuojamas. 5. Su plovimo ir sterilizavimo dėklu.	1. Žiūrėjimo kampas 30° . 2. Diametras 2,7 mm. 3. Darbinis ilgis 103 mm. 4. Autoklavuojamas. 5. Su plovimo ir sterilizavimo dėklu (38015).	Modelis: 8476.433 1. Katalogos psl.98 2. Katalogos psl.98 3. Katalogos psl.98 4. Katalogos psl.98 5. Katalogos psl.98
2.	Šviesolaidis	1. Ilgis 2,3 mm $\pm 0,1$ mm. 2. Diametras 3,5 mm $\pm 0,1$ mm.	1. Ilgis 2,3 mm. 2. Diametras 3,5 mm.	Modelis: 806635231 1. Katalogos psl.98 2. Katalogos psl.98
3.	Trokaras	1. Diametras 6,0 mm $\pm 0,1$ mm. 2. Automatinis užsifiksavimas prie teleskopo. 3. 2 rotuojami kraneliai. 4. Darbinis ilgis 130 mm ± 2 mm. 5. Su buku obturatoriumi.	1. Diametras 6,0 mm. 2. Automatinis užsifiksavimas prie teleskopo. 3. 2 rotuojami kraneliai. 4. Darbinis ilgis 130 mm. 5. Su buku obturatoriumi.	Modelis: 87121,1260 1. Katalogos psl.82 2. Katalogos psl.82
4.	Kabliukas	1. Darbinis ilgis 100 mm ± 3 mm. 2. Kabliuko aukštis 2 mm $\pm 0,1$ mm.	1. Darbinis ilgis 100 mm. 2. Kabliuko aukštis 2 mm.	Modelis: 8871.721 1. Katalogos psl.103 2. Katalogos psl.103
5.	Žnyplės	1. Žnybtai šaukšto formos. 2. Diametras 2,5 $\pm 0,2$ mm. 3. Darbinis ilgis 110 ± 1 mm.	1. Žnybtai šaukšto formos. 2. Diametras 2,7 mm. 3. Darbinis ilgis 110 mm.	Modelis: 8486,614 1. Katalogos psl.102 2. Katalogos psl.102
6.	Žnyplės	1. Žnybtai pailgi su dantukais. 2. Diametras 2,5 mm $\pm 0,2$ mm. 3. Darbinis ilgis 110 mm ± 1 mm.	1. Žnybtai pailgi su dantukais. 2. Diametras 2,7 mm. 3. Darbinis ilgis 110 mm.	Modelis: 8486,624 1. Katalogos psl.102 2. Katalogos psl.102
7.	Kandiklis	1. Žnybtai kablį formos. 2. Diametras 2,5 mm $\pm 0,2$ mm. 3. Darbinis ilgis 110 mm ± 1 mm.	1. Žnybtai kablį formos. 2. Diametras 2,5 mm. 3. Darbinis ilgis 110 mm.	Modelis: 8486,604 1. Katalogos psl.102 2. Katalogos psl.102
8.	Šaukštas	1. Diametras 2,4 mm $\times 1 \pm 0,1$ mm. 2. Darbinis ilgis 100 mm ± 1 mm.	1. Diametras 2,4 mm $\times 1$ mm. 2. Darbinis ilgis 100 mm.	Modelis: 8871,562 1. Katalogos psl.103 2. Katalogos psl.103
9.	Peilis	1. Darbinis ilgis 100 mm ± 1 mm.	1. Darbinis ilgis 100 mm.	Modelis: 8871.586 1. Katalogos psl.103 2. Katalogos psl.103
10.	Sterilizavimo dėklas	1. Su inkštu kilimėliu instrumentų laikymui.	3. Su inkštu kilimėliu instrumentų laikymui.	Modelis: 33024

		2. Išmatavimai: (500 mm x60 mm x200 mm) ±20 mm. 3. Su dangčiu.	4. Išmatavimai: (500 mm x60 mm x200 mm). 5. Su dangčiu.	1. Katalogos psl.107 2. Katalogos psl.107
--	--	---	--	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su PO nurodytais reikalavimais.

* Visos kainos (įkainiai) pasiūlyme turi būti įrašomos eurais, apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu.

* Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas reikalingas, medžiagas, gaminius, prietaisus, mokesčius ir pan.

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	01 Pasiūlymas	12
2	02 Katalogas - KONFIDENCIALU	109
3	03 Katalogas	109
4	04 EBVPDpdf	16
5	05 EBVPDxml	-
6	06 RC Jungtine pazyma	2
7	07 Deklaracija1	1
8	08 Deklaracija2	1
9	09 WOLF CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	5
10	10 WOLF CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	5
11	11 WOLF MDC patvirtinimas del CE sertifikato galiojimo EN - KONFIDENCIALU	170
12	12 WOLF MDC patvirtinimas del CE sertifikato galiojimo LT - KONFIDENCIALU	170
13	13 LG CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	2
14	14 LG CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	2
15	15 ITD CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	3

16	16 ITD CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	3
17	17 R.Wolf patvirtinimas del aplinkosaugos EN	5
18	18 R.Wolf patvirtinimas del aplinkosaugos LT	5
19	19 R.Wolf - Patvirtinimas del pakuotes EN	2
20	20 R.Wolf - Patvirtinimas del pakuotes LT	2
21	21 ITD rastas del perdurbimo ir pakuotes EN	2
22	22 ITD rastas del perdurbimo ir pakuotes LT	1
23	23 WOLF igaliojimas EN - KONFIDENCIALU	1
24	24 WOLF igaliojimas LT - KONFIDENCIALU	1
25	25 ITD bendras igaliojimas EN - KONFIDENCIALU	1
26	26 ITD bendras igaliojimas LT - KONFIDENCIALU	1
27	27 Jones igaliojimas Salmedai EN - KONFIDENCIALU	1
28	28 Jones igaliojimas Salmedai LT - KONFIDENCIALU	1
29	29 LG igaliojimas Jones EN - KONFIDENCIALU	1
30	30 LG igaliojimas Jones LT - KONFIDENCIALU	1
31	31 REGER CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU	5
32	32 REGER CE sertifikatas LT - KONFIDENCIALU	5
33	33 REGER Aplinkosaugos sertifikatas EN	1
34	34 REGER Aplinkosaugos sertifikatas LT	1
35	35 Reger igaliojimas EN - KONFIDENCIALU	1
36	36 Reger igaliojimas LT - KONFIDENCILAU	1
37	37 Tiekėjo deklaracija del prekiu isigijimo	1
38	38 Rastas del taikomu zaliuju reikalavimu	1
39	39 Salmeda Tvarumo Sertifikatas GIA 2024-1178	1
40	40 Salmeda Tvarumo Sertifikatas EGIO 2024-625	1
41	41 Igaliojimas pateikti pasiūlymą	1

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame šiose konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.