

MPI – KOHLAS LABORATOIRE

EC Declaration Of Conformity

Déclaration CE de conformité

This is certify that the

Cette déclaration signifie que le

Gel cushion

Plaque de Gel polyuréthane

Manufactured by:

Fabriqué par :

MPI –KOHLAS Laboratoire

128, chemin des Carrières
38110 St Victor de Cessieu – France

Conforms to the requirements of Council Directive 93/42/ECC relating to Medical Devices Class 1 Product

Est conforme aux dispositions de la Directive Européenne 93/92/ECC applicable
aux dispositifs médicaux de classe 1

Registration: fr/CA01/0809093V

By application of the following standards

Par application des normes suivantes :

EN ISO 14971 v2001 – Medical devices – Application of risk management to medical devices
EN 12182 – Technical aids for disabled persons – General requirements and tests methods
NF EN ISO 13485 v 2004 – Medical devices – Quality management system

**For and behalf of: MPI-Kohlas Laboratoire – 128, Chemin des Carrières -38110 St Victor de Cessieu
France**

