



**SUSITARIMAS DĖL 2014 M. GRUODŽIO 23 D. PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIES NR. P14-411-14/12/23/06 PAKEITIMO
DĖL PREKĖS KEITIMO**

2015 m. gegužės mėn. 18 d., Nr. P15-231
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektorius prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Pirkėjas), iš vienos pusės, ir

UAB „Analytical solutions“, juridinio asmens kodas 301851761, kurios registruota buveinė yra Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Baranauskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas), iš kitos pusės,

toliau šio susitarimo tekste kiekviena šalis atskirai vadinama Šalimi, o abi kartu – Šalimis, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

atsižvelgdamos į tai, kad :

- (i) Šalys 2014 m. gruodžio 23 d. sudarė prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. P14-411-14/12/23/06 dėl įvairios įrangos pirkimo (toliau – Sutartis);
- (ii) Sutartimi Šalys susitarė, kad Tiekėjas perduos Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, pristatys ir įvykdydys kitus sutartinius įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, o Pirkėjas priims tvarkingas ir kokybiškas prekes ir sumokės Tiekėjui pagal Sutartyje nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais;
- (iii) dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių Tiekėjas negali patiekti Pirkėjui Sutartyje nurodytos prekės, t. y. ph metro „pHenomenal pH 1000 L Meter – gamintojas nutraukė prekės gamybą (gamintojo raštas priedamas – Susitarimo 3 priedas);
- (iv) Tiekėjas siūlo lygiavertę prekę keistinaai, t. y. ph metrą pHenomenal pH 1100 L Meter, kuri atitinka Sutartyje nurodytus techninius reikalavimus, t. y. nėra prastesnių charakteristikų nei įtvirtinta Sutartyje, ir siūloma už tokią, kaip Sutartyje nurodyta, kainą;

s u s i t a r i a :

1. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8 straipsnio nuostatomis, pakeisti Sutartyje nurodytą prekę ph metrą „pHenomenal pH 1000 L Meter į Tiekėjo siūlomą lygiavertę prekę – ph metrą pHenomenal pH 1100 L Meter.
2. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi Nr. P14-411-14/12/23/06.
3. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. Susitarimo 1 priedas – Techninė specifikacija;
 - 5.2. Susitarimo 2 priedas – 2015 m. balandžio 15 d. Tiekėjo raštas Nr. 4 „Dėl alternatyvios įrangos tiekimo“;
 - 5.3. Susitarimo 3 priedas – 2015 m. balandžio 7 d. gamintojo raštas.

6. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po viena egzempliorių kiekvienai Susitarimo Šaliai.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, 50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:
prof. Remigijus Liautinskas
Pareigos: rektorius



TIEKĖJAS

UAB „Analytical solutions“

Juridinio asmens kodas 301851761

PVM kodas LT100004328216

Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

A. s. Nr. LT06 2140 0300 0144 2317

AB Nordea Bank Finland Plc

Pasirašančiojo vardas, pavardė:
Kęstutis Baranauskis
Pareigos: direktorius



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.4. pH metrai

pHenomenal pH 1100 L Meter, kat. Nr. 662-1657 (VWR International, Austrija)

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs techniniai reikalavimai	Siūlomos įrangos specifikacija
1	Prietaisas	PH metras	PH metras
2	Matavimo ribos ne siauresnės negu	pH: 0,00÷14,0 mV: -1999÷ +1999 °C: -5,0÷ +105	pH -2,000÷20,000 mV -2500÷ +2500 °C -25,0÷ +130
3	Tikslumas turi būti ne platesnėse ribose kaip	pH: ±0,01 mV: ±1 °C: ±0,5	pH ±0,001 mV ±0,1 °C ±0,1
4	Ekranas	Skystųjų kristalų ekranas(arba lygiavertis)	yra
5	Ne mažiau kaip 3 taškų kalibracija su automatinio tirpalų atpažinimu	būtina	yra
6	Rankinio arba automatinio (Auto Read) matavimo funkcija	būtina	yra
7	Savidiagnostikos funkcija	būtina	yra
8	RS232 (arba lygiavertė) jungtis	būtina	USB jungtis
9	Komplektuojančiosios dalys: (ne mažiau kaip nurodyta)	pH-stikliniu elektrodas (su temperatūros kompensavimo funkcija), sujungimo kabelis, elektrodo laikiklis (stovu), kalibraciniai tirpalai (kiekis būtinas, kad prietaisas pradėtų tinkamai funkcionuoti), patikros sertifikatas, elektrodų adapteris.	pH-stikliniu elektrodas (su temperatūros kompensavimo funkcija), sujungimo kabelis, elektrodo laikiklis (stovu), kalibraciniai tirpalai (kiekis būtinas, kad prietaisas pradėtų tinkamai funkcionuoti), patikros sertifikatas, elektrodų adapteris.
10	Garantinė priežiūra	ne mažiau kaip 24 mėnesiai	2 metai

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

TIEKĖJAS

UAB „Analytical solutions“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Kęstutis Baranauskis

Pareigos: direktorius

6. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Susitarimo Šaliai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, 50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

prof. Remigijus Žalutis

Pareigos: rektorius

Parašas:

Data:

TIEKĖJAS

UAB „Analytical solutions“

Juridinio asmens kodas 301851761

PVM kodas LT100004328216

Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

A. s. Nr. LT06 2140 0300 0144 2317

AB Nordea Bank Finland Plc

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Kęstutis Baranauskis

Pareigos: direktorius

UAB "Analytical solutions"

Uždaroji akcinė bendrovė, Antakalnio g. 36, Vilnius, LT-10305, tel.: 8-5-2709055, faksas 8-5-2709056,
Juridinių asmenų registras, įm.k. 301851761, PVM mokėtojo kodas PVM LT100004328216

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Viešųjų pirkimų skyriui

DĖL ALTERNATYVIOS ĮRANGOS TIEKIMO

2015 04 15 Nr. 4

Informuojame, kad vykdydami pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P14-411-14/12/23/06 negalime pristatyti sutarties priede-specifikacijoje 1 dalies 4 punkte nurodytos įrangos - pH metrų „pHenomenal pH 1000 L Meter“ (2 vnt.) dėl objektyvių priežasčių – gamintojas nuraukė minėtos įrangos gamybą sutarties vykdymo laikotarpiu. Be atskiro įspėjimo vietoj minėto modelio buvo atsiųstas lygiavertis modelis „pHenomenal pH 1100 L Meter“ (2 vnt.). Neatitikimas buvo pastebėtas tik įrangos perdavimo (priėmimo-perdavimo akto pasirašymo) metu.


Patvirtiname, kad alternatyvus modelis „pHenomenal pH 1100 L Meter“ visiškai atitinka sutartyje sulytas technines specifikacijas.

Prašome, atsižvelgiant į objektyvias priežastis ir vadovaujantis sutarties 8 straipsnio nuostatomis, įvertinti siūlomos alternatyvio įrangos atitikimą reikalaujamoms techninėms specifikacijoms ir priimti pH metrus „pHenomenal pH 1100 L Meter“ (2 vnt.) kaip prekę, atitinkančią sutartyje keliamus reikalavimus.

Pridedama:

1. Gamintojo raštas
2. Techninių specifikacijų palyginimas
3. pH-metro „pHenomenal pH 1100 L Meter“ techninis aprašas.

Direktorius



Kęstutis Baranauskis

UAB Analytical Solutions
Neries kr. 18, LT-48401 Kaunas
Tel./Faks. (8 37) 261 614/(8 37) 262 376
E-paštas: analytical@analyticalsolutions.lt
Web: www.analyticalsolutions.lt

Rekvizitai
Įmonės kodas 301851761, PVM LT100004328216
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT062140030001442317
Bankas: AB Nordea Bank Finland Plc



VWR International GmbH
A-1150 Wien, Graumannsgasse 7
Telefon: +43 1 97 002 - 0, Fax: +43 1 97 002 - 600
E-Mail: info@at.vwr.com, Web: www.vwr.com

To whom it may concern:

Declaration

We, VWR International GmbH, Graumannsgasse 7, 1150 Vienna, Austria, hereby confirm that item 662-1152 is not available any more and closest replacement item is 662-1657.

Dated on 07.04.2015

By: _____

Name: Augustin Funariu
Title: Territory Manager

VWR International GmbH
Graumannsgasse 7
1150 VIENNA

Tel: +43 1 97 002-0
Fax: +43 1 97 002-600
E-Mail: info@at.vwr.com
Web: www.vwr.com
EORI: ATECS1000001774

Stm Wien FN 189903 w
Commercial court Vienna
UO-Nr: ATU 48152305
DVR-Nr: 1034731
ARA-Nr: 2156 ERIA-Nr: 50478