



# PRINCIPALMED

UAB „PRINCIPALMED 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,

Tel +37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(Adresatas (įgaliotoji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, ĮGYVENDINANT INVESTICIJŲ  
PROJEKTĄ  
„VŠĮ VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ MEDICINOS TECHNIKOS IR  
TECHNOLOGIJŲ ATNAUJINIMAS“ (II pirkimas)**

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 160818VULSK/1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

|                                                                                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Principalmed 1L“                                                                                                            |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas                                                                                                  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos         | Vadybininkas Andrius Markūnas                                                                                                    |
| Telefono numeris                                                                             | +370 37 795542                                                                                                                   |
| Fakso numeris                                                                                | +370 37 794625                                                                                                                   |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:info@principalmed.com">info@principalmed.com</a><br><a href="mailto:gh@principalmed.com">gh@principalmed.com</a> |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.



Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr.                                                                                                                                                                                                                                                           | Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina EUR |         | PVM     |          | Bendra kaina EUR |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------|---------|----------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |           |        | Be PVM         | Su PVM  | Dydis % | Suma EUR | Be PVM           | Su PVM          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                         | 3         | 4      | 5              | 6       | 7       | 8        | 9                | 10              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | Defibriliatorius kūdikiams                                | vnt.      | 1      | 4749,00        | 5746,29 | 21      | 997,29   | 4749,00          | 5746,29         |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM –<br><b><u>Penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši Eur 29 ct.</u></b><br><i>I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro</i><br><b><u>Devyni šimtai devyniasdešimt septyni Eur 29 ct.</u></b> |                                                           |           |        |                |         |         |          | <b>4749,00</b>   | <b>5746,29</b>  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | Išmanusis defibriliatorius                                | vnt.      | 2      | 1899,00        | 2297,79 | 21      | 797,58   | 3798,00          | 4595,58         |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM,<br><b><u>Keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki Eur 58 ct.</u></b><br><i>I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro</i><br><b><u>Septyni šimtai devyniasdešimt septyni Eur 58 ct.</u></b> |                                                           |           |        |                |         |         |          | <b>3798,00</b>   | <b>4595,58</b>  |
| <b>VISO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |           |        |                |         |         |          | <b>8547,00</b>   | <b>10341,87</b> |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **10341,87** EUR su PVM. (Dešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt vienas EUR 87 ct.)

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – **8547,00** EUR su PVM. (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni EUR 00 ct.)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **1794,87** EUR (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt keturi EUR 87 ct.)

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildomas pirkimo dokumentų 3 priedas):

**4 pirkimo dalis. DEFIBRILIATORIUS KŪDIKIAMS -1 vnt.**

(REANIBEX 700, OSATU, S.coop., Ispanija)

| Nr. | Parametras                                                                                 | Parametro reikšmė                                                                                                               | Siūlomos parametrų reikšmės<br>(pasiūlymo psl., kuriame<br>aprašytas nurodytas parametras)                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Defibriliatoriaus impulso forma                                                            | Bifazinis impulsas pagal paciento varžą.                                                                                        | Siūlomo defibriliatoriaus impulso forma yra bifazinis impulsas pagal paciento varžą.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (1,3,5,6 psl.)</b>                                                                                                                                            |
| 2.  | 1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas<br>2. Keitimo žingsnis        | 1. Ne siauresnis kaip nuo 1-200J<br>2. Ne daugiau:<br>2.1) 2 J intervale nuo 1 iki 10J;<br>2.2) 50 J intervale nuo 10 iki 200J. | Siūlomo defibriliatoriaus bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas yra nuo 1 iki 200 J.<br>Energijos keitimo žingsnis intervale nuo 1 iki 10 J yra ne daugiau 2 J, o intervale nuo 10 iki 200 J – ne daugiau 50 J.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,6 psl.)</b> |
| 3.  | Defibriliatoriaus darbo režimai                                                            | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija.                                                                  | Siūlomo defibriliatoriaus darbo režimai yra nesinchronizuota defibriliacija. Sinchronizuota kardioversija.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,6 psl.)</b>                                                                                                                          |
| 4.  | Sinchronizuota kardioversija                                                               | Energija tiekama kas 60 mili sekundžių.                                                                                         | Sinchronizuotos kardioversijos režime energija tiekama kas 60 milisekundžių.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,5 psl.)</b>                                                                                                                                                        |
| 5.  | Defibriliacijos krūvio nustatymas                                                          | Nuo defibriliacijos elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės.                                                                | Defibriliacijos krūvis nustatomas nuo defibriliacijos elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,7 psl.)</b>                                                                                                                                  |
| 6.  | Defibriliacijos elektrodai                                                                 | 1. Išoriniai daugkartinio naudojimo vaikiški ir suaugusiems.<br>2. Nuo elektrodų galima valdyti krūvio nustatymus ir printerį.  | I komplektaciją įeina išoriniai daugkartinio naudojimo vaikiški ir suaugusiųjų defibriliacijos elektrodai. Nuo jų galima valdyti krūvio nustatymus ir printerį.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (1,3,5,6 psl.)</b>                                                                 |
| 7.  | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatorių naudojant 200 J energiją | Ne mažiau 130 iškrovų.                                                                                                          | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatorių naudojant 200 J energiją yra 130.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU</b>                                                                                                                                                               |



|     |                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                         | <i>katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</i>                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Užsikrovimo laikas (ne lėčiau už nurodytą)              | 5 s iki 200 J.                                                                          | Siūlomo aparato užsikrovimo iki 200 J laikas yra 5 s.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,6 psl.)</b>                                                                                         |
| 9.  | Skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos aliarmas | Būtina.                                                                                 | Siūlomame aparate įdiegtas skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos aliarmas.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (2,5 psl.)</b>                                                           |
| 10. | Auto-testavimas                                         | 1. Paleidimo metu.<br>2. Darbo metu.                                                    | Siūlomas aparatas automatiškai testuojamas paleidimo ir darbo metu.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (1,5 psl.)</b>                                                                           |
| 11. | EKG vaizdo sustabdymo (FREEZE) mygtukas                 | 1. Būtinai.<br>2. Ant priekinės panelės.                                                | Siūlomo aparato priekinėje panelėje yra EKG vaizdo sustabdymo (FREEZE) mygtukas.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (9,11,12 psl.)</b>                                                          |
|     | <b>Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos</b>  |                                                                                         | <b>Siūlomo defibriliatoriaus gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos</b>                                                                                                                         |
| 12. | Ekranas                                                 | Integruotas LCD skystųjų kristalų arba lygiavertis.                                     | Siūlomame aparate integruotas LCD skystųjų kristalų ekranas.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (1,3,5,7,9,10,12 psl.)</b>                                                                      |
| 13. | Gyvybinių parametrų tendencijų monitoravimas ekrane     | 1. Ne mažiau 2,5val. trukmės,<br>2. EKG,<br>3. SpO2,<br>4. Širdies susitraukimų dažnis. | Siūlomo aparato ekrane monitoruojamos gyvybinių parametrų (EKG, SpO2, širdies susitraukimų dažnio) tendencijos. Trukmė – 2,5 val. (150 min.).<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b> |
| 14. | Įstrižainė ir raiška                                    | Ne mažiau 6 colių; ne blogiau 320x240 taškų                                             | Siūlomo aparato ekrano įstrižainė yra 5,7 colio, o raiška – 320 x 240 taškų.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,7 psl.)</b>                                                                  |
| 15. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius           | Ne mažiau 2 kreivių                                                                     | Siūlomo aparato ekrane vienu metu pateikiamos 2 kreivės.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (1,2 psl.)</b>                                                                                      |
| 16. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius                   | Ne mažiau 10 derivacijų                                                                 | Siūlomas aparatas gali monitoruoti iki 12 derivacijų (su 10 laidų EKG kabeliu).<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (2,3,6,7 psl.)</b>                                                           |



|     |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | EKG jautrumas                           | Ne mažiau 0,5, 1, 2, ir 4 cm/mV                                                                                                       | Siūlomo aparato EKG jautrumas yra 0,5, 1, 2, ir 4 cm/mV.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,7 psl.)</b>                                                                                 |
| 18. | ŠSD matavimų ribos                      | Ne siauresnis nei nuo 30 iki 300 k/min.                                                                                               | Siūlomo aparato ŠSD matavimų ribos yra nuo 30 iki 300 k/min.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,7 psl.)</b>                                                                             |
| 19. | Duomenų atminties talpa                 | Ne mažiau 16 valandų, įrašymas į vidinę atmintį.                                                                                      | Siūlomo aparato duomenų atminties talpa yra 16 valandų (įrašoma į vidinę atmintį).<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b>                                                       |
|     | <b>Spausdintuvo charakteristikos</b>    |                                                                                                                                       | <b>Siūlomo aparato spausdintuvo charakteristikos</b>                                                                                                                                                |
| 20. | Spausdintuvas                           | Ne mažiau dviejų kanalų terminis                                                                                                      | Siūlomo aparato spausdintuvas yra terminis, 2 kanalų.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,7,13 psl.)</b>                                                                                 |
| 21. | Užrašymo greičiai                       | Ne mažiau trijų užrašymo greičių 10 mm/s, 25 mm/s ir 50 mm/s                                                                          | Siūlomo aparato spausdintuvo užrašymo greičių yra 3: 10 mm/s, 25 mm/s ir 50 mm/s.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,7,13 psl.)</b>                                                     |
| 22. | Spausdinimo valdymas                    | Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės                                                                      | Siūlomo aparato spausdintuvas valdomas iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (1,5 psl.)</b>                                 |
| 23. | Popieriaus plotis                       | Ne mažiau 50 mm                                                                                                                       | Siūlomo aparato spausdintuvo popieriaus plotis yra 50 mm.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,7,13 psl.)</b>                                                                             |
| 24. | Režimai                                 | 1. Rankinis.<br>2. Automatinis.<br>3. Atidėjimo.                                                                                      | Siūlomo aparato spausdintuvo spausdinimo režimai yra šie:<br>1) Rankinis; 2) Automatinis;<br>3) Atidėjimo.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,7,8 psl.)</b>                             |
|     | <b>SpO2 modulis</b>                     |                                                                                                                                       | <b>Siūlomo aparato SpO2 modulio charakteristikos</b>                                                                                                                                                |
| 25. | Matavimo ribos                          | 1. Ne siauresnės nuo 1 iki 100%<br>2. Tikslumas (ne daugiau):<br>2.1) Judant $\pm 3$ skaitmenys.<br>2.2) Nejudant $\pm 2$ skaitmenys. | Siūlomo aparato SpO2 matavimo ribos yra 0 – 100 %.<br>Matavimo tikslumas judant yra $\pm 3$ skaitmenys, o nejudant - $\pm 2$ skaitmenys.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b> |
| 26. | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės | 1. Nuo 25 iki 240 k/min.                                                                                                              | Siūlomo aparato ŠSD dažnio matavimo ribos yra nuo 25 iki 240 k/min. Tikslumas judant                                                                                                                |



|     |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          | 3. Tikslumas (ne daugiau):<br>3. Judant $\pm 5$ k/min.<br>4. Nejudant $\pm 2$ k/min.                                             | yra $\pm 5$ k/min, o nejudant - $\pm 2$ k/min.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b>                                                                                                         |
|     | <b>Energijos šaltinis</b>                                                                |                                                                                                                                  | <b>Siūlomo aparato energijos šaltinio charakteristikos</b>                                                                                                                                                        |
| 27. | Akumuliatorių pilno pasikrovimo laikas                                                   | Ne daugiau 3 valandų                                                                                                             | Siūlomo aparato akumuliatorių pilno pasikrovimo laikas yra 3 val. <b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b>                                                                                         |
| 28. | Akumulatoriai                                                                            | 1. NiMH arba lygiavertis.<br>2. Baterijos įkrovimo indikatorius rodomas ekrane.                                                  | Siūlomo aparato akumulatoriai yra NiMH tipo. Baterijos įkrovimo indikatorius rodomas ekrane.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b>                                                           |
| 29. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų akumuliatorių                                     | Ne mažiau 2 val.                                                                                                                 | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų akumuliatorių yra 2,5 val. (150 min.).<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b>                                                                          |
| 30. | Defibriliatoriaus priedų komplektacija                                                   | 1. Defibriliavimo elektrodai.<br>2. EKG laidas.<br>3. SpO2 laidas.                                                               | I siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įeina šie priedai:<br>1) Defibriliavimo elektrodai;<br>2) EKG laidas; 3) SpO2 laidas.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (14 psl.)</b>                         |
| 35. | Aparato svoris su baterija ir elektrodais                                                | Ne daugiau 7 kg                                                                                                                  | Siūlomo aparato svoris su baterija ir elektrodais yra 6,95 kg.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (3,6 psl.)</b>                                                                                         |
| 36. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis                      | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo 0°C iki plus 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 10 iki 95%            | Siūlomo defibriliatoriaus darbinės temperatūros diapazonas yra nuo 0°C iki 50°C, santykinės drėgmės - nuo 10 iki 95%.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b>                                  |
| 37. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | 1. Vandens rezistentiškumas standartas – ne blogiau IPX2;<br>2. Atsparumas smūgiams EN-1789;<br>3. Vibracija ne blogiau EN-1789. | Siūlomo aparato atitikties standartams:<br>1. Vandens rezistentiškumas standartas: IPX2;<br>2. Atsparumas smūgiams: EN-1789;<br>3. Vibracija: EN-1789.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 4pd.pdf“ (4,8 psl.)</b> |



**5 pirkimo dalis. IŠMANUSIS DEFIBRILIATORIUS (2 vnt.)**

*(REANIBEX 300, OSATU, S.coop., Ispanija)*

| Nr. | Parametras                                                       | Parametro reikšmė                                                                                                    | Siūlomos parametru reikšmės<br>(pasiūlymo psl., kuriame<br>aprašytas nurodytas<br>parametras)                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Defibriliatoriaus impulso forma                                  | Bifazinis impulsas pagal paciento varžą.                                                                             | Siūlomo defibriliatoriaus impulso forma yra bifazinis impulsas pagal paciento varžą.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,3,5,6 psl.)</b>                                               |
| 2.  | Paskirtis                                                        | 1. Suaugusiems.<br>2. Vaikams nuo 8 metų arba pacientams nuo 25 kg.                                                  | Siūlomas aparatas yra skirtas tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 8 metų arba pacientams nuo 25 kg.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,5,8,9 psl.)</b>                                 |
| 3.  | Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas        | 1. Ribose:<br>a) suaugusiems ne siauresnis kaip nuo 150 iki 360 J.<br>b) vaikams ne siauresnis kaip nuo 40 iki 90 J. | Siūlomo aparato bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas suaugusiems yra nuo 150 iki 360 J, o vaikams – nuo 40 iki 90 J. <b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (3,6 psl.)</b> |
| 4.  | Defibriliatoriaus darbo režimai                                  | Automatinė pagal skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardiją.                                                      | Siūlomo defibriliatoriaus darbo režimas yra automatinis pagal skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardiją.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (3,6 psl.)</b>                           |
| 5.  | Užsikrovimo laikas (ne lėčiau už nurodytą)                       | 1. 5 s iki 200 J.<br>2. 7 s iki 360 J.                                                                               | Siūlomo defibriliatoriaus užsikrovimo laikas yra 5 s iki 200 J, 7 s iki 360 J.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (3,6 psl.)</b>                                                         |
| 6.  | Universalus automatinio režimo algoritmas vaikams ir suaugusiems | Būtina.                                                                                                              | Siūlomas defibriliatorius turi universalų automatinio režimo algoritmą vaikams ir suaugusiems.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,5, psl.)</b>                                        |
| 7.  | Auto-testavimas                                                  | Kas dieną.                                                                                                           | Siūlomo defibriliatoriaus auto-testavimas vyksta kas dieną.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,2,5 psl.)</b>                                                                          |
| 8.  | Mokymo režimas                                                   | Būtinai.                                                                                                             | Siūlomas defibriliatorius turi mokymo režimą.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,5, psl.)</b>                                                                                         |
| 9.  | Gaivinimas vykdomas pagal tarptautines rekomendacijas            | Būtina.                                                                                                              | Siūlomame aparate gaivinimas vykdomas pagal tarptautines rekomendacijas.                                                                                                                          |





|     |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                              | Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (1,5, psl.)                                                                                                   |
| 10. | Gaivinimo (CPR) asistavimas su grįžtamuoju ryšiu | Būtina.                                                                      | Siūlomas aparatas turi įdiegtą gaivinimo (CPR) asistavimą su grįžtamuoju ryšiu.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (1,2,5 psl.)               |
| 11. | Elektrodai                                       | Vaikiški.                                                                    | Į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įeina vaikiški elektrodai.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (2,6 psl.)                            |
| 12. | 3D animacijos                                    | Būtina.                                                                      | Siūlomas defibriliatorius turi įdiegtas 3D animacijas.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (2,3,5,6 psl.)                                      |
| 13. | Balso įrašymas                                   | Būtina.                                                                      | Siūlomas defibriliatorius turi balso įrašymo funkciją.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (4,7 psl.)                                          |
|     | <b>EKG režimo charakteristikos</b>               |                                                                              | <b>Siūlomo defibriliatoriaus EKG režimo charakteristikos</b>                                                                                                 |
| 14. | Ekranas                                          | Integruotas spalvotas TFT arba lygiavertis.                                  | Siūlomas aparatas turi integruotą spalvotą TFT ekraną.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (1,3,5,7 psl.)                                      |
| 15. | Įstrižainė ir raiška                             | Įstrižainė ne mažiau 6 colių.; ne blogiau 480 x 640 taškų.                   | Siūlomo aparato įstrižainė yra 5,7 colio, o raiška – 480 x 640 taškų.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (1,2,3,5,6,7 psl.)                   |
| 16. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius            | Ne mažiau 3 derivacijų                                                       | Siūlomas aparatas monitoruoja 3 EKG derivacijas.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (3,7 psl.)                                                |
| 17. | ŠSD matavimų ribos                               | Ne siauresnis nei nuo 15 iki 300 k/min.                                      | Siūlomo aparato ŠSD matavimų ribos yra nuo 15 iki 300 k/min.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (3,7 psl.)                                    |
| 18. | Duomenų išsaugojimas                             | 1. Ne mažiau 1 GB vidinėje atmintyje.<br>2. Yra ne mažiau viena USB jungtis. | Siūlomo aparato duomenys išsaugomi iki 4 GB vidinėje atmintyje. Aparatas yra USB jungtis.<br>Žr. „ <b>KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf</b> “ (1,2,4,5,7 psl.) |
|     | <b>Energijos šaltinis</b>                        |                                                                              | <b>Siūlomo defibriliatoriaus energijos šaltinio charakteristikos</b>                                                                                         |
| 19. | Akumuliatoriai                                   | 1. Li-Ion arba lygiavertis.<br>2. Galimybė sumontuoti pakraunamus            | Siūlomo aparato akumuliatoriai yra Li-Ion tipo.                                                                                                              |



|     |                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          | akumuliatorius ir nepakraunamą bateriją.<br>3. Baterijos įkrovimo indikatorius rodomas ekrane.                                                     | Į aparatą galima sumontuoti pakraunamus akumuliatorius ir nepakraunamą bateriją.<br>Baterijos įkrovimo indikatorius rodomas ekrane.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,4,5,7 psl.)</b>                              |
| 20. | Akumuliatorių talpa                                                                      | 1. Ne mažiau 200 iškrovų prie 360 J su pilnai pakrautu įkraunamu akumuliatoriumi.<br>2. Ne mažiau 270 iškrovų prie 360 J su nepakraunama baterija. | Siūlomo aparato akumuliatorių talpa yra: 1) 200 iškrovų prie 360 J su pilnai pakrautu įkraunamu akumuliatoriumi; 2) 270 iškrovų prie 360 J su nepakraunama baterija.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (4,7 psl.)</b> |
| 21. | Aparato svoris su baterija ir elektrodais                                                | Ne daugiau 3 kg                                                                                                                                    | Siūlomo aparato svoris su baterija ir elektrodais yra 2,9 kg. <b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (3,6 psl.)</b>                                                                                                           |
| 22. | Komplekte                                                                                | 1. Vaikiški elektrodai.<br>2. Nepakraunama baterija (tarnauja ne mažiau 5 metus).                                                                  | Į siūlomo aparato komplektaciją įeina:<br>1. Vaikiški elektrodai.<br>2. Nepakraunama baterija (tarnauja ne mažiau kaip 5 metus).<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (2,6,10,11 psl.)</b>                               |
| 23. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis                      | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo 0°C iki plius 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 10 iki 95%                             | Siūlomo defibriliatoriaus darbinės temperatūros diapazonas yra nuo 0°C iki 50°C, santykinės drėgmės - nuo 10 iki 95%.<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (1,4,5,7 psl.)</b>                                            |
| 24. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | 1. Vandens rezistentiškumas standartas – ne blogiau IP55;<br>2. Atsparumas smūgiams EN-1789;                                                       | Siūlomo aparato atitiktis standartams:<br>1. Vandens rezistentiškumas standartas: IPX5;<br>2. Atsparumas smūgiams: EN-1789;<br><b>Žr. „KONFIDENCIALU katalogai 5pd.pdf“ (4,7 psl.)</b>                                          |



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                | Dokumento puslapių skaičius | Dokumento konfidencialumas (taip / ne) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1.       | Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį). | 2                           | NE                                     |
| 2.       | Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.                                                                                                                         | 1                           | NE                                     |
| 3.       | Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.                                                                                                                                                                        | 1                           | NE                                     |
| 4.       | Įmonės įstatų kopija.                                                                                                                                                                                         | 3                           | NE                                     |
| 5.       | Gamintojo įgaliojimo UAB „Principalmed 1L“ siūlyti bei techniškai aptarnauti jų produktus kopija bei jos vertimas į lietuvių kalbą.                                                                           | 2                           | TAIP                                   |
| 6.       | Gamintojo įgaliojimo UAB „Principalmed 1L“ inžinieriui Artūriui Markuliui techniškai aptarnauti jo produktus kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą.                                                         | 2                           | TAIP                                   |
| 7.       | Gamintojo CE sertifikato kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą.                                                                                                                                             | 4                           | TAIP                                   |
| 8.       | Siūlomų prekių katalogai ir jų vertimai į lietuvių kalbą.                                                                                                                                                     | 25                          | TAIP                                   |
| 9.       | Įgaliojimo vadybininkui Andriui Markūnui pasirašyti pasiūlymus viešiesiems pirkimams kopija.                                                                                                                  | 1                           | NE                                     |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.“

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė)